



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

GDG-P02-F-30

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

VERSIÓN:

02

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

VIGENCIA:

06-11-2015

Página 1 de 1

EQUIPO:

COLCHONETAS

MARCA:

COLCHONES CORONADO

ITEM:

MODELO:

COLCHONETA 0.50*1.90*0.50

PROVEEDOR:

COLCHONES CORONADO

VALOR UNITARIO COTIZADO:

GARANTÍA:

2 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Diseño especial de 5 a 7 partes en espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestetica	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
SUBTOTAL (Porcentaje)		9	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES:

SI ☐ NO ☒

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:

SI ☒ NO ☐

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:	<i>Narda P. Santamaria M.</i>	DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERIA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

U=B= *[Signature]*

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1				


EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	COLCHONES CORONADO
ITEM:		MODELO:	COLCHONETA 0.50*1.90*0.30
PROVEEDOR:	COLCHONES CORONADO	VALOR UNITARIO COTIZADO:	
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestética	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
SUBTOTAL (Porcentaje)		9	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	


NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

U=TB² 

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDC-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1			

EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	COLCHONES CORONADO
ITEM:		MODELO:	COLCHONETA 0.60*1.90*0.10
PROVEEDOR:	COLCHONES CORONADO	VALOR UNITARIO COTIZADO:	
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Diseño especial de 5 a 7 partes en espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestética	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
SUBTOTAL (Porcentaje)		9	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUCION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MINIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:	<i>Narda P Santamaria M.</i>	DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERIA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

U=ID= 

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	COLCHONES CORONADO
ITEM:		MODELO:	COLCHONETA 0.60*1.90*0.10 DISEÑO ESPECIAL
PROVEEDOR:	COLCHONES CORONADO	VALOR UNITARIO COTIZADO:	PUNTA DIAMANTE
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestetica	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
SUBTOTAL (Porcentaje)		9	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	


NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:	<i>Narda P. Santamaria M.</i>	DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

U=TB= 

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
	Página 1 de 1		


EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	COLCHONES CORONADO
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	COLCHONES CORONADO	VALOR UNITARIO COTIZADO:	COLCHONETA 0.66*1.90*0.10 L.G
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestetica	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
	SUBTOTAL (Porcentaje)	9	0	
	TOTAL	100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
	Página 1 de 1		


EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	COLCHONES CORONADO
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	COLCHONES CORONADO	VALOR UNITARIO COTIZADO:	COLCHONETA 0.60*1.83*0.10 A1
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestetica	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
SUBTOTAL (Porcentaje)		9	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	


NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MINIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

U=TB= 

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	COLCHONES CORONADO
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	COLCHONES CORONADO	VALOR UNITARIO COTIZADO:	COLCHONETA 0.70*1.90*0.10 DOM
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TECNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestetica	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
	SUBTOTAL (Porcentaje)	9	0	
	TOTAL	100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:	<i>Narda P. Santamaria M.</i>	DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

V-D: 



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

GDG-P02-F-30

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

VERSIÓN:

02

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

VIGENCIA:

06-11-2015

Página 1 de 1

EQUIPO: COLCHONETAS

MARCA:

COLCHONES CORONADO

ITEM:

MODELO:

PROVEEDOR COLCHONES CORONADO

VALOR UNITARIO COTIZADO:

COLCHONETA 0.75*1.87*0.10 A2

GARANTÍA: 2 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestetica	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
SUBTOTAL (Porcentaje)		9	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:	<i>Narda P Santamaria M.</i>	DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

N= B: / [Signature]

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	COLCHONES CORONADO
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	COLCHONES CORONADO	VALOR UNITARIO COTIZADO:	COLCHONETA PARA CUNA 0.70*1.50*0.20
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestetica	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
	SUBTOTAL (Porcentaje)	9	0	
	TOTAL	100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MINIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:	<i>Narda P Santamaria M.</i>	DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERIA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

U<D=



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

GDG-P02-F-30

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

VERSIÓN:

02

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

VIGENCIA:

06-11-2015

Página 1 de 1

EQUIPO: ALMOHADAS

MARCA:

COLCHONES CORONADO

ITEM:

MODELO:

FUNDAS DE MATERIAL BLADO SIRVE PARA

PROVEEDOR:

COLCHONES CORONADO

VALOR UNITARIO COTIZADO:

DECLINAR LA CABEZA

GARANTÍA:

2 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Funda impermeable, desmontable y resistente a fluidos corporales	x		
	Material liviano y lavable	x		
	Espuma de alta densidad ergonomica, no se deforma en corto tiempo	x		
	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
SUBTOTAL (Porcentaje)		8	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MINIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES:

SI ☐NO ☒

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:

SI ☒NO ☐

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI ☒NO ☐

Identificación del evaluar:

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:	<i>Narda P. Santamaria M.</i>	DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERIA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

U=DE

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	EQUIPOS CASA BLANCA
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	EQUIPOS CASA BLANCA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	COLCHONETA 0.66*1.90*0.10 LG
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia anestética	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
SUBTOTAL (Porcentaje)		9	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:	<i>Narda P Santamaria M.</i>	DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

V=TB= 

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1			


EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	EQUIPOS CASA BLANCA
ITEM:		MODELO:	COLCHONETA 0.60*1.90*0.10 DISEÑO ESPECIAL
PROVEEDOR:	EQUIPOS CASA BLANCA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	PUNTA DIAMANTE
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergénico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestética	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
	SUBTOTAL (Porcentaje)	9	0	
	TOTAL	100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERIA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

V=TS= 

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	EQUIPOS CASA BLANCA
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	EQUIPOS CASA BLANCA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	COLCHONETA 0.60*1.83*0.10 A1
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TECNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestetica	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
	SUBTOTAL (Porcentaje)	9	0	
	TOTAL	100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

V-TB-

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	EQUIPOS CASA BLANCA
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	EQUIPOS CASA BLANCA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	COLCHONETA 0.70*1.90*0.10 DOM
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestetica	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
	SUBTOTAL (Porcentaje)	9	0	
	TOTAL	100,0%	0,0%	


NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1			


EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	EQUIPOS CASA BLANCA
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	EQUIPOS CASA BLANCA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	COLCHONETA 0.75*1.87*0.10 A2
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestetica	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
	SUBTOTAL (Porcentaje)	9	0	
	TOTAL	100,0%	0,0%	


NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1			


EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	EQUIPOS CASA BLANCA
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	EQUIPOS CASA BLANCA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	COLCHONETA PARA CUNA 0.70*1.50*0.20
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Fofo hipoalergénico	x		
	Fofo con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestética	x		
	Fofo lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
SUBTOTAL (Porcentaje)		9	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERIA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1			

EQUIPO:	ALMOHADAS	MARCA:	EQUIPOS CASA BLANCA
ITEM:		MODELO:	FUNDAS DE MATERIAL BLADO SIRVE PARA DECLINAR LA CABEZA
PROVEEDOR:	EQUIPOS CASA BLANCA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Funda impermeable, desmontable y resistente a fluidos corporales	x		
	Material liviano y lavable	x		
	Espuma de alta densidad ergonomica, no se deforma en corto tiempo	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
SUBTOTAL (Porcentaje)		8	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUCION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MINIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

V=TS

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1			


EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	EQUIPOS CASA BLANCA
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	EQUIPOS CASA BLANCA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	COLCHONETA 0.60*1.90*0.10
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestetica	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
	SUBTOTAL (Porcentaje)	9	0	
	TOTAL	100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERIA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

V=TS-



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

GDG-P02-F-30

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

VERSIÓN:

02

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

VIGENCIA:

06-11-2015

Página 1 de 1

EQUIPO: COLCHONETAS

MARCA:

EQUIPOS CASA BLANCA

ITEM:

MODELO:

PROVEEDOR EQUIPOS CASA BLANCA

VALOR UNITARIO COTIZADO:

COLCHONETA 0.50*1.90*0.30

GARANTÍA: 2 AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestética	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
SUBTOTAL (Porcentaje)		9	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:	<i>Narda P. Santamaria M.</i>	DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	COLCHONETAS	MARCA:	EQUIPOS CASA BLANCA
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	EQUIPOS CASA BLANCA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	COLCHONETA 0.50*1.90*0.50
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En espuma de alta calidad D-26 con forro en material impermeable	x		
	Forro hipoalergenico	x		
	Forro con diseño especial de acuerdo a toma de medidas por referencia antiestetica	x		
	Forro lavable	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	x		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	x		
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.	x		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	x		
	12. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	x		
SUBTOTAL (Porcentaje)		9	0	
TOTAL		100,0%	0,0%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUCION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	ENFERMERIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

U-75-

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1			


EQUIPO:	CAJAS PLÁSTICAS	MARCA:	
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	EQUIPOS CASABLANCA SAS	VALOR UNITARIO COTIZADO:	
GARANTÍA:	6 MESES		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cajas plásticas 20 lt. Sin manija	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Tiempo de garantía mínimo seis (6) meses.	x		
	3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.	x		
	SUBTOTAL (Porcentaje)	3	0	
	TOTAL	100,0%	0,0%	


NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar:

NOMBRE(S):	JULIANA GARNICA REYES	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA Y DOCENCIA
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDS-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1			

EQUIPO: CAJAS PLÁSTICAS MARCA: _____
 ITEM: _____ MODELO: _____
 PROVEEDOR: EQUIPOS CASABLANCA SAS VALOR UNITARIO COTIZADO: _____
 GARANTÍA: 6 MESES

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cajas plásticas 15 lt. Sin manija	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Tiempo de garantía mínimo seis (6) meses.	x		
	3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.	x		
	SUBTOTAL (Porcentaje)	3	0	
	TOTAL	100,0%	0,0%	


NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐
 RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐
 CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar:

NOMBRE(S):	JULIANA GARNICA REYES	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA Y DOCENCIA
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.


 V=DE

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1			

EQUIPO:	CARRO DE SERVICIO	MARCA:	
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	EQUIPOS CASABLANCA SAS	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 706.556
GARANTÍA:	6 MESES		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Carro de servicio totalmente abierto	x		
	Postes de aluminio y estantes moldeados, diseñados para durar con apariencia elegante. Ruedas giratorias de 10,2 cm que no marcan el piso	x		
	Estantes amplios para equipo y suministros, hasta 136 kg. Carro 3 estantes	x		
	Dimensiones (l * a* h) 103.2 cm * 50,8 cm * 96 cm	x		
	Capacidad: 136 Kg Peso: 20 Kg	x		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Tiempo de garantía mínimo seis (6) meses.	x		
	3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.	x		
	SUBTOTAL (Porcentaje)	7	0	
	TOTAL	100,0%	0,0%	


NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	JULIANA GARNICA REYES	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:		DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA Y DOCENCIA
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	06-11-2015
Página 1 de 1			

EQUIPO: Película transparente MARCA: LEUKOMED I.V.
 ITEM: MARCO: MODELO:
 PROVEEDOR: BSN medical VALOR UNITARIO COTIZADO:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Adhesividad	x		
	Tiempo de duración en la zona	x		
	Visibilidad del cateter	x		
	Proteccion		x	Proteccion insuficiente.
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	Soporte		x	El soporte es regular y no garantiza el cuidado del cateter.
	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.		x	
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.		x	
	9. Tiempo de garantía mínimo XX (XX) años o más.		x	
NORMAS - CERTIFICADOS	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).		x	
	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	x		
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.		x	
	3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.		x	
	4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia.		x	
SUBTOTAL (Porcentaje)		4	9	
TOTAL		30,7%	69,2%	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NARDA PATRICIA SANTAMARIA MOSQUERA	FECHA:	01-nov-16
FIRMA:	<i>Narda P Santamaria M.</i>	DEPENDENCIA	
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

V= D=