

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia
171830 No. Radicación: SAL-07226-2016
No. Folios: 1
Fecha: 2016-09-06 03:09:30 PM
171830

Bogotá,

Señor
Wilson Henrique Vega
Director Comercial
ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS
Tel: 4.858181 E: Mail: wilson.vega@electroequipos.com
Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA INVITACION A COTIZAR No. 201-2016

Respetado Señor Vega:

En respuesta a su correo electrónico del día 01 de septiembre de 2016 a las 09:19 a.m., el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PRIMERA PREGUNTA:

..." De acuerdo a lo expresado en los términos de la presente invitación y en el anexo No.4 Especificaciones Técnicas, en ninguno de los anteriores se hace referencia a la cantidad de equipos que se requieren, por tanto solicitamos respetuosamente confirmar las cantidades requeridas por la entidad, esto con el fin de presentar una propuesta real y acorde con las necesidades expresadas en los Términos de referencia. Cuántos son los equipos que requiere el I.N.C.? Cuántos son los equipos que requiere el I.N.C.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No.1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros

SEGUNDA PREGUNTA:

..." De acuerdo al Anexo No.4 Especificaciones técnicas – CAPACITACION Y MANTENIMIENTO, numeral 10. Garantizar calibración del equipo ofertado en sitio y entrega de informe emitido por un laboratorio acreditado ante la ONAC para la variable temperatura. Solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar cuántos y cuáles son los puntos a calibrar del equipo maneja las variables de Temperatura y Humedad relativa. Cuáles son los puntos a calibrar que requiere el I.N.C.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No.1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros

De igual manera se precisa que se deben tomar cinco puntos entre (8° a 25°C) y Humedad relativa (cinco puntos entre el 50% -90%), con mínimo tres mediciones por punto.


TERCERA PREGUNTA:

..."Cuál es el presupuesto para esta inversión.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No.1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuetlar Angulo - Coordinadora Grupo Compras
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera
DG/CWC/SGGAF/JJPA/GGC/RECB/GC/YACA/Clara