

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	RE-EVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			

EQUIPO:	LÁMPARA DE PROCEDIMIENTOS	MARCA:	WELCH ALLYN
ÍTEM:	3	MODELO:	GREEN SERIES™ 300
PROVEEDOR:	TECNICA ELECTROMEDICA SA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 1.547.000
GARANTÍA:	UN (1) AÑO		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. GENERALES			
	1. Tipo de extensión cuello de cisne o ganso	X		Folio 98, cuello de cisne
	2. Temperatura de color de mínimo 5500 K, mínimo	X		Folio 98
	3. Luz led blanca	X		Folio 98
	4. Intensidad de la luz a distancia de trabajo: 20.000 lux a 30cm o 15.000 lux a 50 cm	X		Folio 98
	5. Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo: 16 cm a 30 cm o 15 cm a 50 cm	X		Folio 98
	6. Longitud del brazo 75 cm, mínimo	X		Folio 98, 79 cm
	7. Peso máximo del equipo 6Kg	X		Folio 98, 5,78 Kg
	8. Encendido/apagado por sensor de proximidad	X		Folio 98, sin contacto
	9. Vida útil de bombillo 50000 horas, mínimo.	X		Folio 98
	2.1 Base móvil	X		Folio 98
	2.2 Un (1) bombillo LED blanco	X		Folio 98
3. ALIMENTACIÓN	3.1 100-120 v/50-60 Hz	X		Folio 98
	3.2 0,5 A, máximo	X		Folio 98
CAPACITACIÓN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.	X		Folios 101-102
	2. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.	X		Folio 100
	3. Especificar los consumibles y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.	X		No requiere
	4. Describir el programa de capacitación, tiempo de capacitación en (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. (Cuidados, recomendaciones de limpieza).	X		Folios 100-101
	5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos en castellano.	X		Folio 101
	5. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.	X		Dos (2) visitas al año
	6. Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.	X		Cinco (5) años
	7. Anexar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional, instrucciones de manejo básico (Formato GTE-P04-F-23).	X		Folio 105-106
	8. Adjuntar propuesta de mantenimiento preventivo al termino de la garantía, con precio en pesos.	X		\$ 285.600
NORMAS - CERTIFICADOS	9. Garantizar verificación de calibración del equipo ofertado. (Si aplica, de acuerdo indicaciones de fabricante)	X		No requiere
	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	X		INVIMA 2013DM-0009826 vigente hasta Registro Sanitario INVIMA 2013DM-0009826
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	X		FDA
	3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.	X		Aclaración: Proveedor manifiesta compromiso de soporte técnico por cinco (5) años. Se referencia que el equipo no requiere calibración, ni requiere repuestos.
	SUBTOTAL (Porcentaje)	100%	0%	CUMPLE TÉCNICAMENTE
	TOTAL	28	0	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (26) ÍTEM DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA	FECHA:	11 DE ABRIL DE 2017
FIRMA:		DEPENDENCIA	GRUPO INGENIERÍA BIOMÉDICA
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.