



Instituto Nacional de Cancerología E.S.
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-02752-2017

No. Folios: 1

Fecha: 2017-04-05 02:26:15 PM

218151

218151

Bogotá,

Señor

Andrés Sosa Villarraga

Especialista de producto

KAIKA

Tel: 313.8884277/ Email: asosa@kaika.com.co

Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 051-2017

Respetada Señor Andrés

En respuesta a su correo electrónico del 30 de marzo de 2017 a las 12:13 p.m, el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PRIMERA PREGUNTA:

1. Objeto de la invitación

En la presente invitación solicitan 2 unidades de equipos para el ítem 2, por favor verificar la configuración técnica ya que no corresponde con el estudio de mercado y lo solicitado por el departamento de patología, el cual fue para dos equipos de doble cabezal, con revolver porta objetivos de 5 posiciones y sin objetivo de 100x. De tener presente esta observación debe modificarse la ficha técnica.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 01, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros. se aclara que se mantienen las cantidades descritas.

SEGUNDA PREGUNTA:

Anexo 4. Especificaciones técnicas

Ítem 1. Observación No. 1

Solicitan objetivos de 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65, y 100X/1.25

Amable solicitamos permitir ofertar objetivos 4X/0.10 y/o 5X/0.12 teniendo en cuenta que de esta forma no se afectan las especificaciones mínimas y si se mejoran las mismas?

RESPUESTA:

Para el microscopio del área de Patología, no fue aceptado el cambio debido a que para los estudios realizados requieren específicamente objetivos de 4X.

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 01, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

TERCERA PREGUNTA:

Ítem 2. Observación No. 1

P 1 / 2

Solicitan Sistema de enfoque coaxial en ambos lados Fino: 0.2 mm

Amable solicitamos ampliar el rango y permitir ofertar Sistema de enfoque coaxial en ambos lados Fino: 0.2 mm y/o 0.3m?


RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 01, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

Cordialmente,



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual 
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera
DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/Marcela 