

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	METROLOGÍA LEGAL
3. PROVEEDOR	REEVALUACIÓN- INGOBAR METROLOGÍA S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR No. 007-2017 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS BAJO CERTIFICACIÓN ONAC.	
DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES Y SUS ANEXOS.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS: 1). EL CERTIFICADO DEL EQUIPO PATRÓN "BALANZA ANALÍTICA SN. B419572435" ANEXO A LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA CON MÁS DE UN AÑO DE HABERSE CALIBRADO. SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN DEL TIEMPO DE CALIBRACIÓN DE ESTE EQUIPO PATRÓN O EN SU DEFECTO EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE (NO SUPERIOR A UN AÑO), NO ES VÁLIDO ANEXAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LA MISMA EMPRESA QUE COTIZA LOS SERVICIOS. 2). EL PROVEEDOR NO ANEXA CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: "BALANZA ANALÍTICA SN. B002002441 Y SN. B035064284"; SÓLO SE ENCUENTRAN ANEXAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, QUE NO SON VÁLIDAS NI REEMPLAZAN LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS. PROVEEDOR SUBSANA EL 06/03/2017: PUNTO 2). ANEXA CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: "BALANZA ANALÍTICA SN. B002002441 Y SN. B035064284". NOTA: SE ENVÍA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE BALANZA ANALÍTICA No. IM-MAS-0100, ACTIVIDAD REALIZADA POR EL PROVEEDOR OFERTANTE. PARA SUBSANAR EL PUNTO 1). SE REQUIERE ANEXAR LOS DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD DEL PATRÓN (BAJO EL SISTEMA S.I.) EMPLEADO PARA DICHA CALIBRACIÓN Y CON FECHA DE CALIBRACIÓN NO SUPERIOR A UN AÑO.	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	LÍA MARGARITA ALVAREZ PUENTE		
FIRMA (S):		FECHA	DI 6 MM 3 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADOR GRUPO ÁREA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN BIOMÉDICA Y ALMACÉN
NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZÁLEZ CASTELBLANCO		
FIRMA (S):		FECHA	DI 6 MM 3 AAAA 2017
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN BIOMÉDICA Y ALMACÉN
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	DI MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	METROLOGÍA LEGAL
3. PROVEEDOR	REEVALUACIÓN- UNIÓN TEMPORAL SOMOS METROLOGÍA
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR No. 007-2017 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS BAJO CERTIFICACIÓN ONAC.	
DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES Y SUS ANEXOS.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐ NO ☒		
PORQUE ?	NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS: 1). EL PROVEEDOR NO ADJUNTA CERTIFICADOS DE EQUIPOS PATRÓN PARA REALIZAR SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: "BALANZAS DE PISO, BALANZAS DIGITALES, CAMAS ELÉCTRICAS, MICROPIPETAS Y TENSÍOMETROS". 2). EL CERTIFICADO DEL EQUIPO PATRÓN "TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR DE FLUJO SN. 2000078/ 535040-10" ANEXO A LA PROPUESTA, SE ENCUENTRA CON MÁS DE UN AÑO DE HABERSE CALIBRADO. SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN DEL TIEMPO DE CALIBRACIÓN DE ESTE EQUIPO PATRÓN O EN SU DEFECTO EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE (NO SUPERIOR A UN AÑO). 3). EL PROVEEDOR NO ANEXA CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO EN LA MAGNITUD DE "MASA" DEL PERSONAL QUE SE REFERENCIA EN LA PROPUESTA. PROVEEDOR SUBSANA EL 06/03/2017; PUNTO 1). PARA LOS ITEMS MICROPIPETAS Y TENSÍOMETROS, Y EL PUNTO 3). CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO DE PERSONAL PARA LA MAGNITUD "MASA". NOTA: EL PROVEEDOR ENVÍA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE JUEGO DE PESAS No. 0063 CON ENMENDADURA EN LA FECHA DE RECEPCIÓN Y CALIBRACIÓN Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE JUEGO DE PESAS NO. IM-OF14260-LM-523-15 CON FECHA SUPERIOR DE UN AÑO DE HABERSE CALIBRADO, AMBOS CERTIFICADOS NO SON VÁLIDOS Y POR CONSIGUIENTE NO SERÁN TENIDOS EN CUENTA PARA LA REEVALUACIÓN.	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE		
FIRMA (S):		FECHA	D 6 MM 3 AAAA 2017
CARGO:	COORDINADOR GRUPO ÁREA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN BIOMÉDICA Y ALMACÉN
NOMBRE (S):	SANDRA MILENA GONZÁLEZ CASTELBLANCO		
FIRMA (S):		FECHA	D 6 MM 3 AAAA 2017
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA GESTIÓN BIOMÉDICA Y ALMACÉN
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA	