



205810 Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-00800-2017
No. Folios: 1
Fecha: 2017-02-09 07:28:57 AM
Bogotá, 205810

Señora
María Elena Martínez Prada
Comercial
TECNICA ELECTROMEDICA SA
Tel: 7.568787 Email: ventas@tecnicaelectromedica.com
Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 012-2017

Respetada Señora María Elena:

En respuesta a su correo electrónico del día 06 de febrero de 2017 a las 09:52 a.m., el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PRIMERA PREGUNTA:

EQUIPO DE ORGANOS:

..."En la especificación, dada para el OFTALMOSCOPIO, "2.1 Sistema de iluminación por medio de lámpara de luz halógena de 3.5 V", solicitamos se modifique a "2.1 Sistema de iluminación LED de 3.5 V", lo cual favorece a la entidad en cuanto al costo – beneficio, ya que evita el consumo de bombillos, dado que la vida útil del bombillo LED es de 7 años con garantía directamente de fábrica por este mismo tiempo. De la misma forma solicitamos que el requerimiento para el otoscopio, Numeral 3.1, sea de luz LED.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología le informa que se expidió la adenda No. 01 la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

SEGUNDA PREGUNTA:

..."Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, solicitamos a la entidad se Omita la especificación 4.3. Bombillo de repuesto, ya que no aplica para los equipos con iluminación LED.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología le informa que se expidió la adenda No. 01 la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/YACA/Clara.

P 1 / 2