


217434

Instituto Nacional de Cancerología E.S. /
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-02674-2017

No. Folios: 1

Fecha: 2017-04-05 07:30:46 AM



217434

Bogotá,

Señora

Maria Doris Ceron

Asesora Comercial

SANITAS SAS

Tel: 321.2107855 Email: doris.ceron@sanitastec.com

Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 050-2017

Respetada Señora Maria Doris:

En respuesta a su correo electrónico del 28 de marzo de 2017 a las 09:54 a.m, el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PRIMERA PREGUNTA:

Numeral 7. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Atentamente solicitamos nos informen el valor de la disponibilidad presupuestal No. 1201700155 para cursar la presente invitación.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 02, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

SEGUNDA PREGUNTA:

ANEXO No. 4. Numeral 8.- Condensador. Punto 8.3. - Precentrado tipo "fixed-köhler. Solicitamos eliminar del pliego la palabra "fixed-köhler" ya que este es un término exclusivo de una marca específica. En su lugar se puede colocar Condensador precentrado lo cual es un término general y que permite la pluralidad de oferentes.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 02, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

P 1 / 3

 MINSALUD

 TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR UNA BUENA EDUCACIÓN

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7

también sea soportada con la certificación del fabricante.?

RESPUESTA:

No se modifica la especificación técnica, esto con el fin de permitir la participación plural de oferentes.

SEPTIMA PREGUNTA:

ANEXO No. 4. Numeral. 12. - Filtro azul. Solicitamos eliminar esta especificación del pliego, esto debido a que en el punto 10.1. solicitan Fuente de iluminación LED, y este filtro azul es un accesorio para los microscopios de luz halógena para hacer la luz blanca. Los sistemas LED no requieren de este filtro, debido a que la luz es blanca.?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 02, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

OCTAVA PREGUNTA:

ANEXO No. 4. Numeral. - 2.- Estuche de transporte. Si estos equipos van a estar en continuo traslado, se hace necesario el estuche de transporte de lo contrario solicitamos al instituto considerar eliminar el pliego esta condición. Adicionalmente el fabricante no ofrece un estuche de transporte para los microscopios con cabezal de enseñanza, es posible que solo se pueda incluir el estuche para transportar el microscopio solo sin el cabezal.

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se expidió la adenda No. 02, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

Cordialmente,



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual 
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/Clara.



ok

P 3 / 3