

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			


EQUIPO:	DELANTAL PLOMADO CON PROTECTOR DE TIROIDES	MARCA:	WOLF X-RAY
ITEM:	1	MODELO:	63001 Y 63011
PROVEEDOR:	J RESTREPO EQUIPHOS SAS	VALOR UNITARIO COTIZADO:	1074.570
GARANTÍA:	1 AÑO		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1. SISTEMA				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1 Espesor de 0.5 mm equivalente en plomo.	X		
	1.2 Delantal con dimensiones mínimas de 40" x 24" (largo x ancho), en dos tallas distintas.	X		
	1.3 Delantal con ajuste de correa	X		
	1.4 Cuello con cierre en velcro	X		
2. ACCESORIOS.				
ACCESORIOS		NA		
3. ELECTRICA.				
ALIMENTACION		NA		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Asegurar entrega de especificaciones técnicas y certificación del espesor.	X		
	3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).	NA		
	4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.	NA		
	5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.	NA		
	6. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por Un (01) año.	NA		
	7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.	NA		
	8.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	NA		
	9. Tiempo de garantía mínimo 1 (un) años o más.	X		
	10. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	NA		
	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	X		
NORMAS - CERTIFICADOS	2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	X		
	3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.	X		
	4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia.	X		
SUBTOTAL (Porcentaje)		100%		
TOTAL		100,0%		

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (7) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluador :

NOMBRE(S):	RUTH QUEVEDO SERRANO	FECHA:	11/09/2017
FIRMA:		DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y DOCENCIA
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ÁREA DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

Vbo. Victor Ramos
Físico. 