

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	CARRO DE MEDICAMENTOS		ITEM:	300, 360 Y 367
PROVEEDOR:	PH HOSPITALARIOS SAS		MARCA	

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE COLD ROLLED .22	EN LA PROPUESTA NO ESTAN ANEXAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		X	
TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE C.20	EN LA PROPUESTA NO ESTAN ANEXAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		X	
PROTECTOR EN ACERO INOXIDABLE C.20	EN LA PROPUESTA NO ESTAN ANEXAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		X	
SISTEMA DE CIERRE UNICO PARA TODOS LOS CAJONES, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR	EN LA PROPUESTA NO ESTAN ANEXAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		X	

ENTREGA ACLARACIONES:	SI		RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI		CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	
	NO	x		NO	x		NO	x
Identificación del evaluar :								
NOMBRE(S):	LILIA ESPERANZA GARCIA RAMIREZ							

FIRMA:	<i>Esperanza Lora</i>			
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA			
NOMBRE(S):				
FIRMA:				
CARGO:				
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.				

NOMBRE(S):	LILIA ESPERANZA GARCIA RAMIREZ		
FIRMA:	<i>Esperanza Garcia</i>		
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	CARRO DE MEDICAMENTOS	ITEM:	300, 360 Y 367
PROVEEDOR:	PH HOSPITALARIOS SAS	MARCA	

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ALACENA INFERIOR DE DOS PUERTAS	EN LA PROPUESTA NO ESTAN ANEXAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		X	
MANIJA PLASTICA SUPERIOR PARA TRANSPORTE	EN LA PROPUESTA NO ESTAN ANEXAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		X	
30 MODULOS DE POLIPROPILENO CON SUBDIVISIONES	EN LA PROPUESTA NO ESTAN ANEXAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		X	
ALACENA INFERIOR DE DOS PUERTAS	EN LA PROPUESTA NO ESTAN ANEXAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		X	

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	NO	x	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	NO	x	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	NO	x
Identificación del evaluador:											
NOMBRE(S):	Lilia Esperanza García Ramírez										
FIRMA:	Lilia Esperanza García Ramírez										

CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA																																																																															
NOMBRE(S):																																																																																
FIRMA:																																																																																
CARGO:																																																																																
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.																																																																																



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

GDG-P02-F-30

GESTIÓN DEL GASTO

VERSIÓN:

01

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES

VIGENCIA:

31-12-2016

Página 1 de 1

EQUIPO O ELEMENTO:

CARRO DE MEDICAMENTOS

ITEM:

300, 360 Y 367

PROVEEDOR:

PH HOSPITALARIOS SAS

MARCA

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
PERÍMETRO INFERIOR EN BOCEL DE CAUCHO AMORTIGUABLE, PARA PROTECCIÓN DEL CARRO	EN LA PROPUESTA NO ESTAN ANEXAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		X	
CUATRO RUEDAS DE 4” DOBLE CARRIL ANTIBACTERIAL, DOS CON FRENO	EN LA PROPUESTA NO ESTAN ANEXAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		X	
DIMENSIONES LARGO: 0.80m, ANCHO 0.50m, ALTURA 1,1.m	EN LA PROPUESTA NO ESTAN ANEXAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		X	
TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	EN LA PROPUESTA NO ESTAN ANEXAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		X	

ENTREGA

ACLARACIONES:

SI

NC

X

RESPONDE A LOS
REQUERIMIENTOS:

S

NC

2

CONCEPTO TÉCNICO
FAVORABLE:

S1

NC

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):

LILIA ESPERANZA GARCIA RAMIREZ

FIRMA:	<i>Esperanza Hernández</i>			
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA			
NOMBRE(S):				
FIRMA:				
CARGO:				
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.				

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: MESAS RIÑONERAS PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO CON GRADUACIÓN DE ALTURA ITEM: 10
 PROVEEDOR: P H HOSPITALARIOS S.A.S MARCA P H HOSPITALARIOS



DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
DEFINICIÓN	Largo 140 cm, ancho 53 cm, altura 71 cm, altura máxima 94 cm		X	No especifican medidas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	De cinco (5) ruedas giratorias de facil manejo y que no marquen el piso	X		Folio 44
	Estructura en acero inoxidable		X	No especifican material
	Tapa superior en forma de media luna: curvatura externa largo 140 cm, curvatura interna largo: 104 cm, ancho 53cm		X	No especifica medidas
	Bordes curvos		X	No especifican
	El tubo redondeado de 1" de acero inoxidable		X	No especifican
	Posea PIN para graduar de acuerdo a la altura	X		Folio 44
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO	Tiempo de garantía un (1) año	X		Tres (3) años de garantía

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐
 NO ☒

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐
 NO ☒

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐
 NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETTA	FECHA:	26 de octubre 2017
FIRMA:		GRUPO:	Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria
CARGO:	Coordinador del Grupo de Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria		
NOMBRE(S):	SANDRA MILENA CRUZ	FECHA:	26 de octubre 2017
FIRMA:		GRUPO:	Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria
CARGO:	Instrumentadora Quirúrgica		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O
ELEMENTO:
PROVEEDO
R:

MESAS DE MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO CON GRADUACIÓN DE ALTURA

ITEM: 11

P H HOSPITALARIOS S.A.S

MARCA P H HOSPITALARIOS

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
DEFINICIÓN	Altura graduable de 120 cm a 180 cm, bandeja ancho 40 cm por 58 cm de largo		X	No especifican
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	De dos (2) ruedas giratorias de facil manejo y que no marquen el piso		X	No especifican
	Estructura en acero inoxidable		X	No especifican
	Posea PIN para graduar de acuerdo a la altura		X	No especifican
	Tubo redondeado de 1"		X	No especifican
	Diseño de base en "U" con tapas planas para deslizarlas debajo de las mesas de cirugía		X	No especifican
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO	Tiempo de garantía un (1) año	X		Tres (3) años de garantía

ENTREGA
ACLARACIONES:

SI

X

NO

RESPONDE A LOS
REQUERIMIENTOS:

SI

X

NO

CONCEPTO TÉCNICO
FAVORABLE:

SI

X

NO

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETTA	FECHA:	26 de octubre 2017
FIRMA:		GRUPO:	Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria
CARGO:	Coordinador del Grupo de Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria		
NOMBRE(S):	SANDRA MILENA CRUZ	FECHA:	26 de octubre 2017
FIRMA:		GRUPO:	Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria
CARGO:	Instrumentadora Quirúrgica		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARROS DE TRES (03) ESTANTES ITEM: 8

PROVEEDOR: P H HOSPITALARIOS S.A.S MARCA: ESTRA

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Dimensiones: largo 96 cm, Ancho 50,8cm, Alto 103,2 cm		X	No se especifican folio 45
	Material: polietileno de alta densidad		X	No se especifican folio 45
	Color Negro		X	No se especifican folio 45
	Peso 23,4 Kg		X	No se especifican folio 45
	Capacidad 136,1 Kg		X	No se especifican folio 45
	Duraderos y aptos para multiples funciones		X	No se especifican folio 45
	Postes de aluminos y estantes moldeados		X	No se especifican folio 45
	Con ruedas giratorias que no marquen el piso	X		Folio 45
	Estantes amplios para equipos y suministros		X	No se especifican folio 45
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO	Tiempo de garantia de un (01) año	X		Un (01) año
	Garanzatiar soporte y mantenimiento preventivo		X	No se especifican

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETTA	FECHA:	26 de octubre 2017
FIRMA:		GRUPO:	Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria
CARGO:	Coordinador del Grupo de Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria		
NOMBRE(S):	SANDRA MILENA CRUZ	FECHA:	26 de octubre 2017
FIRMA:		GRUPO:	Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria
CARGO:	Instrumentadora Quirúrgica		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.


IMCARE

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	ATRIL PORTASUERO CROMADO SIN RUEDAS		ITEM:	300, 360 Y 367
PROVEEDOR:	IMCARE		MARCA	

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
TUBO REDONDO DE 7/8 EN ACERO COL ROLLED CROMADO.	ELABORACION Y TERMINADOS EN ACERO COL ROLLED CROMADO O ACERO INOXIDABLE	X		
BASE FUNDIDA EN ALUMINIO DE 3 PATAS	BASE EN VARILLA FUNDIDA DE 3"-5" DE 3 O 5 PATAS	X		
TUBO REDONDO 5/8 C 18 EN ACERO COL ROLLED CROMADO	TUBO REDONDO 5/8 O 7/8 EN ACERO COL ROLLED CROMADO	X		
VARILLA EN ACERO REDONDA 1/4 EN ACERO COLD ROLLED CROMADO	VARILLA REDONDA 1/4 EN ACERO COLD ROLLED CROMADO O ACERO INOXIDABLE	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI		RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	X		CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	X	
	NO	X		NO				NO		


Identificación del evaluar :			
NOMBRE(S):	LILIA ESPERANZA GARCIA RAMIREZ		
FIRMA:			
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	ATRIL PORTASUERO CROMADO SIN O CON RUEDAS	ITEM:	300, 360 Y 367
PROVEEDOR:	IMCARE	MARCA	

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
3 NIVELADORES DE 3/8.	3 NIVELADORES DE 3/8.	X		TIENE OPCION DE 2 A 4 GANCHOS PORTA SUERO
1 PERILLA PLASTICA DE 1/4	OPCION DE PERILLA PLASTICA O DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4	X		OPCION ADICIONAL DE BANDEJA BRILLANTE DE 17cm * 17cm PARA BOMBA DE INFUSION CON ALTURA DE HASTA 41 cm
CAMBIO DE ALTURA GANCHO DE ATRIL DE 1,10 A 2,10 M	CAMBIO DE ALTURA DE GANCHO ATRIL DE 110 A 210 cm	X		
ACERO COLD ROLLED CROMADO	ELABORACION Y TERMINADOS EN ACERO COL ROLLED CROMADO O ACERO INOXIDABLE	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI			RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	X		CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	X	
	NO	X			NO					NO	

Identificación del evaluar :			
NOMBRE(S):	LILIA ESPERANZA GARCIA RAMIREZ		
FIRMA:			
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	BANDEJA	ITEM:	300, 360 Y 367
PROVEEDOR:	IMCARE	MARCA	

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	X		MANEJAN OTRAS DIMENSIONES: 45 X 29 cm, 40 X 26 cm, 31 X 15cm
ANTIACIDOS Y ANTIOXIDANTE	CON PROTECCION ANTIACIDOS Y ANTIOXIDANTE	X		
DIMENSIONES 30cm + 20cm	BANDEJA INSTRUMENTAL DE 30 X 20	X		
RESISTENTE Y BUEN ACABADO EN ACERO INOXIDABLE	ACABADOS EN ACERO INOXIDABLE	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI			RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	X		CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	X	
	NO	X			NO				NO		
Identificación del evaluar :											

NOMBRE(S):	LILIA ESPERANZA GARCIA RAMIREZ		
FIRMA:			
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:										RIÑONERA										ITEM:		300, 360 Y 367																	
PROVEEDOR:										IMCARE										MARCA																			
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN										CRITERIO DE CUMPLIMIENTO										CUMPLE		NO CUMPLE		OBSERVACIÓN															
ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.										ESTRUCTURA Y ACABADOS EN ACERO INOXIDABLE										X																			
RESISTENTE																				X																			
DIMENSIONES 30cm + 20cm																						X		NO HAY DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES															

ENTREGA																				SI																				RESPONDE A LOS										SI										X																				CONCEPTO TÉCNICO										SI																																							
ACLARACIONES:																				NO										X																				REQUERIMIENTOS:										NO																														FAVORABLE:										NO										X																			
Identificación del evaluar :																																																																																																																																	
NOMBRE(S):										LILIA ESPERANZA GARCIA RAMIREZ																																																																																																																							
FIRMA:																																																																																																																																	

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	PATO										ITEM:	300, 360 Y 367																																		
PROVEEDOR:	IMCARE										MARCA																																			
<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN</th> <th>CRITERIO DE CUMPLIMIENTO</th> <th>CUMPLE</th> <th>NO CUMPLE</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> <tr> <td>ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.</td> <td>ELABORACION Y TERMINADOS EN ACERO INOXIDABLE</td> <td>X</td> <td></td> <td>OPCIONAL TAPA PROTECTORA</td> </tr> <tr> <td>ANTIACIDOS Y ANTIOXIDANTE</td> <td>PROTECCION ANTIACIDOS Y ANTIOXIDANTE</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIMENSIONES: 33cm * 28cm * 8,5cm</td> <td>DIMENSIONES: 33cm * 28cm * 8,5cm</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE</td> <td>ELABORACION Y TERMINADOS EN ACERO INOXIDABLE</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																						DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.	ELABORACION Y TERMINADOS EN ACERO INOXIDABLE	X		OPCIONAL TAPA PROTECTORA	ANTIACIDOS Y ANTIOXIDANTE	PROTECCION ANTIACIDOS Y ANTIOXIDANTE	X			DIMENSIONES: 33cm * 28cm * 8,5cm	DIMENSIONES: 33cm * 28cm * 8,5cm	X			TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE	ELABORACION Y TERMINADOS EN ACERO INOXIDABLE	X		
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN																																										
ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.	ELABORACION Y TERMINADOS EN ACERO INOXIDABLE	X		OPCIONAL TAPA PROTECTORA																																										
ANTIACIDOS Y ANTIOXIDANTE	PROTECCION ANTIACIDOS Y ANTIOXIDANTE	X																																												
DIMENSIONES: 33cm * 28cm * 8,5cm	DIMENSIONES: 33cm * 28cm * 8,5cm	X																																												
TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE	ELABORACION Y TERMINADOS EN ACERO INOXIDABLE	X																																												


ENTREGA ACLARACIONES:	SI	NO	X	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	X	NO	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	X	NO
Identificación del evaluar :											
NOMBRE(S):	LILIA ESPERANZA GARCIA RAMIREZ										
FIRMA:											

CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA																			
NOMBRE(S):																				
FIRMA:																				
CARGO:																				
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentre inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.																				

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	PISCINGO	ITEM:	300, 360 Y 367
PROVEEDOR:	IMCARE	MARCA	

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.	ELABORACION Y TERMINADOS EN ACERO INOXIDABLE	X		
ANTIACIDOS Y ANTIOXIDANTE	PROTECCION ANTIACIDOS Y ANTIOXIDANTE	X		
DIMENSIONES: 23cm * 9cm *7cm	DIMENSIONES: 23cm * 9cm *7cm	X		
TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE	ELABORACION Y TERMINADOS EN ACERO INOXIDABLE	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	NO	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	X	NO	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	X	NO
Identificación del evaluar :										
NOMBRE(S):	LILIA ESPERANZA GARCIA RAMIREZ									
FIRMA:										


CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA																	
NOMBRE(S):																		
FIRMA:																		
CARGO:																		
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentre inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.																		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	CARRO DE MEDICAMENTOS		ITEM:	300, 360 Y 367
PROVEEDOR:	IMCARE		MARCA	

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE COLD ROLLED .22			X	AL PARECER LA ESTRUCTURA ES DE MATERIAL PLASTICO
TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE C.20	TAPA SUPERIOR DE PLASTICO ABS CON MANGO DE ARCO Y BORDE SALIENTE		X	
PROTECTOR EN ACERO INOXIDABLE C.20			X	EN LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO NO ESTA ANEXA ESTA ESPECIFICACION DEL PRODUCTO
SISTEMA DE CIERRE UNICO PARA TODOS LOS CAJONES, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR	CERRADURA CENTRAL PARA TODAS LAS GAVETAS		X	


ENTREGA ACLARACIONES:	SI		RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI		CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	
	NO	X		NO	X		NO	x
Identificación del evaluar :								
NOMBRE(S):	LILIA ESPERANZA GARCIA RAMIREZ							


FIRMA:			
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	CARRO DE MEDICAMENTOS	ITEM:	300, 360 Y 367
PROVEEDOR:	IMCARE	MARCA	

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
CON SEIS GAVETAS DE ALMACENAMIENTO, CADA UNA CON CINCO COMPARTIMIENTOS PLASTICOS	5 CAJONES A LADO Y LADO DE PLASTICO ABS, CADA UNO DE 5 GAVETAS PARA UN TOTAL DE 25 GAVETAS A CADA LADO Y 50 EN TOTAL	X		PESTAÑAS PARA ETIQUETAR CADA GAVETA
MANIJA PLASTICA SUPERIOR PARA TRANSPORTE			X	LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO DICE QUE TIENE UN MANGO DE ARCO Y BORDES SALIENTES
30 MODULOS DE POLIPROPILENO CON SUBDIVISIONES	5 CAJONES A LADO Y LADO DE PLASTICO ABS, CADA UNO DE 5 GAVETAS PARA UN TOTAL DE 25 GAVETAS A CADA LADO Y 50 EN TOTAL	X		CANECAS AUXILIARES Y CONTENEDOR MULTIUSOS
ALACENA INFERIOR DE DOS PUERTAS	CAJON INFERIOR CON DIVISIONES EXTRAIBLES Y ACOMODABLES QUE PERMITE ORGANIZARSE LIBREMENTE EN UNIDADES DE DIFERENTES TAMAÑOS	X		

ENTREGA ACLARACIONES:										SI		RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:		SI		CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:										SI					
										NO		X		NO		X												NO		x	
Identificación del evaluar :																															
NOMBRE(S):		LILIA ESPERANZA GARCIA RAMIREZ																													
FIRMA:																															
CARGO:		COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA																													
NOMBRE(S):																															
FIRMA:																															
CARGO:																															
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.																															

Identificación del evaluar :			
NOMBRE(S):	LILIA ESPERANZA GARCIA RAMIREZ		
FIRMA:			
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA DE ENFERMERÍA		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.			

OBSERVACIONES ADICIONALES

AUNQUE EL CARRO NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES INSTITUCIONALES SI POSEE CARACTERÍSTICAS FAVORABLES

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O
ELEMENTO:
PROVEEDO
R:

MESAS RIÑONERAS PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO CON GRADUACIÓN DE ALTURA

ITEM: 10

IMCARE LTDA

MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
DEFINICIÓN	Largo 140 cm, ancho 53 cm, altura 71 cm, altura máxima 94 cm		X	No especifica medidas de altura
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	De cinco (5) ruedas giratorias de facil manejo y que no marquen el piso	X		Ruedas de 2"
	Estructura en acero inoxidable	X		Folio 98
	Tapa superior en forma de media luna: curvatura externa largo 140 cm, curvatura interna largo: 104 cm, ancho 53cm		X	No especifica medidas
	Bordes curvos	X		Folio 98
	El tubo redondeado de 1" de acero inoxidable	X		Folio 98
	Posea PIN para graduar de acuerdo a la altura		X	No se encuentra información relacionada
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO	Tiempo de garantía un (1) año	X		Dos (2) años de garantía

ENTREGA
ACLARACIONES:

SI

X

NO

RESPONDE A LOS
REQUERIMIENTOS:

SI

X

NO



CONCEPTO TÉCNICO
FAVORABLE:

SI

X

NO

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETTA	FECHA	26 de octubre 2017
FIRMA:		GRUPO	Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria
CARGO:	Coordinador del Grupo de Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria		
NOMBRE(S):	SANDRA MILENA CRUZ	FECHA	26 de octubre 2017
FIRMA:		GRUPO	Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria
CARGO:	Instrumentadora Quirúrgica		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O
ELEMENTO:
PROVEEDO
R:

MESAS DE MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO CON GRADUACIÓN DE ALTURA

ITEM: 11

IMCARE LTDA

MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
DEFINICIÓN	Altura graduable de 120 cm a 180 cm, bandeja ancho 40 cm por 58 cm de largo		X	Altura graduable de 105 a 125 cm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	De dos (2) ruedas giratorias de facil manejo y que no marquen el piso	X		2"
	Estructura en acero inoxidable	X		Folio 99
	Posea PIN para graduar de acuerdo a la altura	X		Desplazable verticalmente con un tornillo
	Tubo redondeado de 1"	X		Folio 99
	Diseño de base en "U" con tapas planas para deslizarlas debajo de las mesas de cirugía	X		Imagen folio 99
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO	Tiempo de garantía un (1) año	X		Dos (2) años

ENTREGA
ACLARACIONES:

SI ☐
NO ☒


RESPONDE A LOS
REQUERIMIENTOS:

SI ☐
NO ☒

CONCEPTO TÉCNICO
FAVORABLE:

SI ☐
NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETTA	FECHA	26 de octubre 2017
FIRMA:		GRUPO	Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria
CARGO:	Coordinador del Grupo de Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria		
NOMBRE(S):	SANDRA MILENA CRUZ	FECHA	26 de octubre 2017
FIRMA:		GRUPO	Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria
CARGO:	Instrumentadora Quirúrgica		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.