

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDC-P02-F-30
GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
RE-EVALUACIÓN		VIGENCIA:	31-12-2016
CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: MESAS DE MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO CON GRADUACIÓN DE ALTURA

PROVEEDO: IMCARE LTDA

ITEM: 11

MARCA MB

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
DEFINICIÓN	Altura graduable de 120 cm a 180 cm, bandeja ancho 40 cm por 58 cm de largo		X	Proveedor manifiesta no cumplir con el requerimiento
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	De dos (2) ruedas giratorias de facil manejo y que no marquen el piso	X		2"
	Estructura en acero inoxidable	X		Folio 99
	Posea PIN para graduar de acuerdo a la altura	X		Desplazable verticalmente con un tornillo
	Tubo redondeado de 1"	X		Folio 99
	Diseño de base en "U" con tapas planas para deslizarlas debajo de las mesas de cirugía	X		Imagen folio 99
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	Tiempo de garantía un (1) año	X		Dos (2) años

ENTREGA ACLARACIONES:

SI	☒	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	☐	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	☐
NO	☐		NO	☒		NO	☒

Identificación del evaluador:

NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETTA	FECHA	27 de noviembre 2017
FIRMA:		GRUPO	Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria
CARGO:	Coordinador del Grupo de Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria		
NOMBRES:	LEDYS MILENA DAZA	FECHA	27 de noviembre 2017
FIRMA:		GRUPO	Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria
CARGO:	Instrumentadora Quirúrgica		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDC-P02-F-30
GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
RE-EVALUACIÓN		VIGENCIA:	31-12-2016
CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: MESAS RIÑONERAS PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO CON GRADUACIÓN DE ALTURA

PROVEEDO: IMCARE LTDA

ITEM: 10

MARCA: MB

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
DEFINICIÓN	Largo 140 cm, ancho 53 cm, altura 71 cm, altura máxima 94 cm		X	No especifica medida de altura, la cual es requerida
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	De cinco (5) ruedas giratorias de fácil manejo y que no marquen el piso	X		Ruedas de 2"
	Estructura en acero inoxidable	X		Folio 98
	Tapa superior en forma de media luna: curvatura externa largo 140 cm, curvatura interna largo: 104 cm, ancho 53cm		X	No especifica medidas
	Bordes curvos	X		Folio 98
	El tubo redondeado de 1" de acero inoxidable	X		Folio 98
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	Posea PIN para graduar de acuerdo a la altura		X	No se encuentra información relacionada
	Tiempo de garantía un (1) año	X		Dos (2) años de garantía

ENTREGA ACLARACIONES:

SI ☒ NO ☐

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:


SI ☐ NO ☒

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S): JORGE ARMANDO LUQUETTA

FIRMA: 

CARGO: Coordinador del Grupo de Salas de Cirugía y Medicina Periooperatoria

NOMBRE(S): LEDYS MILENA DAZA

FIRMA: 

CARGO: Instrumentadora Quirúrgica

FECHA: 27 de noviembre 2017

GRUPO: Salas de Cirugía y Medicina Periooperatoria

FECHA: 27 de noviembre 2017

GRUPO: Salas de Cirugía y Medicina Periooperatoria

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.