



INVITACIÓN A COTIZAR No. 195 DE 2017

Página 1 de 2

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MICRODISECTOR LASER Y MICROSCOPIOS MARCA OLYMPUS, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A
LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES

El Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado, procede a dar respuesta a las observaciones realizadas en tiempo a los términos de condiciones de la presente invitación así:

A.) Observaciones presentadas por PURIFICACIÓN Y ANALISIS DE FLUIDOS, recibidas a través del correo electrónico enviado a invitaciones@cancer.gov.co, el día 11 de octubre de 2017 a las 09:52 a.m..

PREGUNTA 1:

1. Se ofrece servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos Olympus, teniendo en cuenta la disponibilidad de repuestos (carta adjunta)

RESPUESTA 1:

El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E, informa que el proveedor debe realizar cotización de los equipos que cuenten con soporte de mantenimiento y/o repuestos, es decir, puede incluir servicio de mano de obra o mano de obra con repuestos pero debe dejar en su propuesta el detalle de esta misma información.

PREGUNTA 2:

- 2 No se presta servicio de mantenimiento para microdisector láser ni U-MPH-AX70 por no disponibilidad de repuestos.

RESPUESTA 2:

El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E, informa que el proveedor debe retirarlo de su oferta y cotizar sólo los que cuentan con soporte de mantenimiento y/o repuestos.



INVITACIÓN A COTIZAR No. 195 DE 2017

Página 2 de 2

PREGUNTA 3:

- 3 Debido a las diferentes configuraciones de los equipos incluidos en el listado, el backup no es posible para equipos de alta complejidad, solo para equipos de manejo básico.

RESPUESTA 3:


El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E, informa que el oferente debe aclarar para que equipos se cubriría el backup en caso de requerirse y para los equipos de alta complejidad, por favor proponer medida alternativa para garantizar el funcionamiento.

PREGUNTA 4:

- 4 Tiempo de importación (carta adjunta)

RESPUESTA 4

El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E, informa que el tiempo de importación de repuestos debe ser de Ocho (8) días hábiles, por lo anterior el requerimiento se mantiene.


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo – Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.

Vo Bo: Rubia Elicelly Cardenas Bayona – Coordinadora Grupo Área Gestión Contractual.

Revisó: Germán Darío García Contreras – Profesional Especializado I Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH)

Elaboró: Gissel Rey– Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH)