

211613

Instituto Nacional de Cancerología E.S.
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-01783-2017
No. Folios: 1
Fecha: 2017-03-10 03:32:09 PM
211613

Bogotá,

Señora

Johanna Jimenez

Asistente de Presidencia y Licitaciones

BIOTRONITECH

E: Mail: gerencia@biotronitech.com.co TEL: 6.583100-CEL:316.5233497

Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 009-2017

Respetada Señora Johanna:

En respuesta a su correo electrónico del 03 de marzo de 2017 a las 02:20 p.m., el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PRIMERA PREGUNTA:

1. VIDEOLAPAROSCOPIO :

"¿Solicitamos pedir las especificaciones de este laparoscopia con diámetro 10mm, ángulo de visión 30° y la longitud de 31 cma 33cm, ya que estas ópticas no describen profundidad de campo ni campo de visión en los catálogos. En cambio si es muy importante que sea esterilizable a vapor y que traiga un contenedor especial para su esterilización."?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE le informa que se expidió la adenda No.1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

SEGUNDA PREGUNTA:

2. INSUFLADOR:

"¿Creemos que la "evacuación automática de humo" es realmente la evacuación automática de GAS que si es muy importante y de hecho viene con los insufladores electrónicos como un mecanismo de protección contra la sobre-presión. El humo generalmente sale a través de los trocares sin necesidad de activar ninguna función. Muy importante que solicite el calefactor del gas que evita enfriamientos producidos por el frío del Co2."?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE le informa que se expidió la adenda No.1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

TERCERA PREGUNTA:

3. PROCESADOR DE VIDEO

"¿La salida de señal Análoga se considera obsoleta puesto que ahora se maneja salida DIGITAL mediante la señal DVI que corresponde a la señal de alta definición grado medico. Al aceptar señales análogas esa tecnología es antigua y no es comparable en precio con una tecnología full HD. El cabezal de la cámara es el que trae el foco y el zoom y debe ofrecerse con un contenedor especial para esterilizarla adecuadamente"?

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE le informa que se expidió la adenda No.1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

CUARTA PREGUNTA:

4. FUENTE DE LUZ

"¿La tecnología Led desplazó el xenón no solamente porque su vida útil es de 30.000 horas comparativamente con las 500 horas que tiene el xenón, sino también porque calienta menos, gasta menos energía y genera la misma intensidad lumínica con 175W. Si también es aceptable la antigua tecnología halógena, tampoco podría compararse en precios una halógena con una Led. hasta el 31 de diciembre de 2017. Sugerimos respetuosamente que sean 90 días de validez."?

RESPUESTA:

Se mantiene el criterio por lo tanto no se modifica, se aceptan bombillas LED o bombillas halógenas (Xenón), tal cual como se encuentra redactada el ítem: 4.1. Lámpara de xenón de 300 W, o de tecnología de LED. Lo anterior para permitir la participación plural de oferentes, por lo cual no se modificará el ítem.

QUINTA PREGUNTA:


7. ACCESORIOS

"¿La solicitud del pedal no aplica para ninguno de los equipos que conforman la torre de video puesto que ninguno se maneja con pedal. Y el recipiente para esterilización se refiere al del lente o al de la cámara" ?.

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología le informa que se expidió la adenda No.1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co link contrate con nosotros.

Cordialmente,



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras 
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual 
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/GC/YACA/Clara