


Instituto Nacional de Cancerología E.S.
Gestión Documental y Correspondencia

200192

No. Radicación: SAL-00404-2017
No. Folios: 1
Fecha: 2017-01-24 04:02:35 PM

200192

Bogotá,

Señora
DORIS CERON
Asesora Comercial
SANITAS SAS
Tel: 2880177 Ext. 103 - 321 2107855 Email: doris.ceron@sanitastec.com
Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTA CONVOCATORIA PUBLICA No 001 de 2017

Respetado (a) Doctor (a) Nombre Destinatario

Respetada Señora Doris :

Comedidamente me permito dar respuesta a su comunicación recibida vía email, al correo invitaciones@cancer.gov.co, el día miércoles, 18 de enero de 2017 08:13 a.m., al respecto el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

Con el ánimo de participar en la convocatoria pública No.001 de 2017, atentamente solicitamos aclaración y/o ampliación a los siguientes ítems:

PREGUNTAS

1. ANEXO No. 6 - BIENES REQUERIDOS. GRUPO # 12 CULTIVO CELULA. ITEM 1. MEDIO DE CULTIVO RPMI 1640 LIOFILIZADO CAJA X 10 FRASCOS X 1 LITRO. Solicitamos aceptar presentación de 10 Lt.

RESPUESTA

No se acepta otra presentación, conforme está establecido en los términos en la viñeta 5 del numeral 8.4.3

2. ANEXO No. 6 - BIENES REQUERIDOS. GRUPO # 12 CULTIVO CELULA. ITEM 2. MEDIO CULT RPMI L-GLUTAMINA Y 25MM X 500. Solicitamos aclarar 25 MM de qué?

RESPUESTA

25 MM= Medio Marrow Max

3. ANEXO No. 6 - BIENES REQUERIDOS. GRUPO # 16 INDICADOR PH. ITEM 1. INDICADOR DE PH EN VARILLAS 5-10 DE CUATRO CUERPOS. Es posible ofertar varillas indicadoras con un rango de 4,5 a 10? Adicionalmente aclarar a qué se refieren con cuatro cuerpos.

RESPUESTA

Se acepta el cambio y en cuanto a cuerpos se refiere a 4 indicadores de color; se publicó la Adenda No.3 la cual puede consultar en la página www.cancer.gov.co

4. ANEXO No. 6 - BIENES REQUERIDOS. GRUPO # 16 INDICADOR PH. ITEM 2. INDICADOR DE PH EN VARILLAS 1-14 DE CUATRO CUERPOS. Es posible ofertar varillas indicadoras con un rango de 0 a 14? Adicionalmente aclarar a qué se refieren con cuatro cuerpos.

P 1 / 2

RESPUESTA

Se acepta el cambio y en cuanto a cuerpos se refiere a 4 indicadores de color; se publicó la Adenda No.3 la cual puede consultar en la página www.cancer.gov.co

5. ANEXO No. 6 - BIENES REQUERIDOS. GRUPO # 26 SONDAS. ITEM 5. SONDA LSI MLL X 20 PRUEBAS (FISH). Solicitamos especificar coordenadas de las sondas. Ejemplo: chr11:118350159-118548829

RESPUESTA

Para la región 11Q23

6. ANEXO No. 6 - BIENES REQUERIDOS. GRUPO # 26 SONDAS. ITEM 9. SONDA LSI IGH X 20 PRUEBAS (FISH). Solicitamos especificar coordenadas de las sondas. Ejemplo: chr11:118350159-118548829

RESPUESTA

Para la región 14Q34

7. ANEXO No. 6 - BIENES REQUERIDOS. GRUPO # 26 SONDAS. ITEM 11. SONDA LSI ALK/NPM T(2;5) (P23;Q35) DOBLE COLOR X 20 PRUEBAS (FISH). Solicitamos especificar coordenadas de las sondas. Ejemplo: chr11:118350159-118548829

RESPUESTA

Se necesita la sonda break appart ALK región 2P23 para cáncer de pulmón

8. ANEXO No. 6 - BIENES REQUERIDOS. GRUPO # 26 SONDAS. ITEM 14. DAPI I X 500 UL. Solicitamos aceptar presentación de 100 μL/vial.

RESPUESTA

Si se acepta la de 100UL pero es necesario cotizar para completar los 500 UL.

Cordialmente,


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

DG/CWC/SGGAF/JJPA/RECB/GAGC/GC/YACA/Elsy