

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 406 DE 2019

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO TECNOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA, ACORDE CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE CONDICIONES, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	CANTIDAD	ESTIMACIÓN 5 MESES	ESTIMACIÓN 12 MESES	CODIGO INNO	TECNOLOGIA REQUERIDA (cantidad)
- GADOLINIO HEPATOESPECIFICO- GADOXETICO (0.25MMOL/ML) JR 7.5ML - GADOLINIO HEPATO PROTECTOR (1.0MMOL/ML) FRASCO 15ML - GADOLINIO 28.4MG 0.5 MMOL/ML FRASCO 15ML	UNIDAD	\$ 200.000.000	\$ 288.468.721	Contrato global	- Se requiere un (1) inyector de medio de contraste para resonancia, de doble cabezal, controlado por microprocesador. Con velocidad de flujo constante de solución salina y jeringas de carga de 150 - 200ml con sistema en cascada. Se requiere que los consumibles del inyector (jeringas, extensiones que resistan la presión, líneas de transferencia y los demás que se requieran para el correcto funcionamiento del equipo los cuales deben ser descritos en su totalidad en cada una de las propuestas y suministrados en su totalidad de acuerdo a cada uno de los procesos y procedimientos de atención establecidos en el servicio de Radiología, junto a las necesidades de los inyectores equipo, para el correcto funcionamiento de este equipo, sin ningún cobro adicional por tanto. No se aceptan propuestas con limitaciones a la entrega de estos insumos; así mismo se requiere el soporte normativo para aval del uso, frecuencia de uso de cada uno de los accesorios o consumibles entregados. - Se requiere que en la oferta presentada el oferente indique las cantidades discriminadas de los consumibles requeridos para la prestación del servicio de forma mensual. - Se requiere que el participante certifique que el producto puede ser utilizado para pacientes con compromiso hepático.
MEGLUMINA DIATRIZOATO 30ML ORAL	FRASCO	\$ 68.719.063,68	\$ 91.192.556,16	10010334	No requiere

