

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			

EQUIPO:	PHANTOM ANTROPOMÓRFICO	MARCA:	CIRS
ITEM:	1	MODELO:	706
PROVEEDOR:	J RESTREPO EQUIPHOS SAS	VALOR UNITARIO COTIZADO:	92.587.950
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	1.1 Corresponde al modeo de niño de 10 años.	X		
	1.2 Incluye secciones 1 a 32	X		
	1.3 Dispone de huecos de 5 mm en rehilla de 3 x 3.	X		
	1.4 Densidad de 1.56 g/cc	X		
	1.4 Longitud de 140 cm	X		
	1.5 masa de 32 Kg.	X		
ACCESORIOS	2. ACCESORIOS.			
	NA			
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.	X		
	2. Asegurar entrega de manuales de usuario del phantom en castellano o inglés.	X		
	3. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.	X		
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.	X		
	2. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.	X		
SUBTOTAL (Porcentaje)		100%		
TOTAL		100,0%		

NOTA: EL 100% DE LA EVALUCION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MINIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MARÍA TERESA VALLEJO	FECHA:	12/02/2018
FIRMA:	<i>Maria Teresa Vallejo O.</i>	DEPENDENCIA:	GRUPO INVESTIGACIÓN CLÍNICA
CARGO:	MÉDICO ESPECIALISTA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			


EQUIPO:	PHANTOM ANTROPOMÓRFICO	MARCA:	CIRS
ITEM:	1	MODELO:	706
PROVEEDOR:	ADVANCED RADIOTHERAPY CORPORATION S.A	VALOR UNITARIO COTIZADO:	98.258.895
GARANTÍA:	2 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	1.1 Corresponde al modeo de niño de 10 años.	X		
	1.2 Incluye secciones 1 a 32	X		
	1.3 Dispone de huecos de 5 mm en rehilla de 3 x 3.	X		
	1.4 Densidad de 1.56 g/cc	X		
	1.4 Longitud de 140 cm	X		
	1.5 masa de 32 Kg.	X		
ACCESORIOS	2. ACCESORIOS.			
	NA			
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.	X		
	2. Asegurar entrega de manuales de usuario del phantom en castellano o inglés.	X		
	3. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.	X		
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.	X		
	2. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.	X		
SUBTOTAL (Porcentaje)		100%		
TOTAL		100,0%		

NOTA: EL 100% DE LA EVALUCION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MINIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MARÍA TERESA VALLEJO	FECHA:	12/02/2018
FIRMA:		DEPENDENCIA	GRUPO INVESTIGACIÓN CLÍNICA
CARGO:	MÉDICO ESPECIALISTA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.