

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO : 20080697

1. NOMBRE GENÉRICO	Kit Circula Extracorporea R9900087 Hipec		2. NOMBRE COMERCIAL	HANG & GO	
3. PROVEEDOR	3-80 LTDA		4. MARCA O REFERENCIA	RanD S.r.l	
5. ESPECIFICACIONES: Compatible con Sistema performer HT para realizar procedimientos de perfusion intraperitoneal o intrapleural a fin de ayudar a la hipermia localizada a través de la circulación de fluidos calentados que puede contener medicamentos quimioterapeúticos , en la cavidad peritoneal o pleural.					
6. REGISTRO SANITARIO N°	2013EBC-0010835		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD 07 MM 01 AAAA 2024	
8. UNIDAD DE MEDIDA	CAJA		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	CAJA X 2 UNIDADES	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	Actualmente el instituto cuenta con el sistema PERFORMER HT compatible con el Kit de circulación Extracorporea para perfusion intraperitoneal o intrapleural a fin de ayudar a la hipermia localizada a través de la circulación de fluidos calentados que puede contener medicamentos quimioterapeúticos , en la cavidad peritoneal o pleural				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	Es Compatible con Sistema performer HT y cumple para perfusion intraperitoneal o intrapleural a fin de ayudar a la hipermia localizada a través de la circulación de fluidos calentados que puede contener medicamentos quimioterapeúticos , en la cavidad peritoneal o pleural				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	Es Compatible con Sistema performer HT yara perfusion intraperitoneal o intrapleural a fin de ayudar a la hipermia localizada a través de la circulación de fluidos calentados que puede contener medicamentos quimioterapeúticos , en la cavidad peritoneal o pleural				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	JORGE LUQUETA				
FIRMA (S):			FECHA	D 16 MM 11 AAAA 2018	
CARGO:	Coord. Salas Cirugía		DEPENDENCIA	Salas Cirugía	
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):			FECHA	D MM AAAA	
CARGO:			DEPENDENCIA		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):			FECHA	D MM AAAA	
CARGO:			DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO 20080767

1. NOMBRE GENÉRICO	Kit perfusion ILP (AISLADA MIEMBRO)	2. NOMBRE COMERCIAL	ILP HT
3. PROVEEDOR	3-60 LTDA	4. MARCA O REFERENCIA	RanD S.r.l
5. ESPECIFICACIONES: Compatible con Sistema performer HT para realizar procedimientos de perfusion aislada de miembros que consiste en aislar un area anatomica seguido de una perfusion intra-arterial de medicamentos quimioterapeuticos bajo condiciones de Hiperoxia/hipxia.			
6. REGISTRO SANITARIO N°	2013EBC-0010835	7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD 07 MM 01 AAAA 2024
8. UNIDAD DE MEDIDA	CAJA	9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	CAJA X 2 UNIDADES
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐ NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐ NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :			

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐ NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?			
SI ☒ NO ☐			
PORQUE ?	Actualmente el instituto cuenta con el sistema PERFORMER HT compatible con el Kit perfusor ILP para perfusión aislada del organo		
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
SI ☒ NO ☐			
PORQUE ?	Es Compatible con Sistema performer HT		
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
SI ☒ NO ☐			
PORQUE ?	Es Compatible con Sistema performer HT y cumple para realizar procedimientos de perfusion aislada de miembros que consiste en aislar un area anatomica seguido de una perfusion intra-arterial de medicamentos quimioterapeuticos bajo condiciones de Hiperoxia/hipxia		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	JORGE LUQUETA		
FIRMA (S):		FECHA:	D 16 MM 4 AAAA 2018
CARGO:	Coord. Salas Op	DEPENDENCIA:	Salas Cirujia
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA:	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA:	
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA:	D MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA:	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.