

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			


EQUIPO:	MESA AUXILIAR FIJA	MARCA:	IMCARE
ITEM:		MODELO:	MB 23 - 3
PROVEEDOR:	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$249.900 con iva
GARANTÍA:	DOS AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	Mesa fabricada en material resistente que permita fácil limpieza y desinfección.	X		
	Fabricado en acero inoxidable con estructura en perfil tubular		X	Tiene partes que no son en acero inoxidable
	Con un entrepaño		X	Fabricado en cold rolled no acero
	Base superior que no permita el deslizamiento de los elementos	X		
	Medidas aproximadas: 80cm de alto x 50cm de ancho y 40cm de profundidad.	X		
	Patas con tapones de caucho para evitar el deslizamiento	X		
	Tiempo de garantía mínimo (2) dos años o más		X	En la oferta no la mencionan
	Garantizar la instalación y la asesoría para el óptimo funcionamiento		X	
ACCESORIOS	2. ACCESORIOS.			
	NO APLICA			
ALIMENTACION	3. ELECTRICA.			
	NO APLICA			
TOTAL				

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MARÍA CONCEPCIÓN GÓMEZ SÁNCHEZ	FECHA:	18 DE ABRIL DE 2018
FIRMA:		DEPENDENCIA	
CARGO:	COORDINADORA GRUPO CONSULTA EXTERNA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			

EQUIPO: MESA AUXILIAR CON RODACHINES MARCA:
 ITEM: MODELO:
 PROVEEDOR: IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES VALOR UNITARIO COTIZADO:
 GARANTÍA: DOS AÑOS


IMCARE
 MB 23 - 3
 \$349,979.00 INCLUIDO IVA

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	Mesa fabricada en material resistente que permita fácil limpieza y desinfección.	X		
	Fabricado en acero inoxidable con estructura en perfil tubular		X	Tiene partes que no son en acero inoxidable
	Con un entrepaño		X	Fabricado en cold rolled no acero
	Base superior que no permita el deslizamiento de los elementos	X		
	Medidas aproximadas: 80cm de alto x 50cm de ancho y 40cm de profundidad.	X		
	Patas con tapones de caucho para evitar el deslizamiento	X		
	Tiempo de garantía mínimo (2) dos años o más		X	En la oferta no la mencionan
	Garantizar la instalación y la asesoría para el óptimo funcionamiento		X	
ACCESORIOS	2. ACCESORIOS.			
	NO APLICA			
ALIMENTACION	3. ELECTRICA.			
	NO APLICA			
TOTAL				

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MÍNIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MARÍA CONCEPCIÓN GÓMEZ SÁNCHEZ	FECHA:	18 DE ABRIL DE 2018
FIRMA:		DEPENDENCIA	
CARGO:	COORDINADORA GRUPO CONSULTA EXTERNA		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA AMOBLADA	ITEM:	1
PROVEEDOR:	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES LTDA	MARCA	MB-MUEBLES HOSPITALARIOS

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Tapizado de facil limpieza y mantenimiento	El oferente indica que: "Forrada en cordobán negro, azul o verde militar".	X		
Con atril propio			X	No tiene atril
Movimiento de espaldar sentado y acostado		X		
Con ruedas giratorias de fácil manejo con frenos	Tiene frenos solamente en dos ruedas.		X	
textura suave y antinflamable	No hay datos en los anexos que diga que son antinflamables.		X	
Asiento en espuma de alta densidad de textura suave, brindando mayor confort al paciente.	Fabricada en espuma densidad 30 de alto grosor	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	NO	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	NO	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	NO

Identificación del evaluador :

NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETTA BERRIO
FIRMA:	
CARGO:	COORDINADOR SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	CARRO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	ITEM:	2
PROVEEDOR:	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES	MARCA	MB MUEBLES HOSPITALARIOS

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
material en plástico ABS de alta resistencia	Es el material especificado en el anexo	X		
Plano superior de ABS con reborde en tres lados	Tapa superior de plástico ABS con mango de arco y borde saliente	X		
cinco cajones			X	tiene 5 cajones , pero divididos en multiples compartimentos, lo que impide guardar elementos de mayor tamaño
Con canastilla ubicada a un costado para depositar basura.	tiene canastilla de basura según el anexo	X		
Sistema de seguro central, para liberar o asegurar todos los cajones.	tiene seguro central	X		
Cuatro ruedas de 5 pulgadas para permitir su fácil movilización, con frenos.	cumple , aunque solo tiene 2 frenos	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	NO	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	NO	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	NO

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETA BERRIO
FIRMA:	
CARGO:	COORDINADOR SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	


Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	CARROS DE TRES ESTANTES	ITEM:	3
PROVEEDOR:	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES LTDA	MARCA	RUBBERMAID

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Material polietileno de alta densidad			X	El material del Oferente es polipropileno
Ruedas giratorias que no marquen el piso	En los anexos se refiere que las ruedas no producen marcación del Piso	X		
Estantes lisos fáciles de limpiar	En los anexos se refiere que el material es fácil de limpiar	X		
Dos estantes amplios para equipos, suministros y uno de ellos con cajón lavables	En los anexos se refiere que el carro tiene dos estantes amplios y uno de ellos con cajón lavables.	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	NO	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	NO	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	NO
-----------------------	----	----	--------------------------------	----	----	-----------------------------	----	----

Identificación del evaluador :	
NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETTA BERRIO
FIRMA:	
CARGO:	COORDINADOR SEAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.