	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: MESA PUENTE ITEM: 1

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Estructura tubular metalica		X		
superficie de la mesa enchapada en formica		X		
montada sobre 4 ruedas giratorias de 3 pulgadas antihilos , 2 con frenos		X		
Cromada	MB+AO10:AU21	X		
Base en tuberia cuadrada		X		
paral en tuberia rectangular		X		
Reborde con bisel plastico de proteccion de las paredes		X		
Base con bisel inoxidable		X		
Graduable con perilla		X		
Acabado en pintura de epoxipoliester de aplicación electrostatica		X		
Dimensiones largo 80 x ancho de 40 y 120 cm maximo de altura		X		
capacidad de carga 120 klg		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantia por personal calificado		X		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar:

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: MESA PUENTE ITEM: 1

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Estructura tubular metalica		X		
superficie de la mesa enchapada en formica		X		
montada sobre 4 ruedas giratorias de 3 pulgadas antihilos , 2 con frenos		X		
Cromada		X		
Base en tuberia cuadrada		X		
paral en tuberia rectangular		X		
Reborde con bisel plastico de proteccion de las paredes		X		
Base con bisel inoxidable		X		
Graduable con perilla		X		
Acabado en pintura de epoxipoliester de aplicación electrostatica		X		
Dimensiones largo 80 x ancho de 40 y 120 cm maximo de altura		X		
capacidad de carga 120 klg		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantia por personal calificado.		X		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades,

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: MESA PUENTE ITEM: 1

PROVEEDOR: ALEAR COLOMBIA SAS MARCA MALVESTIO

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Estructura tubular metalica			X	
superficie de la mesa enchapada en formica			X	
montada sobre 4 ruedas giratorias de 3 pulgadas anthilos , 2 con frenos			X	
Cromada			X	
Base en tuberia cuadrada			X	
paral en tuberia rectangular			X	
Reborde con bisel plastico de proteccion de las paredes			X	
Base con bisel inoxidable			X	
Graduable con perilla			X	
Acabado en pintura de epoxipolester de aplicación electrostatica			X	
Dimensiones largo 80 x ancho de 40 y 120 cm maximo de altura			X	
capacidad de carga 120 klg			X	
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantia por personal calificado.		X		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			EL PRODUCTO OFERTADO NO ESTA DE ACUERDO A LOS REQUEIMIENTOS
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: COLCHONES CLINICOS ANTIESCARAS Y ALMOHADAS — ITEM: 1

PROVEEDOR: COLCHONES CORONADO — MARCA: CORONADO

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ALMOHADAS				
DIMENSIONES 0.40 X 0.70		X		
INDEFORMABLE, HIPOALERGENICA, POLITERMICA, PRESENTACIÓN FORRO CON CREMALLERA, GRAN DURABILIDAD, ALTA AUCHOSIDAD		X		
BASE CON SOFISTICADO ACABADO DE ARRUGA TIPO BURBUJA		X		
REPELENTE A FACTORES AMBIENTALES		X		
NO ESTIÑE, NO DECOLORA NO ENCOGE		X		
COLCHONES				
ANTIESCARA, ANATOMICO Y ERGONOMICO, AJUSTA A LA CURVATURA DEL CUERPO, AJUSTABLE A CAMA ELECTRICA O MANUAL EN 3 Y 4 TIEMPOS, FORRO LIVIANO, BACTERIOSTATICO Y FINGISTATICO, FUNDA INTERCAMBIABLE RESISTENTE A HUMEDAD, SELLAMIENTO A CUALQUIER FLUIDO, COSTURAS ANTIFLUIDOS CON O SIN ADHESIVO A LA CAMA, LAVABLE, LIVIANO HIPOALERGENICO, CONFORTABLE, REDUCE PUSTOS DE PERESIÓN, ANTIESTÁTICO, DIMENSIONES 90 CM X 2 METROS		X		
1. Tiempo de garantia mínimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: COLCHONES CLINICOS ANTIESCARAS Y ALMOHADAS ITEM: 1

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA PRODESCANSO

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ALMOHADAS				
DIMENSIONES 0.40 X 0,70		X		
INDEFORMABLE, HIPOALERGENICA, POLITERMICA, PRESENTACIÓN FORRO CON CREMALLERA, GRAN DURABILIDAD, ALTA AUCHOSIDAD		X		
BASE CON SOFISTICADO ACABADO DE ARRUGA TIPO BURBUJA		X		
REPELENTE A FACTORES AMBIENTALES, NO ESTIÑE, NO DECOLORA NO ENCOGE		X		
COLCHONES				
ANTIESCARA, ANATOMICO Y ERGONOMICO, AJUSTA A LA CURVATURA DEL CUERPO, AJUSTABLE A CAMA ELECTRICA O MANUAL EN 3 Y 4 TIEMPOS, FORRO LIVIANO, BACTERIOSTATICO Y FINGISTATICO, FUNDA INTERCAMBIABLE RESISTENTE A HUMEDAD, SELLAMIENTO A CUALQUIER FLUIDO, COSTURAS ANTIFLUIDOS CON O SIN ADHESIVO A LA CAMA, LAVABLE, LIVIANO HIPOALERGENICO, CONFORTABLE, REDUCE PUSTOS DE PERESIÓN, ANTIESTÁTICO, DIMENSIONES 90 CM X 2 METROS		x		
1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.		x		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			LA CANTIDAD DEL PRODUCTO OFERTADO NO CORRESPONDE A LA CANTIDAD SOLICITADA, EL VALOR OFERTADO EXCEDE EL VALOR PRPUESTO POR EL INC
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: COLCHONES CLINICOS ANTIESCARAS Y ALMOHADAS ITEM: 1

PROVEEDOR SOUTH INGENIERIA SAS MARCA SOUTH INGENIERIA SAS

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ALMOHADAS				
DIMENSIONES 0.40 X 0,70		X		
INDEFORMABLE, HIPOALERGENICA, POLITERMICA, PRESENTACIÓN FORRO CON CREMALLERA, GRAN DURABILIDAD, ALTA AUCHOSIDAD		X		
BASE CON SOFISTICADO ACABADO DE ARRUGA TIPO BURBUJA			x	no oferta lo solicitado
REPELENTE A FACTORES AMBIENTALES			x	no oferta lo solicitado
NO ESTIÑE, NO DECOLORA NO ENCOGE		X		
COLCHONES				
ANTIESCARA, ANATOMICO Y ERGONOMICO, AJUSTA A LA CURVATURA DEL CUERPO, AJUSTABLE A CAMA ELECTRICA O MANUAL EN 3 Y 4 TIEMPOS, FORRO LIVIANO, BACTERIOSTATICO Y FINGISTATICO, FUNDA INTERCAMBIABLE RESISTENTE A HUMEDAD, SELLAMIENTO A CUALQUIER FLUIDO, COSTURAS ANTIFLUIDOS CON O SIN ADHESIVO A LA CAMA, LAVABLE, LIVIANO HIPOALERGENICO, CONFORTABLE, REDUCE PUSTOS DE PERESIÓN, ANTIESTÁTICO, DIMENSIONES 90 CM X 2 METROS			X	NO OFERTA TODOS LOS REQUERIMIENTOS (Antiescaras, anatomico, ajusta a la curvatura del cuerpo, ajustable a cama electrica manual, lavable, antiestatico, reduce puntos de presion,
1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.		x		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	Esperanza Garcia		
FIRMA:			EL PRODUCTO OFERTADO NO CUMPLE CON LO REQUERIDO
CARGO:	Coordinadora Enfermeria		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: ATRIL PORTASUERO ITEM: 1

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
pedestal en base de metal de 5 patas con ruedas de 2 pulgadas		X		
tubo redondo telescopico		X		
soporte de cuatro ganchos en varilla graduable		X		
soporte de bandeja para bomba de infusion en lamina de acero inoxidable, altura de 41 cm el portabomba		X		
dimension de 1.85 a 2 metros de alto		X		
terminado en cromo o acero inoxidable,		x		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.		x		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.		x		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.		x		
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.		x		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: ATRIL PORTASUERO ITEM: 1

PROVEEDOR: SOUTH INGENIERIA SAS MARCA SOUTH INGENIERIA SAS

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
pedestal en base de metal de 5 patas con ruedas de 2 pulgadas		X		
tubo redondo telescopico		X		
soporte de cuatro ganchos en varilla graduable		X		
soporte de bandeja para bomba de infusion en lamina de acero inoxidable, altura de 41 cm el portabomba		X		
dimension de 1.85 a 2 metros de alto		X		
terminado en cromo o acero inoxidable,		x		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		x		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos		x		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a		x		
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios		x		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	Edgar Garcia		
FIRMA:			
CARGO:	Coordinador de enfermeria		
NOMBRE(S):	Esi		
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades,

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: ATRIL PORTASUERO ITEM: 1

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA KRAMER

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
pedestal en base de metal de 5 patas con ruedas de 2 pulgadas		X		NO ESPECIFICA LAS PULGADAS DE LAS RUEDAS
tubo redondo telescopico		X		
soporte de cuatro ganchos en varilla graduable		X		
soporte de bandeja para bomba de infusion en lamina de acero inoxidable, altura de 41 cm el portabomba			X	NO CUMPLE CON LO REQUERIDO
dimension de 1.85 a 2 metros de alto		X		
terminado en cromo o acero inoxidable,		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos.			X	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.			X	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.			X	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: BANDEJA ACERO INOXIDABLE ITEM: 2

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
BANDEJA CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE DE TAMAÑO 60X40		X		
LARGA DURACION		X		
FACIL LIMPIEZA		X		
RESISTENCIA AL PASO DEL TIEMPO		X		
NO SE ROMPE , NO SE DECOLORA		X		
HIGIENICA		X		
TERMINACION DE LUJO		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar:

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: BANDEJA ACERO INOXIDABLE ITEM: 2

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA NACIONAL

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
BANDEJA CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE DE TAMAÑO 60X40		X		
LARGA DURACION		X		
FACIL LIMPIEZA		X		
RESISTENCIA AL PASO DEL TIEMPO		X		
NO SE ROMPE , NO SE DECOLORA		X		
HIGIENICA		X		
TERMINACION DE LUJO		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar:

NOMBRE(S):	[illegible]		
FIRMA:			
CARGO:	[illegible]		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: BANDEJA PARA INSTRUMENTAL CLINICO CON TAPA ITEM: 2

PROVEEDOR: SOUTH INGENIERIA SAS MARCA SOUTH INGENIERIA SAS

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
BANDEJA CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE DE TAMAÑO 60X40		X		
LARGA DURACION		X		
FACIL LIMPIEZA		X		
RESISTENCIA AL PASO DEL TIEMPO		X		
NO SE ROMPE , NO SE DECOLORA		X		
HIGIENICA		X		
TERMINACION DE LUJO		X		
Tiempo de garantía minimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	Esperanza Garcia		
FIRMA:			
CARGO:	Coordinadora Enfermeira		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: MESA DE NOCHE ITEM: 2

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
GAVETA SUPERIOR CON MANIJA		X		
ESTRUCTURA PLASTICA ABS QUE GARANTIZA ALTA DURABILIDAD Y LO HACE RESISTENTE AL OXIDO Y LIQUIDOS CORROSIVOS.		X		
CUATRO RUEDAS		X		
RUEDAS GIRATORIAS ANTIHILOS DE 100 MM 2 CON FRENOS		X		
BODEGA INFERIOR O ALACENA PARA ALMACENAMIENTO DE OBJETOS PERSONALES CON PUERTA ABATIBLE DOTADA DE MANIJA DE MANIPULACION.		X		
MEDIDAS 0.49 ANCHO , 0.38 DE FONDO Y 0. 70 DE ALTO		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantia por personal calificado.		X		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: MESA DE NOCHE ITEM: 2

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
GAVETA SUPERIOR CON MANIJA		X		
ESTRUCTURA PLASTICA ABS QUE GARANTIZA ALTA DURABILIDAD Y LO HACE RESISTENTE AL OXIDO Y LIQUIDOS CORROSIVOS.		X		
CUATRO RUEDAS		X		
RUEDAS GIRATORIAS ANTIHILOS DE 100 MM 2 CON FRENOS		X		
BODEGA INFERIOR O ALACENA PARA ALMACENAMIENTO DE OBJETOS PERSONALES CON PUERTA ABATIBLE DOTADA DE MANIJA DE MANIPULACION.		X		
MEDIDAS 0.49 ANCHO , 0.38 DE FONDO Y 0. 70 DE ALTO		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8)		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades,

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: MESA DE NOCHE ITEM: 2

PROVEEDOR: ALERT COLOMBIA SAS MARCA MALVESTIO

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
GAVETA SUPERIOR CON MANIJA			X	
ESTRUCTURA PLASTICA ABS QUE GARANTIZA ALTA DURABILIDAD Y LO HACE RESISTENTE AL OXIDO Y LIQUIDOS CORROSIVOS.			X	
CUATRO RUEDAS			X	
RUEDAS GIRATORIAS ANTIHILOS DE 100 MM 2 CON FRENOS			X	
BODEGA INFERIOR O ALACENA PARA ALMACENAMIENTO DE OBJETOS PERSONALES CON PUERTA ABATIBLE DOTADA DE MANIJA DE MANIPULACION.			X	
MEDIDAS 0.49 ANCHO , 0.38 DE FONDO Y 0. 70 DE ALTO			X	
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			**EL PRODUCTO OFERTADO NO ESTA DE ACUERDO A LOS REQUEIMIENTOS, NO CUMPLE CON EL VALOR OFERTADO**
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: SILLA ERGONÓMICA CON APOYA BRAZOS ITEM: 3

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
GIRATORIA , DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR		X		
AJUSTES PERSONALIZADOS DE ALTURA TOPFLIT		X		
TAPIZADA CON ESPUMA DURADERA		X		
CINCO RUEDAS ANTIHILOS		X		
BASE METALICA CROMADA		X		
CON APOYA BRAZOS		X		
ASIENTO CON 48 CM DE ANCHO POR 45 CM DE FONDO		X		
RESPALDO DE 43 CM DE ANCHO POR 50 CM DE ALTO		X		
ALTURA MINIMA PISO- RESPALDO DE 98 CM MAXIMA DE 109 CM		X		
ALTURA MINIMA PISO A ASIENTO 36 CM MAXIMA DE 47 CM		X		
DISTINCION LGA		X		
SISTEMA DE BALANCEO		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantia por personal calificado		X		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluador:

NOMBRE(S):	[illegible]		
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: SILLA ERGONÓMICA CON APOYA BRAZOS ITEM: 3

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA NACIONAL

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
GIRATORIA , DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR		X		
AJUSTES PERSONALIZADOS DE ALTURA TOPFLIT		X		
TAPIZADA CON ESPUMA DURADERA		X		
CINCO RUEDAS ANTIHILOS		X		
BASE METALICA CROMADA		X		
CON APOYA BRAZOS		X		
ASIENTO CON 48 CM DE ANCHO POR 45 CM DE FONDO		X		
RESPALDO DE 43 CM DE ANCHO POR 50 CM DE ALTO		X		
ALTURA MINIMA PISO- RESPALDO DE 98 CM MAXIMA DE 109 CM		X		
ALTURA MINIMA PISO A ASIENTO 36 CM MAXIMA DE 47 CM		X		
DISTINCION LGA		X		
SISTEMA DE BALANCEO		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8)		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades,

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: Bandejas en acero inoxidable ITEM: 3

PROVEEDOR: SOUTH INGENIERIA SAS MARCA SOUTH INGENIERIA SAS

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
BANDEJAS				
DIMENSIONES ANCHO 35 CM DE ANCHO X 45 CM DE LARGO		X		
ACERO INOXIDABLE 304		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [X] NO [ ]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	Juan Carlos Mejia Henao		
FIRMA:			EL PRODUCTO OFERTADO NO CUMPLE CON 1 ITEMS DE LO REQUERIDO
CARGO:	Coordinador Grupo Patologia Oncologica		

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: Bandejas en acero inoxidable ITEM: 3

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
BANDEJAS				
DIMENSIONES ANCHO 35 CM DE ANCHO X 45 CM DE LARGO		X		
ACERO INOXIDABLE 304			X	

ENTREGA ACLARACIONES: SI [X] NO [ ]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	Juan Carlos Mejia Henao		
FIRMA:			**EL PRODUCTO OFERTADO NO CUMPLE CON 1 ITEMS DE LO REQUERIDO**
CARGO:	Coordinador Grupo Patologia Oncologica		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: Bandejas en acero inoxidable ITEM: 3

PROVEEDOR: INCOLMEDICAS MARCA Nacional

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
BANDEJAS				
DIMENSIONES ANCHO 35 CM DE ANCHO X 45 CM DE LARGO			X	La oferta indica que las medidas son aproximadas
ACERO INOXIDABLE 304			X	La oferta no indica si el acero inoxidable es 304

ENTREGA ACLARACIONES: SI X NO

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI NO X

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI NO X

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	Juan Carlos Mejia Henao		
FIRMA:			**EL PRODUCTO OFERTADO NO CUMPLE CON 1 ITEMS DE LO REQUERIDO**
CARGO:	Coordinador Grupo Patologia Oncologica		

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: TABLERO ACRILICO ITEM: 4

PROVEEDOR: IMCARE MARCA IMCARE

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ancho 80X 120 CM de largo		X		
Facil limpieza		X		
diseño en acrilico y aluminio de marqueteria		X		
fabricado en tables de 9 mm con frente blanco		X		
incluye colgadores(instalacion) y borrador		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: TABLERO ACRILICO ITEM: 4

PROVEEDOR: IMCOLMEDIAC SA MARCA KRAMER

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ancho 80X 120 CM de largo		X		
Facil limpieza		X		
diseño en acrilico y aluminio de marqueteria		X		
fabricado en tables de 9 mm con frente blanco		X		
incluye colgadores(instalacion) y borrador		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARRO DE CURACIONES ITEM: 4

PROVEEDOR: SOUTH INGENIERIA SAS MARCA SOUTH INGENIERIA SAS

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
carro fabricado en acero inoxidable grado 304		X		
Gavetas y depositos con puerta fabricadas en acero inoxidable		X		
ruedas para alto trafico , 2 con freno		X		
Dimensiones 66x44x93		X		
carro con 2 bandejas con barandas perimetrales en cada bandeja		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		
Realizar por cada año de garantía minimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.		X		
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	Especialista Barcu		
FIRMA:			
CARGO:	Coordinadora Enfermería		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARRO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ITEM: 4

PROVEEDOR IMCARE MARCA RUBBERMAID

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Bandejas de polimero reforzado ABS sin cajones			X	EL MATERIAL OFERTADO ES POLIPROPILENO
resistencia a limpieza y desinfeccion con amonio cuaternario		X		
Estructura en alumnio anodizado			X	NO ESTA ESPECIFICA EL TIPO DE LA ESTRUCTURA
tres entrepaños con dimensiones de 750x450mm			X	LAS DIMENSIONES NO CORRESPONDEN A LAS SOLICITADAS
cuatro ruedas con dos de frenos			X	NO ES CLARO SI LAS RUEDAS CUENTAS CON FRENO
doble empujador de 30 cm de diametro			X	NO CUENTA CON LA DIMENSION DE LOS EMPUJADORES
dimensiones 1030x 510 x960		X		
ruedas giratorias de 100mm			X	NO ES CLARO LAS MEDIDAS DE LAS RUEDAS
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.				
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.		X		
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluador:

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARRO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ITEM: 4

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Bandejas de polimero reforzado ABS sin cajones		X		
resistencia a limpieza y desinfeccion con amonio cuaternario		X		
Estructura en alumnio anodizado		X		
tres entrepaños con dimensiones de 750x450mm		X		
cuatro ruedas con dos de frenos		X		
doble empujador de 30 cm de diametro		X		
dimensiones 1030x 510 x960		X		
ruedas giratorias de 100mm		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos.			X	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.			X	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.			X	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARRO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS ITEM: 4

PROVEEDOR: ALEAR COLOMBIA SAS MARCA MALVESTIO

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Bandejas de polimero reforzado ABS sin cajones			X	EL PRODUCTO SOLICITADO ES PARA TRASPORTE DE MEDICAMENTOS
resistencia a limpieza y desinfección con amonio cuaternario			X	EL PRODUCTO SOLICITADO ES PARA TRASPORTE DE MEDICAMENTOS
Estructura en alumnio anodizado			X	EL PRODUCTO SOLICITADO ES PARA TRASPORTE DE MEDICAMENTOS
tres entrepaños con dimensiones de 750x450mm			X	EL PRODUCTO SOLICITADO ES PARA TRASPORTE DE MEDICAMENTOS
cuatro ruedas con dos de frenos			X	EL PRODUCTO SOLICITADO ES PARA TRASPORTE DE MEDICAMENTOS
doble empujador de 30 cm de diametro			X	EL PRODUCTO SOLICITADO ES PARA TRASPORTE DE MEDICAMENTOS
dimensiones 1030x 510 x960			X	EL PRODUCTO SOLICITADO ES PARA TRASPORTE DE MEDICAMENTOS
ruedas giratorias de 100mm			X	EL PRODUCTO SOLICITADO ES PARA TRASPORTE DE MEDICAMENTOS
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.			X	EL PRODUCTO SOLICITADO ES PARA TRASPORTE DE MEDICAMENTOS
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.			X	EL PRODUCTO SOLICITADO ES PARA TRASPORTE DE MEDICAMENTOS
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.			X	EL PRODUCTO SOLICITADO ES PARA TRASPORTE DE MEDICAMENTOS
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.			X	EL PRODUCTO SOLICITADO ES PARA TRASPORTE DE MEDICAMENTOS

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			EL PRODUCTO OFERTADO NO ESTA DE ACUERDO A LOS REQUEIMIENTOS SOLICITADOS
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: LONCHERA PLASTICO ITEM: 5

PROVEEDOR: IMCARE MARCA IMCARE

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Caja plastica de 3.5 litros , transparente		X		
Lavable		X		
manija de agarre en su parte superior		X		
cierre bilateral de gancho		X		
ancha de 16.1 cm, alta 14.4 cm, larga 24.9 cm		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluador:

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: LONCHERA PLASTICO ITEM: 5

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA PRODESCANSO

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Caja plastica de 3.5 litros , transparente		X		
Lavable		X		
manija de agarre en su parte superior		X		
cierre bilateral de gancho		X		
ancha de 16.1 cm, alta 14.4 cm, larga 24.9 cm		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: SILLA ERGONÓMICA CON APOYA BRAZOS ITEM: 5

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
GIRATORIA , DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR		X		
AJUSTES PERSONALIZADOS DE ALTURA TOPFLIT		X		
TAPIZADA CON ESPUMA DURADERA		X		
CINCO RUEDAS ANTIHILOS		X		
BASE METALICA CROMADA		X		
ASIENTO CON 48 CM DE ANCHO POR 45 CM DE FONDO		X		
RESPALDO DE 43 CM DE ANCHO POR 50 CM DE ALTO		X		
ALTURA MINIMA PISO- RESPALDO DE 98 CM MAXIMA DE 109 CM		X		
ALTURA MINIMA PISO A ASIENTO 36 CM MAXIMA DE 47 CM		X		
DISTINCION LGA		X		
SISTEMA DE BALANCEO		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: SILLA ERGONÓMICA CON APOYA BRAZOS ITEM: 5

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA NACIONAL

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
GIRATORIA , DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR		X		
AJUSTES PERSONALIZADOS DE ALTURA TOPFLIT		X		
TAPIZADA CON ESPUMA DURADERA		X		
CINCO RUEDAS ANTIHILOS			X	NO DICE
BASE METALICA CROMADA		X		
ASIENTO CON 48 CM DE ANCHO POR 45 CM DE FONDO			X	NO DICE
RESPALDO DE 43 CM DE ANCHO POR 50 CM DE ALTO			X	NO DICE
ALTURA MINIMA PISO- RESPALDO DE 98 CM MAXIMA DE 109 CM			X	NO DICE
ALTURA MINIMA PISO A ASIENTO 36 CM MAXIMA DE 47 CM			X	NO DICE
DISTINCION LGA			X	NO DICE
SISTEMA DE BALANCEO		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantia por personal calificado.		X		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			EL PRODUCTO OFERTADO NO CUMPLE CON LO REQUERIDO
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades,

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: BIOMBO DE TRES CUERPOS ITEM: 5

PROVEEDOR: SOUTH INGENIERIA SAS MARCA SOUTH INGENIERIA SAS

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Biombo hospitalario de tres cuerpos		X		
pantalla en tela antifluido			X	NO CUMPLE OFERTA POLIESTILENO
llantas en polimero negro			X	NO REFIERE EL MATERIAL
Estructura en carbono cold rolled ASTM A36		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	Esperanza García		
FIRMA:			EL PRODUCTO OFERTADO NO ESTA DE ACUERDO A LOS REQUEIMIENTOS
CARGO:	Coordinadora Enfermería		

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: PATO COPROLOGICO ITEM: 6

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Material acero inoxidable, de larga duracion		X		
facil limpieza		X		
resistente al paso del tiempo		X		
no se rompe y no se decolora		X		
higienico		X		
terminacion de lujo		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: PATO COPROLOGICO ITEM: 6

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA KRAMER

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Material acero inoxidable, de larga duracion		X		
facil limpieza		X		
resistente al paso del tiempo		X		
no se rompe y no se decolora		X		
higienico		X		
terminacion de lujo		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: RIÑONERAS ACERO INOXIDABLE ITEM: 7

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
CAPACIDAD DE 250 CC		X		
ESTRUCTURA DE LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22		X		
ACABADO EN PULIDO MATE		X		
MEDIDAS DE 3.3 X 17.3 CM		X		
FORMA OVALADA		X		
NO SE ROMPE, NO SE DECOLORA, FACILIDAD EN LA LIMPIEZA		X		
HIGIENICA		X		
RESISTE EL PASO DEL TIEMPO		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluador:

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: RIÑONERAS ACERO INOXIDABLE ITEM: 7

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA DIMEDA

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
CAPACIDAD DE 250 CC		X		
ESTRUCTURA DE LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22			X	NO DICE CALIBRE
ACABADO EN PULIDO MATE			X	NO DICE ACABADO
MEDIDAS DE 3.3 X 17.3 CM		X		
FORMA OVALADA		X		
NO SE ROMPE, NO SE DECOLORA, FACILIDAD EN LA LIMPIEZA		X		
HIGIENICA		X		
RESISTE EL PASO DEL TIEMPO		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: TALLIMETRO+ BASCULA DIGITAL ITEM: 7

PROVEEDOR: IMCARE MARCA: HEALT O METER

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
PANTALLA LCD		X		
BALANZA CON CAPACIDAD HASTA 200 KLG CON INDICADOR DIGITAL		X		
PLATAFORMA DE 372 MM X 275 MM		X		
BASE RESISTENTE		X		
CONEXIÓN A RED ELECTRICA Y BATERIA 110 A 240 VOLTIOS		X		
ACUMULADOR DE BATERIA 6V		X		
TIEMPO DE RECARGA 4 A 5 HORAS		X		
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO A PLENA CARGA 36 HORAS		X		
DIMENSIONES 535 X275 X940		X		
PESO DE 15 KLG		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o mas		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X] RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ] CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluador

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: TALLIMETRO+ BASCULA DIGITAL ITEM: 7

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA HEALTOMETER

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
PANTALLA LCD		X		
BALANZA CON CAPACIDAD HASTA 200 KLG CON INDICADOR DIGITAL		X		
PLATAFORMA DE 372 MM X 275 MM		X		
BASE RESISTENTE		X		
CONEXIÓN A RED ELECTRICA Y BATERIA 110 A 240 VOLTIOS		X		
ACUMULADOR DE BATERIA 6V		X		
TIEMPO DE RECARGA 4 A 5 HORAS		X		
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO A PLENA CARGA 36 HORAS		X		
DIMENSIONES 535 X275 X940		X		
PESO DE 15 KLG		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: TINA PLASTICA PARA BEBE ITEM: 7

PROVEEDOR: IMCARE MARCA: IMCARE

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
USO DESDE RECIEN NACIDO HASTA 18 MESES		X		
DISEÑO ERGONOMICO CON EXTENSION EN 2 PUNTOS DE APOYO		X		
CUENCA EXPANDIBLE PARA POSICION DE RECOSTAR EL RECIEN NACIDO O TOTALMENTE EXPANDIDA PARA BEBE GRANDE		X		
GANCHO INCORPORADO PARA COLGAR, SECAR Y ALMACENAR		X		
PERFIL DELGADO PARA FACIL ALMACENAMIENTO		X		
PATAS RESISTENTES PLEGABLES PARA PLEGADO COMPLETO ANTIDESLISABLES		X		
TAPON PARA FACIL VACIADO		X		
DIMENSIONES 82 X 47 X 22.5 CM		X		
TAPON IDENTIFICADOR DE TEMPERATURA.		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2015
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: BAÑERA PLEGABLE PLASTICA PARA BEBE ITEM: 7

PROVEEDOR IMCOLMEDICA SARE MARCA NACIONAL

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
USO DESDE RECIEN NACIDO HASTA 18 MESES		X		
DISEÑO ERGONOMICO CON EXTENSION EN 2 PUNTOS DE APOYO		X		
CUENCA EXPANDIBLE PARA POSICION DE RECOSTAR EL RECIEN NACIDO O TOTALMENTE EXPANDIDA PARA BEBE GRANDE		X		
GANCHO INCORPORADO PARA COLGAR, SECAR Y ALMACENAR		X		
PERFIL DELGADO PARA FACIL ALMACENAMIENTO		X		
PATAS RESISTENTES PLEGABLES PARA PLEGADO COMPLETO ANTIDESLISABLES		X		
TAPON PARA FACIL VACIADO		X		
DIMENSIONES 82 X 47 X 22.5 CM		X		
TAPON IDENTIFICADOR DE TEMPERATURA.		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	[illegible]		
FIRMA:			
CARGO:	[illegible]		

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: SILLA DE RUEDAS PARA ADULTOS ITEM: 10

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Diseño agradable al usuario		X		
funcionble		X		
segura		X		
ergonomica		X		
plegable		X		
rueda traseras de 24 pulgadas con rines inyectados apoyados en rodamientos radiales , llanta maciza de 24 pulgadas1 3/8		X		
ancho de asiento de 41 cm		X		
aros de impulso anatomicos		X		
ruedas delanteras de 8 pulgadas con rines inyectados y llantas macizas		X		
frenos de parqueo		X		
descansa pies con altura graduable		X		
tapiceria en cordoban de alta calidad con refuerzo interior		X		
paneles laterales inyectados		X		
Estructura de tuberia cold rolled de 7/8 pulgadas de diametro calibre 18 , acabado en cromo		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantia por personal calificado		X		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CODIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSION:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: SILLA DE RUEDAS PARA ADULTOS — ITEM: 10

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA — MARCA: ELCOSOLUTION

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
Diseño agradable al usuario		X		
funcionble		X		
segura		X		
ergonomica		X		
plegable		X		
rueda traseras de 24 pulgadas con rines inyectados apoyados en rodamientos radiales , llanta maciza de 24 pulgadas1.3/8		X		
ancho de asiento de 41 cm		X		
aros de impulso anatomicos		X		
ruedas delanteras de 8 pulgadas con rines inyectados y llantas macizas		X		
frenos de parqueo		X		
descansa pies con altura graduable		X		
tapiceria en cordoban de alta calidad con refuerzo interior			X	NO OFERTA EL MATERIAL SOLICITADO
paneles laterales inyectados			X	NO ESPECIFICA
Estructura de tuberia cold rolled de 7/8 pulgadas de diametro calibre 18 , acabado en cromo		X		
Termino de garantía mínimo dos (2) años o más		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado			X	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos			X	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas			X	NO ESPECIFICA LO SOLICITADO

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: PATO PISINGO ITEM: 11

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Material acero inoxidable, de larga duracion		X		
facil limpieza		X		
resistente al paso del tiempo		X		
no se rompe y no se decolora		X		
higienico		X		
terminacion de lujo		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluador:

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: PATO PISINGO ITEM: 11

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA EXTRA

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Material acero inoxidable, de larga duracion		X		
facil limpieza		X		
resistente al paso del tiempo		X		
no se rompe y no se decolora		X		
higienico		X		
terminacion de lujo		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: PLATON METALICO ITEM: 12

PROVEEDOR: IMCARE MARCA IMCARE

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
25 CM DE ANCHO POR 6 CM DE PROFUNDIDAD		X		
COLOR PLATA		X		
ACABADO DE ESPEJO		X		
GRAN DURABILIDAD		X		
LAVABLES		X		
RESISTENTES Y ALTA DURABILIDAD		X		
Tiempo de garantia mínimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar:

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: PLATON ITEM: 12

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA NACIONAL

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
25 CM DE ANCHO POR 6 CM DE PROFUNDIDAD		X		
COLOR PLATA		X		
ACABADO DE ESPEJO		X		
GRAN DURABILIDAD		X		
LAVABLES		X		
RESISTENTES Y ALTA DURABILIDAD		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARRO DE PARO (1) ITEM: 13

PROVEEDOR: IMCARE MARCA: MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Fabricado en lamina coll rolled , con tapa y contra tapa en acero inoxidable		X		
carro con 6 cajones , con rieles de aluminio de suave desplazamiento y cierre		X		
2 cajones de 3 pulgadas para medicamentos con divisiones en acrilico		X		
2 cajones de 6 pulgadas para accesorios con divisiones en acrilico, 1 cajon de 9 pulgadas para dispositivos medicos (Se acepta sugerencia se requiere muestra)		X		
ruedas en pvc de 5 pulgadas de grado medico con freno, sistema de seguridad central		X		
superficie en PVC con ABS removible , pasamanos y manijas en aluminio		X		
bomper para choques , tabla lateral con extension en pvc (Se acepta sugerencia se requiere muestra)		X		
cajones con autoretorno		X		
bandeja grateria de 360 grados para el desfibrilador , bandeja lateral replegable		X		
atril porta suero , bandeja para succionador		X		
5 etiquetas para cajones		X		
break para cilindro de oxigeno				
tabla para RCP		X		
contenedor para cortopunzante		X		
canasta lateral para sistema de seguridad		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más		X		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas		X		
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluador:

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CODIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2015
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARRO DE PARO (1) ITEM: 13

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA: MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Fabricado en lamina coll rolled , con tapa y contra tapa en acero inoxidable		X		
carro con 6 cajones , con rieles de aluminio de suave desplazamiento y cierre		X		
2 cajones de 3 pulgadas para medicamentos con divisiones en acrilico		X		
2 cajones de 6 pulgadas para accesorios con divisiones en acrilico, 1 cajon de 9 pulgadas para dispositivos medicos (Se acepta sugerencia se requiere muestra)		X		
ruedas en pvc de 5 pulgadas de grado medico con freno, sistema de seguridad central		X		
superficie en PVC con ABS removible , pasamanos y manijas en aluminio		X		
bomper para choques , tabla lateral con extension en pvc (Se acepta sugerencia se requiere muestra)		X		
cajones con autoretorno		X		
bandeja giratoria de 360 grados para el desfibrilador , bandeja lateral replegable		X		
atril porta suero , bandeja para succionador		X		
5 etiquetas para cajones		X		
break para cilindro de oxigeno		X		
tabla para RCP		X		
contenedor para cortopunzante		X		
canasta lateral para sistema de seguridad		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas		X		
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios		X		

ENTREGA ACLARACIONES SI [ ] NO [X] RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS SI [X] NO [ ] CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluador:

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2015
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARRO DE PARO (1) ITEM: 13

PROVEEDOR: ALEAR COLOMBIA SAS MARCA: MALVESTIO

DESCRIPCIÓN Y ESPECIACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Fabricado en lamina coll rolled , con tapa y contra tapa en acero inoxidable			X	NO OFERTA EL MATERIAL SOLICITADO
carro con 6 cajones , con rieles de aluminio de suave desplazamiento y cierre			X	
2 cajones de 3 pulgadas para medicamentos con divisiones en acrilico		X		
2 cajones de 6 pulgadas para accesorios con divisiones en acrilico 1 cajon de 9 pulgadas para dispositivos medicos (Se acepta sugerencia se requiere muestra)			X	
ruedas en pvc de 5 pulgadas de grado medico con freno sistema de seguridad central		X		
superficie en PVC con ABS removible , pasamanos y manijas en aluminio		X		
bomper para choques , tabla lateral con extension en pvc (Se acepta sugerencia se requiere muestra)		X		
cajones con autoretorno			X	
bandeja gratoria de 360 grados para el desfibrilador , bandeja lateral replegable			X	
atril porta suero , bandeja para succionador		X		
5 etquetas para cajones		X		
break para cilindro de oxigeno				
tabla para RCP		X		
contenedor para cortopunzante		X		
canasta lateral para sistema de seguridad			X	
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas		X		
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			EL PRODUCTO OFERTADO NO CUMPLE CON 6 ITEMS DE LO REQUERIDO
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARRO DE MEDICAMENTOS UNIDOSIS (1) ITEM: 14

PROVEEDOR: IMCARE MARCA: MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Estructura en alumnio y acero con revestimiento en epoxy		X		
plano superior de ABS con reborde en los tres lados		X		
Empujador lateral		X		
Base de alto impacto en ABS		X		
cajones con autocierre con apertura al 110%		X		
Portatarjetas de identificacion		X		
6 bandejas de apertura 110% con 5 compartimientos para medicamentos con tamaño 230x120x 70mm		X		
Cajetines con divisiones transparentes y tarjetas de identificacion		X		
ruedas giratorias atihilos de 100 mm 2 con frenos		X		
Dimensiones 78x46x97 cm		X		
Papeleras laterales (2)		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.		X		
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARRO DE MEDICAMENTOS UNIDOSIS (1) ITEM: 14

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA: MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Estructura en alumnio y acero con revestimiento en epoxy		X		
plano superior de ABS con reborde en los tres lados		X		
Empujador lateral		X		
Base de alto impacto en ABS		X		
cajones con autocierre con apertura al 110%		X		
Portatarjetas de identificacion		X		
6 bandejas de apertura 110% con 6 compartimientos para medicamentos con tamaño 230x120x 70mm		X		
Cajetines con divisiones transparentes y tarjetas de identificacion		X		
ruedas giratorias atihilos de 100 mm 2 con frenos		X		
Dimensiones 78x46x97 cm		X		
Papeleras laterales (2)		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas		X		
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARRO DE MEDICAMENTOS UNIDOSIS (1) ITEM: 14

PROVEEDOR: ALEAR COLOMBIA SAS MARCA MALVESTIO

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Estructura en alumnio y acero con revestimiento en epoxy			X	NO SE RECIBIO MUESTRA
plano superior de ABS con reborde en los tres lados		X		
Empujador lateral			X	NO OFERTADO
Base de alto impacto en ABS			X	NO OFERTADO
cajones con autocierre con apertura al 110%			X	NO OFERTADO
Portatarjetas de identificacion		X		
6 bandejas de apertura 110% con 5 compartimientos para medicamentos con tamaño 230x120x 70mm			X	LAS DIMENSIONES DE LOS CAJONES NO CORRESPONDEN A LAS SOLICITADAS
Cajetines con divisiones transparentes y tarjetas de identificacion		X		
ruedas giratorias atihilos de 100 mm 2 con frenos		X		
Dimensiones 78x46x97 cm			X	LAS DIMENSIONES NO CORRESPONDEN A LAS SOLICITADAS
Papeleras laterales (2)			X	
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.		X		
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			**EL VALOR OFERTADO ES SUPERIOR AL PRESUPUESTADO**
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARRO DE CURACIONES EN ACERO INOXIDABLE ITEM: 15

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
carro fabricado en acero inoxidable grado 304		X		
Gavetas y depositos con puerta fabricadas en acero inoxidable		X		
ruedas para alto trafico , 2 con freno		X		
Dimensiones 66x44x93		X		
carro con 2 bandejas con barandas perimetrales en cada bandeja		X		
Tiempo de garantia mínimo dos (2) años o más.		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.		X		
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar:

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: CARRO DE CURACIONES EN ACERO INOXIDABLE ITEM: 15

PROVEEDOR: ALEAR COLOMBIA SAS MARCA MALVESTIO

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
carro fabricado en acero inoxidable grado 304			X	EL CARRO OFERTADO NO CONTIENE EL MATERIAL REQUERIDO
Gavetas y depositos con puerta fabricadas en acero inoxidable			X	NO HACE REFERENCIA A QUE SEAN EN ACERO INOXIDABLE
ruedas para alto trafico , 2 con freno		X		
Dimensiones 66x44x93			X	LAS ESPECIFICACIONES OFERTADAS NO CORRESPONDEN A LAS SOLICITADAS EN LOS TERMINOS
carro con 2 bandejas con barandas perimetrales en cada bandeja		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.		X		NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
Especificar vida útil del equipo y de los accesorios.		X		NO CUMPLE CON LO SOLICITADO

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evalvar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: BIOMBO DE TRES CUERPOS ITEM: 16

PROVEEDOR: IMCARE MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Biombo hospitalario de tres cuerpos		X		
pantalla en tela antifluido		X		
pantalla en tela antifluido		X		
llantas en polimero negro		X		
Estructura en carbono cold rolled ASTM A36		X		
Tiempo de garantia mínimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: BIOMBO DE TRES CUERPOS ITEM: 16

PROVEEDOR: ALEAR COLOMBIA SAS MARCA SILENTIA

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Biombo hospitalario de tres cuerpos		X		
Acabados en acero inoxidable		X		
pantalla en tela antifluido		X		
llantas en polimero negro		X		
Estructura en carbono cold rolled ASTM A36		X		
Tiempo de garantia mínimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: BIOMBO DE TRES CUERPOS ITEM: 16

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA MARCA KRAMER

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Biombo hospitalario de tres cuerpos		X		
pantalla en tela antifluido			X	NO HAY REFENCIA DEL TIPO DE MATERIAL
llantas en polimero negro		X		
Estructura en carbono cold rolled ASTM A36			X	NO OFERTA LO SOLICITADO
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):			
FIRMA:			EL PRODUCTO OFERTADO NO ESTA DE ACUERDO A LOS REQUEIMIENTOS
CARGO:			

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: SILLAS DE BAÑO ITEM: 17

PROVEEDOR IMCARE MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
COMODA PARA EL USUARIO Y DE FACIL MANEJO PARA EL CUIDADOR		X		
ANCHO DE LA SILLA 53 CM LO QUE FACILITA EL ACCESO A ESPACIOS PEQUEÑOS		X		
INOXIDABLE		X		
MANIOBRABLE		X		
FRENOS DE PIE EN LA CUATRO RUEDAS, RUEDAS ANTIHILOS		X		
ASIENTO Y RESPALDO DE LA SILLA FABRICADO EN PLASTICO		X		
AGUJEROS EN EL ASIENTO QUE FACILITA EL DRENAJE DE LIQUIDOS		X		
FACIL HIGIENE EL ASIENTO CON FORMA DE U EN SU PARTE FRONTAL		X		
LIGERA PERO RESISTENTE		X		
PERMITE SER PLEGADA DE MANERA COMPACTA PARA ALMACENARSE FACILMENTE		X		
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.		X		
Realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [X] NO [ ]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [X] NO [ ]

Identificación del evaluador:

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2015
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: SILLAS DE BAÑO — ITEM: 17

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA SA — MARCA: ELCOSOLUTION

DESCRIPCIÓN Y ESPECICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
COMODA PARA EL USUARIO Y DE FACIL MANEJO PARA EL CUIDADOR			X	
ANCHO DE LA SILLA 53 CM LO QUE FACILITA EL ACCESO A ESPACIOS PEQUEÑOS		X		
INOXIDABLE		X		
MANIOBRABLE			X	NO hace refencia
FRENOS DE PIE EN LA CUATRO RUEDAS, RUEDAS ANTIHILOS.		X		
ASIENTO Y RESPALDO DE LA SILLA FABRICADO EN PLASTICO		X		
AGUJEROS EN EL ASIENTO QUE FACILITA EL DRENAJE DE LIQUIDOS		X		
FACIL HIGIENE EL ASIENTO CON FORMA DE U EN SU PARTE FRONTAL		X		
LIGERA PERO RESISTENTE			X	
PERMITE SER PLEGADA DE MANERA COMPACTA PARA ALMACENARSE FACILMENTE		X		
Tiempo de garantia minimo dos (2) años o más		X		
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantia por personal calificado		X		
Realizar por cada año de garantia minimo dos (2) mantenimientos preventivos		X		
Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo en sitio menor o igual a ocho (8) horas		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI [ ] NO [X]

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI [ ] NO [X]

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI [ ] NO [X]

Identificación del evaluador:

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.