

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
		Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: MESA DE MAYO ITEM: No 3

PROVEEDOR: IMCARE MARCA: IMCARE

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
MESA DE MAYO	1.1 De cuatro (04) ruedas giratorias de fácil manejo, con freno en dos (2) y que no marquen el piso.	SI		
	1.2 Estructura de acero inoxidable.	SI		
	1.3 Posea PIN para graduar la altura.	SI		
	1.4 tubos redondeados de 1" de acero inoxidable	SI		
	1.5 Bandeja de acero inoxidable extraíble	SI		
	1.6 Diseño de base en "U"	SI		

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	DEV PUERTO JIMENEZ		
FIRMA:			
CARGO:	Coordinadora Grupo Prevención y Detección Temprana del Cáncer		
NOMBRE(S):	HAROLD ELLIS SUESCUN		
FIRMA:	Harold Ellis S.		
CARGO:	Enfermero		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	31-12-2016
	Página 1 de 1		
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades,			