

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			


A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	<u>MALLAS DE CABEZAY CUELLO Y HOMBRO</u>		2. NOMBRE COMERCIAL	<u>MALLAS DE CABEZAY CUELLO Y HOMBRO</u>	
3. PROVEEDOR	<u>J. RESTREPO EQUIPHOS SAS</u>		4. MARCA O REFERENCIA	<u>CIVCO</u>	
5. ESPECIFICACIONES: <u>mallas de termoplástico perforado y sólido para proporcionar rigidez e inmovilización segura, estas máscaras proporcionan un equilibrio de inmovilización y comodidad.</u>					
6. REGISTRO SANITARIO N°	NO APLICA		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD	MM AAAA
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	<u>CAJA X 10</u>	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES:					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	<u>NO ES REQUERIDA PARA EL SISTEMA QUE TENEMOS PUEDE PUNCIÓNAR CON CUALQUIER OTRA MARCA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS</u>				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	<u>ES LA COMPATIBLE CON EL SISTEMA USADO EN RADIOTERAPIA DEL INC</u>				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	<u>CUMPLE CON LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS</u>				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	MARTHA ISABEL COTES MAESTRE				
FIRMA (S):		FECHA	DE	MM	AAAA
CARGO:	COORD. GRUPO AREA ONCOLOGIA RADIOTERAPICA	DEPENDENCIA	GRUPO AREA ONCOLOGIA RADIOTERAPICA		
NOMBRE (S):	JOHN JAIRO TORRES				
FIRMA (S):		FECHA	DE	MM	AAAA
CARGO:	COORD. EQUIPOS ONCOLOGIA RADIOTERAPICA	DEPENDENCIA	GRUPO AREA ONCOLOGIA RADIOTERAPICA		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DE	MM	AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA			

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-28
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			



A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MALLAS DE CABEZAY CUELLO Y HOMBRO		2. NOMBRE COMERCIAL	MALLAS DE CABEZAY CUELLO Y HOMBRO	
3. PROVEEDOR	TELE RAD		4. MARCA O REFERENCIA	KLARITY	
5. ESPECIFICACIONES: mallas de termoplástico perforado y sólido para proporcionar rigidez e inmovilización segura, estas máscaras proporcionan un equilibrio de inmovilización y comodidad.					
6. REGISTRO SANITARIO N°	NO APLICA		7. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO	DD MM AAAA	
8. UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		9. PRESENTACIÓN EMPAQUE	CAJA X 10	
10. ADJUNTA MUESTRA	SI ☐	NO ☒	11. MUESTRA DEVOLUTIVA	SI ☐	NO ☒
12. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LAS CASILLAS ANTERIORES :					

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

13. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐	14. SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	SI ☐	NO ☒
15. LA MARCA DE ESTE ELEMENTO ES INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO U OBTENER EL EFECTO O SERVICIO DESEADO ?					
SI ☐ NO ☒					
PORQUE ?	NO ES REQUERIDA PARA EL SISTEMA QUE TENEMOS PUEDE PUNCIÓNAR CON CUALQUIER OTRA MARCA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS				
16. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	ES LA COMPATIBLE CON EL SISTEMA USADO EN RADIOTERAPIA DEL INC				
17. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
SI ☒ NO ☐					
PORQUE ?	CUMPLE CON LAS MEDIDAS Y ESPESIFICACIONES SOLICITADAS				

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):	MARTHA ISABEL COTES MAESTRE				
FIRMA (S):		FECHA	DE 4 MM 9 AAAA 2018		
CARGO:	COORD. GRUPO AREA ONCOLOGIA RADIOTERAPIA	DEPENDENCIA	GRUPO AREA ONCOLOGIA RADIOTERAPIA		
NOMBRE (S):	JOHN JAIRO TORRES P				
FIRMA (S):		FECHA	DE 4 MM 9 AAAA 2018		
CARGO:	COORD. EQUIPOS ONCOLOGIA RADIOTERAPIA	DEPENDENCIA	GRUPO AREA ONCOLOGIA RADIOTERAPIA		
NOMBRE (S):					
FIRMA (S):		FECHA	DE MM AAAA		
CARGO:		DEPENDENCIA			