



EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACION, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA TORRE DE UROLOGÍA PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA Y DOCENCIA ACORDE CON LOS PRESENTES TERMINOS DE CONDICIONES, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

**RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A
LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES**


El Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado, procede a dar respuesta a las observaciones realizadas a los términos de condiciones de la presente invitación así:

A). Observaciones presentadas por UCIPHARMA, recibidas a través del correo electrónico enviado a invitaciones@cancer.gov.co, el día Viernes, 14 de septiembre de 2018 a las 9:46 a.m. (extemporáneas resueltas de oficio).

PREGUNTA 1.

MonitorHD: En lo relacionado a Entradas/Salidas solicitamos se deje como opcional o se elimine la conexión por HD-RGB y HD-YPbPr en razón a que esta debe ser correspondiente con el tipo de salidas que posee el Video procesador en el cual no las están exigiendo. Adicionalmente este tipo de conexión hoy día casi nunca se emplea, para ese propósito se utilizan las conexiones digitales de Alta Definición como 3GSDI y DVI.

RESPUESTA 1: Es procedente el cambio en el ítem 5, ESPECIFICACIONES TECNICAS MONITOR HD "5. Entradas/Salidas: De alta definición correspondientes con el video procesador ofertado (Ítem 1 - Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIDEOPROCESADOR), contando con conexiones SDI, DVI como mínimo". El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E, informa que se surtió Adenda No. 1, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co link "Contratación"), dentro del correspondiente proceso de selección.


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General