



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

GESTIÓN DEL GASTO

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES

CÓDIGO: GDG-P02-F-30

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 31-12-2016

Página 1 de 1

EQUIPO O ELEMENTO:

RODILLO

ITEM:

1

PROVEEDOR:

IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTÍCULOS ESPECIALES LTDA - IMACRE LTDA

MARCA

MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Sistema de banda transportadora con rodamiento sellados y auto lubricado		X		
Soportes platina lateral de 3/8" x 1"		X		
Aluminio de 1 1/4		X		
Lona impermeable, lavable y resistente		X		

ENTREGA ACLARACIONES:

SI ☒ X
NO ☐

RESPONDE A LOS
REQUERIMIENTOS:

SI ☒ X
NO ☐

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI ☒ X
NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	OSCAR MAURICIO FORERO CUETAR		
FIRMA:			
CARGO:	Coordinador Grupo Imágenes Diagnósticas		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

GESTIÓN DEL GASTO

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES

CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	31-12-2016

Página 1 de 1

EQUIPO O ELEMENTO:

ATRIL

ITEM:

2

PROVEEDOR:

IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES LTDA/ IMACRE LTDA

MARCA

MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Largo 0.63 m, ancho 0.63m			X	
Ruedas en polímero de alta resistencia			X	
Cinco ruedas plásticas con diámetro de 2"			X	

ENTREGA ACLARACIONES:

SI	☐
NO	☒

RESPONDE A LOS
REQUERIMIENTOS:

SI	☐
NO	☒

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI	☐
NO	☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	OSCAR MAURICIO FORERO CULLAR
FIRMA:	
CARGO:	Coordinador Grupo Imágenes Diagnósticas
NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			

EQUIPO O ELEMENTO:

CARRO DE CANALIZACIÓN

ITEM: 3

PROVEEDOR:

IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTÍCULOS ESPECIALES LTDA - IMACRE LTDA

MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Estructura en perfiles de acero			X	
Tren rodante compuesto por 4 ruedas de 125 mm			X	
Cajones sobre guías con ruleman			X	
Tope de salida			X	

ENTREGA ACLARACIONES:

SI	☐
NO	☒

RESPONDE A LOS
REQUERIMIENTOS:

SI	☐
NO	☒

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI	☐
NO	☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	OSCAR MANFRIQUELLER		
FIRMA:			
CARGO:	COORDINADOR GRUPO IMÁGENES DIAGNÓSTICA		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			

EQUIPO O ELEMENTO: SILLAS POLTRONAS ITEM: 4

PROVEEDOR: IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTÍCULOS ESPECIALES LTDA - IMACRE LTDA MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
largo 1.90m , ancho 0.60m			X	
4 ruedas de 3" de diámetro, dos de ellas con frenos			X	
bases en madera			X	
reposapiés en aluminio, desmontable , lavable			X	

ENTREGA ACLARACIONES:

SI	☐
NO	☒

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:

SI	☐
NO	☒

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI	☐
NO	☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	OSCAR MAURICIO FOREIRO GUHAR		
FIRMA:			
CARGO:	Coordinador Grupo Imágenes Diagnósticas		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

		INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
		GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
		CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
				Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: SILLAS FIJAS ITEM: 5

PROVEEDOR: IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTÍCULOS ESPECIALES LTDA - IMACRE LTDA MARCA MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Altura de la silla debe ser entre 42 y 54 cm			X	
El ancho del asiento debe estar entre 43 y 50 cms			X	
El ajuste anteroposterior del asiento debe ser de 43,9 y ser regulable hasta 50 cm			X	
La altura del soporte lumbar debe estar entre 20,3 y 30,5 cms			X	

ENTREGA ACLARACIONES:

SI	☐
NO	☒

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:

SI	☐
NO	☒

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI	☐
NO	☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	OSCAR MAURICIO FORERO CUELLAR		
FIRMA:			
CARGO:	COORDINADOR GRUPO IMÁGENES DIAGNÓSTICA		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.