

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	QDO-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	CAMA ADULTO HOSPITALARIA	MARCA:	HILL ROM
ÍTEM:	UNO (1)	MODELO:	HR000
PROVEEDOR:	BIOTRONTECH COLOMBIA SA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 20.103.300
GARANTÍA:	TRES (3) AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1. Tipo de pacientes: Paciente Adulto mayor de 18 años	X		Folio 80
	1.2. De tres (3) secciones	X		Folio 80
	1.3. Soporte de peso 200 kg, mínimo	X		Folio 81
	1.4. Base móvil de cuatro ruedas con freno centralizado	X		Folio 81, 82
	1.5. Movimientos electrónicos:			
	1.5.1. Ajuste de altura (elevación y descenso)	X		Folio 83
	1.5.2. Trendelenburg 12° o mayor	X		Folio 81, 84
	1.5.3. Trendelenburg invertido 12° o mayor	X		Folio 81, 84
	1.7. Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 60° como mínimo	X		Folio 86, 87
	1.8. Sección de rodilla que cubra el rango de 0 – 23° como mínimo.	X		Folio 86
	1.9. Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 47 cm o menor a 73 cm o mayor (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), como mínimo	X		Folio 85
	1.10. Posición de reanimación cardio pulmonar (RCP).	X		Folio 88
	1.11. Posición vascular o elevación de pies	X		Folio 89, 90
	1.12. Dimensiones de la superficie del paciente 203 cm, de largo x 88 cm, de ancho (+/- 5 cm).	X		Folio 91, 92
	1.13. Dimensiones de la cama: longitud total 230 cm (+/- 8%). Ancho máximo 101 cm	X		Folio 85
	1.14. Cabecera y piecero desmontable de alta resistencia	X		Folio 93, 94
	1.15. Alarma o indicador de falla por conexión electrónica y por altura mínima	X		Folio 95, 101
	1.16. Barandas laterales, cabecero y piecero abatibles que permitan la transferencia segura del paciente con dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies.	X		Folio 96, 97
	1.17. Barandas laterales abatibles con amortiguador	X		Folio 96, 97
	1.18. Con protectores o parachoques en las cuatro esquinas.	X		Folio 98
	1.19. Plataforma en ABS o acero prensado.	X		Folio 100
2. ALIMENTACION	2.1. Eléctrica 100-120 VAC/50-60 Hz	X		Folio 86
	3.1. Batería auxiliar	X		Folio 99
	3.2. Colchón de poliuretano de 14 cm, antiescara	X		Folio 91, 92
3. ACCESORIOS				
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.	X		Folio 109
	2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.	X		Folio 109
	3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.	X		Folio 110
	4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.	X		Folio 111
	5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.	X		Folio 112

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1				
NORMAS - CERTIFICADOS	6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.	X		Folio 113
	7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	X		Folio 114
	8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.	X		Folio 115 (\$ 320.000 + IVA por dos visitas de mantenimiento preventivo + correctivos)
	9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.	X		Folio 102, 116
	1. Presentar registro sanitario ante el Invima	X		Folio 118, 123: REGISTRO SANITARIO INVIMA 2014DM-0011799 VIGENTE HASTA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz.	X		Folio 124
	3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.	X		Folio 124
	4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.	X		Folio 125, 134
	5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.	X		Folio 135
SUBTOTAL (Porcentaje)		100%	0%	CUMPLE TÉCNICAMENTE
TOTAL		37	0	
NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (37) ÍTEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐				
Identificación del evaluar :				
NOMBRE(S):	JHON JAIRO CARDONA ZULUAGA	FECHA:	4 DE DICIEMBRE DE 2018	
FIRMA:		DEPENDENCIA	GRUPO INGENIERIA BIOMÉDICA	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.				

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	QDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	CAMA ADULTO HOSPITALARIA	MARCA:	STRYKER
ÍTEM:	UNO (1)	MODELO:	SV2
PROVEEDOR:	TECNICA ELECTROMEDICA SA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 11.138.400
GARANTÍA:	TRES (3) AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1. Tipo de pacientes: Paciente Adulto mayor de 18 años	X		Folio 104
	1.2. De tres (3) secciones	X		Folio 119
	1.3. Soporte de peso 200 kg, mínimo	X		Folio 104
	1.4. Base móvil de cuatro ruedas con freno centralizado	X		Folio 102
	1.5. Movimientos electrónicos:			
	1.5.1. Ajuste de altura (elevación y descenso)	X		Folio 102
	1.5.2. Trendelemburg 12° o mayor	X		Folio 103
	1.5.3. Trendelemburg invertido 12° o mayor	X		Folio 103
	1.7. Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 60° como mínimo	X		Folio 103
	1.8. Sección de rodilla que cubra el rango de 0 – 23° como mínimo.	X		Folio 103
	1.9. Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 47 cm o menor a 73 cm o mayor (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), como mínimo	X		Folio 103
	1.10. Posición de reanimación cardio pulmonar (RCP).	X		Folio 103
	1.11. Posición vascular o elevación de pies	X		Folio 103
	1.12. Dimensiones de la superficie del paciente 203 cm. de largo x 88 cm. de ancho (± 5 cm).	X		Folio 103
	1.13. Dimensiones de la cama: longitud total 230 cm (+/- 8%). Ancho máximo 101 cm	X		Folio 103
	1.14. Cabecera y piecero desmontable de alta resistencia	X		Folio 103
	1.15. Alarma o indicador de falla por conexión electrónica y por altura mínima	X		Folio 110, 122
	1.16. Barandas laterales, cabecero y piecero abatibles que permitan la transferencia segura del paciente con dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies.	X		Folio 102
	1.17. Barandas laterales abatibles con amortiguador	X		Folio 100
	1.18. Con protectores o parachoques en las cuatro esquinas.	X		Folio 100
	1.19. Plataforma en AIS o acero prensado.	X		Folio 100
2. ALIMENTACION	2.1. Eléctrica 100-120 VAC/50-60 Hz	X		Folio 104
3. ACCESORIOS	3.1. Batería auxiliar	X		Folio 106
	3.2. Colchón de poliuretano de 14 cm, antiescara	X		Folio 105
	1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.	X		Folio 156, 158
	2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.	X		Folio 162, 165
	3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.	X		Folio 162, 165

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDC-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1				
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.	X		Folio 168 a 170
	5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.	X		Folio 157
	6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.	X		Folio 162, 165
	7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	X		Folio 135, 165
	8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.	X		Folio 174, 175 (\$ 220.900 + IVA por una visita de mantenimiento preventivo)
	9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.	X		Folio 98, 99
	NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el Invima	X	
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz.		X		Folio 135
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.		X		Folio 135
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.		X		Folio 136 a 143
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.		X		Folio 134
SUBTOTAL (Porcentaje)		100%	0%	CUMPLE TÉCNICAMENTE
TOTAL	37	0		
NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (37) ÍTEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar:

NOMBRE(S):	JHON LAIRO CARDONA ZULUAGA	FECHA:	4 DE DICIEMBRE DE 2016
FIRMA:		DEPENDENCIA:	GRUPO INGENIERIA BIOMÉDICA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	CAMA ADULTO HOSPITALARIA	MARCA:	HOSPIMEDICS / BIHEALTHCARE
ÍTEM:	UNO (1)	MODELO:	EPOCH MEDSURG
PROVEEDOR:	HOSPIMEDICS SA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 15.609.825
GARANTÍA:	TRES (3) AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1. Tipo de pacientes: Paciente Adulto mayor de 18 años	X		Folio 96
	1.2. De tres (3) secciones	X		Folio 97
	1.3. Soporte de peso 200 kg. mínimo	X		Folio 98
	1.4. Base móvil de cuatro ruedas con freno centralizado	X		Folio 97
	1.5. Movimientos electrónicos:			
	1.5.1. Ajuste de altura (elevación y descenso)	X		Folio 97
	1.5.2. Trendelemburg 12° o mayor	X		Folio 98
	1.5.3. Trendelemburg invertido 12° o mayor	X		Folio 98
	1.7. Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 60° como mínimo	X		Folio 96, 98
	1.8. Sección de rodilla que cubra el rango de 0 – 23° como mínimo.	X		Folio 98
	1.9. Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 47 cm o menor a 73 cm o mayor (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), como mínimo	X		Folio 98
	1.10. Posición de reanimación cardio pulmonar (RCP).	X		Folio 97
	1.11. Posición vascular o elevación de pies		X	Folio 97 No especificado
	1.12. Dimensiones de la superficie del paciente 203 cm. de largo x 88 cm. de ancho (± 5 cm).	X		Folio 98
	1.13. Dimensiones de la cama: longitud total 230 cm (+/- 8%). Ancho máximo 101 cm		X	Folio 98 El ancho máximo supera lo especificado en el ítem.
	1.14. Cabecera y piecero desmontable de alta resistencia	X		Folio 97
	1.15. Alarma o indicador de falla por conexión electrónica y por altura mínima	X		Folio 97
	1.16. Barandas laterales, cabecero y piecero abatibles que permitan la transferencia segura del paciente con dos barandas en sección de cabeza y dos en sección de pies.	X		Folio 96, 97
	1.17. Barandas laterales abatibles con amortiguador	X		Folio 97
	1.18. Con protectores o parachoques en las cuatro esquinas.	X		Folio 97
	1.19. Plataforma en ABS o acero prensado.	X		Folio 97
2. ALIMENTACION	2.1. Eléctrica 100-120 VAC/50-60 Hz	X		Folio 98
3. ACCESORIOS	3.1. Batería auxiliar	X		Folio 97
	3.2. Colchón de poliuretano de 14 cm, antiescara	X		Folio 97
	1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.	X		Folio 100
	2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.	X		Folio 103-106
	3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.	X		Folio 100
	4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.	X		Folio 108

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1				
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.	X		Folio 100
	6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.	X		Folio 100
	7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	X		Folio 112-113
	8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.	X		Folio 115 (\$ 471.807 + IVA por una visita de mantenimiento preventivo)
	9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.	X		Folio 116, 116C
	NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el Invima		X
2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz.		X		Folio 122
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.		X		Folio 122
4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.		X		Folio 124
5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.		X		Folio 125
SUBTOTAL (Porcentaje)		92%	8%	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
TOTAL		34	3	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (37) ÍTEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluador:

NOMBRE(S):	JHONNAIRO CARDONA ZULUAGA	FECHA:	4 DE DICIEMBRE DE 2018
FIRMA:		DEPENDENCIA:	GRUPO INGENIERIA BIOMÉDICA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	QDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2019
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	CAMA ADULTO HOSPITALARIA	MARCA:	MUDI
ÍTEM:	UNO (1)	MODELO:	LYNIX
PROVEEDOR:	HOSPIOFFICE SAS	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 8.970.410
GARANTÍA:	TRES (3) AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1. Tipo de pacientes: Paciente Adulto mayor de 18 años	X		Folio 87, 90
	1.2. De tres (3) secciones	X		Folio 87, 90
	1.3. Soporte de peso 200 kg, mínimo	X		Folio 87, 90
	1.4. Base móvil de cuatro ruedas con freno centralizado	X		Folio 87, 90
	1.5. Movimientos electrónicos:	1.5.1. Ajuste de altura (elevación y descenso)	X	Folio 87, 90
		1.5.2. Trendelemburg 12° o mayor	X	Folio 87, 90
		1.5.3. Trendelemburg invertido 12° o mayor	X	Folio 87, 90
	1.7. Sección de espalda o fowler con autocontrol, que cubra el rango de 0 a 60° como mínimo	X		Folio 89
	1.8. Sección de rodilla que cubra el rango de 0 – 23° como mínimo.		X	Folio 87, 90 No especificado
	1.9. Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 47 cm o menor a 73 cm o mayor (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), como mínimo	X		Folio 87, 90, 92
	1.10. Posición de reanimación cardio pulmonar (RCP).	X		Folio 89
	1.11. Posición vascular o elevación de pies	X		Folio 89
	1.12. Dimensiones de la superficie del paciente 203 cm. de largo x 88 cm. de ancho (± 5 cm).		X	Folio 88 No se encuentra dentro del rango establecido. Se ratifica con medida de colchón de 190 x 90 cm
	1.13. Dimensiones de la cama: longitud total 230 cm (+/- 8%). Ancho máximo 101 cm		X	Folio 87, 90 El rango para ancho máximo es de 102 cm +/- 3 cm, por lo cual se puede encontrar fuera del rango solicitado
	1.14. Cabecera y piecero desmontable de alta resistencia		X	Folio 87, 90 No especificado sistema de alta resistencia y que sea desmontable
	1.15. Alarma o indicador de falla por conexión electrónica y por altura mínima	X		Folio 89
	1.16. Barandas laterales, cabecero y piecero abatibles que permitan la transferencia segura del paciente con dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies.	X		Folio 87, 89, 90
	1.17. Barandas laterales abatibles con amortiguador		X	Folio 87, 90 No especificado
	1.18. Con protectores o parachoques en las cuatro esquinas.	X		Folio 87, 90
	1.19. Plataforma en ABS o acero prensado.	X		Folio 87, 90
	2. ALIMENTACION			
	2.1. Eléctrica 100-120 VAC/50-60 Hz	X		Folio 89
	3.1. Batería auxiliar	X		Folio 89
	3.2. Colchón de poliuretano de 14 cm, antiescara	X		Folio 90, 92
	1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.	X		Folio 101
	2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.	X		Folio 101
	3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.	X		Folio 107
	4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.		X	Folio 107 No se describe programa de capacitación para personal asistencial y técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	G0G-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1				
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.	X		Folio 107
	6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.	X		Folio 100
	7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).		X	Folio 100, 109 No se especifica listado
	8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.		X	Folio 109 No se especifica propuesta de mantenimiento posterior a garantía.
	9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.	X		Folio 95, 96
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el Invima	X		Folio 112, 114: REGISTRO SANITARIO INVIMA 2014DM-0010606 VIGENTE HASTA 18 DE FEBRERO DE 2024
	2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz.	X		Folio 106
	3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.	X		Folio 106
	4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.	X		N.A.
	5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.	X		Folio 110, 111
SUBTOTAL (Porcentaje)		75%	22%	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
TOTAL		29	8	
NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (37) ÍTEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒				
Identificación del evaluar :				
NOMBRE(S):	JHON JAIRO CARDONA ZULUAGA	FECHA:	4 DE DICIEMBRE DE 2016	
FIRMA:		DEPENDENCIA:	GRUPO INGENIERIA BIOMÉDICA	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.				

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			

EQUIPO:	CAMA ADULTO HOSPITALARIA	MARCA:	GIVAS
ÍTEM:	UNO (1)	MODELO:	VIRGO SLIM EBT 470
PROVEEDOR:	INCLISER LTDA	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 13.328.000
GARANTÍA:	TRES (3) AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1. Tipo de pacientes: Paciente Adulto mayor de 18 años	X		Folio 105
	1.2. De tres (3) secciones	X		Folio 104
	1.3. Soporte de peso 200 kg, mínimo	X		Folio 104
	1.4. Base móvil de cuatro ruedas con freno centralizado	X		Folio 100
	1.5. Movimientos electrónicos:	1.5.1. Ajuste de altura (elevación y descenso)	X	Folio 104
		1.5.2. Trendelemburg 12° o mayor	X	Folio 104
		1.5.3. Trendelemburg invertido 12° o mayor	X	Folio 104
	1.7. Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 60° como mínimo	X		Folio 102, 104, 107
	1.8. Sección de rodilla que cubra el rango de 0 – 23° como mínimo.	X		Folio 104
	1.9. Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 47 cm o menor a 73 cm o mayor (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), como mínimo	X		Folio 104
	1.10. Posición de reanimación cardio pulmonar (RCP).	X		Folio 105
	1.11. Posición vascular o elevación de pies		X	Folio 104 No especificado
	1.12. Dimensiones de la superficie del paciente 203 cm. de largo x 80 cm. de ancho (± 5 cm).		X	Folio 104 No especificado ya que hace referencia a dimensiones de la cama. Folio 107 Dimensiones de Colchón establecen 190 x 87 (cm) sin cumplimiento en el largo requerido
	1.13. Dimensiones de la cama: longitud total 230 cm (+/- 8%). Ancho máximo 101 cm		X	Folio 104 Para referencia EBT470 especifica ancho de cama de 102 cm
	1.14. Cabecera y piecero desmontable de alta resistencia	X		Folio 100
	1.15. Alarma o indicador de falla por conexión electrónica y por altura mínima		X	Folio 106 Solo especifica indicador para altura mínima
	1.16. Barandas laterales, cabecero y piecero abatibles que permitan la transferencia segura del paciente con dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies.	X		Folio 107
	1.17. Barandas laterales abatibles con amortiguador	X		Folio 107
	1.18. Con protectores o parachoques en las cuatro esquinas.	X		Folio 102
	1.19. Plataforma en ABS o acero prensado.	X		Folio 106
2. ALIMENTACION	2.1. Eléctrica 100-120 VAC/50-60 Hz	X		Folio 104
3. ACCESORIOS	3.1. Batería auxiliar	X		Folio 104
	3.2. Colchón de poliuretano de 14 cm, antiescara	X		Folio 100
	1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.	X		Folio 111
	2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.	X		Folio 112
	3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.	X		Folio 113

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1				

CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.	X		Folio 114
	5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.	X		Folio 115
	6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.	X		Folio 116
	7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	X		Folio 117
	8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.	X		Folio 118 (\$ 250.000 + IVA por una visita de mantenimiento preventivo)
	9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.	X		Folio 119, 120
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el Invima	X		Folio 121 a 126: REGISTRO SANITARIO INVIMA 2018DM-0017917 VIGENTE HASTA 23 DE ABRIL DE 2028
	2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz.	X		Folio 127
	3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.	X		Folio 128
	4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.	X		Folio 129
	5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.	X		Folio 140
SUBTOTAL (Porcentaje)		89%	11%	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
TOTAL		33	4	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (37) ÍTEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar:

NOMBRE(S):	JHON JAIRO CARDONA ZULUAGA	FECHA:	4 DE DICIEMBRE DE 2018
FIRMA:		DEPENDENCIA:	GRUPO INGENIERIA BIOMÉDICA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	CAMA ADULTO HOSPITALARIA	MARCA:	ARJOHUNTLEIGH
ÍTEM:	UNO (1)	MODELO:	ENTERPRISE 5000X
PROVEEDOR:	PROKONTROL SAS	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 15.203.440
GARANTÍA:	TRES (3) AÑOS		


CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1. Tipo de pacientes: Paciente Adulto mayor de 18 años	X		Folio 138
	1.2. De tres (3) secciones	X		Folio 128
	1.3. Soporte de peso 200 kg. mínimo	X		Folio 138
	1.4. Base móvil de cuatro ruedas con freno centralizado	X		Folio 131
	1.5. Movimientos electrónicos:			
	1.5.1. Ajuste de altura (elevación y descenso)	X		Folio 131
	1.5.2. Trendelemburg 12° o mayor	X		Folio 134, 135
	1.5.3. Trendelemburg invertido 12° o mayor	X		Folio 134, 135
	1.7. Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 60° como mínimo	X		Folio 127, 129
	1.8. Sección de rodilla que cubra el rango de 0 – 23° como mínimo.	X		Folio 134
	1.9. Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 47 cm o menor a 73 cm o mayor (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), como mínimo	X		Folio 131
	1.10. Posición de reanimación cardio pulmonar (RCP).	X		Folio 122, 128
	1.11. Posición vascular o elevación de pies	X		Folio 129
	1.12. Dimensiones de la superficie del paciente 203 cm. de largo x 88 cm. de ancho (± 5 cm).	X		Folio 127, 134
	1.13. Dimensiones de la cama: longitud total 230 cm (+/- 8%). Ancho máximo 101 cm		X	Folio 134 No se especifica si se coliza versión de 102 cm o versión estrecha de 96 cm
	1.14. Cabecera y piecero desmontable de alta resistencia	X		Folio 132
	1.15. Alarma o indicador de falla por conexión electrónica y por altura mínima		X	Folio 133, 142, 143, 144 No se referencia indicador por altura mínima
	1.16. Barandas laterales, cabecero y piecero abatibles que permitan la transferencia segura del paciente con dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies.	X		Folio 119, 120, 123, 137
	1.17. Barandas laterales abatibles con amortiguador		X	Folio 137, 140 No se especifica si cuenta con amortiguador
	1.18. Con protectores o parachoques en las cuatro esquinas.	X		Folio 132
	1.19. Plataforma en ABS o acero prensado.	X		Folio 124, 135
2. ALIMENTACION	2.1. Eléctrica 100-120 VAC/50-60 Hz	X		Folio 127
3. ACCESORIOS	3.1. Batería auxiliar	X		Folio 135
	3.2. Colchón de poliuretano de 14 cm, antiescara	X		Folio 135, 140 a 152
	1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.	X		Folio 189, 195
	2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.	X		Folio 185, 188
	3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.	X		Folio 183

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1				

CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.	X		Folio 180
	5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.	X		Folio 183
	6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.	X		Folio 189
	7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	X		Folio 178
	8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.	X		Folio 193 (\$ 49.250 + IVA por una visita de mantenimiento preventivo)
	9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.	X		Folio 111, 113
NORMAS - CERTIFICADOS	1. Presentar registro sanitario ante el Invima	X		Folio 154, 158: REGISTRO SANITARIO INVIMA 2013DM-0010643 Y 2014DM-0011067 VIGENTE HASTA 4 DE DICIEMBRE DE 2023 y 28 DE MARZO DE 2024
	2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz.	X		Folio 212
	3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.	X		Folio 177
	4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.	X		Folio 162
	5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.	X		Folio 170, 172
SUBTOTAL (Porcentaje)		92%	8%	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
TOTAL		34	3	

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (37) ÍTEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar:			
NOMBRE(S):	JHON JAIRO CARDONA ZULUAGA	FECHA:	4 DE DICIEMBRE DE 2018
FIRMA:		DEPENDENCIA:	GRUPO INGENIERIA BIOMÉDICA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

QDG-P62-F-13

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

VERSIÓN:

01

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

VIGENCIA:

31-12-2016

Página 1 de 1

EQUIPO: CAMA ADULTO HOSPITALARIA

MARCA:

PARAMOUNT

ÍTEM: UNO (1)

MODELO:

CA-54380


PROVEEDOR: AMAKEY NOVAMEDICAL SA

VALOR UNITARIO COTIZADO:

\$ 8.925.000

GARANTÍA: TRES (3) AÑOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1.1. Tipo de pacientes: Paciente Adulto mayor de 18 años	X		Folio 152, 173, 174
	1.2. De tres (3) secciones	X		Folio 155 a 157
	1.3. Soporte de peso 200 kg, mínimo	X		Folio 157
	1.4. Base móvil de cuatro ruedas con freno centralizado	X		Folio 155, 157
	1.5. Movimientos electrónicos:	1.5.1. Ajuste de altura (elevación y descenso)	X	Folio 157
		1.5.2. Trendelemburg 12° o mayor	X	Folio 156, 157
		1.5.3. Trendelemburg invertido 12° o mayor	X	Folio 156, 157
	1.7. Sección de espalda o fowler con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 60° como mínimo	X		Folio 155, 157
	1.8. Sección de rodilla que cubra el rango de 0 – 23° como mínimo.	X		Folio 156, 157
	1.9. Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 47 cm o menor a 73 cm o mayor (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón), como mínimo		X	Folio 156, 157, 158 Se especifica altura graduable hasta 70 cm
	1.10. Posición de reanimación cardio pulmonar (RCP).	X		Folio 153, 157
	1.11. Posición vascular o elevación de pies	X		Folio 157
	1.12. Dimensiones de la superficie del paciente 203 cm. de largo x 88 cm. de ancho (± 5 cm).	X		Folio 156, 157
	1.13. Dimensiones de la cama: longitud total 230 cm (+/- 8%). Ancho máximo 101 cm	X		Folio 156, 157, 159
	1.14. Cabecera y piecero desmontable de alta resistencia	X		Folio 153
	1.15. Alarma o indicador de falla por conexión electrónica y por altura mínima	X		Folio 155, 159
	1.16. Barandas laterales, cabecero y piecero abatibles que permitan la transferencia segura del paciente con dos barandas en sección de cabeza y dos en sección de pies.	X		Folio 153, 156, 157
	1.17. Barandas laterales abatibles con amortiguador	X		Folio 156, 157
	1.18. Con protectores o parachoques en las cuatro esquinas.	X		Folio 156, 157
	1.19. Plataforma en ABS o acero prensado.	X		Folio 156, 157, 159
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO:	2. ALIMENTACION			
	2.1. Eléctrica 100-120 VAC/50-60 Hz	X		Folio 157
	3. ACCESORIOS			
	3.1. Batería auxiliar	X		Folio 157, 174
	3.2. Colchón de poliuretano de 14 cm, antiescara	X		Folio 157, 174
	1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.	X		Folio 145, 175
	2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.	X		Folio 175, 203
	3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.	X		Folio 145, 176
	4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.	X		Folio 145, 176
	5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.	X		Folio 146, 177

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	ODG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1				
NORMAS - CERTIFICADOS	6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más.	X		Folio 147, 175
	7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).	X		Folio 147, 174, 181
	8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.	X		Folio 147, 166 a 168 (\$ 648.000 + IVA por 2 visitas de mantenimiento preventivo)
	9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20 e instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.	X		Folio 162, 163
	1. Presentar registro sanitario ante el Invima	X		Folio 160: REGISTRO SANITARIO INVIMA 2018DM-0017746 VIGENTE HASTA 15 DE MARZO DE 2028
	2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años, emitida por casa matriz.	X		Folio 201 a 203
	3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante diez (10) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.	X		Folio 148, 175, 181
	4. Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS. Vigente.	X		Folio 182 a 200
	5. Presentar certificación de casa matriz, filial, o sucursal, donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.	X		Folio 178, 179
SUBTOTAL (Porcentaje)		97%	3%	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE
TOTAL		36	1	
NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS (37) ÍTEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒				
Identificación del evaluar:				
NOMBRE(S):	JHON ARIAS CARDONA ZUBUAGA	FECHA:	4 DE DICIEMBRE DE 2018	
FIRMA:		DEPENDENCIA:	GRUPO INGENIERIA BIOMÉDICA	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.				