



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 727 DE 2019

Página 1 de 3

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION, INSTALACION, CAPACITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE LÁSERES MOVILES PARA ALINEACIÓN DE PACIENTES EN EL TAC SIMULADOR PARA EL GRUPO ÁREA DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A
LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES

El Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado, procede a dar respuesta a las observaciones realizadas a los términos de condiciones de la presente invitación así:

A). Observaciones presentadas por la Empresa ADVANCED RADIOTHERAPY CORPORATION S.A Recibidas a través del correo electrónico invitaciones@cancer.gov.co, el día 17 de octubre de 2019 a las 11:39 A.M.

PRIMERA PREGUNTA:

OBSERVACIONES DE ORDEN JURÍDICO Y FINANCIERO

1. En el numeral 5.6. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EN MEDIO FÍSICO **solicitamos atentamente sea ampliado el tiempo de entrega hasta el 29 de octubre de 2019.**

RESPUESTA

Nos permitimos informar que no es viable ampliar el plazo de entrega de la propuesta, ya que el tiempo estimado que se dio es el acordado para la recepción de las ofertas.

SEGUNDA PREGUNTA:

2. En el numeral 9.2.4. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL: El Nivel de Endeudamiento Total del oferente deberá **ser inferior o igual al ochenta y tres por ciento (83%)**

OBSERVACIÓN: Para permitir una mayor pluralidad de oferentes nos permitimos solicitar se Acepte un Nivel de Endeudamiento Igual o Inferior al 87%.

RESPUESTA

Esta modificación no es viable dado que son los términos estipulados para todos los proponentes, los cuales deben ser cumplidos sin excepción.

TERCERA PREGUNTA:

OBSERVACIONES DE ORDEN TÉCNICO

3. En el Anexo No. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Sistema de laser móviles para alineación y posicionamiento de pacientes en el tac simulador ítem 1 Color, rojo, verde o azul

ACLARACIÓN: Debido a que los láseres móviles tienen diferencias en precios considerables entre los colores Rojo- Verde o Azul, solicitamos aclarar:

- a- **Especificar color de los láseres: Rojos, o Verde, o, Azul, o Rojo y Verde para prevenir paradas en la prestación del servicio en caso de fallas?**

RESPUESTA

Si el color del láser aumenta el precio es para nosotros indistinto, se asume sea el más económico pues el color no afecta nuestro procedimiento

CUARTA PREGUNTA:

4. En el Anexo No. 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Sistema de laser móviles para alineación y posicionamiento de pacientes en el tac simulador

ACLARACIÓN: Debido a que los láseres móviles tienen diferencias configuraciones y precios favor aclarar:

- a- **Los 3 láseres deben ser móviles?**

RESPUESTA

Si deben todos ser móviles los del techo como los de los lados

B). Observaciones presentadas por la Empresa J RESTREPO EQUIPHOS S.A.S Recibidas a través del correo electrónico invitaciones@cancer.gov.co, el día 17 de octubre de 2019 a las 03:21 P.M.

PRIMERA PREGUNTA:

1. Especificación: *Sistema de laser móviles para alineación y posicionamiento de pacientes en el TAC simulador.*

Observación: Teniendo en cuenta que en el mercado se encuentra dos opciones para el movimiento de los laser solicitamos aclarar cuál de las siguientes opciones es la requerida:

- a. **Movimiento laser de techo sagital**
b. **Movimiento laser de techo sagital y movimiento de laser de pared con movimiento coronal.**

RESPUESTA

El ítem b, movimiento laser de techo digital y movimiento de laser de pared con movimiento coronal.

SEGUNDA PREGUNTA:

2. Especificación Técnica: ITEM 3 "A control remoto":

Observación: con el fin de dar alcance a este requerimiento solicitamos incluir la siguiente descripción:

Control remoto para calibración de sistema laser, incluye inclinación, foco y rotación.

RESPUESTA

Si todos los laser deben tener control remoto

TERCERA PREGUNTA:


3. Considerando que para este sistema se requiere realizar el aseguramiento de calidad, solicitamos incluir:

Fantoma Wilke para aseguramiento de calidad.

RESPUESTA

Si el fantoma está incluido con los laser y NO hace parte de un sobrecosto si inclúyalo

Cordialmente


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

Vo.Bo: Lia Margarita Alvarez Puente - Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera. (E) 

Vo.Bo: Wilson Ibagüen Lozano - Coordinador Grupo Área Gestión Contractual. (E) 

Elaboro: Keila Lizeth Acosta Ramirez - Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual