

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	Soporte en acrílico para unidades	ITEM:	1
PROVEEDOR:	Importadora colombiana de artículos especiales Ltda inicare sas	MARCA	REDCAROL

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Capacidad 8 - 10 contenedores PIG.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		
Que soporte un peso de 25 Kg aproximadamente	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		
Cada uno de los contenedores PIG tiene las siguientes dimensiones: 8.5" h x 1.94" dia. (22 x 4.9 cm). Peso: 3 lb (1.4 kg).	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		

ENTREGA ACLARACIONES:

SI	
NO	X


RESPONDE A LOS
REQUERIMIENTOS:

SI	X
NO	

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI	X
NO	

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	CARLOS EDUARDO GRANADOS GOMEZ
FIRMA:	
CARGO:	Coordinador Grupo Medicina Nuclear
NOMBRE(S):	FABIO ANDRES BERNAL MUNOZ
FIRMA:	
CARGO:	Profesional Universitario Medicina Nuclear

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CÁNCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01	
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	VIGENCIA:	31-12-2016	
Página 1 de 1				

ANEXO No. 4				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
EQUIPO:	CAMILLA DE TRANSPORTE	MARCA:	MB	
ITEM:		MODELO:	MB 16-6	
PROVEEDOR:	MUEBLES HOSPITALARIOS	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$10.353.000,00	
GARANTÍA:	SIN INFORMACION		CUMPLE	NO CUMPLE
1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	1.1 5 rueda para una mejor movilidad		X	Folio 61
	1.2 Con barandas laterales con sistema plegable		X	Barandas no son plegables
	1.3 Doble plataforma radiologica		X	No se encuentra Informacion
	1.4 4 receptaculos integrados para porta sueros		X	Folio 61
	1.5 mecanimos de bloqueo central		X	No se encuentra Informacion
	1.6 Longitud de 217 cms, anchura con barandas levantadas de 79cms Minimo		X	Longitud 210cm
	1.7 Capacidad de carga de 250 kilogramos minimo		X	Soporta 240kg
	1.8 Movimiento de Trendelemburg y Trendelemburg inverso de +o- 16°		X	13°C
	1.9 Con superficie para paciente de 62cms x 193 cms		X	No se encuentra Informacion
2 ACCESORIOS:	N.A	X	N.A	
3. GARANTÍAS	3.1) Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, minimo tres (3) años o más.		X	No se encuentra Informacion
	3.2 Garantizar por escrito que se oferta equipos nuevos (sin uso), de última generación que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación no deberá ser menor a Junio de 2017.		X	No se encuentra Informacion
	3.3. El oferente garantizara que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales o mejores características sin costo adicional para el Instituto.		X	No se encuentra Informacion
	3.4 El oferente garantiza que si dentro de las actividades de mantenimiento determina que el equipo debe ser retirado para revisión externa, antes de la salida del equipo entregará otro en reemplazo, con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo inicialmente adquirido, de manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio.		X	No se encuentra Informacion
	3.5 Presentar certificación donde garantice el suministro de repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.		X	Folio 89
	3.6 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del personal asistencial y de ingeniería biomédica sin costo alguno para el Instituto, el bien que se le realice mas de tres actividades correctivas relacionadas con calidad del producto o defectos de fabricación presentados por año de garantía.		X	No se encuentra Informacion
	3.7 Garantía de servicios y provisión de repuestos respaldado por el distribuidor y casa matriz.		X	Folio 88
	3.8 Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo durante la garantía.		X	Folio 88
4. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO	4.1 Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de Ingeniería del Instituto.		X	Folio 80
	4.2 Anexar propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.		X	No se encuentra Informacion
	4.3 Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.		X	No se encuentra Informacion
	4.4 Garantizar soporte para el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario durante el tiempo de garantía del equipo.		X	No se encuentra Informacion
	4.5 Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a seis (6) horas en sitio.		X	No se encuentra Informacion
	4.6 Garantizar jornadas de reintroducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía.		X	No se encuentra Informacion
	4.7 Entregar en medio magnetico capacitación para el uso seguro del bien ofertado.		X	No se encuentra Informacion
5. DOCUMENTACIÓN SOPORTE	5.1 Garantizar la entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.		X	Folio 82
	5.2 Especificar vida útil del equipo y de los accesorios (anexar listado).		X	Folio 89
	5.3 Garantizar metrología del equipo ofertado bajo normatividad vigente según corresponda y realizar la entrega del informe y/o certificado no mayor a 30 días calendario posterior a la recepción a satisfacción del equipo por parte de Ingeniería biomédica.		X	N.A
	5.4 Describir consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.		X	N.A
	5.5 Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTE-P03-F-20		X	No se encuentra Informacion
	5.6 Adjuntar Instrucciones de manejo rápido Formato GTE-P03-F-13.		X	No se encuentra Informacion

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GTE-P01-F-01	
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	VIGENCIA:	31-12-2016	
Página 1 de 1				
6. NORMAS - CERTIFICADOS	5.7 Describir recomendaciones para la disposición final del equipo y asegurar realizar esta actividad si el Instituto así lo dispone.		X	No se encuentra Información
	5.8 Hacer entrega de la ficha técnica de limpieza y desinfección de los equipos objeto de contrato en formato digital. Esta ficha debe incluir como mínimo: protocolo de limpieza y desinfección, periodicidad, productos y materiales de limpieza y desinfección aptos y no aptos para realizar la actividad; que coincidan con el manual y/o sugerencia del fabricante.		X	No se encuentra Información
	6.1. Presentar registro sanitario otorgado por el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	X		Folio 83
	6.2 Presentar certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de Dispositivos Médicos. (CCAA)	X		Folio 84 y 85
	6.3 Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios originales para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años, emitida por casa matriz.	X		Folio 88
7. REQUISITOS PARA INSTALACIÓN	6.4 Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los nacionales.		X	No se encuentra Información
	6.5 Presentar certificación para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.	X		Producto Nacional
	7.1 Entregar los bienes adjudicados con placa (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA Serie _____ modelo _____ Marca _____ Número del contrato: _____ Contratista: _____ Número Telefónico: _____ NOTA: El tamaño del aviso será proporcional al bien que identifican, siempre visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero inoxidable		X	No se encuentra Información
	7.2 El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes del Instituto, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones relacionadas con el (los) equipo(s) a instalar.		X	No se encuentra Información
	7.3 El oferente garantizará que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.		X	No se encuentra Información
	7.4 El oferente certifica que la infraestructura que dispone el Instituto es adecuada para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del (los) bien (es) ofertado(s).		X	No se encuentra Información
SUBTOTAL (Porcentaje)			36%	64%
TOTAL			15	27
NOTA: EL 100% DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
ENTREGA ACLARACIONES:	SI ☐ NO ☐	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI ☐ NO ☒	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:
				SI NO X
Identificación del evaluador:				
NOMBRE(S):	D. RICARDO GUERRERO Ricardo Guerrero Esp. Paraleja ISS		FECHA:	12-sep-19
FIRMA:	MP 25244-240972 CND Reg. Invima RH 201301-020		DEPENDENCIA:	GRUPO INGENIERIA BIOMÉDICA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.				

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	Escalera de dos (02) pasos	ITEM:	3
PROVEEDOR:	Importadora colombiana de artículos especiales Ltda imcare sas	MARCA	MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Superficie de apoyo de poliuretano de goma con relieve anti deslizante.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		FOLIO 62
Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		FOLIO 62
Dimensiones aprox: 45 x 25 x 25 cm.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Frente 40 - 45cm, profundidad 45cm, alto 1er paso 11cm, alto 2do paso 31 cm. Folio 62
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		FOLIO 91

ENTREGA ACLARACIONES:	SI ☒ NO ☐	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI ☒ NO ☐	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☒ NO ☐
-----------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	CARLOS EDUARDO GRANADOS GOMEZ
FIRMA:	
CARGO:	Coordinador Grupo Medicina Nuclear
NOMBRE(S):	FABIO ANDRES BERNAL MUÑOZ
FIRMA:	
CARGO:	Profesional Universitario Medicina Nuclear

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	Algodonera	ITEM:	5
PROVEEDOR:	Importadora colombiana de artículos especiales Ltda imcare sas	MARCA	MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Material de fabricación: Acero inoxidable	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		FOLIO 63
Capacidad: 1/2 litro	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		FOLIO 63 capacidad aproximada 500cc
Para uso hospitalario	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		FOLIO 63
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		FOLIO 91

ENTREGA ACLARACIONES:	SI ☒ NO ☐	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI ☒ NO ☐	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☒ NO ☐
-----------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	CARLOS EDUARDO GRANADOS GOMEZ
FIRMA:	
CARGO:	Coordinador Grupo Medicina Nuclear
NOMBRE(S):	FABIO ANDRES BERNAL MUNOZ
FIRMA:	
CARGO:	Profesional Universitario Medicina Nuclear

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	Mesa plana en Acero Inoxidable	ITEM:	6
PROVEEDOR:	Importadora colombiana de artículos especiales Ltda Incare sas	MARCA	MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Mesa en acero de dos cajones.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 64
En acabado de acero inoxidable	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 64
Medidas mesa: 47cm fondo x 46cm ancho y 82 cm alto.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 64
Medidas cajones: 40cm fondo x 42cm ancho y 22 cm alto.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 64
Cajones con sistema de corredera.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 64
Cajones con sistema de corredera.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 64
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 91

ENTREGA ACLARACIONES:	SI ☒ NO ☐	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI ☒ NO ☐	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☒ NO ☐
-----------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	CARLOS EDUARDO GRANADOS GOMEZ
FIRMA:	
CARGO:	Coordinador Grupo Medicina Nuclear
NOMBRE(S):	FABIO ANDRES BERNAL MUNOZ

		INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
		GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
		CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
				Página 1 de 1	
FIRMA:					
CARGO:	Profesional Universitario Medicina Nuclear				
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.					

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	Soporte para brazo en spect - ct durante inyeccion	ITEM:	7
PROVEEDOR:	Importadora colombiana de articulos especiales Ltda imcare sas	MARCA	MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Apoyabrazo.	cumple con las especificaciones tecnicas requeridas	X		Folio 65
Altura e inclinación ajustable.	cumple con las especificaciones tecnicas requeridas	X		Folio 65
Medidas: Largo 50 cm - ancho 20 cm - grueso 4 cm	cumple con las especificaciones tecnicas requeridas	X		Folio 65
Base fija en acero inoxidable.	cumple con las especificaciones tecnicas requeridas	X		Folio 65
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.	cumple con las especificaciones tecnicas requeridas	X		Folio 91
Garantizar soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantía por personal calificado.	cumple con las especificaciones tecnicas requeridas	X		Folio 92

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	X	NO	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	X	NO
CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:							

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	CARLOS EDUARDO GRANADOS GOMEZ
FIRMA:	
CARGO:	Coordinador Grupo Medicina Nuclear
NOMBRE(S):	FABIO ANDRES BERNAL MUNOZ

		INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
		GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
		CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
				Página 1 de 1	
FIRMA:					
CARGO:	Profesional Universitario Medicina Nuclear				
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.					

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	Mesa con ruedas para inyección de pacientes con soporte	ITEM:	8
PROVEEDOR:	Importadora colombiana de artículos especiales Ltda Incare sas	MARCA	MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Diseño fabricación y entrega de mesas en acero inoxidable	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 66
Con ruedas que cuenten con sistema de bloqueo.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 66
Soporte de guardián 1L bajo medidas	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 66
Altura regulable (máximo 100cm mínimo 70 cm).	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 66
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 91

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	X	NO	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	X	NO
				CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	X	NO

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	CARLOS EDUARDO GRANADOS GOMEZ
FIRMA:	
CARGO:	Coordinador Grupo Medicina Nuclear
NOMBRE(S):	FABIO ANDRES BERNAL MUNOZ

		INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
		GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
		CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
				Página 1 de 1	
FIRMA:					
CARGO:	Profesional Universitario Medicina Nuclear				

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	Atril con bandeja, 5 ruedas 4 ganchos portasueros	ITEM:	11
PROVEEDOR:	Importadora colombiana de artículos especiales Ltda imcare sas	MARCA	MB

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Diseño fabricación y entrega de mesas en acero inoxidable	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 67
Con ruedas que cuenten con sistema de bloqueo.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 67
Soporte de guardián 1L bajo medidas	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 67
Altura regulable (máximo 100cm mínimo 70 cm).	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 67
Tiempo de garantía mínimo dos (2) años.	cumple con las especificaciones técnicas requeridas	X		Folio 91

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	X	NO	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	X	NO	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	X	NO
-----------------------	----	---	----	--------------------------------	----	---	----	-----------------------------	----	---	----

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	CARLOS EDUARDO GRANADOS GOMEZ
FIRMA:	
CARGO:	Coordinador Grupo Medicina Nuclear
NOMBRE(S):	FABIO ANDRES BERNAL MUNOZ


		INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
		GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
		CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
				Página 1 de 1	
FIRMA:					
CARGO:	Profesional Universitario Medicina Nuclear				
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.					

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	RECIPIENTE PLASTICO	ITEM:
PROVEEDOR:	ESTRA	MARCA
		BAILIDA

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
MEDIDAS 46CM DE ANCHO 60 CM DE LARGO Y 35 CM DE ALTO	MEDIDAS LARGO: 62CM ANCHO: 47,5CM ALTO: 21 CM O		X	SON LAS MEDIDAS MAS APROXIMADAS OFRECIDAS POR EL PROVEEDOR
TAPA CON BROCHES	TAPA CON BROCHE	X		
68 LITROS	37 LITROS		X	
ULTRAFUERTE, ALTA RESISTENCIA A LOS GOLPES, GARANTIA DE 6 MESES			X	NO LO ESPECIFICA LA OFERTA Y ES UN REQUISITO INDISPENSABLE

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	X	NO	
RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI		NO	X
CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI		NO	X

Identificación del evaluar :	
NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETTA
FIRMA:	
CARGO:	COORDINADOR SALAS DE CIRUGIA
NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.				

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	CARRO DE PARO	ITEM:
PROVEEDOR:	CORALMEDICA LTDA	MARCA
		BAILIDA

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
5 CAJONES CON RIELES DE ALUMINIO, DOS CAJONES DE 3 CM PARA MEDICAMENTOS CON DIVISIONES EN ACRILICO, 2 CAJONES DE 6CM PARA ACCESORIOS Y 1 CAJON DE 9CM PARA DISPOSITIVOS MEDICOS	6 COJONES CON RIELES DE ALUMINIO DE SUAVE DESPLAZAMIENTO, DOS CAJONES CON DIVISIONES PARA MEDICAMENTOS CON DIVISIONES ACRILICAS, 6 CAJONES DE 6" PARA ACCESORIOS CON DIVISIONES EN PLASTICO Y UN CAJON DE 9" PARA DISPOSITIVOS MEDICOS	X		
RUEDAS DE PVC CON FRENO, SISTEMA DE SEGURIDAD CENTRAL, PASAMANOS O MANIJAS DE MATERIAL RESISTENTE, TABLA LATERAL CON EXTENSION PVC, CAJONES CON AUTORETORNO	RUEDAS DE PAC DE 5" CON FRENO, SISTEMA DE SEGURIDAD CENTRAL, PASAMANOS Y MANIJAS DE ALUMINIO	X		
CAJONES CON AUTORETORNO, BANDEJA GIRATORIA PARA DESFIBRILADOR, 1 ATRIL PORTASUERO, BANDEJA PARA SUCCIONADOR	CAJONES CON AUTORETORNO, BOMPER PARA CHOQUES. TAMAÑO ALTO: 109CM, FRENTE: 69CM, FONDO: 54CM	X		
2 BANDEJAS DE DIVISION PARA MEDICAMENTOS, SUPERFICIE EN PVC, 5 ETIQUETAS PARA CAJONES, BREAK PARA CILINDRO DE OXIGENO, TABLA RCP, CONTENEDOR CORTOPUNZANTES, CANASTA LATERAL PARA GUANTES DE MANEJO	BANDEJA GIRATORIA PARA DESFIBRILADOR, 1 ATRIL PORTASUERO, 1 BANDEJA PARA SUCCIONADOR, 1 BREAK PARA CILINDRO DE OXIGENO, 1 TABLA RCP, 1 CONTENEDOR PARA CORTOPUNZANTES, 1 CANASTA LATERAL	X		

ENTREGA ACLARACIONES:

SI	☐
NO	☒


RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:

SI	☒
NO	☐

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI	☒
NO	☐

Identificación del evaluador :

NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETTA
FIRMA:	
CARGO:	COORDINADOR SALAS DE CIRUGIA
NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	
Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.				

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA IN-C		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: TABLERO ACRILICO TAMAÑO 21 DE ANCHO x17 DE LARGO (150 UNIDADES) ITEM:

PROVEEDOR: CARTELERAS CORPORATIVAS .COM MARCA

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Elemento de apoyo técnico del área de quimioterapia, el cual permite la organización e identificación de los pacientes y del protocolo de tratamiento				
	BORRABLE	SI		
	FACIL LIMPIEZA	SI		
	DISEÑO EN ACRILICO	SI		
	FABRICACION EN TABLES DE 4 MM CON FRENTE BLANCO	SI		
	INCLUIR BORRADOR		NO	NO ACLARA SI INCLUYE EL BORRADOR
	DISEÑO EN TAMAÑO REQUERIDO		NO	NO ACLARA SI FABRICAN TABLEROS DE TAMAÑO REQUERIDO

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☐

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	AURA MARIA DIAZ ARGUELLES
FIRMA:	
CARGO:	COORDINADORA QUIMIOTERAPIA 24/7
NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EJE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE PARA ADULTO	ITEM:
PROVEEDOR:	MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS	MARCA

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
	Diseño agradable al usuario, funcional, segura, ergonómica, plegable	SI		
	Ancho del asiento de 41 cm, altura asiento de 50cm, profundidad del asiento 40cm	SI		
	Ruedas delanteras de 8 pulgadas con rines inyectados y llantas macizas			NO ESPECIFICA
	Ruedas trasera de 24 pulgadas con rines inyectados apoyados en rodamientos radiales, llanta maciza de 24 pulgadas 1,3/8	SI		
	Estructura de tubería cold rolled de 7/8 pulgadas con diámetro calibre 18, acabados en cromo	SI		
	Frenos de parqueo	SI		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI
	NO		NO		NO

Identificación del evaluar :	
NOMBRE(S):	AURA MARIA DIAZ ARGUELLES
FIRMA:	
CARGO:	COORDINADORA QUIMIOTERAPIA 24/7
NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: **TABLERO ACRILICO TAMAÑO 150 X 1 METRO** ITEM: _____

PROVEEDOR: **CARTELERAS CORPORATIVAS .COM** MARCA _____

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Elemento de apoyo técnico del área de hospitalización y consulta externa, el cual permite la organización de actividades del área específica o de los servicios de hospitalización.				
	FACIL LIMPIEZA	SI		
	DISEÑO EN ACRILICO Y ALUMINIO DE MARQUETERIA	SI		
	FABRICADO EN TABLES DE 9 MMCON FRENTE BLANCO	SI		
	Incluye colgadores(istalacion y borrador)	SI		NO ACLARA SI INCLUYE EL BORRADOR

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	AURA MARIA DIAZ ARGUELLES
FIRMA:	
CARGO:	COORDINADORA QUIMIOTERAPIA 24/7
NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	

[Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades,