

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
	Página 1 de 1		

EQUIPO:	DESINTEGRADOR DE CAPSULAS	MARCA:	LABINDIA ANALITICAL
ITEM:	INVITACIÓN A COTIZAR 793 DE 2019	MODELO:	DESINTEGRATION TESTER DT1000
PROVEEDOR:	SAT INSTRUMENTAL S.A.S	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 24,317,650
GARANTÍA:	3 AÑOS		

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. SISTEMA			
	1 Velocidad de inmersión 3 0 ± 1 D P M	X		
	2. Longitud de la carrera 5.5 ±0.1cm	X		
	3. Rango de temperatura del baño de agua: (ambiente: +5°C a 50°C; Precisión de temperatura : ±0.2°C)	X		
	4. Baño de agua pieza moldeada de acrílico transparente con iluminación para mayor velocidad	X		
	5. Display 20 x 2 pantalla LCD con iluminación trasera	X		
	6. teclado alfa numerico con teclas suaves a prueba de agua	X		
	7. salida para impresora puerto paralelo RS-232C; conectividad para descarga de datos	X		
ACCESORIOS	2. ACCESORIOS			
	2 canastas con 6 tubos cada una	X		En el Anexo 1 (Carta de Presentación) página 1 de 28 el proveedor manifiesta: "He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de condiciones aceptando los mismos en su integridad y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o interpretación errónea de los mismos"
	Discos estriados	X		
	Sensor de temperatura	X		
Impresora	X			
ALIMENTACION	3. ELECTRICA			
	8. Requerimientos de Voltaje 230V, 50 Hz	X		
CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo dos (2) mantenimientos preventivos.	X		En el Anexo 1 (Carta de Presentación) página 1 de 28 el proveedor manifiesta: "He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de condiciones aceptando los mismos en su integridad y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o interpretación errónea de los mismos"
	2. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).	X		
	3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.	X		
	4. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo DIEZ (10) años.	X		
	NORMAS CERTIFICADOS	5.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.	X	
6. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.		X		
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).		X		
8. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica).		X		
9. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.		X		
1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".		N.A		
2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.				
SUBTOTAL (Porcentaje)				
TOTAL				

NOTA: EL 100% DE LA EVALUACION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACION MINIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	JAVIER RADA LOZANO	FECHA:	9/12/2019
FIRMA:		DEPENDENCIA:	RADIOFARMACIA
CARGO:	Coordinador Grupo Radiofarmacia		



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

GDG-P02-F-13

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

VERSIÓN:

01

CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

VIGENCIA:

31-12-2016

Página 1 de 1

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.