

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1			

EQUIPO:	SET OFTALMOLOGIA	MARCA:	A1 MEDICAL GMBH
ITEM:		MODELO:	
PROVEEDOR:	ALEMKO MEDICAL S.A.S	VALOR UNITARIO COTIZADO:	\$ 31.635.641
GARANTÍA:	5 AÑOS		

CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE	O B
1. SISTEMA					
SET INSTRUMENTAL OFTALMOLOGIA		X			
ACCESORIOS	4 Pinza corneal Bonn, 0.12 Plataforma de atar de 5mm, recta, long entre 9.5-11 cm				
	2 Pinza de sutura Bishop-Harmon, .3mm, dientes 1x2, 3mm a 5mm de plataforma de anudar long 8.5cm				
	2 Pinza de sutura Castroviejo, .3 mm, dientes 1 x 2. 6 mm plataforma de anudar, plana				
	3 Pinza de sutura Castroviejo, .5 mm, dientes 1 x 2. 6 mm plataforma de anudar, plana				
	2 Pinza mosquito, Hartman. Recta				
	2 Pinza mosquito, Hartman. Curva				
	4 Tijeras Westcott de tenotomia curvas, punta roma, laminas 13mm, mango plano				
	2 Tijeras Westcott de tenotomia curvas, punta roma, laminas 16mm, mango plano				
	1 Tijeras Westcott de punto, puntas agudas, laminas 16mm , mango plano				
	2 Tijera Curva Stevens puntas romas, laminas 12 mm a 14 mm mango en anillos				
	6 Pinza relojero recta # 5, plataforma de atar.				
	3 Retractores de Saco Lagrimal Knapp o rollet				
	2 Especulos Lamina Solida reversible Kershner, Ramas Redondas				
	2 Espéculo temporal Lieberman, Láminas planas en V, tamaño adulto				
	2 Espéculos de alambre barraquer, tamaño infantil, láminas 10mm				
	3 Especulos de alambre barraquer, tamaño adulto, laminas 14mm a 15mm				
	2 Especulos de alambre barraquer, tamaño pediátrico, laminas de 9mm11mm	X			
	2 Especulos de alambre Barraquer, laminas abiertas, tamaño pediátrico				
	2 Dilatador lagrimal doble punta Castroviejo, tamaño 1 y 2				
	2 Gancho de Doble Fijación, 1,5mm entre puntas curvas				
	2 Portaguja Barraquer,mandíbulas Finas entre 9 y 12mm, curvo sin seguro, tamaño largo				
	2 Portaaguja Barraquer, Mandíbulas Fuertes entre10 y 14mm, curvo sin seguro				
	1 Portaaguja Barraquer, Mandíbulas Fuertes entre10 y 14mm, curvo con seguro				
	1 Compás Castroviejo, recto, escala 0-20 ambos lados				
	2 Tijera de Iris curva, puntas agudas, laminas entre 22 y 28 mm, mango en anillos				
	4 Mango de Bisturí No. 3				
	1 Placa de Parpado entre 10 y 12 cm				
	4 Pinza de fijación adson con dientes, 0.5mm, 1 x 2 dientes, longitud total de 100 a124mm, 2 Bishop-Harmon long entre 84 y 90 mm				
	2 Caja de esterilizar con estera de silicona, pequeña, 152x63,5-64 x 19mm				
	2 Bandeja de esterilización con estera tipo dedo de silicona, de dos niveles grande, 254 x 152x 19mm				
	2 Caja de esterilizar con estera de silicona, de un nivel grande, 254 x 152 x 19-38mm				
	CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo 2 { dos } mantenimientos preventivos.	X		
2.Especificacion y vida util del instrumental y accesorios por un tiempo estimado de tres (3) años para instrumental.		X			folio 161-162
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento al termino de la vigencia de la garantía además de la eventualidades que se presenten.		X			folio 163
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.		X			no aplica
5. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.					folio 151
6.-Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.		X			folio178
7. Tiempo de garantía mínimo un año (01) año..		X			folio 161
8. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).		X			folio 162


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-13
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 1				

CAPACITACION MANTENIMIENTO Y SISTEMAS	10. Garantizar presentación de certificado de calibración con sus parámetros, realizado por un ente externo en caso de ser adjudicados (si aplica).			no aplica
	11. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía.	X		folio 163
	12. Debe incluir y especificar los consumibles necesarios para el funcionamiento del equipo.			no aplica
	13. Compatibilidad con otros equipos cuando aplique.			no aplica
	14. El equipo debe incluir software para su operación compatible con los software del Instituto, que pueda actualizarse sin costo adicional cada vez que se requiera durante los años de funcionamiento y/o vida útil del equipo.			no aplica
NORMAS - CERTIFICADOS	15. Marcado del instrumental (INC) y la fecha de ingreso a la misma	X		folio 164
	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".	X		folio 167
	2. Presentar certificación ISO 9001- 2015 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.	X		folio 184
	3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.	X		folio 178
	4. Presentar certificación de Casa Matriz donde se especifique el tiempo de representación de la marca en Colombia.	X		folio 182
SUBTOTAL (Porcentaje)				
TOTAL				

NOTA: EL 100% DE LA EVALUCION CORRESPONDE A LOS (XX) ITEMS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN MINIMO ES DEL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS REFERENCIADOS EN ESTE CUADRO.

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

OBSERVACION:
Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NUBIA PRADA	FECHA:	12/12/2019
FIRMA:		DEPENDENCIA	ESTERILIZACIÓN
CARGO:	COORDINADOR GRUPO		

NOTA: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.