

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION, INSTALACION, CAPACITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL Y SETS QUIRURGICOS, ACORDE A ESTA INVITACION, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

**RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A
LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES**

El Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado, procede a dar respuesta a las observaciones realizadas en tiempo a los términos de condiciones de la presente invitación así:

A). Observaciones presentadas por la Empresa ALEMKO MEDICAL Recibidas a través del correo electrónico invitaciones@cancer.gov.co, el día 06 de noviembre de 2019 a las 12:59 P.M.

PRIMERA PREGUNTA:

1. En el pliego de condiciones ítem 15. PLAZO CONTRACTUAL, indican que el plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado será del 31 de diciembre de 2019. Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Solicitamos por favor aclarar la fecha límite que tendría de vigencia el contrato producto de la presente licitación, ya que estamos sobre el tiempo a menos de 2 meses de la fecha indicada y muchas compañías no alcanzaríamos a cumplir con el tiempo de entrega en caso de que este fuera máximo al 31 de diciembre del presente año.

RESPUESTA:

después de la adjudicación 2 meses

SEGUNDA PREGUNTA:

2. En el anexo 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS, en el ítem 2 PINZA MOSQUITO dice:

- a. En acero inoxidable, recta, de 125mm de longitud

Solicitamos por favor ampliar la longitud a un rango de aceptación entre 125 y 145mm para generar más pluralidad y participación de oferentes, dejando la descripción así:

“En acero inoxidable, recta, de 125 – 145mm de longitud total”

RESPUESTA:

No se cambia

TERCERA PREGUNTA:

3. En el anexo 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS, en el ítem 6 PINZA BIPOLAR PARA OJOS dice:

- a. Puntas rectas 0.25 mm y 11mm de longitud en la punta con cable

Solicitamos por favor permitir que las medidas de la punta para las pinzas bipolares estén entre 0.2 – 0.25 mm y longitud de punta de 6 - 8 mm, quedando la descripción así:

“Puntas rectas 0.2 - 0.25 mm y 6 - 8mm, de longitud en la punta con cable y con recubrimiento para protección e insolación”

Ya que para oftalmología se requiere un mínimo de exposición de la punta para el correcto procedimiento y 11mm corresponde a una punta muy larga y por ende peligrosa, la cual no tendría relación con su ancho de 0.25mm.

RESPUESTA:

No se cambia

CUARTA PREGUNTA:

4. En el anexo 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS, en el ítem 10 TIJERA STEVENS ROMA dice:

- a. En acero inoxidable de 110mm roma curva

Solicitamos por favor permitir un rango de longitud total entre 110 – 115 mm para lograr así dar pluralidad y participación a los oferentes quedando su descripción así:

“En acero inoxidable longitud total de 110 - 115mm roma curva”

RESPUESTA:

De 12 a 14 mm

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 745-2019

Página 3 de 17

El Instituto Nacional de Cancerología -ESE-, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co Link "Contratación") en la correspondiente convocatoria.

QUINTA PREGUNTA:

5. En el anexo 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS, en el ítem 23 SET INSTRUMENTAL OFTALMOLOGÍA dice:

- a. 4 pinzas Corneal Bonn 0.12 plataforma de atar de 5mm, recta tamaño mediano, titanio

Solicitamos por favor aclarar que la pinza debe tener 1 x 2 dientes a 90°, también la longitud total de la misma ya que hay entre 9.5 – 11cm de longitud total, quedando su descripción así:

"4 Pinzas Corneal Bonn 0.12 de 1x2 dientes a 90° con plataforma de atar de 5mm y longitud total entre 9.5 – 11cm"

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio, ya que existen muchos modelos de la pinza solicitada.

Así mismo solicitamos quitar el material titanio ya que esto dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad de producto manejamos acero inoxidable.

RESPUESTA:

No se cambia

SEXTA PREGUNTA:

- b. 2 pinza sutura Bishop-Harmon, .3 dientes 1x2 3mm de plataforma de anudar, acero inoxidable

Solicitamos por favor aclarar que la pinza debe tener dientes a 90° y permitir una plataforma entre 3 – 5 mm, así mismo confirmar la longitud de la pinza de 8.5cm quedando su descripción así:

"2 pinza sutura Bishop-Harmon, .3 1x2 dientes A 90° 3 - 5mm de plataforma de anudar y longitud total de 8.5cm acero inoxidable"

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio, ya que existen muchos modelos de la pinza solicitada.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 745-2019

Página 4 de 17

RESPUESTA:

No se cambia

SÉPTIMA PREGUNTA:

- c. 2 pinza de sutura Castroviejo, .3 mm dientes 1x2 6mm plataforma de anudar, plana titanio

Solicitamos por favor aclarar que la pinza debe tener dientes a 45° y una longitud de 10 – 11cm quedando su descripción así:

“2 pinza de sutura Castroviejo, .3 mm, 1x2 dientes a 45° 6mm plataforma de anudar, longitud total entre 10 – 11cm”

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio, ya que existen muchos modelos de la pinza solicitada.

Así mismo solicitamos quitar el material titanio ya que esto dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad en material manejamos acero inoxidable.

RESPUESTA:

No se cambia

OCTAVA PREGUNTA:

- d. 3 pinza de sutura Castroviejo .5mm dientes 1x2 6mm plataforma de anudar, plana, titanio

Solicitamos por favor aclarar que la pinza debe tener dientes a 45° y una longitud de 10 – 11cm quedando su descripción así:

“3 pinza de sutura Castroviejo .5mm 1x2 dientes a 45° 6mm plataforma de anudar, plana, longitud total entre 10 – 11 cm”

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio, ya que existen muchos modelos de la pinza solicitada.

Así mismo solicitamos quitar el material titanio ya que esto dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad en material manejamos acero inoxidable.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 745-2019

Página 5 de 17

RESPUESTA:

Se corrigió titanio

El Instituto Nacional de Cancerología –ESE–, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co Link "Contratación") en la correspondiente convocatoria.

NOVENA PREGUNTA:

e. 4 tijeras westcott de tenotomía curvas, punta roma, laminas 13mm, mango plano

Solicitamos por favor aclarar la longitud de corte de las hojas, la cual está entre 6 y 8 mm en las diferentes casas comerciales, con una longitud total entre 10.5 – 14 cm, quedando su descripción así:

"4 tijeras Westcott de tenotomía curvas, punta roma, laminas 13mm, longitud de corte entre 6 – 8mm y longitud total entre 10.5 – 14cm mango plano"

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio, ya que existen muchos modelos de tijera Westcott.

RESPUESTA:

No se cambia

DÉCIMA PREGUNTA:

f. 2 tijeras Westcott de tenotomía curvas, punta roma, laminas 16mm, mango plano

Solicitamos por favor aclarar la longitud de corte de las hojas, la cual está entre 8 y 11 mm en las diferentes casas comerciales, con una longitud total entre 10.5 – 14 cm, también incluir un rango de hojas entre 16 – 22 mm, quedando su descripción así:

"2 tijeras Westcott de tenotomía curvas, punta roma, laminas 16 - 22mm, longitud de corte entre 8 – 11mm, longitud total entre 10.5 – 14cm, mango plano"

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio, ya que existen muchos modelos de tijera Westcott.

RESPUESTA:

No se cambia

DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA:

- g. 1 tijera westcott de punto, puntas agudas, laminas 16mm, mango plano

Solicitamos por favor tener en cuenta que más importante del largo de las láminas es la longitud de corte la cual en las diferentes casas comerciales esta entre 6-11mm, también quitar la palabra Westcott ya que esto limitaría la oferta porque las tijeras de retiro de punto pueden no traer este nombre comercial, así mismo solicitamos confirmar una longitud para la tijera la cual puede estar en un rango de 10 – 11.5cm, quedando su descripción así:

“1 tijera de punto, puntas agudas, longitud de corte entre 6 – 11mm, longitud total entre 10 – 11.5cm, mango plano”

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio y tener pluralidad de oferentes.

RESPUESTA:

No se cambia

DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA:

- h. 2 tijera curva Stevens puntas romas, laminas 48 mm, mango en anillos, 148mm

Solicitamos por favor aclarar y corregir la descripción de esta tijera ya que para oftalmología la tijera Stevens normalmente maneja unas hojas máximo entre 12 y 14mm y una longitud total entre 11 – 11.5 cm, quedando su descripción así:

“2 tijera curva Stevens puntas romas, laminas entre 12 - 14mm, mango en anillos, longitud total entre 11- 11.5cm”

Ya que las medidas otorgadas por ustedes no corresponden a la tijera que se maneja para oftalmología, teniendo en cuenta que en esta especialidad se manejan instrumentos de longitudes pequeñas tanto en corte como largo.

RESPUESTA:

Se eliminó titanio

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 745-2019

Página 7 de 17

El Instituto Nacional de Cancerología -ESE-, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co Link "Contratación") en la correspondiente convocatoria.

DÉCIMA TERCERA PREGUNTA:

- i. 6 pinza relojero recta #5, plataforma de atar, titanio

Solicitamos por favor quitar la palabra plataforma de atar quedando su descripción así:

"6 pinza relojero recta #5, puntas finas"

Ya que no todos los fabricantes de instrumental tienen las mismas descripciones técnicas, pero esto no quiere decir que el instrumento ofertado no cumpla con las funciones requeridas por el servicio, ya que la mayoría de pinzas relojero se usan para retiro de puntos o anudar y el hecho de no tener plataforma no impide que cumpla con las mismas funciones de una manera más práctica.

Así mismo solicitamos quitar el material titanio ya que esto dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad en material manejamos acero inoxidable.

RESPUESTA:

se eliminó titanio

El Instituto Nacional de Cancerología -ESE-, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co Link "Contratación") en la correspondiente convocatoria.

DÉCIMA CUARTA PREGUNTA:

- j. 3 retractores de saco lagrimal Knapp

Solicitamos por favor quitar la palabra Knapp ya que esto estaría limitando la convocatoria a un solo oferente, o incluir la palabra Rollet e indicar si requieren sus puntas agudas o romas, quedando su descripción así:

"3 retractores de saco lagrimal Knapp o Rollet"

Teniendo en cuenta que no todos los fabricantes de instrumental tienen los mismos nombres en sus instrumentos, sin embargo, esto no quiere decir que el instrumento ofertado no cumpla con las mismas funciones del solicitado.

RESPUESTA:

se corrigió a rollet

El Instituto Nacional de Cancerología -ESE-, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co) Link "Contratación") en la correspondiente convocatoria.

DÉCIMA QUINTA PREGUNTA:

k. 2 espéculos lamina solida reversible Kershner, ramas redondas, titanio

Solicitamos por favor quitar la palabra Kershner, y colocar el tamaño de las valvas el cual para adulto seria de 15mm e indicar su mecanismo ajustado por tornillo quedando su descripción así:

"2 espéculos lamina solida de 15mm reversible, redondas con mecanismo ajustado por tornillo."

Ya que el nombre Kershner estaría limitando la convocatoria a un solo oferente y no todos los fabricantes de instrumental tienen los mismos nombres en sus instrumentos, sin embargo, esto no quiere decir que el instrumento ofertado no cumpla con las mismas funciones del solicitado.

Así mismo solicitamos quitar el material titanio ya que esto dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad en material manejamos acero inoxidable.

RESPUESTA:

No se cambia

DÉCIMA SEXTA PREGUNTA:

l. 2 espéculos temporal Lieberman, laminas planas en V, tamaño adulto titanio

Solicitamos por favor indicar el tamaño de las valvas que para adulto es de 15mm y también su mecanismo ajustado por tornillo, quedando su descripción así:

"2 espéculos temporal Lieberman, laminas planas en V de 15mm con mecanismo ajustado por tornillo"

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio y tener pluralidad de oferentes.

Así mismo solicitamos quitar el material titanio ya que esto dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad en material manejamos acero inoxidable.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 745-2019

Página 9 de 17

RESPUESTA:

No se cambia

DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA:

m. 3 espéculos de alambre Barraquer, tamaño adulto láminas de 14mm

Solicitamos por favor ampliar el rango de las laminas del espejo ya que no todas las casas comerciales manejamos las mismas medidas y esto no alteraría su funcionamiento, quedando su descripción así:

"3 espéculos de alambre Barraquer, tamaño adulto láminas de 14 - 15mm"

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio y tener pluralidad de oferentes.

RESPUESTA:

15 MM

El Instituto Nacional de Cancerología -ESE-, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co Link "Contratación") en la correspondiente convocatoria.

DÉCIMA OCTAVA PREGUNTA:

n. 2 espéculos de alambre Barraquer, tamaño pediátrico, laminas 11mm

Solicitamos por favor manejar un rango de las láminas del espejo entre 9 – 11mm ya que no todas las casas comerciales manejamos las mismas medidas y esto no alteraría su funcionamiento, quedando su descripción así:

"2 espéculos de alambre Barraquer, tamaño pediátrico, laminas entre 9 - 11mm"

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio y tener pluralidad de oferentes.

RESPUESTA:

De 9 A 11 MM

El Instituto Nacional de Cancerología -ESE-, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co Link "Contratación") en la correspondiente convocatoria.

DÉCIMA NOVENA PREGUNTA:

ñ. 2 dilatadores lagrimal doble punta, Castroviejo tamaño 1 y 2 titanio.

Solicitamos por favor quitar el material titanio, quedando su descripción así:

“2 dilatadores lagrimal doble punta, Castroviejo tamaño 1 y 2”

Ya que la palabra “titanio” dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad en material manejamos acero inoxidable.

RESPUESTA:

Se eliminó titanio

El Instituto Nacional de Cancerología -ESE-, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co) Link “Contratación”) en la correspondiente convocatoria.

VIGÉSIMA PREGUNTA:

- o. 2 portaguas Barraquer mandíbulas finas 12mm, curvo sin seguro, tamaño largo titanio.

Solicitamos por favor indicar las medidas de las mandíbulas tanto en largo como ancho, lo cual para una porta aguja fino está en un rango de las diferentes casas comerciales entre 9 -12 x 0.5-0.75mm y una longitud total de 12cm quedando su descripción así:

“2 porta agujas Barraquer mandíbulas finas entre 9 -12 x 0.5-0.75mm, curvo sin seguro, longitud total de 12cm”

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio y tener pluralidad de oferentes.

Así mismo solicitamos quitar el material titanio ya que esto dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad en material manejamos acero inoxidable.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 745-2019

Página 11 de 17

RESPUESTA:

Entre 9 y 12 mm

El Instituto Nacional de Cancerología –ESE–, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co Link “Contratación”) en la correspondiente convocatoria.

VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA:

p. 2 portaguas Barraquer mandíbulas fuertes 12mm, curvo sin seguro, titanio.

Solicitamos por favor indicar las medidas de las mandíbulas tanto en largo como ancho, lo cual para una porta aguja de mandíbulas fuertes no puede ser la misma de las finas si no está en un rango de las diferentes casas comerciales entre 10 -14 x 0.75 - 1mm y una longitud total de 13 – 13.5cm quedando su descripción así:

“2 porta agujas Barraquer mandíbulas fuertes entre 10 -14 x 0.75 - 1mm, curvo sin seguro, longitud total de 13 – 13.5cm”

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio y tener pluralidad de oferentes.

Así mismo solicitamos quitar el material titanio ya que esto dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad en material manejamos acero inoxidable.

RESPUESTA:

Entre 10 y 10 mm

El Instituto Nacional de Cancerología –ESE–, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co Link “Contratación”) en la correspondiente convocatoria.



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 745-2019

Página 12 de 17

VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA:

q. 1 portagulas Barraquer mandíbulas fuertes 12mm, curvo con seguro, titanio.

Solicitamos por favor indicar las medidas de las mandíbulas tanto en largo como ancho, lo cual para una porta aguja de mandíbulas fuertes no puede ser la misma de las finas si no está en un rango de las diferentes casas comerciales entre 10 -14 x 0.75 - 1mm y una longitud total de 13 – 13.5cm quedando su descripción así:

“1 porta agujas Barraquer mandíbulas fuertes entre 10 -14 x 0.75 - 1mm, curvo con seguro, longitud total de 13 – 13.5cm”

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio y tener pluralidad de oferentes.

Así mismo solicitamos quitar el material titanio ya que esto dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad en material manejamos acero inoxidable.

RESPUESTA:

Entre 10 y 14 mm

El Instituto Nacional de Cancerología -ESE-, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co) Link “Contratación”) en la correspondiente convocatoria.

VIGÉSIMA TERCERA PREGUNTA:

r. 1 compas Castroviejo, recto, escala 0-20 ambos lados, titanio

Solicitamos quitar el material titanio ya que esto dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad en material manejamos acero inoxidable.

RESPUESTA:

No se cambia

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 745-2019

Página 13 de 17

VIGÉSIMA CUARTA PREGUNTA:

- s. 2 tijera de iris curva, puntas agudas, laminas 28mm, mango en anillos

Solicitamos por favor manejar un rango en las láminas entre 22 - 28mm, así mismo indicar una longitud total la cual varía en las diferentes casas comerciales entre 9 – 10.5cm, para generar pluralidad de oferentes y no limitar la convocatoria, quedando su descripción así:

“2 tijera de iris curva, puntas agudas, laminas 22-28mm, longitud total entre 9 – 10.5 cm mango en anillos”

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio y tener pluralidad de oferentes.

RESPUESTA:

Tijera de iris curva entre 22 y 28 mm

El Instituto Nacional de Cancerología -ESE-, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co Link “Contratación”) en la correspondiente convocatoria.

VIGÉSIMA QUINTA PREGUNTA:

- t. 1 Placa de parpado

Solicitamos por favor indicar la longitud de la placa la cual puede variar en las diferentes casas comerciales entre 10 y 12cm, quedando su descripción así:

“1 Placa de parpado, longitud entre 10 – 12cm”

RESPUESTA:

Entre 10 y 12 cm

El Instituto Nacional de Cancerología -ESE-, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co Link “Contratación”) en la correspondiente convocatoria.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 745-2019

Página 14 de 17

VIGÉSIMA SEXTA PREGUNTA:

- u. 4 pinzas de fijación Adson con dientes 0.5mm 1x2 dientes, longitud total de 124mm, titanio

Solicitamos por favor manejar un rango de longitud para la pinza entre 120 – 124 mm, ya que no todas las casas comerciales manejamos las mismas medidas, quedando su descripción así:

“4 Pinza de fijación Adson con dientes 0.5mm 1x2 dientes, longitud total de 100 - 124mm.”

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio y tener pluralidad de oferentes.

Así mismo solicitamos quitar el material titanio ya que esto dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad en material manejamos acero inoxidable.

RESPUESTA:

De 100 a 124 mm

El Instituto Nacional de Cancerología -ESE-, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co) Link “Contratación”) en la correspondiente convocatoria.

VIGÉSIMA SÉPTIMA PREGUNTA:

- v. 2 Pinza dressing Bishop – Harmon, titanio

Solicitamos por favor indicar la medida de longitud de la pinza la cual puede variar en las diferentes casas comerciales entre 84 – 90mm quedando su descripción así:

“2 Pinza dressing Bishop – Harmon, longitud total entre 84 – 90mm”

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio y tener pluralidad de oferentes.

Así mismo solicitamos quitar el material titanio ya que esto dirigiría la licitación a una sola casa comercial y no habría pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que el mejor material para instrumental es acero inoxidable por su dureza y durabilidad en cuanto a vida útil, también porque la mayoría de las casas comerciales con excelente calidad en material manejamos acero inoxidable.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 745-2019

Página 15 de 17

RESPUESTA:

se eliminó titanio

El Instituto Nacional de Cancerología –ESE–, informa que se surtió adenda No. 5, la cual puede ser consultada en nuestra página web (www.cancer.gov.co Link “Contratación”) en la correspondiente convocatoria.

VIGÉSIMA OCTAVA PREGUNTA:

w. 2 caja de esterilizar con estera de silicona, pequeña, 152x63.5x19mm

Solicitamos por favor ampliar los rangos de medidas ya que esta puede variar en las diferentes casas comerciales entre 6.5 – 64mm quedando su descripción así:

“2 caja de esterilizar con estera de silicona, pequeña, 152x63.5 – 64 x19mm”

RESPUESTA:

No se cambia

VIGÉSIMA NOVENA PREGUNTA:

x. 2 bandeja de esterilización con estera tipo dedo de silicona, de dos niveles grande, 254x152x19mm

Solicitamos por favor aclarar si lo que necesitan son cajas de esterilizar y corregir su descripción así:

“2 caja de esterilización con estera en silicona, de dos niveles grande, 254x152x38mm”

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio y tener pluralidad de oferentes.

RESPUESTA:

No se cambia

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 745-2019

Página 16 de 17

TRIGESIMA PREGUNTA:

6. En el ítem 26 SEPARADOR DE VENA CUSHING dice:

En acero inoxidable de 10x13mm

Solicitamos por favor aclarar y permitir un rango de variación de la punta de 6 – 10mm y de la longitud total de 190 – 280mm quedando su descripción así:

“En acero inoxidable de 6-10x190 - 280mm”

Esto con el único fin de cumplir con la necesidad del servicio y tener pluralidad de oferentes.

RESPUESTA:

No se cambia

TRIGESIMA PRIMERA PREGUNTA:

PARA TODOS LOS ÍTEM EN CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO SOLICITAN EN EL PUNTO 3:

3. Asegurar entregas de manuales de usuario y de mantenimiento de los instrumentos o sets quirúrgicos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los instrumentos o sets quirúrgicos) en castellano.

Solicitamos por favor que para los ítems y tratándose de instrumental quirúrgico sea solicitado dentro de las especificaciones técnicas el LIBRO ROJO (método correcto para el tratamiento de instrumentos) ya que como es de su conocimiento este es el libro mundialmente avalado para postergar la vida útil del instrumental y por ende todas las compañías que manejen instrumentos quirúrgicos deben conocerlo, aplicarlo y regirse a sus indicaciones.

RESPUESTA:

Se solicitan los manuales específicos de instrumental que se va a comprar en español

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 745-2019

Página 17 de 17

TRIGESIMA SEGUNDA PREGUNTA:


4. Dentro de las especificaciones técnicas solicitadas para todos los ítem, solicitamos amablemente considerar incluir lo siguiente:

- Cumplimiento de la norma ISO 7153 respecto al material de fabricación acero inoxidable
- Copia del libro rojo para cada uno de los ítems ofertados y certificación de la casa matriz donde se evidencie su participación en el grupo de trabajo de este.
- Certificación donde se evidencie la calidad del acero europeo.

Lo anteriormente solicitado garantiza la calidad del material que ofrecen los oferentes y su cumplimiento ante el correcto uso, tratamiento y cuidado del instrumental quirúrgico.

RESPUESTA:

Se acepta la sugerencia de incluir la norma ISO 7153 y la certificación de la calidad del acero.


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

29 NOV 2019

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo – Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.

Vo Bo: María Yaneth Gil Parra- Coordinadora Grupo Área Gestión Financiera (E).

Vo Bo: Michael Alejandro Alba Martínez – Profesional Especializado Gestión Compras y Contratación. (En misión Gold Rh)

Elaboró: Kella Lizeth Acosta Ramírez – Auxiliar Administrativo Grupo Gestión Compras y Contratación.



