

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
	Página 1 de 1			

EQUIPO O ELEMENTO: MONITOR DE PARES CRANEALES ITEM:

PROVEEDOR: IMQUIRURGICOS S.A.S MARCA MEDTRONIC

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Estimulador de 4 a 32 canales.		X		
Indicador auditivo de señales.		X		
Preamplificadores de parámetros neurofisiológicos.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA:			
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	01
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-12-2016
	Página 1 de 1			

EQUIPO O ELEMENTO: DOPPLER ITEM:

PROVEEDOR: IMQUIRURGICOS S.A.S MARCA KOVEN

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Bidireccional con pantalla táctil a color, de 10"		X		
Conectores para sondas de diferente calibre.		X		
Memoria de formas de onda.		X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	NUBIA ESPERANZA PRADA FORERO		
FIRMA:			
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ESTERILIZACIÓN		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.