

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 546 DE 2020

Página 1 de 3

**EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES A LA CALIFICACIÓN TÉCNICA
MEMCO S.A.S**

REQUISITOS		CUMPLE	NO CUMPLE
PERFIL DEL OFERENTE			
Persona jurídica: El objeto social en Cámara y Comercio debe comprender la realización de actividades de Mantenimiento de equipo médicos especializados. Con experiencia en mantenimiento de equipo hospitalario y laboratorio en entidades del estado o privadas. Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus características excede las facultades del representante legal para contratar, deberá anexarse autorización de la Junta Directiva o Socios, según sea el caso.		2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
El proveedor deberá diligenciar y adjuntar en formato digital dentro de su propuesta los formatos: Protocolo de Mantenimiento preventivo de equipos médicos (SEGÚN FABRICANTE) GTC-P02-F-17 e Instrucciones de manejo básico GTC-P02-F-10 con la información correspondiente a cada uno de los equipos incluidos en el objeto del proceso contractual.		Protocolos. Proveedor no adjunta formatos diligenciados.	Instrucciones. Proveedor no adjunta formatos diligenciados.
CAMAS HOSPITALARIAS		NO	NO
CAMAS UCI		NO	NO
CAMILLAS		NO	NO
DEFIBRILADORES		NO	NO
LAMPARAS PIELITICAS Y CIELITICAS		NO	NO
BASCULAS		NO	NO
CENTRIFUGAS		NO	NO
AGITADORES		NO	NO
BAÑOS		NO	NO
CAMARA FOTOTERAPIA		NO	NO
SECADORA DE MATERIAL		NO	NO
DINAMOMETROS Y BALANZA MEZCLADORA		NO	NO
MESAS DE CIRUGÍA E HIDRAULICA		NO	NO
SILLAS HIDRAULICAS		NO	NO
ELECTROBSITURI,	UNIDADES	NO	NO



La salud
es de todos

Minsalud

Calle 1ª No 9 – 85 / PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 546 DE 2020

Página 2 de 3

ELECTROQUIRÚRGICAS, ELECTROCAUTERIOS, EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA Y EVACUADORES DE HUMO		
EXTRACTORES DE PLASMA	NO	NO
FOTOFOROS	NO	NO
FUENTES DE LUZ	NO	NO
MICROSCOPIOS	NO	NO
OFTALMOSCOPIOS	NO	NO
LARINGOSCOPIOS	NO	NO
TENSIÓMETROS	NO	NO
UNIDADES ODONTOLÓGICAS	NO	NO
LÁMPARAS DE PROCEDIMIENTOS	NO	NO
SUCCIONADORES	NO	NO
EQUIPOS LABORATORIO: CABINA PCR, CÁMARA ELECTROFORESIS, EQ. TRANSFERENCIA, FOTOMETRO, FUENTE DE PODER, LAVADOR MICROPLACAS, PEACHIMETRO, ROTADOR.	NO	NO
EQUIPOS VARIOS: SONIFICADOR, TRASILUMINADOR, SISTEMA MANTAS, EVACUADOR DE HUMO	NO	NO
EQUIPOS DE REHABILITACIÓN: CICLOERGOMETRO, EJERCITADOR DE HOMBRO, VIBROPERCUTOR, PRESOTERAPIA, CALENTADOR DE PAQUETES	NO	NO
HORNOS	NO	NO
INCUBADORAS	NO	NO
EQUIPOS ALOKA, PHILIPS, INVIVO Y HILL-ROOM	NO	NO
MICROPIPETAS	NO	NO
MONITORES DE SIGNOS VITALES	NO	NO

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

El proveedor deberá presentar ficha técnica y certificados de calibración (vigentes a la fecha) de cada uno de los simuladores y/o analizadores con su respectiva trazabilidad que utilizará para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, verificación metrológica y seguridad eléctrica:	Relación y certificado. Proveedor envía documento donde informa que cuenta con los simuladores y equipos patrón. 29. EQUIPOS PATRON SEGUNDA PARTE 2. 35. CERTIFICADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. pROVE29. EQUIPOS
--	---



La salud
es de todos

Calle 1ª No 9 – 85 / PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 546 DE 2020

Página 3 de 3

		PATRON SEGUNDA PARTE 2. Certificados de calibración con mas de un año se vigencia, no adjunta soporte de trazabilidad de los patrones.
ANALIZADOR DE DESFIBRILADORES		NO
ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA		NO
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA		NO
ANALIZADOR DE VENTILADOR		NO
CAJA DE RESISTENCIA VARIABLE		NO
FOTO TACÓMETRO/TACÓMETRO DE CONTACTO		NO
JUEGO DE MASAS PATRÓN		NO
MANÓMETRO/MEDIDOR DE PRESIÓN NEGATIVA		NO
MANÓMETRO/MEDIDOR DE PRESIÓN POSITIVA		NO
MULTÍMETRO		NO
RADIÓMETRO		NO
SIMULADOR DE VARIABLES FISIOLÓGICAS SPO2, ECG, NIBP		NO
SONDA DE TEMPERATURA		NO
TERMOHIGROMETRO		NO

EL PROPONENTE MEMCO S.A.S., NO ES HABILITADO TÉCNICAMENTE.

Firma:	Andrea Lisset Perez Salamanca	Firmado digitalmente por Andrea Lisset Perez Salamanca Fecha: 2020.11.04 07:20:05 -05'00'	ANDREA PÉREZ SALAMANCA COORDINADORA GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA
Firma:	Sandra Milena Gonzalez Castelblanco	Firmado digitalmente por Sandra Milena Gonzalez Castelblanco Fecha: 2020.11.03 21:19:08 -05'00'	SANDRA MILENA GONZÁLEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA



La salud
es de todos

Minsalud

Calle 1ª No 9 – 85 / PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 546 DE 2020

Página 1 de 3

EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES A LA CALIFICACIÓN TÉCNICA
BIOSPITAL S.A.S

REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE
PERFIL DEL OFERENTE		
Persona jurídica: El objeto social en Cámara y Comercio debe comprender la realización de actividades de Mantenimiento de equipo médicos especializados. Con experiencia en mantenimiento de equipo hospitalario y laboratorio en entidades del estado o privadas. Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus características excede las facultades del representante legal para contratar, deberá anexarse autorización de la Junta Directiva o Socios, según sea el caso.	Ok cumple, especifica experiencia en mantenimiento de equipo médico especializado. Folios 11 al 17 y 30 al 44	
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
El proveedor deberá diligenciar y adjuntar en formato digital dentro de su propuesta los formatos: Protocolo de Mantenimiento preventivo de equipos médicos (SEGÚN FABRICANTE) GTC-P02-F-17 e Instrucciones de manejo básico GTC-P02-F-10 con la información correspondiente a cada uno de los equipos incluidos en el objeto del proceso contractual.	Protocolo. Folios 226 al 282	Instrucciones, folios 283 al 294
CAMAS HOSPITALARIAS	OK	OK
CAMAS UCI	OK	OK
CAMILLAS	OK	OK
DESFIBRILADORES	OK	OK
LAMPARAS PIELITICAS Y CIELITICAS	OK	NO
BASCULAS	OK	NO
CENTRIFUGAS	OK	OK
AGITADORES	OK	NO
BAÑOS	OK	OK
CAMARA FOTOTERAPIA	OK	NO
SECADORA DE MATERIAL	OK	NO
DINAMOMETROS Y BALANZA MEZCLADORA	OK	NO
MESAS DE CIRUGÍA E HIDRAULICA	NO	OK
SILLAS HIDRAULICAS	OK	NO
ELECTROBSITURI, UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS, ELECTROCAUTERIOS, EQUIPOS DE	OK	NO



La salud
es de todos

Minsalud

Calle 1ª No 9 – 85 / PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 546 DE 2020

Página 2 de 3

RADIOFRECUENCIA Y EVACUADORES DE HUMO		
EXTRACTORES DE PLASMA	OK	NO
FOTOFOROS	OK	NO
FUENTES DE LUZ	OK	NO
MICROSCOPIOS	OK	OK
OFTALMOSCOPIOS	OK	NO
LARINGOSCOPIOS	OK	OK
TENSIÓMETROS	NO	OK
UNIDADES ODONTOLÓGICAS	NO	NO
LÁMPARAS DE PROCEDIMIENTOS	NO	NO
SUCCIONADORES	NO	OK
EQUIPOS LABORATORIO: CABINA PCR, CÁMARA ELECTROFORESIS, EQ. TRANSFERENCIA, FOTOMETRO, FUENTE DE PODER, LAVADOR MICROPLACAS, PEACHIMETRO, ROTADOR.	OK	NO
EQUIPOS VARIOS: SONIFICADOR, TRASILUMINADOR, SISTEMA MANTAS, EVACUADOR DE HUMO	OK	NO
EQUIPOS DE REHABILITACIÓN: CICLOERGOMETRO, EJERCITADOR DE HOMBRO, VIBROPERCUTOR, PRESOTERAPIA, CALENTADOR DE PAQUETES	OK	NO
HORNOS	OK	NO
INCUBADORAS	OK	OK
EQUIPOS ALOKA, PHILIPS, INVIVO Y HILL-ROOM	OK	NO
MICROPIPETAS	OK	NO
MONITORES DE SIGNOS VITALES	OK	NO

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

El proveedor deberá presentar ficha técnica y certificados de calibración (vigentes a la fecha) de cada uno de los simuladores y/o analizadores con su respectiva trazabilidad que utilizará para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, verificación metrológica y seguridad eléctrica:	Relación y certificado, folios 110 al 147.
ANALIZADOR DE DESFIBRILADORES	OK
ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA	OK
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	OK
ANALIZADOR DE VENTILADOR	OK
CAJA DE RESISTENCIA VARIABLE	NO
FOTO TACÓMETRO/TACÓMETRO DE CONTACTO	OK
JUEGO DE MASAS PATRÓN	OK



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 546 DE 2020

Página 3 de 3

MANÓMETRO/MEDIDOR DE PRESIÓN NEGATIVA	OK
MANÓMETRO/MEDIDOR DE PRESIÓN POSITIVA	NO
MULTÍMETRO	NO
RADIÓMETRO	OK
SIMULADOR DE VARIABLES FISIOLÓGICAS SPO2, ECG, NIBP	OK
SONDA DE TEMPERATURA	OK
TERMOHIGROMETRO	OK

EL PROPONENTE BIOSPITAL S.A.S., NO ES HABILITADO TÉCNICAMENTE.

Firma:	Andrea Lisset Perez Salamanca	Firmado digitalmente por Andrea Lisset Perez Salamanca Fecha: 2020.11.04 07:16:43 -05'00'	ANDREA PÉREZ SALAMANCA COORDINADORA GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA
Firma:	Sandra Milena Gonzalez Castelblanco	Firmado digitalmente por Sandra Milena Gonzalez Castelblanco Fecha: 2020.11.03 21:19:31 -05'00'	SANDRA MILENA GONZÁLEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 546 DE 2020

Página 1 de 3

**EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES A LA CALIFICACIÓN TÉCNICA
SOUTH INGENIERÍA S.A.S**

REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE
PERFIL DEL OFERENTE		
Persona jurídica: El objeto social en Cámara y Comercio debe comprender la realización de actividades de Mantenimiento de equipo médicos especializados. Con experiencia en mantenimiento de equipo hospitalario y laboratorio en entidades del estado o privadas. Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus características excede las facultades del representante legal para contratar, deberá anexarse autorización de la Junta Directiva o Socios, según sea el caso.	OK CUMPLE. Especifica experiencia en mantenimiento de equipo médico especializado. Folios 6 al 10 y 13 al 21.	
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO:		
El proveedor deberá diligenciar y adjuntar en formato digital dentro de su propuesta los formatos: Protocolo de Mantenimiento preventivo de equipos médicos (SEGÚN FABRICANTE) GTC-P02-F-17 e Instrucciones de manejo básico GTC-P02-F-10 con la información correspondiente a cada uno de los equipos incluidos en el objeto del proceso contractual.	Protocolo Anexo 5. Folios 198 al 249	Instrucciones Anexo 5. Folios 250 al 294
CAMAS HOSPITALARIAS	OK	OK
CAMAS UCI	OK	OK
CAMILLAS	OK	OK
DEFIBRILADORES	OK	OK
LAMPARAS PIELITICAS Y CIELITICAS	OK	NO
BASCULAS	OK	OK
CENTRIFUGAS	OK	OK
AGITADORES	OK	OK
BAÑOS	OK	OK
CAMARA FOTOTERAPIA	NO	NO
SECADORA DE MATERIAL	NO	NO
DINAMOMETROS Y BALANZA MEZCLADORA	OK	OK
MESAS DE CIRUGÍA E HIDRAULICA	OK	OK
SILLAS HIDRAULICAS	NO	NO



La salud es de todos
Minsalud

Calle 1ª No 9 – 85 / PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 546 DE 2020

Página 2 de 3

ELECTROBSITURI, UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS, ELECTROCAUTERIOS, EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA Y EVACUADORES DE HUMO	OK	OK
EXTRACTORES DE PLASMA	NO	NO
FOTOFOROS	OK	OK
FUENTES DE LUZ	OK	OK
MICROSCOPIOS	NO	OK
OFTALMOSCOPIOS	OK	OK
LARINGOSCOPIOS	OK	OK
TENSIÓMETROS	OK	NO
UNIDADES ODONTOLÓGICAS	NO	NO
LÁMPARAS DE PROCEDIMIENTOS	NO	NO
SUCCIONADORES	NO	OK
EQUIPOS LABORATORIO: CABINA PCR, CÁMARA ELECTROFORESIS, EQ. TRANSFERENCIA, FOTOMETRO, FUENTE DE PODER, LAVADOR MICROPLACAS, PEACHIMETRO, ROTADOR.	OK	OK
EQUIPOS VARIOS: SONIFICADOR, TRASILUMINADOR, SISTEMA MANTAS, EVACUADOR DE HUMO	OK	OK
EQUIPOS DE REHABILITACIÓN: CICLOERGOMETRO, EJERCITADOR DE HOMBRO, VIBROPERCUTOR, PRESOTERAPIA, CALENTADOR DE PAQUETES	OK	OK
HORNOS	OK	NO
INCUBADORAS	OK	NO
EQUIPOS ALOKA, PHILIPS, INVIVO Y HILL-ROOM	NO	NO
MICROPIPETAS	NO	NO
MONITORES DE SIGNOS VITALES	OK	OK

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

El proveedor deberá presentar ficha técnica y certificados de calibración (vigentes a la fecha) de cada uno de los simuladores y/o analizadores con su respectiva trazabilidad que utilizará para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, verificación metrológica y seguridad eléctrica:	Relación y certificado, folios 295 al 383.
ANALIZADOR DE DESFIBRILADORES	OK
ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA	OK
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	OK
ANALIZADOR DE VENTILADOR	OK
CAJA DE RESISTENCIA VARIABLE	OK
FOTO TACÓMETRO/TACÓMETRO DE CONTACTO	OK



La salud
es de todos

Minsalud

Calle 1ª No 9 – 85 / PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 546 DE 2020

Página 3 de 3

JUEGO DE MASAS PATRÓN	OK
MANÓMETRO/MEDIDOR DE PRESIÓN NEGATIVA	NO
MANÓMETRO/MEDIDOR DE PRESIÓN POSITIVA	NO
MULTÍMETRO	OK
RADIÓMETRO	OK
SIMULADOR DE VARIABLES FISIOLÓGICAS SPO2, ECG, NIBP	OK
SONDA DE TEMPERATURA	OK
TERMOHIGROMETRO	OK

EL PROPONENTE SOUTH INGENIERÍA S.A.S., NO ES HABILITADO TÉCNICAMENTE.

Firma:	Andrea Lisset Perez Salamanca	Firmado digitalmente por Andrea Lisset Perez Salamanca Fecha: 2020.11.04 07:15:44 -05'00'	ANDREA PÉREZ SALAMANCA COORDINADORA GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA
Firma:	Sandra Milena Gonzalez Castelblanco	Firmado digitalmente por Sandra Milena Gonzalez Castelblanco Fecha: 2020.11.03 21:20:08 -05'00'	SANDRA MILENA GONZÁLEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA



La salud
es de todos

Minsalud

Calle 1ª No 9 – 85 / PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7