

EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES A LA CALIFICACIÓN TÉCNICA
BIOSPITAL S.A.S

REQUISITOS	BIOSPITAL S.A.S.	
2.1 PERFIL DEL OFERENTE		
Persona jurídica: El objeto social en Cámara y Comercio debe comprender la realización de actividades de Mantenimiento de equipo médicos especializados. Con experiencia en mantenimiento de equipo hospitalario y laboratorio en entidades del estado o privadas. Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus características excede las facultades del representante legal para contratar, deberá anexarse autorización de la Junta Directiva o Socios, según sea el caso.	Ok cumple, especifica experiencia en mantenimiento de equipo médico especializado. Folios 11 al 17 y 30 al 44	
2.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO:		
El proveedor deberá diligenciar y adjuntar en formato digital dentro de su propuesta los formatos: Protocolo de Mantenimiento preventivo de equipos médicos (SEGÚN FABRICANTE) GTC-P02-F-17 e Instrucciones de manejo básico GTC-P02-F-10 con la información correspondiente a cada uno de los equipos incluidos en el objeto del proceso contractual.	Protocolo. Folios 226 al 282	Instrucciones, folios 283 al 294
CAMAS HOSPITALARIAS	OK	OK
CAMAS UCI	OK	OK
CAMILLAS	OK	OK
DESFIBRILADORES	OK	OK
LAMPARAS PIELITICAS Y CIELITICAS	OK	PROVEEDOR SUBSANA
BASCULAS	OK	PROVEEDOR SUBSANA
CENTRIFUGAS	OK	OK
AGITADORES	OK	PROVEEDOR SUBSANA
BAÑOS	OK	OK
CAMARA FOTOTERAPIA	OK	PROVEEDOR SUBSANA
SECADORA DE MATERIAL	OK	PROVEEDOR SUBSANA
DINAMOMETROS Y BALANZA MEZCLADORA	OK	PROVEEDOR SUBSANA
MESAS DE CIRUGÍA E HIDRAULICA	PROVEEDOR SUBSANA	OK
SILLAS HIDRAULICAS	OK	PROVEEDOR SUBSANA
ELECTROBSITURI, UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS, ELECTROCAUTERIOS, EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA Y EVACUADORES DE HUMO	OK	PROVEEDOR SUBSANA
EXTRACTORES DE PLASMA	OK	PROVEEDOR SUBSANA
FOTOFOROS	OK	PROVEEDOR SUBSANA
FUENTES DE LUZ	OK	PROVEEDOR SUBSANA
MICROSCOPIOS	OK	OK
OFTALMOSCOPIOS	OK	PROVEEDOR SUBSANA
LARINGOSCOPIOS	OK	OK
TENSIÓMETROS	PROVEEDOR SUBSANA	OK
UNIDADES ODONTOLÓGICAS	PROVEEDOR SUBSANA	PROVEEDOR SUBSANA
LÁMPARAS DE PROCEDIMIENTOS	PROVEEDOR SUBSANA	PROVEEDOR SUBSANA
SUCCIONADORES	PROVEEDOR SUBSANA	OK

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 546 DE 2020

Página 2 de 2

EQUIPOS LABORATORIO: CABINA PCR, CÁMARA ELECTROFORESIS, EQ. TRANSFERENCIA, FOTOMETRO, FUENTE DE PODER, LAVADOR MICROPLACAS, PEACHIMETRO, ROTADOR.	OK	PROVEEDOR SUBSANA
EQUIPOS VARIOS: SONIFICADOR, TRASILUMINADOR, SISTEMA MANTAS, EVACUADOR DE HUMO	OK	PROVEEDOR SUBSANA
EQUIPOS DE REHABILITACIÓN: CICLOERGOMETRO, EJERCITADOR DE HOMBRO, VIBROPERCUTOR, PRESOTERAPIA, CALENTADOR DE PAQUETES	OK	PROVEEDOR SUBSANA
HORNOS	OK	PROVEEDOR SUBSANA
INCUBADORAS	OK	OK
EQUIPOS ALOKA, PHILIPS, INVIVO Y HILL-ROOM	OK	PROVEEDOR SUBSANA
MICROPIPETAS	OK	PROVEEDOR SUBSANA
MONITORES DE SIGNOS VITALES	OK	PROVEEDOR SUBSANA
2.3 MATERIALES Y HERRAMIENTAS:		
El proveedor deberá presentar ficha técnica y certificados de calibración (vigentes a la fecha) de cada uno de los simuladores y/o analizadores con su respectiva trazabilidad que utilizará para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, verificación metrológica y seguridad eléctrica:	Relación y certificado, folios 110 al 147.	
ANALIZADOR DE DESFIBRILADORES	OK	
ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA	OK	
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	OK	
ANALIZADOR DE VENTILADOR	OK	
CAJA DE RESISTENCIA VARIABLE	PROVEEDOR SUBSANA	
FOTO TACÓMETRO/TACÓMETRO DE CONTACTO	OK	
JUEGO DE MASAS PATRÓN	OK	
MANÓMETRO/MEDIDOR DE PRESIÓN NEGATIVA	OK	
MANÓMETRO/MEDIDOR DE PRESIÓN POSITIVA	PROVEEDOR SUBSANA	
MULTÍMETRO	PROVEEDOR SUBSANA	
RADIÓMETRO	OK	
SIMULADOR DE VARIABLES FISIOLÓGICAS SPO2, ECG, NIBP	OK	
SONDA DE TEMPERATURA	OK	
TERMOHIGROMETRO	OK	
HABILITADO TÉCNICAMENTE	SI	NO

EL PROPONENTE BIOSPITAL S.A.S., ES HABILITADO TÉCNICAMENTE.

Firma:	Andrea Lisset Perez Salamanca	Firmado digitalmente por Andrea Lisset Perez Salamanca Fecha: 2020.11.06 16:11:36 -05'00'	ANDREA PÉREZ SALAMANCA COORDINADORA GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA
Firma:	Sandra Milena Gonzalez Castelblanco	Firmado digitalmente por Sandra Milena Gonzalez Castelblanco Fecha: 2020.11.06 15:41:45 -05'00'	SANDRA MILENA GONZÁLEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA

EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES A LA CALIFICACIÓN TÉCNICA
SOUTH INGENIERÍA S.A.S

REQUISITOS	SOUTH INGENIERÍA S.A.S.	
2.1 PERFIL DEL OFERENTE		
Persona jurídica: El objeto social en Cámara y Comercio debe comprender la realización de actividades de Mantenimiento de equipo médicos especializados. Con experiencia en mantenimiento de equipo hospitalario y laboratorio en entidades del estado o privadas. Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus características excede las facultades del representante legal para contratar, deberá anexarse autorización de la Junta Directiva o Socios, según sea el caso.	Ok cumple, especifica experiencia en mantenimiento de equipo médico especializado. Folios 6 al 10 y 13 al 21.	
2.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO:		
El proveedor deberá diligenciar y adjuntar en formato digital dentro de su propuesta los formatos: Protocolo de Mantenimiento preventivo de equipos médicos (SEGÚN FABRICANTE) GTC-P02-F-17 e Instrucciones de manejo básico GTC-P02-F-10 con la información correspondiente a cada uno de los equipos incluidos en el objeto del proceso contractual.	Protocolo Anexo 5. Folios 198 al 249	Instrucciones Anexo 5. Folios 250 al 294
CAMAS HOSPITALARIAS	OK	OK
CAMAS UCI	OK	OK
CAMILLAS	OK	OK
DESFIBRILADORES	OK	OK
LAMPARAS PIELITICAS Y CIELITICAS	OK	PROVEEDOR SUBSANA
BASCULAS	OK	OK
CENTRIFUGAS	OK	OK
AGITADORES	OK	OK
BAÑOS	OK	OK
CAMARA FOTOTERAPIA	PROVEEDOR SUBSANA	PROVEEDOR SUBSANA
SECADORA DE MATERIAL	PROVEEDOR SUBSANA	PROVEEDOR SUBSANA
DINAMOMETROS Y BALANZA MEZCLADORA	OK	OK
MESAS DE CIRUGÍA E HIDRAULICA	OK	OK
SILLAS HIDRAULICAS	PROVEEDOR SUBSANA	PROVEEDOR SUBSANA
ELECTROBSITURI, UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS, ELECTROCAUTERIOS, EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA Y EVACUADORES DE HUMO	OK	OK
EXTRACTORES DE PLASMA	PROVEEDOR SUBSANA	PROVEEDOR SUBSANA
FOTOFOROS	OK	OK
FUENTES DE LUZ	OK	OK
MICROSCOPIOS	PROVEEDOR SUBSANA	OK
OFTALMOSCOPIOS	OK	OK
LARINGOSCOPIOS	OK	OK
TENSIÓMETROS	OK	PROVEEDOR SUBSANA
UNIDADES ODONTOLÓGICAS	PROVEEDOR SUBSANA	PROVEEDOR SUBSANA
LÁMPARAS DE PROCEDIMIENTOS	PROVEEDOR SUBSANA	PROVEEDOR SUBSANA
SUCCIONADORES	PROVEEDOR SUBSANA	OK

Calle 1ª No 9 – 85 / PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 546 DE 2020

Página 2 de 2

EQUIPOS LABORATORIO: CABINA PCR, CÁMARA ELECTROFORESIS, EQ. TRANSFERENCIA, FOTOMETRO, FUENTE DE PODER, LAVADOR MICROPLACAS, PEACHIMETRO, ROTADOR.	OK	OK
EQUIPOS VARIOS: SONIFICADOR, TRASILUMINADOR, SISTEMA MANTAS, EVACUADOR DE HUMO	OK	OK
EQUIPOS DE REHABILITACIÓN: CICLOERGOMETRO, EJERCITADOR DE HOMBRO, VIBROPERCUTOR, PRESOTERAPIA, CALENTADOR DE PAQUETES	OK	OK
HORNOS	OK	PROVEEDOR SUBSANA
INCUBADORAS	OK	PROVEEDOR SUBSANA
EQUIPOS ALOKA, PHILIPS, INVIVO Y HILL-ROOM	PROVEEDOR SUBSANA	PROVEEDOR SUBSANA
MICROPIPETAS	PROVEEDOR SUBSANA	PROVEEDOR SUBSANA
MONITORES DE SIGNOS VITALES	OK	OK
2.3 MATERIALES Y HERRAMIENTAS:		
El proveedor deberá presentar ficha técnica y certificados de calibración (vigentes a la fecha) de cada uno de los simuladores y/o analizadores con su respectiva trazabilidad que utilizará para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, verificación metrológica y seguridad eléctrica:	Relación y certificado, folios 295 al 383.	
ANALIZADOR DE DESFIBRILADORES	OK	
ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA	OK	
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	OK	
ANALIZADOR DE VENTILADOR	OK	
CAJA DE RESISTENCIA VARIABLE	OK	
FOTO TACÓMETRO/TACÓMETRO DE CONTACTO	OK	
JUEGO DE MASAS PATRÓN	OK	
MANÓMETRO/MEDIDOR DE PRESIÓN NEGATIVA	PROVEEDOR SUBSANA	
MANÓMETRO/MEDIDOR DE PRESIÓN POSITIVA	PROVEEDOR SUBSANA	
MULTÍMETRO	OK	
RADIÓMETRO	OK	
SIMULADOR DE VARIABLES FISIOLÓGICAS SPO2, ECG, NIBP	OK	
SONDA DE TEMPERATURA	OK	
TERMOHIGROMETRO	OK	
HABILITADO TÉCNICAMENTE	SI	NO

EL PROPONENTE SOUTH INGENIERÍA S.A.S., ES HABILITADO TÉCNICAMENTE.

Firma:	Andrea Lisset Perez Salamanca	Firmado digitalmente por Andrea Lisset Perez Salamanca Fecha: 2020.11.06 16:12:44 -05'00'	ANDREA PÉREZ SALAMANCA COORDINADORA GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA
Firma:	Sandra Milena Gonzalez Castelblanco	Firmado digitalmente por Sandra Milena Gonzalez Castelblanco Fecha: 2020.11.06 15:41:11 -05'00'	SANDRA MILENA GONZÁLEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA