


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	2
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	10-01-2020
Página 1 de 1			

EQUIPO O ELEMENTO: FORRO LASER OFTALMOLOGÍA ITEM:
 PROVEEDOR: SOUTH INGENIERA MARCA: NACIONAL

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
MATERIAL ANTIHONGOS, LAVABLE, REUTILIZABLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO	X		Folio 40
MEDIDAS 14.5x33x30.7 cm APROXIMADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	X		Folio 40

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETTA BERRIO		
FIRMA:			
CARGO:	Coordinador Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria		

NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

Versión	Fecha de actualización	Descripción de actualización	Responsable: QYM
1	31-12-2016	Versión inicial del documento	Administrador del Sistema Tms
2	10-01-2020	Modificar para dar cumplimiento al PMG-19-00009	Xiomara Fatuzy Rubiano Aguilar

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Coordinador Grupo Gestión de Compras y Contratación (E.)	Cargo:	Coordinador Grupo Gestión de Compras y Contratación (E.)
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Grupo Gestión de Compras y Contratación	Dependencia:	Grupo Gestión de Compras y Contratación
Fecha:	10-01-2020	Fecha:	10-01-2020	Fecha:	10-01-2020


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-30
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	2
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES	VIGENCIA:	10-01-2020
	Página 1 de 1		

EQUIPO O ELEMENTO: CORREA DE FIJACIÓN PARA CUERPO ITEM: MARCA NACIONAL
 PROVEEDOR: SOUTH INGENIERA

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
TIPO AJUSTABLE	CUMPLE CON LO SOLICITADO	X		Folio 41
ADAPTABLE A CUALQUIER MESA	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO		X	No se especifica que sea adaptable a cualquier mesa
CORREA DESMONTABLE Y LAVABLE, CON CIERRE CON HEBILLAS ESTILO PESTILLO O QUE SE ASEGURE SU CIERRE	NO CUMPLE CON LO SOLICITADO		X	No se especifica que sea desmontable
MEDIDAS (505 x 85 x 8mm) APROXIMADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO	X		Folio 41

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☐ NO ☒ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	JORGE ARMANDO LUQUETTA BERRIO		
FIRMA:			
CARGO:	Coordinador Salas de Cirugía y Medicina Perioperatoria		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

Versión	Fecha de actualización	Descripción de actualización	Responsable CIMA
1	31-12-2016	Versión inicial del documento	Administrador del Sistema Tms
2	10-01-2020	Modificar para dar cumplimiento al PMG-19-00009	Xiomara Fátima Rubiano Aguilar

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Coordinador Grupo Gestión de Compras y Contratación (E.)	Cargo:	Coordinador Grupo Gestión de Compras y Contratación (E.)
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Grupo Gestión de Compras y Contratación	Dependencia:	Grupo Gestión de Compras y Contratación
Fecha:	10-01-2020	Fecha:	10-01-2020	Fecha:	10-01-2020