

Numero de Documento Concepto Tecnico	Material	Texto breve de material	Código Marca	Nombre de la Marca	Aceptación Concepto con X	Descripción Presentación	Nombre Comercial	Trae Muestra	Indispensable Por	Responde Por Que	Concepto por Que	Observaciones
20012751	40040022	Estuche de plaquetaféresis cerrado unipol	857	FRESENIUS KABI		UNIDAD	FRESENIUS KABI	X	LOS ESTUCHES DE PLAQUETAFERESIS NO SON COMPATIBLES CON LA TECNOLOGIA QUE ESTAMOS UTILIZANDO.***	LOS ESTUCHES DE PLAQUETAFERESIS NO SON COMPATIBLES CON LA TECNOLOGIA QUE ESTAMOS UTILIZANDO.****	****SE REQUIEREN LOS SEPARADORES ADECUADOS PARA ESTE INSUMO. LOS ESTUCHES DE PLAQUETAFERESIS NO SON COMPATIBLES CON LA TECNOLOGIA QUE ESTAMOS UTILIZANDO. SE REQUIEREN LOS SEPARADORES ADECUADOS PARA ESTE INSUMO	****SE REQUIEREN LOS SEPARADORES ADECUADOS PARA ESTE INSUMO.
20012752	30030019	Solucion anticoagulante 500-750ml	857	FRESENIUS KABI	X	BOLSA	N/A. SOLUCION	X	ES UNA SOLUCIÓN COMPATIBLE CON OTROS ESTUCHES DE AFÉRESIS DIFERENTES A LOS DE FRESENIUS.	ES UNA SOLUCIÓN COMPATIBLE CON OTROS ESTUCHES DE AFÉRESIS DIFERENTES A LOS DE FRESENIUS.	ES UNA SOLUCIÓN COMPATIBLE CON OTROS ESTUCHES DE AFÉRESIS DIFERENTES A LOS DE FRESENIUS.	SOLUCIÓN ANTICOGULANTE PARA SER USADA EN PROCEDIMIENTOS DE AFÉRESIS PARA OBTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PLAQUETAS
20012753	30030021	Solucion aditiva PAS 500ml	857	FRESENIUS KABI	X	BOLSA	INTERSOL	X	ES UNA SOLUCIÓN COMPATIBLE CON OTROS ESTUCHES DE AFÉRESIS DIFERENTES A LOS DE FRESENIUS.	ES UNA SOLUCIÓN COMPATIBLE CON OTROS ESTUCHES DE AFÉRESIS DIFERENTES A LOS DE FRESENIUS.	ES UNA SOLUCIÓN COMPATIBLE CON OTROS ESTUCHES DE AFÉRESIS DIFERENTES A LOS DE FRESENIUS.	SOLUCION ADITIVA PAS POR 500 ML PARA SER USADA EN PROCEDIMIENTOS DE AFÉRESIS PARA OBTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PLAQUETAS
20012754	40040042	Bolsa Cuadruple	857	FRESENIUS KABI		BOLSA	COMPOFLOW	X	LAS BOLSAS DE RECOLECCION DE SANGRE NO SON COMPATIBLES CON LA TECNOLOGIA QUE ESTAMOS UTILIZANDO.***	LAS BOLSAS DE RECOLECCION DE SANGRE NO SON COMPATIBLES CON LA TECNOLOGIA QUE ESTAMOS UTILIZANDO.****	**** SE RECOMIENDA LOS SEPARADORES ADECUADOS. LAS BOLSAS DE RECOLECCION DE SANGRE NO SON COMPATIBLES CON LA TECNOLOGIA QUE ESTAMOS UTILIZANDO. SE RECOMIENDA LOS SEPARADORES ADECUADOS.	*** SE RECOMIENDA LOS OPERADORES ADECUADOS. LAS BOLSAS DE RECOLECCION DE SANGRE NO SON COMPATIBLES CON LA TECNOLOGIA QUE ESTAMOS UTILIZANDO. SE RECOMIENDA LOS SEPARADORES ADECUADOS
20012755	40040051	Bolsa recolección de sangre con filtro p	857	FRESENIUS KABI		BOLSA	COMPOFLOW	X	LAS BOLSAS DE RECOLECCION DE SANGRE NO SON COMPATIBLES CON LA TECNOLOGIA QUE ESTAMOS UTILIZANDO.****	LAS BOLSAS DE RECOLECCION DE SANGRE NO SON COMPATIBLES CON LA TECNOLOGIA QUE ESTAMOS UTILIZANDO.***	****SE REQUIEREN LOS SEPARADORES ADECUADOS PARA ESTE INSUMO. LAS BOLSAS DE RECOLECCION DE SANGRE NO SON COMPATIBLES CON LA TECNOLOGIA QUE ESTAMOS UTILIZANDO. SE REQUIEREN LOS SEPARADORES ADECUADOS PARA ESTE INSUMO.	****SE REQUIEREN LOS SEPARADORES ADECUADOS PARA ESTE INSUMO. LAS BOLSAS DE RECOLECCION DE SANGRE NO SON COMPATIBLES CON LA TECNOLOGIA QUE ESTAMOS UTILIZANDO. SE REQUIEREN LOS SEPARADORES ADECUADOS PARA ESTE INSUMO.