

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	2
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	10-01-2020
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESEMPEÑO PARA TODOS LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO.
2. PROVEEDOR	FEMTO S.A.S.
3. ESPECIFICACIONES:	RE-EVALUACIÓN INVITACIÓN A COTIZAR 595-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE; INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESEMPEÑO PARA TODOS LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL “ANEXO TÉCNICO” A EXCEPCIÓN DE CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, CABINAS DE FLUJO LAMINAR, CAMPANAS DE EXTRACCIÓN, CAJAS DE SÍNTESIS, CELDA DE YODO Y CELDAS CALIENTES DE VARIAS MARCAS PARA LOS CUALES SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN.

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

4. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI	X	NO		
5. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?					
	SI		NO	X	
¿POR QUÉ?	En el mercado colombiano existen más oferentes que pueden prestar el servicio de calificación.				
6. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
	SI		NO	X	
¿POR QUÉ?	No cumple con la totalidad de los requerimientos solicitados en el anexo técnico numero 3.				
7. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
	SI		NO	X	
¿POR QUÉ?	Ítems características y especificaciones técnicas, obligaciones generales y obligaciones específicas: folio 41 de la propuesta y folios del 43 al 170. * PROTOCOLO PARA LA VALIDACIÓN DE CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y SEGURIDAD BIOLÓGICA: Subsanación: PROTOCOLO PARA LA VALIDACIÓN DE CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y SEGURIDAD BIOLOGICA. * PROTOCOLO PARA LA VALIDACIÓN DE CABINAS DE YODO Y CELDAS CALIENTES: Subsanación: PROTOCOLO PARA LA VALIDACIÓN DE CABINAS DE YODO Y CELDAS CALIENTES. * PROTOCOLO PARA LA CALIFICACIÓN DE LIOFILIZADORES: Subsanación: PROTOCOLO PARA LA CALIFICACIÓN DE LIOFILIZADORES. * PROTOCOLO PARA ULTRACONGELADORES, REFRIGERADORES, CONGELADORES, CUARTOS FRÍOS, LIOFILIZADOR, CALENTADOR DE LÍQUIDOS, HORNOS E INCUBADORAS DE VARIAS MARCAS: No cuenta con prueba de temperatura de carga. * PROTOCOLO PARA LA VALIDACIÓN DE ESTERILIZADORES DE VAPOR: No cuenta con todos los requerimientos solicitados en el ítem 6 del anexo técnico número 3. NOTA: cada ítem tiene relacionado el folio de la propuesta donde se encuentra la información que evidencia el cumplimiento del requerimiento, los ítems subrayados y con negrilla son los que presentan cumplimiento desfavorable y su causal se encuentra debidamente descrita.				

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE			CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL GASTO			VERSIÓN:	2
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS			VIGENCIA:	10-01-2020
				Página 1 de 1	

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

NOMBRE (S):	MÓNICA MILENA RAVELO MOYANO							
FIRMA (S):		FECHA	DD	30	MM	10	AAAA	2020
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DEPENDENCIA	GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA					
NOMBRE (S):	ANDREA LISSET PEREZ SALAMANCA							
FIRMA (S):		FECHA	DD	30	MM	10	AAAA	2020
CARGO	COORDINADORA	DEPENDENCIA	GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA					

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

Versión	Fecha de actualización	Descripción de actualización	Responsable OYM
1	31-12-2016	Versión inicial del documento	Administrador del Sistema Tms
2	10-01-2020	Modificar para dar cumplimiento al PMG-19-00009	Xiomara Faizuly Rubiano Aguilar

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Coordinador Grupo Gestión de Compras y Contratación (E.)	Cargo:	Coordinador Grupo Gestión de Compras y Contratación (E.)
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Grupo Gestión de Compras y Contratación	Dependencia:	Grupo Gestión de Compras y Contratación
Fecha:	10-01-2020	Fecha:	10-01-2020	Fecha:	10-01-2020