

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	2
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	10-01-2020
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2. PROVEEDOR	SURGIPLAST S.A.S.
3. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR 0660- 2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MARCA HAWO.	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

4. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI	X	NO		
5. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?					
	SI		NO	X	
¿POR QUÉ?					
6. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?					
	SI		NO	X	
¿POR QUÉ?	NO CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS				
7. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:					
	SI		NO	X	
NO CUMPLE LOS REQUISITOS SOLICITADOS DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS DE CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA.					
El proveedor deberá adjuntar dentro de su propuesta certificados de calibración vigentes de los equipos de medición, simuladores y/o analizadores a utilizar en la verificación de cada visita de mantenimiento, relacionándolos por equipo y su uso debe estar descrito dentro del protocolo de mantenimiento.					No adjunta certificado de calibración de equipo patrón.
NOMBRE (S):	ING. SANDRA MILENA GONZÁLEZ				
FIRMA (S):		FECHA	DD	27	MM 11 AAAA 2020
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DEPENDENCIA	GRUPO TECNOLOGÍA CLÍNICA		

Versión	Fecha de actualización	Descripción de actualización	Responsable OIM
1	31-12-2016	Versión inicial del documento	Administrador del Sistema Tms
2	10-01-2020	Modificar para dar cumplimiento al PMG-19-00009	Xiomara Falzuly Rubiano Aguilar

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	#¿NOMBRE?	Cargo:	#¿NOMBRE?	Cargo:	#¿NOMBRE?
Dependencia:	#¿NOMBRE?	Dependencia:	#¿NOMBRE?	Dependencia:	#¿NOMBRE?
Fecha:	#¿NOMBRE?	Fecha:	#¿NOMBRE?	Fecha:	#¿NOMBRE?