

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA	VIGENCIA:	28-01-2014

Elaboró: Sandra Milena González	Revisó: Mauren Liced López	Aprobó: Juan José Pérez Acevedo
--	-----------------------------------	--

Fecha:	Marzo de 2014
---------------	---------------

Nombre funcionario que realiza la solicitud.	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA
Cargo del funcionario solicitante:	COORDINADOR GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
1. Descripción de la necesidad y justificación.	Se hace necesaria la contratación del servicio de Metrología y Calibración para los Equipos Médicos de la institución con el fin de asegurar que los equipos empleados en un proceso asistencial operen dentro de los estándares de calidad nacionales e internacionales establecidos por los fabricantes y cumplan a su vez, los rangos permitidos para las magnitudes biomédicas; de esta forma, los profesionales de la salud tienen plena confianza en los resultados obtenidos para diagnosticar, intervenir y tratar a los pacientes. Actualmente, tener equipos biomédicos calibrados es de carácter obligatorio y es una práctica regulada en nuestro país, por los Decretos de Habilitación y Acreditación que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) de primero, segundo, tercero y cuarto nivel de complejidad.
2. Objeto y características, especificaciones técnicas a contratar	2.1 OBJETO. Actividades de Metrología y Calibración de Equipos médicos de acuerdo al listado anexo. 2.2 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. - Elaborar Formato de Matriz de Selección de Instrumentos o Equipos de Medición. - Listado del Plan de Aseguramiento Metrológico (PAME). - Formato Análisis de frecuencias. - Ejecución de Calibraciones. - Colocación de stickers. - Elaboración de curvas de tendencias y Cronograma de Calibración.
3. Obligaciones del contratista para la correcta ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del documento contractual, el CONTRATISTA se obliga a: El objeto contractual se divide en Seis (6) etapas, las cuales se describen a continuación: Actividades de Metrología y Calibración de Equipos médicos:

VERSIÓN: MAR. 19-2014



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.

CÓDIGO:

GDG-P02-F-29

**GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL**

VERSIÓN:

01

**FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA
CONVOCATORIA PÚBLICA**

VIGENCIA:

28-01-2014

1. Elaborar Formato de Matriz de Selección de Instrumentos o Equipos de Medición:

Se entrega listado de equipos a incluir en actividades de Metrología y Calibración y el proveedor debe elaborar el formato de Matriz de Selección de Instrumentos o Equipos de medición, este formato debe contemplar la siguiente información:

- Los datos que arroje el instrumento o equipo, afectan la calidad del Producto, Proceso o Servicio.
- Los datos que arroje el instrumento o equipo, son utilizados para diagnosticar.
- El Producto, Proceso o Servicio que se mide o se controla con el Instrumento o Equipo da respuesta a una Norma Interna, a una Norma Nacional o a una Norma Internacional.
- Los datos que arroja el instrumento o equipo, se utilizan para alimentar gráficos de control o realizar análisis estadísticos.
- Las especificaciones del Producto, Proceso o Servicio, están rotuladas, identificadas, documentadas o hacen parte de un contrato de mantenimiento preventivo.

2. Listado del Plan de Aseguramiento Metrológico (PAME):

El proveedor debe elaborar el listado con la información básica y metrológica de cada uno de los equipos. Se debe tener en cuenta las siguientes definiciones:

- Equipo
- Variable
- Unidad
- Resolución o división de escala
- Rango de Medición
- Rango de Trabajo
- Tolerancia
- Error Máximo Permitido

Cada una de las definiciones debe contener la información por equipo.

3. Formato Análisis de frecuencias:

En esta etapa se debe definir, como su nombre lo dice, la frecuencia con que se van a calibrar o verificar los equipos o instrumentos del listado inicial, es decir, después del análisis de los resultados obtenidos en el proceso, se debe sugerir una nueva frecuencia de

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA	VIGENCIA:	28-01-2014

	calibración por equipo. Este proceso se hace a partir de los siguientes criterios: -Área donde se utiliza el instrumento (corrosión, altas temperaturas, polvo, vibración, flujo alto de aire etc.). -Frecuencia de uso del instrumento. -Desviación o error reportado en la última calibración. -Sugerencia del fabricante. -Condiciones en las cuales se utilizan y se almacena el instrumento para preservar su calibración. -Análisis de las curvas de tendencias (si se cuenta con la información). 4. Ejecución de Calibraciones: Después del montaje de las etapas 1,2 y 3 el proveedor debe realizar las actividades de metrología, quien realizara las mediciones, teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante para cada uno de los equipos de la institución. 5. Colocación de stickers: Al efectuar los servicios de metrología y calibración, se debe caracterizar y/o diferenciar los equipos que fueron objeto de las respectivas mediciones. Para esta identificación el contratista deberá colocar un sticker donde se detalla la fecha, código, persona que elaboro y empresa que realizó las mediciones. 6. Elaboración de curvas de tendencias y Cronograma de Calibración: Una vez se realicen las calibraciones, el proveedor debe elaborar el Certificado de Calibración que incluya la gráfica de tendencias, la cual permitirá evaluar el comportamiento de los equipos basándonos en los errores máximos encontrados en cada calibración o comprobación metrológica; de acuerdo a esto se debe entregar igualmente un Cronograma de Actividades de Calibración que se deben realizar a cada equipo que incluya su periodicidad. Además el CONTRATISTA debe garantizar: • Entregar al final de cada visita (por grupo de equipos) un informe de gestión general que contenga las observaciones para cada caso, evaluación de la función,
--	---

2

ml

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA	VIGENCIA:	28-01-2014

	cumplimiento de la visita planeada vs ejecutada, y número de reporte, entre otros. • Entregar certificado individual de que incluya las actividades realizadas de manera detallada, relacionando nombre, marca, modelo, serie, número de certificado de calibración del patrón y/o simulador usado(s) durante la ejecución del servicio (Si aplica). • Cumplimiento de tiempos de plazo contractual. • Garantía mínima del servicio de metrología y calibración de tres (3) meses. • Anexar cronograma de metrología y calibración con fechas tentativas por grupo de equipo. • Anexar a la propuesta el protocolo de metrología y calibración para cada equipo incluido dentro de la misma. • Entregar dos (2) copias del certificado de metrología y calibración físico y digital al Grupo de Tecnología Biomédica. • La propuesta debe incluir el(los) certificado(s) de calibración de patrón(es) y/o simulador(es) a usar durante la ejecución de las actividades. • Entregar copias durante la vigencia del contrato mensualmente del reporte de pago y afiliación a la aseguradora de riesgos laborales de todo el personal técnico e ingeniería que ejecutara las actividades de mantenimiento. • El personal de servicio técnico deberá contar con formación académica, inscripción como recurso humano para metrología y calibración de equipos médicos considerados dispositivos médicos ante el Invima y experiencia certificada en el manejo de equipos a revisar. (Adjuntar hoja de vida actualizada y registro Invima (Si aplica)). En caso de que surjan cambios en el personal de servicio técnico debe enviarse con anterioridad los soportes de hoja de vida y registro invima al Grupo de Tecnología Biomédica para ser revisada; en ningún caso se permite el ingreso de pasantes o practicantes. • Cada empresa o proveedor debe asegurar la dotación de elementos de protección y herramientas de acuerdo al riesgo y tecnología del equipo a revisar. • El proveedor deberá incluir dentro de la oferta mínimo dos (2) sesiones de capacitación en el manejo seguro de los equipos a los cuales oferta el servicio de mantenimiento.
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA	VIGENCIA:	28-01-2014

4. Plazo estimado de ejecución del contrato.	El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado será al 27 de Junio de 2014.
5. Análisis del riesgo y la forma de mitigarlo	Los riesgos previsibles que pueden afectar la correcta ejecución del proceso de contratación, están relacionados con el cumplimiento del oferente y el contratista, entre los cuales tenemos: - a.) Incumplimiento en el ofrecimiento económico - b.) El no perfeccionamiento del contrato - c.) Incumplimiento de las obligaciones contractuales - d.) Mala calidad de los bienes o servicios adquiridos. Para mitigar los riesgos antes descritos se utilizarán los mecanismos de cobertura mediante las pólizas requeridas en los términos de condiciones. Así mismo se vigilará permanentemente la correcta ejecución del contrato, para lo cual el director general o su delegado nombrará un supervisor o interventor del contrato según corresponda. En el evento de incumplimiento se adelantará el proceso administrativo sancionatorio que señala la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), garantizando en todo caso el debido proceso y los derechos de defensa y contradicción.
6. Garantías exigibles en el proceso de contratación.	Las garantías exigibles en el proceso de contratación son: FASE DE LA SELECCIÓN ☒ Póliza de seriedad de la oferta. FASE DE LA CONTRATACIÓN ☒ CALIDAD ☒ CUMPLIMIENTO En el evento que el Instituto requiera el amparo de otros riesgos, estos serán establecidos en los términos de condiciones junto con los porcentajes y vigencias de cada riesgo allí descritos.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA	VIGENCIA:	28-01-2014

7. Justificación de los factores de selección que permiten escoger la oferta más favorable	El Instituto evaluará las propuestas presentadas dentro de la convocatoria teniendo en cuenta las siguientes calificaciones: - EVALUACIÓN JURÍDICA: La evaluación, no tiene puntaje. Habilita o Deshabilita, cuyos documentos serán solicitados en los términos de condiciones. Si en la Evaluación Jurídica no se Habilita al Oferente, no se evaluarán los demás criterios y será causal de Rechazo. - EVALUACIÓN FINANCIERA: No tiene puntaje. Habilita o Deshabilita. Cuyos indicadores serán establecidos en los términos de condiciones. Si en la Evaluación Financiera no se Habilita al Oferente, no se evaluarán los demás criterios y será causal de Rechazo - EVALUACIÓN TÉCNICA: Será realizada de acuerdo con los siguientes criterios serán establecidos en los términos de condiciones.
8. Número de CDP que respalda financieramente la solicitud.	1201400320
9. Número de solpe.	Ver listado Anexo técnico No. 3.1

Firman:

<i>mauricio</i> MAUREN LICED LOPEZ PINEDA Nombre y cargo del solicitante.	<i>[Signature]</i> Director General o su delegado
OBSERVACIONES:	

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA	VIGENCIA:	28-01-2014

ANEXOS

Se adjuntan los siguientes documentos.

Anexo 1. Requisitos técnicos habilitantes.

Se considerará la siguiente documentación como requisitos técnicos habilitantes:

- Modelo de Gestión de Servicios. Presentar esquema de prestación de servicios.
- Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Protocolos de mantenimiento preventivo por tecnología médica.
- Documentación (Hojas de Vida de Personal de servicio técnico).

Anexo 2. Metodología, factores y criterios de calificación técnica.

METODOLOGÍA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACIÓN

La calificación de las propuestas se hará sobre la base de 1.000 puntos que se aplicarán a los siguientes factores así:

FACTOR	PUNTAJE
Experiencia y cumplimiento en contratos anteriores	400
Precio	300
Capacidad técnica	300
TOTAL PUNTAJE	1.000

Las propuestas que al momento de ser evaluadas obtengan un puntaje inferior a 600 puntos, no se tendrán en cuenta para la presente adjudicación y se considerarán que no cumplen técnicamente. Así mismo, no se tendrán en cuenta ofertas que no cumplan con un puntaje mínimo de 180 en la evaluación técnica (sobre 300 puntos).

1. EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES

Para efectos de la experiencia se revisarán dos criterios: monto y tiempo de contratación.

- **Monto contratado.** Se asignará un máximo de doscientos (200) puntos a la propuesta que

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA	VIGENCIA:	28-01-2014

presente una sumatoria mayor de los montos contratados, sustentada a través de certificaciones de experiencia de objeto contractual similar al de la presente invitación, con IPS de mediana o alta complejidad según la habilitación, públicas o privadas, debidamente certificadas por cada contrato. Las certificaciones que cubran más de un año de vigencia, deben tener desagregado el valor de ejecución para cada año. Las certificaciones que no cumplan con dicho requisito no serán tenidas en cuenta. Al mayor monto contratado totalizado se le asignarán doscientos puntos (200), a los demás se les asignará un puntaje inversamente proporcional.

- **Tiempo contratado.** Se asignará un máximo de doscientos (200) puntos a la propuesta que presente una sumatoria mayor de meses completos contratados, sustentada a través de certificaciones de experiencia de objeto contractual similar al de la presente invitación, con IPS de mediana o alta complejidad según la habilitación, públicas o privadas, debidamente certificadas por cada contrato. Las certificaciones que no cumplan con dicho requisito no serán tenidas en cuenta. A la propuesta con mayor tiempo (en meses) contratados se le asignará doscientos (200) puntos, a los demás se les asignará proporcionalmente. No se tendrán en cuenta fracciones de meses, luego de la sumatoria total.

El proponente deberá certificar y relacionar los contratos celebrados con IPS públicas o privadas de mediana o alta complejidad según la habilitación, a partir del 1 de Enero de 2003, indicando el nombre y número de teléfono de los supervisores y/o aquellas personas responsables del seguimiento de los mismos y nombre de las entidades a las cuales les ha prestado el servicio igual o similar al solicitado en esta invitación. Para el caso de los contratos en ejecución, serán válidos aquellos que certifiquen una ejecución no inferior al 50% del monto y tiempo del contrato. No serán válidas certificaciones anteriores al 1 de Enero de 2003.

Para que las referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberán anotar adicionalmente el monto o valor total del contrato, término de duración y concepto de cumplido a satisfacción o no del servicio por parte de la entidad contratante.

Las referencias contractuales deben ser directamente relacionadas con los servicios a contratar en la presente invitación.

Deben indicar:

- Nombre del contratante, con dirección y teléfono
- Objeto del contrato claramente definido.
- Valor contratado o ejecutado
- Fecha de inicio y terminación del contrato (día, mes, año). Si no indica día específico, se

VERSIÓN: MAR. 19-2014

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA	VIGENCIA:	28-01-2014

- asignará el último día del mes correspondiente referido en la certificación.
- Calidad y cumplimiento.

Estas certificaciones deben ser expedidas por el representante legal de la entidad contratante o por la persona a quien este delegue o esté autorizada para tal fin.

NOTA: Si las referencias presentadas no cumplen con las características enunciadas, o tienen un nivel de calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendrán en cuenta para su calificación y por lo tanto se les asignará un puntaje de 0.

2. PRECIO

Al precio más bajo, se le asignarán trescientos (300) puntos y a los siguientes proponentes se les asignará un puntaje inversamente proporcional.

3. CAPACIDAD TÉCNICA

Para la evaluación de la capacidad técnica se tendrán en cuenta los siguientes criterios, siendo el puntaje máximo de trescientos (300) puntos:

DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
Entrenamiento y capacitación específica en el tipo de tecnología a cotizar	75
Cumplimiento de tiempos de repuesta	75
Garantía mínima del servicio	75
Garantizar el suministro de repuestos y entrega de cotización	75
TOTAL	300

Anexo 3. Anexo técnico.

I. GENERALIDADES:

El servicio se prestará en la sede del Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá D.C., dentro de los requerimientos institucionales.

II.- REQUERIMIENTOS PARA EL OBJETO CONTRACTUAL:

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA	VIGENCIA:	28-01-2014

A continuación se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

1.1 Continuidad. Los proponentes deberán presentar un Plan de Continuidad del Servicio

1.2 Oportunidad. Deben cumplirse los parámetros de oportunidad establecidos.

1.3 Calidad. Cumplir con parámetros de calidad.

1.4 Servicio al cliente. El servicio debe ofertarse con calidez, amabilidad y humanización.

2.- DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- El oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 años de edad.
- El contratista deberá presentar una relación de los trabajadores que ocupará para la ejecución del contrato, quienes además, deberán presentar el correspondiente documento de identidad a la entrada del Instituto. Así mismo el contratista deberá informar al supervisor del contrato oportunamente todos los cambios que efectuará en el personal y acreditar iguales condiciones requeridas.
- El INC suministrará un carné para el ingreso a la entidad. El contratista deberá cancelar la suma estipulada por el Instituto por cada carné. En caso de pérdida el responsable deberá cancelar el valor correspondiente. Este carné debe entregarse al término del contrato y/o vinculación de la persona.
- El personal del contratista cumplirá con el Código de Ética Institucional, así como todas las normas legales y reglamentarias.
- El contratista no podrá prestar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del Instituto, teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato será la atención oportuna y eficiente del servicio contratado, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA- ESE.
- Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se encuentre preparando la propuesta y durante la ejecución del posible contrato serán mantenidas en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación ni por caducidad del contrato.
- El contratista deberá hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del contrato o a través de requerimiento realizados por la Subdirección Administrativo y financiero.

VERSIÓN: MAR. 19-2014

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA	VIGENCIA:	28-01-2014

3.- UNIFORMES, DOTACIÓN Y EQUIPOS

Los uniformes, distintivos, insumos, dotación y elementos de protección los debe proporcionar el contratista; además deberá suministrar toda la dotación necesaria al personal de la firma contratista para el correcto desempeño sus funciones.

4. - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- Presentar copia del Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo y realizar la investigación de los accidentes de trabajo ocurridos en las instalaciones del Instituto o desarrollando actividades relacionadas con el objeto del contrato en máximo 15 días calendario posterior a la ocurrencia del accidente.
- Si en el desarrollo del objeto del contrato se realizan tareas de alto riesgo se debe diligenciar el formato de permiso de tareas de alto riesgo y validarlo con el grupo de salud ocupacional previo al desarrollo de la actividad, entregando copia del mismo.
- Se debe garantizar la divulgación del plan de emergencias al personal desde el inicio de la labor.
- El personal debe tener conocimiento de la ARL a la cual se encuentra afiliado y los procedimientos para el reporte y atención de accidentes de trabajo.
- Presentar un informe de seguridad y salud ocupacional que incluya índices de accidentalidad y enfermedad laboral, actividades de promoción y prevención realizadas, entrega de elementos de protección personal.
- El oferente debe garantizar que el personal conoce los procesos y procedimientos definidos en el Instituto para la prestación de sus servicios tales como protocolos de atención, manual de bioseguridad, manual de protección radiológica, entre otros.
- El personal que se desempeñe en áreas asistenciales debe tener el esquema de vacunación definido en el manual de bioseguridad institucional.
- Participar en las actividades de promoción y prevención en seguridad y salud ocupacional que sean organizadas por el Instituto.
- Garantizar la realización de valoraciones médicas de ingreso, periódicas, pos incapacidad y de retiro del personal con los respectivos exámenes complementarios a que haya lugar.

Anexo 3.1 Anexo técnico.

- Ver formato adjunto- Cuadro Solicitud de mantenimiento de equipos médicos.

2

Anexo No. 3- Información Técnica							
PLAN DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS MÉDICOS							
CALIBRACIÓN AGITADORES VARIAS MARCAS							
ITEM	EQUIPO	ACTIVO	MARCA	MODELO	SERIE	UNIDAD A MEDIR	SCOP
1	AGITADOR	7781	MISTRAL	1192/ MIXER	0989-2108	RPM	30007460
2	AGITADOR	7783	M.L.W.RD.	RH 3	NR	RPM	30007461
3	AGITADOR	9617	HEIDOLPH	54121	01191	RPM	30007462
4	AGITADOR	9795	LAB-LINE	DUAL ACTION SHAKER/3508	0692-062	RPM	30007463
5	AGITADOR	23352	LAB-LINE	ENVIRON SHAKER/3527	0103-9451	RPM	30007464
6	AGITADOR / VORTEX	10836	THERMOLYNE	M37615	0103-9452	RPM	30007465
7	AGITADOR MAGNETICO	18294	FISHER SCIENTIFIC	120MR	0103-9453	RPM	30007466
8	AGITADOR PARA MICROPLACAS ELISA	51249	LABNET	SHAKER ORBIT P4	0103-9454	RPM	30007467
9	AGITADOR	49695	BARNSTEAD INTERNATIONAL	MAXI MIX II / M37615	0103-9455	RPM	30007468
10	AGITADOR	NO TIENE	SCIENTIFIC PRODUCTS	GENIE MIXER	0103-9456	RPM	30007469
11	AGITADOR	NO TIENE	AMERSHAM	N 4202	0103-9457	RPM	30007470
12	AGITADOR	NO TIENE	WALLAC PLATE	SHAKE 1296-002	0103-9458	RPM	30007471
13	AGITADOR	51269	BOECO	V-1	0103-9459	RPM	30007472
14	AGITADOR	55674	LABNET	VORTEX MIXER/ 50200	0103-9460	RPM	30007473
15	AGITADOR	NO TIENE	LABNET	VORTEX MIXER/ 50200	0103-9461	RPM	30007474
16	AGITADOR	53446	IKA	M5 3 B536	0103-9462	RPM	30007475
17	AGITADOR DE PLACA CALIENTE	51414	THERMO	SP131325	0103-9463	RPM	30007476
18	AGITADOR DE PLACA CALIENTE	51415	THERMO	SP131325	0103-9464	RPM	30007477
19	ANALIZADOR DE HUMEDAD	54094	KARL FISHER SCHOTT INSTRUMENT	TITROLINE KF TRACE	0103-9465	RPM	30007478
CALIBRACIÓN AUTOCLAVES DE VARIAS MARCAS							
1	AUTOCLAVE	20526	ALL AMERICAN	25X	NR	TEMPERATURA DIRECTA Y PRESIÓN INDIRECTA.	30007479
2	AUTOCLAVE	51799	MATACHANA	S1000	4000538	TEMPERATURA DIRECTA Y PRESIÓN INDIRECTA.	30007480
3	AUTOCLAVE	51800	MATACHANA	S1000	4000531	TEMPERATURA DIRECTA Y PRESIÓN INDIRECTA.	30007481
4	AUTOCLAVE	51801	MATACHANA	S1000	4000493	TEMPERATURA DIRECTA Y PRESIÓN INDIRECTA.	30007482
5	AUTOCLAVE	55870	TUTTNAUER	3150EL	2912966	TEMPERATURA DIRECTA Y PRESIÓN INDIRECTA.	30007483
6	AUTOCLAVE	55871	TUTTNAUER	3150EL	2912971	TEMPERATURA DIRECTA Y PRESIÓN INDIRECTA.	30007484
7	AUTOCLAVE	55633	NAPCO	8000-DSE/6600	113540	TEMPERATURA DIRECTA Y PRESIÓN INDIRECTA.	30007485
CALIBRACIÓN BALANZAS Y BÁSCULAS DE VARIAS MARCAS							
1	BALANZA DE AGITACION	48397	BLOOD COLLECTION MIXER	CM735	731369	MASA	30007486
2	BALANZA DE AGITACION	48410	TERUMO	9750901410	NR	MASA	30007487
3	BALANZA DE AGITACION	48411	TERUMO	9750901410	2004-041828	MASA	30007488
4	BALANZA ANALITICA	4711	SARTORIUS - GMBH	ANALYTIC	A 200 S	MASA	30007489
5	BALANZA ANALITICA	9648	SARTORIUS	EXCELLENCE	E12005	MASA	30007490
6	BALANZA ANALITICA	18193	SARTORIUS	BP 410	80808148	MASA	30007491
7	BALANZA DE PRECISION DIGITAL	21983	BOECO	BPB64	14010881	MASA	30007492
8	BALANZA ANALITICA	22072	KERN	ABS 120-4	WB0100052	MASA	30007493
9	BALANZA ANALITICA	51267	RADWAG	AS220-X	267258-09	MASA	30007494
10	BALANZA ANALITICA	NO TIENE	RADWAG	PS 360/C/2	217104/08	MASA	30007495
11	BALANZA ANALITICA	15942	PRECISA	180A ///290-9218/K	12766	MASA	30007496
12	BALANZA ANALITICA	55632	METTLER TOLEDO	XS8025	8034062334	MASA	30007497
13	BALANZA ANALITICA	55631	METTLER TOLEDO	XS 104	8037067886	MASA	30007498
14	BALANZA ANALITICA ULTRANANO BALANZA	53778	SARTORIUS	SE2	25402489	MASA	30007499
15	BASCULA DE PISO	8428	ADAM	CPWPLUS 150	AE40212840	MASA	30007500
16	BASCULA DE PISO	53715	SECA	750 1019004	2750209102099	MASA	30007501
17	BASCULA DE PISO	53718	SECA	750 1019004	2750209102087	MASA	30007502
18	BASCULA DE PISO	22887	SOEHNLE	NR	NR	MASA	30007503
19	BASCULA CON TALLIMETRO	2152	SECA	NR	508157	MASA	30007504
20	BASCULA CON TALLIMETRO	NO TIENE	DETECTO	NR	NR	MASA	30007505
21	BASCULA DE PISO	22888	SOEHNLE	NR	NR	MASA	30007506
22	BASCULA CON TALLIMETRO	49204	SECA	NR	5700223048588	MASA	30007507
23	BASCULA DE PISO	22875	SOEHNLE	NR	NR	MASA	30007508

24	BASCULA DE PISO	21427	HEALTH O METER	158KGID	2402	MASA	30007509
25	BASCULA DE PISO	23296	SOEHNLE	NR	NR	MASA	30007510
26	BASCULA DE PISO	OBSEQUIO	DISCOVER	NR	NR	MASA	30007511
27	BASCULA DE PISO	NO TIENE	SOHENLE	NR	NR	MASA	30007512
28	BASCULA DE PISO	OBSEQUIO	DISCOVER	NR	NR	MASA	30007513
29	BASCULA DE PISO	7925	SECA	NR	508179	MASA	30007514
30	BASCULA DE PISO	53713	SECA	7501019004	2750209102088	MASA	30007515
31	BASCULA DE PISO	53711	SECA	7501019004	2750209102079	MASA	30007516
32	BASCULA DE PISO	53716	SECA	7501019004	2750209102078	MASA	30007517
33	BASCULA DE PISO	53714	SECA	7501019004	2750209102090	MASA	30007518
34	BASCULA DE PISO	53721	SECA	7501019004	2750209102102	MASA	30007519
35	BASCULA DE PISO	22902	SOHENLE	NR	NR	MASA	30007520
36	BASCULA DE PISO	22942	SOHENLE	NR	NR	MASA	30007521
37	BASCULA CON TALLIMETRO	35329	HEALTH O METER	NR	NR	MASA	30007522
38	BASCULA CON TALLIMETRO	8610	DETECTO	NR	NR	MASA	30007523
39	BASCULA CON TALLIMETRO	52850	HEALTH O METER	NR	NR	MASA	30007524
40	BASCULA DE PISO	48283	ADAM	CPW PLUS - 150	AE40212927	MASA	30007525
41	BASCULA DE PISO	50306	ADAM	CPW PLUS - 150	AE40212870	MASA	30007526
42	BASCULA DE PISO	48284	ADAM	CPW PLUS - 150	AE40212868	MASA	30007527
43	BASCULA DE PISO	11605	HEALTH O METER	NR	NR	MASA	30007528
44	BASCULA CON TALLIMETRO	53062	HEALTH O METER	PROFESSIONAL	NR	MASA	30007529
45	BASCULA DE PISO	48345	ADAM	CPW plus 150	AE40212871	MASA	30007530
46	BASCULA DE PISO	49555	ADAM	CPW PLUS - 150	AE40212857	MASA	30007531
47	BASCULA CON TALLIMETRO	48286	HEALTH O METER	PROFESSIONAL	4020074122	MASA	30007532
48	BASCULA DE PISO	49555	ADAM	CPW PLUS - 150	NR	MASA	30007533
49	BASCULA DE PISO	22898	SOEHNLE	NR	SW30109	MASA	30007534
50	BASCULA DE PISO	NO TIENE	SOEHNLE	NR	NR	MASA	30007535
51	BASCULA DE PISO	49199	ADAM	CPW PLUS 150	AE40212928	MASA	30007536
52	BASCULA DE PISO	49198	ADAM	CPW PLUS 150	AE40212930	MASA	30007537
53	BASCULA CON TALLIMETRO	52511	HEALTH O METER	PROFESSIONAL	NR	MASA	30007538
54	BASCULA DE PISO	06959	SECA	NR	04363	MASA	30007539
55	BASCULA DE PISO	53720	SECA	7501019004	2750209102093	MASA	30007542
56	BASCULA	55780	LEXUS	MATRIX ZERO	CS120041	MASA	30007543
57	BASCULA DE PISO	22896	SOEHNLE	NR	NR	MASA	30007544
58	BASCULA DE PISO	22893	SOEHNLE	NR	NR	MASA	30007545
59	BASCULA DE PISO	43289	RECOVERY	NR	NR	MASA	30007546
60	BASCULA DE PISO	48368	ADE	NR	030610036	MASA	30007547
61	BASCULA DE PISO	43290	RECOVERY	NR	NR	MASA	30007548
62	BASCULA DE PISO	43292	RECOVERY	NR	NR	MASA	30007549
63	BASCULA DE PISO	43288	RECOVERY	NR	NR	MASA	30007550
64	BASCULA TALLIMETRO	35330	Health o Meter	Physician Balance Beam Scale	NR	MASA	30007551
65	BASCULA TALLIMETRO	35331	Health o Meter	Physician Balance Beam Scale	NR	MASA	30007552
66	BASCULA DE PISO	53722	SECA	7501019004	2750209102085	MASA	30007553
67	BASCULA DE PISO	53723	SECA	7501019004	2750209102076	MASA	30007554
68	BASCULA DE PISO	NO TIENE	SANKEY	KG22100	5150174	MASA	30007555
69	BASCULA DE PISO TALLIMETRO	NO TIENE	SECA	NR	509200	MASA	30007556
70	BASCULA CON TALLIMETRO	16020	HEALTH O METER	NR	NR	MASA	30007557
71	BASCULA	23314	NR	NR	NR	MASA	30007558
72	BASCULA TALLIMETRO	43060	Health o Meter	Physician Balance Beam Scale	NR	MASA	30007559
CALIBRACIÓN BAÑOS DE VARIAS MARCAS							
1	BAÑO SEROLOGICO	5658	MEMMERT	W 270	830 299	TEMPERATURA	30007560
2	BAÑO SEROLOGICO	11471	LAB-LINE	AQUABATH	NR	TEMPERATURA	30007561
3	BAÑO DE FLOTACION	6106	NR	NR	NR	TEMPERATURA	30007562
4	BAÑO DE MARIA	11057	LAB-LINE	AQUABATH/18005	1193-7370	TEMPERATURA	30007563
5	BAÑO SEROLOGICO	13445	LABLINE	18005	0795-0051	TEMPERATURA	30007564
6	BAÑO SEROLOGICO	23097	MEMMERT	W 270	820497	TEMPERATURA	30007565
7	BAÑO DE FLOTACION	5242	KUNZ	HIR-2	677	TEMPERATURA	30007566
8	BAÑO DE FLOTACION	16577	SELECTA	NR	0334871	TEMPERATURA	30007567
9	BAÑO DE FLOTACION	16706	SHANDON	3122070	1-65-0134	TEMPERATURA	30007568
10	BAÑO DE FLOTACION	28492	KUNZ	HIR-2	436	TEMPERATURA	30007569
11	BAÑO DE FLOTACION	28498	SELECTA	NR	0334873	TEMPERATURA	30007570
12	BAÑO DE FLOTACION	28500	SELECTA	NR	NR	TEMPERATURA	30007571
13	BAÑO DE FLOTACION	28501	SHANDON	3120070	1-65-0123	TEMPERATURA	30007572
14	BAÑO DE FLOTACION	28502	SHANDON	3120070	1-65-0124	TEMPERATURA	30007573
15	BAÑO SECO CON AGITACION	53288	LABNET	VORTEMP 56	09092448	TEMPERATURA	30007574
16	BAÑO SECO CON AGITACION	53289	LABNET	VORTEMP 56	09042364	TEMPERATURA	30007575

17	BAÑO SECO	55630	FISHER SCIENTIFIC	2003FS	1646070209200	TEMPERATURA	30007576
18	BAÑO SEROLOGICO	43440	BARNSTED/LABLINE	18050A	506N0012	TEMPERATURA	30007577
19	BAÑO DE AGUA	26506	MED-TEC	NR	2308	TEMPERATURA	30007578
CALIBRACIÓN CALENTADORES DE VARIAS MARCAS							
1	CALENTADOR DE FLUIDOS	21553	ELITEC	ANIMEC AM-4	B970015	TEMPERATURA	30007579
2	CALENTADOR DE FLUIDOS	43568	HOTLINE	LEVEL 1 / HL-90	20051286	TEMPERATURA	30007580
3	CALENTADOR DE MANTA TERMICA	48906	EQUATOR	EQ-5000 / LEVEL 1	S10000793	TEMPERATURA	30007581
4	CALENTADOR DE MANTA TERMICA	49374	EQUATOR	EQ-5000 / LEVEL 1	S10000800	TEMPERATURA	30007582
5	CALENTADOR DE MANTA TERMICA	49375	EQUATOR	EQ-5000 / LEVEL 1	2006 0056	TEMPERATURA	30007583
CALIBRACIÓN CAMAS ELÉCTRICAS DE VARIAS MARCAS							
1	CAMA ELECTRICA	48874	NR	B-880AU	1103310016	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007584
2	CAMA ELECTRICA	48950	NR	B-880AU	1103310015	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007585
3	CAMA ELECTRICA	54720	NR	B-880AU	1103310023	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007586
4	CAMA ELECTRICA	54721	NR	B-880AU	1103310018	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007587
5	CAMA ELECTRICA	54722	NR	B-880AU	1103310021	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007588
6	CAMA ELECTRICA	54723	NR	B-880AU	1103310020	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007589
7	CAMA ELECTRICA	54724	NR	B-880AU	1103310017	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007590
8	CAMA ELECTRICA	54725	NR	B-880AU	1103310014	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007591
9	CAMA ELECTRICA	54726	NR	B-880AU	1103310012	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007592
10	CAMA ELECTRICA	54727	NR	B-880AU	1103310009	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007593
11	CAMA ELECTRICA	54714	NR	B-880AU	1103310019	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007594
12	CAMA ELECTRICA	54715	NR	B-880AU	1103310013	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007595
13	CAMA ELECTRICA	54716	NR	B-880AU	1103310010	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007596
14	CAMA ELECTRICA	54717	NR	B-880AU	103310011	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007597
15	CAMA ELECTRICA	54718	NR	B-880AU	1103310022	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007598
16	CAMA ELECTRICA	54719	NR	B-880AU	1103310024	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007599
17	CAMA ELECTRICA	50927	STRYKER	FL28EX/ GOBED	M10722	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007600
18	CAMA ELECTRICA	50928	STRYKER	FL28EX/ GOBED	M10724	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007601
19	CAMA ELECTRICA	50929	STRYKER	FL28EX/ GOBED	M10723	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007602
20	CAMA ELECTRICA	50930	STRYKER	FL28EX/ GOBED	M10729	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007603
21	CAMA ELECTRICA	50931	STRYKER	FL28EX/ GOBED	M10720	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007604
22	CAMA ELECTRICA	50932	STRYKER	FL28EX/ GOBED	M10726	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007605
23	CAMA ELECTRICA	50933	STRYKER	FL28EX/ GOBED	M10721	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007606
24	CAMA ELECTRICA	50934	STRYKER	FL28EX/ GOBED	M10725	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007607
25	CAMA ELECTRICA	50935	STRYKER	FL28EX/ GOBED	M10728	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007608
26	CAMA ELECTRICA	50936	STRYKER	FL28EX/ GOBED	M10727	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007609
27	CAMA ELECTRICA	50937	STRYKER	FL28EX/ GOBED	M10730	MASA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007610
CALIBRACIÓN CENTRÍFUGAS DE VARIAS MARCAS							
1	CENTRIFUGA	14291	IEC	MICROMAX	31220589	RPM	30007611
2	CENTRIFUGA DE PISO REFRIGERADA	43763	SORVALL	RC12BP	X11P-157907-XP	RPM	30007612
3	CENTRIFUGA	4727	JOUAN	C 412	28908171	RPM	30007613
4	CENTRIFUGA	9796	EPPENDORF	CENTRIFUGE 5415 C	5415 B 42 431	RPM	30007614
5	CENTRIFUGA	10389	SHANDON	CYTOSPIN 3	MA3378L25	RPM	30007615
6	CENTRIFUGA	11062	IEC	CENTRA MP4R	24381042	RPM	30007616
7	CENTRIFUGA	13433	IEC	CENTRA MP4R	24382175	RPM	30007617
8	CENTRIFUGA	55805	THERMO SCIENTIFIC	SORVALL ST 16 R	41344053	RPM	30007618
9	CENTRIFUGA	21975	THERMO	IEC	37501933	RPM	30007619
10	CENTRIFUGA	5691	HERAEUS	LABOFUGE A / 2501	122325	RPM	30007620
11	CENTRIFUGA	NO TIENE	HERAEUS	LABOFUGE A / 2501	123158	RPM	30007621
12	CENTRIFUGA	NO TIENE	THERMO	MICROCL 21R	41264177	RPM	30007622
13	CENTRIFUGA	5466	CLAY ADAMS	DYNAC CENTRIFUGE	111164	RPM	30007623
14	CENTRIFUGA	23712	CLAY ADAMS	DYNAC III	3820052	RPM	30007624
15	CENTRIFUGA	42499	IEC	DAMON	AF2481	RPM	30007625
16	CENTRIFUGA	48945	HETTICH	ROTOFIX 32 A	0000423	RPM	30007626
17	CENTRIFUGA	48946	HETTICH	ROTOFIX 32 A	0000465	RPM	30007627
18	CENTRIFUGA	50984	THERMO	75005448	40755622	RPM	30007628
19	CENTRIFUGA	2323	CLAY ADAMS	DYNAC	278178	RPM	30007629
20	CENTRIFUGA	6272	CLAY ADAMS	DYNAC	18103	RPM	30007630
21	CENTRIFUGA	11659	CLAY ADAMS	DYNAC	150114	RPM	30007631
22	CENTRIFUGA	43764	SORVALL	LEGEND RT	40500462	RPM	30007632
23	CENTRIFUGA	51257	HITACHI	CT15RE	5204728	RPM	30007633
24	CENTRIFUGA	51391	LABNET	Z 36 HK	58085006	RPM	30007634
25	CITOCENTRIFUGA	6270	SHANDON	CYTOSPIN 2	MA10173 05N	RPM	30007635
26	CENTRIFUGA	51416	THERMO	75005184/BIOFUGE PRIMO	40903181	RPM	30007636
27	CENTRIFUGA	16972	IEC	MEDISPIN	46200385	RPM	30007637

28	MICROCENTRIFUGA	22916	CLAY ADAMS	COMPACT II	3630090	RPM	30007646
29	MICROCENTRIFUGA	20685	CLAY ADAMS	MICRO 2000	L971100	RPM	30007647
30	MICROCENTRIFUGA	43479	THERMO	MICROLITE	35800348	RPM	30007755
31	MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA	50580	LABNET	HERMLE Z216 MI	61085100	RPM	30007648
32	MICROCENTRIFUGA	13493	IEC	MICROMAX	24982903	RPM	30007649
33	MICROCENTRIFUGA	NO TIENE	NR	3531	264790	RPM	30007650
34	MICROCENTRIFUGA	55018	LABNET	C1301P	1105 0729	RPM	30007651
35	MICROCENTRIFUGA	55019	LABNET	C1301P	1105 0721	RPM	30007652
CALIBRACIÓN DENSITÓMETROS DE VARIAS MARCAS							
1	DENSITOMETRO	13541	BIO-RAD	GS-700 IMAGING DENSITOMETER	09C0181	POTENCIA	30007756
2	DENSITOMETRO	20211	VICTOREEN	07-424	23258	POTENCIA	30007653
3	DENSITOMETRO	21839	VICTOREEN	07-424	95595	POTENCIA	30007654
CALIBRACIÓN DESFIBRILADORES DE VARIAS MARCAS							
1	DESFIBRILADOR	52858	NIHON KOHDEN	CARDIO LIFE / TEC 5331E	01776	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007655
2	DESFIBRILADOR	20701	ARTEMA	CARDIO-AID 200	12127226	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007656
3	DESFIBRILADOR	27569	NIHON KOHDEN	CARDIO LIFE / TEC-5521K	00163	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007657
4	DESFIBRILADOR	18288	ZOLL	PB1200	4271	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007658
5	DESFIBRILADOR	15636	HEWLETT PACKARD	CODEMASTER	NR	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007659
6	DESFIBRILADOR	55874	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	02638	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007660
7	DESFIBRILADOR	23970	SCHILLER	DEFIGARD 3002IH	402 32986	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007661
8	DESFIBRILADOR	18855	NIHON KODHEN	TEC-7521K	01266	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007662
9	DESFIBRILADOR	18858	NIHON KODHEN	TEC-7511K	00502	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007663
10	DESFIBRILADOR	18857	NIHON KODHEN	TEC-7511K	01035	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007664
11	DESFIBRILADOR	18856	NIHON KODHEN	TEC-7511K	1997-00197	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007665
12	DESFIBRILADOR	21368	SHILLER	DEFIGARD 3002IH	40122453	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007666
13	DESFIBRILADOR	53382	NIHON KODHEN	TEC-5351E	01777	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007667

14	DESFIBRILADOR	50292	Nihon Kohden	Cardio Life / TEC-5531E	1457	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007668
15	DESFIBRILADOR	53381	NIHON KOHDEN	CARDIOLIFE ACTIBIPHASIC	01775	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007669
16	DESFIBRILADOR	54344	INSTRAMED	CARDIOMAX	00502 CM 2077	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007670
17	DESFIBRILADOR	54345	INSTRAMED	CARDIOMAX	00225 CM 1875	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007671
18	DESFIBRILADOR	51223	NIHON KOHDEN	CARDIO LIFE / TEC-5531E	01459	ENERGÍA, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EN CADA UNA DE LAS ONDAS VOLTAJE PICO, CORRIENTE PICO Y TIEMPO.	30007672
CALIBRACIÓN ECOGRAFO DE VARIAS MARCAS							
1	ECOGRAFO	15017	HUMPREY INSTRUMENTS	837	837-1146	LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN Y FACTOR DE CRESTA.	30007674
2	ECOGRAFO	43510	ALOKA	SSD-500	M12713C	LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN Y FACTOR DE CRESTA.	30007675
3	ECOGRAFO	15242	General Electric	RT3200 Advantage II/2112625	2778WG9	LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN Y FACTOR DE CRESTA.	30007676
4	ECOGRAFO	26426	Aloka	ProSound 3500 / SSD3500	M02985	LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN Y FACTOR DE CRESTA.	30007677
5	ECOGRAFO	44021	Siemens	Sonoline G20 / 10031205	JA01524	LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN Y FACTOR DE CRESTA.	30007678
6	ECOGRAFO	44022	Siemens	Sonoline G40 / 08648375	300854	LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN Y FACTOR DE CRESTA.	30007679
7	ECOGRAFO PORTATIL	49805	General electric	LOGIQ BOOK	131573WX8	LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN Y FACTOR DE CRESTA.	30007680
8	ECOGRAFO	55581	BK MEDICAL	PRO FOCUS	1861879	LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN Y FACTOR DE CRESTA.	30007681
CALIBRACIÓN ELECTROBISTURI DE VARIAS MARCAS							
1	ELECTROBISTURI	16369	NR	SENSIMATIC ELECTROSURGE	40666	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007682
2	ELECTROBISTURI	44202	KLS MARTIN	ME MB2 m	MEMB2M0000060515	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007683
3	ELECTROBISTURI	16359	VALLEYLAB	FORCE 2	F5L29124T	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007684
4	ELECTROBISTURI	20437	VALLEYLAB	FORCE 2	F1K15871T	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007685
5	ELECTROBISTURI	26456	ERBE	ICC-300	F-1113	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007686
6	ELECTROBISTURI	43492	VALLEYLAB	FORCE FX	F5I41627A	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007687
7	ELECTROBISTURI	43707	VALLEYLAB	FORCE FX	F5I41832A	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007688

8	ELECTROBISTURI	50310	VALLEYLAB	FORCE FX	F7K57481A	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007689
9	ELECTROBISTURI	50468	VALLEYLAB	FORCE FX	F7K57467A	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007690
10	ELECTROBISTURI	50469	VALLEYLAB	FORCE FX	F7K57461A	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007691
11	ELECTROBISTURI	50470	VALLEYLAB	FORCE FX	F7K57463A	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007692
12	ELECTROBISTURI	54966	VALLEYLAB	FORCE TRIAD	T0K19442E	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007693
13	ELECTROBISTURI	NO TIENE	VALLEYLAB	FORCE 2	FOI11328T	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007694
14	ELECTROBISTURI	NO TIENE	VALLEYLAB	FORCE 2	F7E3224T	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007695
15	ELECTROBISTURI	NO TIENE	VALLEYLAB	FORCE 2	F6E29970T	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007696
16	ELECTROBISTURI DE ARMONICO	55767	ETHICON ENDO-SURGERY	GEN 11	1111218020	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007697
CALIBRACIÓN ELECTROCARDIOGRAFOS DE VARIAS MARCAS							
1	ELECTROCARDIOGRAFO	NO TIENE	WELCH ALLYN	NR	NR	EKG	30007698
2	ELECTROCARDIOGRAFO	53294	BIONET	CARDIOTOUGH	TB1200018-28-29	EKG	30007699
3	ELECTROCARDIOGRAFO	16423	BURDICK	EK10	05479	EKG	30007700
4	ELECTROCARDIOGRAFO	25133	BURDICK	EK 10	05375	EKG	30007701
5	ELECTROCARDIOGRAFO	54595	EDAN	SE-3	SE3A32311136211	EKG	30007702
6	ELECTROCARDIOGRAFO	54596	EDAN	SE-3	SE3A323107121301	EKG	30007703
7	ELECTROCARDIOGRAFO	54594	EDAN	SE-3	SE3A 323111135951	EKG	30007704
CALIBRACIÓN ELECTROCAUTERIOS DE VARIAS MARCAS							
1	ELECTROCAUTERIO	53368	BOVIE	AARON 900	AA1510057	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007705
2	ELECTROCAUTERIO	NO TIENE	ELLMAN	SURGITRON /FFPF	164271	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007706
CALIBRACIÓN FLUJÓMETROS DE VARIAS MARCAS							
1	FLUJOMETRO	NO TIENE	IMETAN	FM-100	F03081		
2	FLUJOMETRO	9679	AIR IMETAN	FM-100	F-02091		
3	FLUJOMETRO	15234	OHMEDA	NR	B04186		
4	FLUJOMETRO	16693	AMVEX	NR	208		
5	FLUJOMETRO	17285	OHMEDA	NR	Y29013		
6	FLUJOMETRO	21004	OHMEDA	NR	X35911		
7	FLUJOMETRO	21005	AIR IMETAN	FM-100	F-02091		
8	FLUJOMETRO	21006	AIR IMETAN	FM-100	F03081		
9	FLUJOMETRO	NO TIENE	CHEMETRON	34-01	1055024		
10	FLUJOMETRO	21008	OHMEDA	NR	X35907		
11	FLUJOMETRO	21009	Allied Health Care	Timer	0999		
12	FLUJOMETRO	21010	AIR IMETAN	FM-100	F-02091		
13	FLUJOMETRO	33092	AIR IMETAN	FM-100	F-02091		

2

14	FLUJOMETRO	33093	OHMEDA	NR	X35913
15	FLUJOMETRO	35247	AIR IMETAN	FM-100	F-08071
16	FLUJOMETRO	35248	OHMEDA	NR	X35910
17	FLUJOMETRO	35249	AIR IMETAN	FM-100	F-08071
18	FLUJOMETRO	35250	PRECISION MEDICAL	1MFA1001	LOTE:164
19	FLUJOMETRO	36092	OHMEDA	NR	Y290
20	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04179
21	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F08071
22	FLUJOMETRO	36019	PRECISION MEDICAL	1MFA1001	LOTE:164
23	FLUJOMETRO	36092	OHMEDA	NR	B04179
24	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F08071
25	FLUJOMETRO	NO TIENE	AMVEX	NR	NR
26	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B05172
27	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04163
28	FLUJOMETRO	NO TIENE	AMVEX	NR	NR
29	FLUJOMETRO	NO TIENE	AMVEX	NR	NR
30	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
31	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
32	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
33	FLUJOMETRO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	NR	NR
34	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
35	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
36	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
37	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
38	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR METAN	FM-100	F08091
39	FLUJOMETRO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	NR	NR
40	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
41	FLUJOMETRO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	NR	NR
42	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR METAN	FM-100	F03081
43	FLUJOMETRO	NR	TIMETER	NR	NR
44	FLUJOMETRO	NR	PRECISION MEDICAL	NR	NR
45	FLUJOMETRO	NR	PRECISION MEDICAL	NR	NR
46	FLUJOMETRO	NR	PRECISION MEDICAL	NR	NR
47	FLUJOMETRO	NR	PRECISION MEDICAL	NR	NR
48	FLUJOMETRO	NR	PRECISION MEDICAL	NR	NR
49	FLUJOMETRO	21008	CHEMETRON	34-01	11088563
50	FLUJOMETRO	9680	PRECISION MEDICAL	NR	NR
51	FLUJOMETRO	17280	TIMETER	NR	NR
52	FLUJOMETRO	17281	AIR IMETAN	FM-100	F04101
53	FLUJOMETRO	17282	AIR IMETAN	FM-100	F03081
54	FLUJOMETRO	17283	AIR IMETAN	FM-100	F07102
55	FLUJOMETRO	36543	TIMETER	NR	NR
56	FLUJOMETRO	36544	AIR IMETAN	FM-100	F08091
57	FLUJOMETRO	36545	OHMEDA	NR	B04168
58	FLUJOMETRO	36546	TIMETER	NR	NR
59	FLUJOMETRO	36547	TIMETER	NR	NR
60	FLUJOMETRO	36548	OHMEDA	NR	B04171
61	FLUJOMETRO	36549	AIR IMETAN	FM-100	F04101
62	FLUJOMETRO	36550	AIR IMETAN	FM-100	F07101
63	FLUJOMETRO	36551	TIMETER	NR	NR
64	FLUJOMETRO	36552	TIMETER	NR	NR
65	FLUJOMETRO	36553	TIMETER	NR	NR
66	FLUJOMETRO	36554	TIMETER	NR	NR
67	FLUJOMETRO	36555	TIMETER	NR	NR
68	FLUJOMETRO	36556	TIMETER	NR	NR
69	FLUJOMETRO	36557	TIMETER	NR	NR
70	FLUJOMETRO	36558	TIMETER	NR	NR
71	FLUJOMETRO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	NR	NR
72	FLUJOMETRO	36559	PRECISION MEDICAL	NR	NR
73	FLUJOMETRO	36560	TIMETER	NR	NR
74	FLUJOMETRO	36561	TIMETER	NR	NR
75	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
76	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	NR	F08081
77	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
78	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	NR	F08091
79	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
80	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	NR	F08091
81	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
82	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
83	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR

84	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
85	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04181
86	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
87	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
88	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F02071
89	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04158
90	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
91	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
92	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04149
93	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F08071
94	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F08071
95	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F08007
96	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
97	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
98	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
99	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	FM-100	F03081
100	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03681
101	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
102	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
103	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
104	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
105	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
106	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
107	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
108	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
109	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
110	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
111	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
112	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F02091
113	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
114	FLUJOMETRO	NO TIENE	CHEMETRON	34-01	1015098
115	FLUJOMETRO	NO TIENE	PRESISION MEDICAL	NR	NR
116	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04170
117	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F02071
118	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
119	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F08071
120	FLUJOMETRO	NO TIENE	CHEMETRON	34-01	1055049
121	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F02071
122	FLUJOMETRO	NO TIENE	CHEMETRON	34-01	11088907
123	FLUJOMETRO	NO TIENE	CHEMETRON	34-01	11088907
124	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
125	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
126	FLUJOMETRO	NO TIENE	PRESISION MEDICAL	NR	NR
127	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F02091
128	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04162
129	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	B04162
130	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F08091
131	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F02071
132	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F08081
133	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
134	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
135	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
136	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
137	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F02071
138	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
139	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04169
140	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
141	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
142	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
143	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
144	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	NR	F02071
145	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
146	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
147	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
148	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
149	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
150	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
151	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04153
152	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
153	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR

FLUJO LPM

30007707

154	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
155	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
156	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
157	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
158	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
159	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04150
160	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	NR	F08021
161	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	NR	F0807
162	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	NR	NR
163	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
164	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
165	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04177
166	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04166
167	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	0999
168	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
169	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
170	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
171	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
172	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04173
173	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	B04165	NR
174	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
175	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
176	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04187
177	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
178	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
179	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
180	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
181	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
182	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
183	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHMEDA	NR	B04184
184	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	B04184
185	FLUJOMETRO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	1MFA4001	NR
186	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
187	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
188	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
189	FLUJOMETRO	NO TIENE	IMETAN	F03081	NR
190	FLUJOMETRO	NO TIENE	AIR IMETAN	FM-100	F03081
191	FLUJOMETRO	NO TIENE	TIMETER	NR	NR
192	FLUJOMETRO	NO TIENE	Allied Health Care	Timeter	NR
193	FLUJOMETRO	NO TIENE	Air Imetan	FM-100	F-08091
194	FLUJOMETRO	NO TIENE	Allied Health Care	Timeter	0305
195	FLUJOMETRO	NO TIENE	Allied Health Care	Timeter	0101
196	FLUJOMETRO	NO TIENE	Allied Health Care	Timeter	NR
197	FLUJOMETRO	NO TIENE	Air Imetan	FM-100	F-10071
198	FLUJOMETRO	NO TIENE	Allied Health Care	Timeter	NR
199	FLUJOMETRO	NO TIENE	Allied Health Care	Timeter	NR
200	FLUJOMETRO	NO TIENE	Air Imetan	FM-100	F-03081
201	FLUJOMETRO	NO TIENE	Chemetron	34-01	1055164
202	FLUJOMETRO	NO TIENE	Ohmeda	NR	B04186
203	FLUJOMETRO	NO TIENE	Air Imetan	NR	F03081
204	FLUJOMETRO	NO TIENE	Ohmeda	NR	B0174
205	FLUJOMETRO	NO TIENE	Air Imetan	NR	F10071
206	FLUJOMETRO	NO TIENE	Air Imetan	FM-100	F07102
207	FLUJOMETRO	NO TIENE	Air Imetan	FM-100	F10071
208	FLUJOMETRO	55776	SMP	NR	NR
209	FLUJOMETRO	55773	SMP	NR	NR
210	FLUJOMETRO	55777	SMP	NR	NR
211	FLUJOMETRO	55771	SMP	NR	NR
212	FLUJOMETRO	55772	SMP	NR	NR
213	FLUJOMETRO	55775	SMP	NR	NR
214	FLUJOMETRO	55774	SMP	NR	NR
215	FLUJOMETRO	55778	SMP	NR	NR
216	FLUJOMETRO	55779	SMP	NR	NR
217	FLUJOMETRO	55664	AGILENT TECHNOLOGIES	ADM 1000	US12A52410
218	FLUJOMETRO	NO TIENE	OHIO	NR	X35909
219	FLUJOMETRO	54525	OHIO	J2010	NR
220	FLUJOMETRO	54525	AMVEX	NR	QOAK04836
221	FLUJOMETRO	54526	OHIO	J2010	02010
222	FLUJOMETRO	54526	AMVEX	NR	QOAK04845
223	FLUJOMETRO	54527	OHIO	J2010	NR

224	FLUJOMETRO	54527	AMVEX	NR	QOAK04816
225	FLUJOMETRO	54528	OHIO	J2010	NR
226	FLUJOMETRO	54528	AMVEX	NR	QOAK04832
227	FLUJOMETRO	54529	OHIO	J2010	NR
228	FLUJOMETRO	54529	AMVEX	NR	QOAK04846
229	FLUJOMETRO	54530	OHIO	J2010	NR
230	FLUJOMETRO	54530	AMVEX	NR	QOAK04825
231	FLUJOMETRO	54531	OHIO	J2010	NR
232	FLUJOMETRO	54531	AMVEX	NR	QOAK04826
233	FLUJOMETRO	54532	OHIO	J2010	NR
234	FLUJOMETRO	54532	AMVEX	NR	QOAK04818
235	FLUJOMETRO	54533	OHIO	J2010	NR
236	FLUJOMETRO	54533	AMVEX	NR	QOAK04841
237	FLUJOMETRO	54534	OHIO	J2010	NR
238	FLUJOMETRO	54534	AMVEX	NR	QOAK04839
239	FLUJOMETRO	54586	OHIO	H2009	NR
240	FLUJOMETRO	54586	AMVEX	NR	FMA023748KG
241	FLUJOMETRO	54587	OHIO	NR	C2008
242	FLUJOMETRO	54587	AMVEX	NR	FMA013343KG
243	FLUJOMETRO	54588	OHIO	NR	32010
244	FLUJOMETRO	54588	AMVEX	NR	FMA013347KG
245	FLUJOMETRO	54589	OHIO	H2009	NR
246	FLUJOMETRO	54589	AMVEX	NR	FMA023720KG
247	FLUJOMETRO	54590	OHIO	NR	82010
248	FLUJOMETRO	54590	AMVEX	NR	FMA023732KG
249	FLUJOMETRO	54591	OHIO	NR	02008
250	FLUJOMETRO	54591	AMVEX	NR	FMA023743KG
251	FLUJOMETRO	21007	ALLIED	CHEMETRON	NR
252	FLUJOMETRO	NO TIENE	ALLIED	TIMETER	0501
253	FLUJOMETRO	NO TIENE	ALLIED	CHEMETRON	11088581
254	FLUJOMETRO	NO TIENE	ALLIED	CHEMETRON	11088550
255	FLUJOMETRO	NO TIENE	ALLIED	CHEMETRON	0501
256	FLUJOMETRO	NO TIENE	ALLIED	CHEMETRON	11088966
257	FLUJOMETRO	NO TIENE	ALLIED	TIMETER	NR
258	FLUJOMETRO	NO TIENE	ALLIED	TIMETER	NR
259	FLUJOMETRO	NO TIENE	ALLIED	CHEMETRON	11088943
260	FLUJOMETRO	NO TIENE	ALLIED	TIMETER	NR
261	FLUJOMETRO	NO TIENE	ALLIED	CHEMETRON	1055004

CALIBRACIÓN HORNO DE VARIAS MARCAS

1	HORNO	4722	MEMMERT	SCHUTZART DIN 40050-IP20	860911	TEMPERATURA	30007708
2	HORNO	NO TIENE	SARTORIUS-GMBH	GOTTINGEN	5M16628	TEMPERATURA	30007709
3	HORNO DE DISECADO	9817	LAB-LINE	DESICCAB/1477	11910232	TEMPERATURA	30007710
4	HORNO DE HIBRIDACION	10218	HYBAID LIMITED	MINI OVEN MK II	E4563	TEMPERATURA	30007711
5	HORNO DE SECADO	21093	LABLINE	100	1198-1572	TEMPERATURA	30007712
6	HORNO DE SECADO	21979	MEMMERT	NR	NR	TEMPERATURA	30007713
7	HORNO	50230	MMM	ECOCCELL	48332-0000	TEMPERATURA	30007714
8	HORNO DE SECADO	13919	BLUE M	GO1330A	024E-199861-PE	TEMPERATURA	30007715
9	HORNO DE SECADO	NO TIENE	CS AND E	TMP	1445A	TEMPERATURA	30007716
10	HORNO	2338	MEMMERT	NR	55926	TEMPERATURA	30007717
11	HORNO	2377	MEMMERT	NR	NR	TEMPERATURA	30007718
12	HORNO	NO TIENE	ECOCCELL	NR	NR	TEMPERATURA	30007719
13	HORNO PARA DESPARAFINAR	6194	MEMMERT	NR	791 572	TEMPERATURA	30007720
14	HORNO	43382	SHELAB	1310	05044805	TEMPERATURA	30007721
15	HORNO	55634	FISHER SCIENTIFIC	NR	1582070766929	TEMPERATURA	30007722

CALIBRACIÓN INCUBADORAS DE VARIAS MARCAS

1	INCUBADORA DE PLAQUETAS	48398	NR	BIO-HB-4800 III	NR	TEMPERATURA	30007723
2	INCUBADORA	18322	AMERSHAM	ZLE 152	175	TEMPERATURA	30007724
3	INCUBADORA	18845	LAB-LINE	LC INCUBATOR/203	0200-0396	TEMPERATURA	30007725
4	INCUBADORA	21032	LAB-LINE	IMPERIAL III/305	0302-0810	TEMPERATURA	30007726
5	INCUBADORA AGITACION	50581	LABNET	IS 211DS	09016008	TEMPERATURA	30007727
6	INCUBADORA CO2	50888	REVCO	ELITE II	X27N400419YN	TEMPERATURA	30007728
7	INCUBADORA DE CO2	17436	NAPCO	SERIES 5400 CO2	397122212A	TEMPERATURA	30007729
8	INCUBADORA DE CO2	24041	NUAIRE	NR	88616012604	TEMPERATURA	30007730
9	INCUBADORA	16907	3M	117	202005	TEMPERATURA	30007731
10	INCUBADORA	13427	REVCO	RCOS000TABA	208694-TE	TEMPERATURA	30007732
11	INCUBADORA	20784	NUAIRE	DH AUTOFLOW	NR	TEMPERATURA	30007733
12	INCUBADORA DE HIBRIDACION	NO TIENE	LAB-LINE	NR	NR	TEMPERATURA	30007734

13	INCUBADORA	16908	3M	116	129230	TEMPERATURA	30007735
14	INCUBADORA	50231	MMM	ECOCELL	NR	TEMPERATURA	30007736
15	INCUBADORA DE BAÑO SECO	NO TIENE	BARNSTED	DB17615	17613765	TEMPERATURA	30007737
16	INCUBADORA DE CO2	51066	NUAIRE	UN-5500	124159062408	TEMPERATURA	30007738
17	INCUBADORA HEMOCULTIVOS	28636	BECTON DICKINSON	BACTEC 9240	DB3244	TEMPERATURA	30007739
18	INCUBADORA MICROBIOLÓGICA	5592	RCHAIJ RMCCA	NR	NR	TEMPERATURA	30007740
19	INCUBADORA	55635	THERMO	3524	107067	TEMPERATURA	30007741
CALIBRACIÓN MAQUINAS DE ANESTESIA DE VARIAS MARCAS							
1	MAQUINA DE ANESTESIA	18346	BLEASE	FRONTLINE 690 / 60A	0171099	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007742
2	MAQUINA DE ANESTESIA	24529	DATEX OHMEDA	AESTIVA 5	AMVH00308	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007743
3	MAQUINA DE ANESTESIA	24530	DATEX OHMEDA	AESTIVA 5	AMVH00309	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007744
4	MAQUINA DE ANESTESIA	24531	DATEX OHMEDA	AESTIVA 5	AMVH00307	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007745
5	MAQUINA DE ANESTESIA	24532	DATEX OHMEDA	AESTIVA 5	AMVH00304	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007746
6	MAQUINA DE ANESTESIA	24624	DATEX OHMEDA	AESTIVA 5	AMVH00305	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007747
7	MAQUINA DE ANESTESIA	24625	DATEX OHMEDA	AESTIVA 5	AMVH00306	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007748
8	MAQUINA DE ANESTESIA	53013	DRAGER	PRIMUS	AS88-0105	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007749
9	MAQUINA DE ANESTESIA	53387	DRAGER	PRIMUS / 8605038-06 / 8603800-863	05849621 / ASAN-0242	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007750

10	MAQUINA DE ANESTESIA	NO TIENE	DRAGER	SENECA	1536	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30007751
CALIBRACIÓN MARCAPASOS DE VARIAS MARCAS							
1	MARCAPASOS BICAMERAL	55722	OSYPKA	PACE 203 H	1151021	FRECUENCIA	30007752
CALIBRACIÓN MICROPIPETAS DE VARIAS MARCAS							
1	MICROPIPETA REPETIDORA	47760	EPPENDORF	REPEATER PLUS	4081185	VOLUMEN	30007753
2	MICROPIPETA	52495	BOECO	NR	8076523		
3	MICROPIPETA	17463	NICHIRYO	NICHIPET / 5000DG	A72023061		
4	MICROPIPETA	NO TIENE	RAININ	PIPET.LITE	E0603425A		
5	MICROPIPETA	12299	LABSYSTEM	4173	B15346		
6	MICROPIPETA	10838	BRAND	TRANSFERPETTE	3M4123		
7	MICROPIPETA	53086	BOECO	NR	8076527		
8	MICROPIPETA	53089	BOECO	NR	8076748		
9	MICROPIPETA	21037	EPPENDORF	NR	062488		
10	MICROPIPETA	3408	EPPENDORF	NR	385319		
11	MICROPIPETA	23061	LABSYSTEM	4027	B48184		
12	MICROPIPETA	17448	DRUMMOND	PIPET-AID	78442		
13	MICROPIPETA	12301	LABSYSTEM	FINNPIPETTE	B48183		
14	MICROPIPETA	53088	BOECO	NR	8076522		
15	MICROPIPETA	13813	NICHIRYO	NICHIPET / 5000DG	98010432		
16	MICROPIPETA	13811	NICHIRYO	NICHIPET / 5000DG	H21007171		
17	MICROPIPETA	53090	BOECO	NR	8076747		
18	MICROPIPETA	53092	BOECO	NR	9079097		
19	MICROPIPETA	53085	BOECO	NR	9003461		
20	MICROPIPETA	52496	BOECO	NR	8076746		
21	MICROPIPETA	53091	BOECO	NR	9079113		
22	MICROPIPETA	13812	EPPENDORF	REFERENCE	044951		
23	MICROPIPETA	21036	EPPENDORF	REFERENCE	064185		
24	MICROPIPETA	52497	BOECO	NR	9079107		
25	MICROPIPETA	13693	EPPENDORF	REFERENCE	044541		
26	MICROPIPETA	NO TIENE	NICHIRYO	NICHIPET EX	E9X012892		
27	MICROPIPETA	17461	NICHIRYO	NICHIPET / 5000DG	A87003571		
28	MICROPIPETA	12497	LABSYSTEM	NR	A44388		
29	MICROPIPETA	21035	NICHIRYO	NICHIPET EX	E95023102		
30	MICROPIPETA	13692	NICHIRYO	NICHIPET EX	H21007051		
31	MICROPIPETA	17462	NICHIRYO	NICHIPET EX	E9X012532		
32	MICROPIPETA	10837	BRAND	TRANSFERPETTE	3N6316		
33	MICROPIPETA	17462	NICHIRYO	NICHIPET / 5000DG	A82001871		
34	MICROPIPETA	18195	BRAND	TRANSFERPETTE	05V7788		
35	MICROPIPETA	NO TIENE	COSTAR	OCTAPETTE	07300006		
36	MICROPIPETA	42579	BRAND	TRANSFERPETTE	05A3212		
37	MICROPIPETA	9825	BRAND	TRANSFERPETTE	NR		
38	MICROPIPETA	48279	BOECO	NR	6055598		
39	MICROPIPETA	48280	JENCONS	SEALPETTE	EL 56377		
40	MICROPIPETA	7624	EPPENDORF	RESEARCH	442074		
41	MICROPIPETA	15247	LABSYSTEMS	FINNPIPETTE	C22790		
42	MICROPIPETA	37143	BRAND	TRANSFERPETTE	05V7734		
43	MICROPIPETA	31805	EPPENDORF	NR	NR		
44	MICROPIPETA	31807	GILSON	PIPETMAN	NR		
45	MICROPIPETA	31806	GILSON	PIPETMAN	NR		
46	MICROPIPETA	NO TIENE	SOCOREX	SWISS	0431248		
47	MICROPIPETA	14675	SOCOREX	SWISS	0852576		
48	MICROPIPETA	23274	NICHIRYO	JUSTOR 1100	NR		
49	MICROPIPETA	NO TIENE	LABORA MANNHEIM	CUNIPETTE	NR		
50	MICROPIPETA MULTICANAL 11	50562	LABNET	BIOPETTE	851070028		
51	MICROPIPETA	53529	GILSON	PIPETMAN	EC68471		
52	MICROPIPETA	53453	THERMO	FINNPIPETTE F3	EH29011		
53	MICROPIPETA	53454	THERMO	FINNPIPETTE F3	FJ92929		
54	MICROPIPETA	53784	FISHER BRAND	EX	K09X09401		
55	MICROPIPETA	53788	FISHER BRAND	EX	K08Y11061		
56	MICROPIPETA	53451	GILSON	PIPETMAN	EAS7324		
57	MICROPIPETA	55666	GILSON	PIPETMAN	GJ20026		
58	MICROPIPETA	53786	FISHER BRAND	EX	L10Z19541		

6

59	MICROPIPETA	53455	THERMO SCIENTIFIC	FINNPIPETTE F3	EH52462		
60	MICROPIPETA	53456	THERMO SCIENTIFIC	FINNPIPETTE F3	GH08250		
61	MICROPIPETA	55665	GILSON	PIPETMAN	EK90694		
62	MICROPIPETA	53447	GILSON	PIPETMAN	EA56808		
63	MICROPIPETA	53450	GILSON	PIPETMAN	EB50529		
64	MICROPIPETA	53526	GILSON	PIPETMAN	EC55060		
65	MICROPIPETA	53410	THERMO SCIENTIFIC	FINNPIPETTE F2	GH38388		
66	MICROPIPETA	53680	FISHER BRAND	EX	K09Z21691		
67	MICROPIPETA	53679	FISHER BRAND	EX	K09Z02551		
68	MICROPIPETA	53527	GILSON	PIPETMAN	EC68465		
69	MICROPIPETA	53528	GILSON	PIPETMAN	EC55057		
70	MICROPIPETA	NO TIENE	BRAND	TRANSFERPETTE	02Y5360		
71	MICROPIPETA	53452	GILSON	PIPETMAN	EC68240		
72	MICROPIPETA	NO TIENE	BRAND	TRANSFERPETTE	0513840		
73	MICROPIPETA	NO TIENE	BRAND	TRANSFERPETTE	10S8685		
74	MICROPIPETA	NO TIENE	GILSON	PIPETMAN	U75546A		
75	MICROPIPETA	NO TIENE	BOECO	NR	NR		
76	MICROPIPETA	NO TIENE	BOECO	NR	8121447		
77	MICROPIPETA	NO TIENE	BOECO	NR	9004607		
78	MICROPIPETA	NO TIENE	BOECO	NR	NR		
79	MICROPIPETA	NO TIENE	JENCONS	SEALPETTE	8069349		
80	MICROPIPETA	NO TIENE	JENCONS	SEALPETTE	8069352		
81	MICROPIPETA	NO TIENE	NICHIRYO	BENCHMARK II	H59009261		
82	MICROPIPETA	53785	FISHER BRAND	EX	K09X09681		
83	MICROPIPETA	NO TIENE	NICHIRYO	BENCHMARK II	H59008861		
84	MICROPIPETA	53781	FISHER BRAND	EX	K09X09271		
85	MICROPIPETA	53787	FISHER BRAND	EX	K08X25401		
86	MICROPIPETA	NO TIENE	GILSON	PIPETMAN	GJ20065		
87	PIPETA AUTOMATICA	18331	LABSYSTEMS	FINNPIPETTE	L09509		
88	PIPETA AUTOMATICA	53245	LABNET	FASTPETTE	903060199		
89	PIPETA AUTOMATICA	53246	LABNET	FASTPETTE	903060424		
90	PIPETA AUTOMATICA	53473	LABNET	FASTPETTE	903060651		
CALIBRACIÓN MONITORES DE SIGNOS VITALES DE VARIAS MARCAS							
1	MONITOR DE NIBP	27266	OMEGA	1400-110	OM4EF00764	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007757
2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	53641	EDAN	M8B	M8B3031097338LD	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007758
3	MONITOR DE SIGNOS	53642	EDAN	M8B	M8B3031097337LD	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007759
4	MONITOR DE SIGNOS VITALES	51233	NIHON KOHDEN	OPV-1500K	08353	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007760
5	MONITOR DE SIGNOS	53110	EDAN	M3	M330309A1151SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007761
6	MONITOR DE SIGNOS	16354	BCI	604001	702468086	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007762
7	MONITOR DE SIGNOS	19468	BCI	ADVISOR	701695012	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007763
8	MONITOR DE SIGNOS	21371	LOHMEIER	M211	1200	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007764
9	MONITOR DE SIGNOS	23185	CRITIKON	DINAMAP PLUS	H5616	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007765
10	MONITOR DE SIGNOS	27511	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00019	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007766
11	MONITOR DE SIGNOS	27512	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00017	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007767
12	MONITOR DE SIGNOS	27513	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00018	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007768
13	MONITOR DE SIGNOS	27964	CRITIKON	DINAMAP PLUS	K8416	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007769
14	MONITOR DE SIGNOS	35337	SIEMENS	SC 6000	5330121178	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007770
15	MONITOR DE SIGNOS	35855	BCI	58480A6	470348886	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007771
16	MONITOR DE SIGNOS	35856	BCI	58480A6	470348888	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007772
17	MONITOR DE SIGNOS	43789	NIHON KOHDEN	OPV-1500K	04532	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007773

ml

18	MONITOR DE SIGNOS	43793	DATEX OHMEDA	CARDIOCAP 5	6092254	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007774
19	MONITOR DE SIGNOS	44033	NIHON KOHDEN	BSM 5135K	00138	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007775
20	MONITOR DE SIGNOS	44034	NIHON KOHDEN	BSM 5135K	00140	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007776
21	MONITOR DE SIGNOS	44035	NIHON KOHDEN	BSM 5135K	00139	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007777
22	MONITOR DE SIGNOS	44036	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00270	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007778
23	MONITOR DE SIGNOS	44037	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00273	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007779
24	MONITOR DE SIGNOS	44038	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00271	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007780
25	MONITOR DE SIGNOS	44039	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00278	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007781
26	MONITOR DE SIGNOS	44040	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00276	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007782
27	MONITOR DE SIGNOS	44041	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00277	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007783
28	MONITOR DE SIGNOS	44042	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00275	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007784
29	MONITOR DE SIGNOS	44043	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00464	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007785
30	MONITOR DE SIGNOS	44044	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00272	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007786
31	MONITOR DE SIGNOS	44045	NIHON KOHDEN	BSM 2353K	00274	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007787
32	MONITOR DE SIGNOS	51235	NIHON KOHDEN	OPV-1500K	08355	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007788
33	MONITOR DE SIGNOS	54658	SPACELABS	91220 / MCARE 300	1220M000722	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007789
34	MONITOR DE SIGNOS	54659	SPACELABS	91220 / MCARE 300	1220M000723	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007790
35	MONITOR DE SIGNOS	NO TIENE	DATEX OHMEDA	LIGHTSOLO	3838749	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007791
36	MONITOR DE SIGNOS VITALES	4246	CRITIKON	DINAMAP PLUS	8260K1917	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007792
37	MONITOR DE SIGNOS	15235	CRITIKON	DINAMAP PLUS	H6732	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007793
38	MONITOR DE SIGNOS	53045	EDAN	M88	M8B30309A3600LD	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007794
39	MONITOR DE SIGNOS	NO TIENE	CRITIKON	DINAMAP PLUS	K8937	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007795
40	MONITOR DE SIGNOS VITALES	55788	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0104416	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007796
41	MONITOR DE SIGNOS	53044	EDAN	M3	M330309A1168SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007797
42	MONITOR DE SIGNOS	53042	EDAN	M3	M330309A1166SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007798
43	MONITOR DE SIGNOS	42571	CRITICARE	506DXN2	405021326	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007799
44	MONITOR DE SIGNOS VITALES	56030	MEDIANA	M20	109711120002	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007800
45	MONITOR DE SIGNOS VITALES	21903	BIOSYS	BPM 300	22864	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007801
46	MONITOR DE SIGNOS VITALES	44056	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	16094	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007802
47	MONITOR DE SIGNOS VITALES 1	55749	MEDIANA	M20	109711120036	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007803
48	MONITOR DE SIGNOS VITALES	51234	NIHON KOHDEN	OPV-1500K	08354	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007804
49	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NR	BCI	58480A6	470348881	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007805
50	MONITOR DE SIGNOS VITALES	55789	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0104414	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007806
51	MONITOR DE SIGNOS VITALES	55790	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0104417	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007808

52	MONITOR DE SIGNOS VITALES	55791	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0104415	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007809
53	MONITOR DE SIGNOS VITALES	55792	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0104421	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007810
54	MONITOR DE SIGNOS VITALES	55793	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0104412	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007811
55	MONITOR DE SIGNOS VITALES	55794	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0104423	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007812
56	MONITOR DE SIGNOS VITALES	55795	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0104411	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007813
57	MONITOR DE SIGNOS VITALES	55796	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0104418	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007814
58	MONITOR DE SIGNOS VITALES	55797	NIHON KOHDEN	PVM 2701	0104419	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007815
59	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52888	EDAN	M3	M330309A11505SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007816
60	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52890	EDAN	M3	M330309A11525SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007817
61	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52902	EDAN	M3	M330309A11645SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007818
62	MONITOR DE SIGNOS VITALES	43790	NIHON KOHDEN	OPV-1500K	04533	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007819
63	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52901	EDAN	M3	M330309A11635SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007820
64	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52903	EDAN	M3	M330309A11655SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007821
65	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52898	EDAN	M3	M330309A11605SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007822
66	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52899	EDAN	M3	M330309A11615SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007823
67	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52900	EDAN	M3	M330309A11625SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007824
68	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52891	EDAN	M3	M330309A11535SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007825
69	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52892	EDAN	M3	M330309A11545SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007826
70	MONITOR DE SIGNOS VITALES	19069	BCI	920310102	7010790321	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007827
71	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52893	EDAN	M3	M330309A11555SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007828
72	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52894	EDAN	M3	M330309A11565SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007829
73	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52895	EDAN	M3	M330309A11575SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007830
74	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52896	EDAN	M3	M330309A11585SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007831
75	MONITOR DE SIGNOS VITALES	52897	EDAN	M3	M330309A11595SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007832
76	MONITOR DE SIGNOS	52886	EDAN	M3	M330309A11485SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007833
77	MONITOR DE SIGNOS	52887	EDAN	M3	M330309A11495SVG	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007834
78	MONITOR DE SIGNOS	51237	Nihon Kohden	OPV1500-K	08353K	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007835
79	MONITOR DE SIGNOS	53640	Edan	M8B	M8B3031097346LD	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007836
80	MONITOR DE SIGNOS VITALES	25996	UTAS	UM300	NR	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007837
81	MONITOR DE TRANSPORTE	54592	EDAN	M8B	M8B3031139570LD	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007838
82	MONITOR DE SIGNOS	54681	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03798	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007839
83	MONITOR DE SIGNOS	54684	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03804	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007840
84	MONITOR DE SIGNOS	54685	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03800	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007841
85	MONITOR DE SIGNOS	54686	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03759	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007842

86	MONITOR DE SIGNOS	54688	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03806	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007843
87	MONITOR DE SIGNOS	54689	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03797	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007844
88	MONITOR DE SIGNOS	54692	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03807	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007845
89	MONITOR DE SIGNOS	54693	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03803	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007846
90	MONITOR DE SIGNOS	54694	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03801	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007847
91	MONITOR DE SIGNOS	54695	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03809	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007848
92	MONITOR DE SIGNOS	54593	EDAN	M8B	M8B30311310011LD	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007849
93	MONITOR DE SIGNOS	54682	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03802	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007850
94	MONITOR DE SIGNOS	54683	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03796	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007851
95	MONITOR DE SIGNOS	54687	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03808	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007852
96	MONITOR DE SIGNOS	54690	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03805	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007853
97	MONITOR DE SIGNOS	54691	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03799	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007854
98	MONITOR DE SIGNOS	54696	NIHON KOHDEN	BSM-6301K	03795	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007855
99	MONITOR DE SIGNOS	50308	NELCOR	L5600-LA	023307030218	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007856
100	MONITOR DE SIGNOS	50309	NIHON KOHDEN	BSM-4113J	00120	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007857
101	MONITOR DE SIGNOS	50315	NIHON KOHDEN	BSM-4113J	00119	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007858
102	MONITOR DE SIGNOS	50316	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00080	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007859
103	MONITOR DE SIGNOS	51225	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00076	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007860
104	MONITOR DE SIGNOS	51226	NIHON KOHDEN	V0752126	00079	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007861
105	MONITOR DE SIGNOS	51227	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00078	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007862
106	MONITOR DE SIGNOS	51228	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00074	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007863
107	MONITOR DE SIGNOS	51229	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00073	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007864
108	MONITOR DE SIGNOS	51230	NIHON KOHDEN	BSM-4113J	00121	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007865
109	MONITOR DE SIGNOS	51231	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00077	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007866
110	MONITOR DE SIGNOS	51232	NIHON KOHDEN	BSM-4111J	00075	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007867
CALIBRACIÓN MONITORES DE ANESTESIA DE VARIAS MARCAS							
1	MONITOR DE ANESTESIA	43508	BIS	A2000	C018324	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y T°	30007868
2	MONITOR DE ANESTESIA	43509	BIS	A2000	C018453	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y T°	30007869
3	MONITOR DE ANESTESIA	50602	BIS	185-0151	VT07091	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y T°	30007870
4	MONITOR DE ANESTESIA	50280	BIS	185-0151	VT-07041	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y T°	30007871
5	MONITOR DE ANESTESIA	50603	BIS	A2000	VT07074	VARIABLES FC, NIBP, SPO2 Y T°	30007872
CALIBRACIÓN NEVERAS DE TRASPORTE DE VARIAS MARCAS							
1	NEVERA DE TRANSPORTE	50794	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007873
2	NEVERA DE TRANSPORTE	52866	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007874
3	NEVERA DE TRANSPORTE	52868	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007875
4	NEVERA DE TRANSPORTE	52880	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007876
5	NEVERA DE TRANSPORTE	52884	COLEMAN	7650130841	NR	TEMPERATURA	30007877
6	NEVERA DE TRANSPORTE	52533	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007878
7	NEVERA DE TRANSPORTE	52534	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007879
8	NEVERA DE TRANSPORTE	52789	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007880
9	NEVERA DE TRANSPORTE	52790	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007882
10	NEVERA DE TRANSPORTE	52791	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007883
11	NEVERA DE TRANSPORTE	52805	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007884

12	NEVERA DE TRANSPORTE	52806	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007885
13	NEVERA DE TRANSPORTE	52807	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007886
14	NEVERA DE TRANSPORTE	NO TIENE	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007887
15	NEVERA DE TRANSPORTE	52796	COLEMAN	7650134013	NR	TEMPERATURA	30007888
16	NEVERA DE TRANSPORTE	52797	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007889
17	NEVERA DE TRANSPORTE	52800	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007890
18	NEVERA DE TRANSPORTE	52801	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007891
19	NEVERA DE TRANSPORTE	52802	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007892
20	NEVERA DE TRANSPORTE	52803	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007893
21	NEVERA DE TRANSPORTE	52869	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007894
22	NEVERA DE TRANSPORTE	52870	COLEMAN	7650134010	NR	TEMPERATURA	30007895
23	NEVERA DE TRANSPORTE	52877	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007896
24	NEVERA DE TRANSPORTE	52881	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007897
25	NEVERA DE TRANSPORTE	52885	COLEMAN	7650130841	NR	TEMPERATURA	30007898
26	NEVERA DE TRANSPORTE	50796	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007899
27	NEVERA DE TRANSPORTE	52872	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007900
28	NEVERA DE TRANSPORTE	52875	COLEMAN	NR	NR	TEMPERATURA	30007901
CALIBRACIÓN PEACHÍMETROS DE VARIAS MARCAS							
1	PEACHIMETRO	11067	ORION	520A	007152	PH	30007902
2	PEACHIMETRO	54975	HANNA INSTRUMENTS	H13220	08394225	PH	30007903
CALIBRACIÓN PLACAS DE CALENTAMIENTO							
1	PLACA DE CALENTAMIENTO EN SECO	13543	THERMOLYNE	DB16525	810950792371	TEMPERATURA	30007904
2	PLACA DE CALENTAMIENTO EN SECO	34082	THERMOLYNE	DB16525	810950792343	TEMPERATURA	30008141
CALIBRACIÓN PULSOXÍMETROS DE VARIAS MARCAS							
1	PULSOXIMETRO	18788	BCI	58550A3	700960044	VARIABLES FC, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007905
2	PULSOXIMETRO	NO TIENE	BCI	71200A1	NR	VARIABLES FC, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007906
3	PULSOXIMETRO	NO TIENE	BCI	71200A1	700721022	VARIABLES FC, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007907
4	PULSOXIMETRO	43136	KONICA MINOLTA	PULSO X-2	NR	VARIABLES FC, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007908
5	PULSOXIMETRO	43137	KONICA MINOLTA	PULSO X-2	NR	VARIABLES FC, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007909
6	PULSOXIMETRO	NO TIENE	BCI	71200A1	470344710	VARIABLES FC, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007910
7	PULSOXIMETRO	NO TIENE	BCI	71200A1	470344785	VARIABLES FC, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007911
8	PULSOXIMETRO	NO TIENE	BCI	71200A1	260210619	VARIABLES FC, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007912
9	PULSOXIMETRO	NO TIENE	BCI	71200A1	280368098	VARIABLES FC, SPO2 Y SEGURIDAD ELÉCTRICA	30007913
CALIBRACIÓN EQ. IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE VARIAS MARCAS							
1	ARCO EN C	44720	SIEMENS	MULTIMOBIL 5C / 5605	03009	VOLTAJE PROMEDIO, VOLTAJE PICO, VOLTAJE MÁXIMO, DOSIS, DOSIS POR UNIDAD DE TIEMPO, HVL Y TIEMPO	30007914
2	RAYOS X FIJO	15243	General Electric	Silhouette 20	1-02-96-711	VOLTAJE PROMEDIO, VOLTAJE PICO, VOLTAJE MÁXIMO, DOSIS, DOSIS POR UNIDAD DE TIEMPO, HVL Y TIEMPO	30007915
3	MAMOGRAFO	15795	General Electric	Senographe DMR / Z.182B1.4A52	59391CX3	VOLTAJE PROMEDIO, VOLTAJE PICO, VOLTAJE MÁXIMO, DOSIS, DOSIS POR UNIDAD DE TIEMPO, HVL Y TIEMPO	30007916
4	RAYOS X PORTATIL	16396	Siemens	Polymobil III / 4564100X0381	3560 S16	VOLTAJE PROMEDIO, VOLTAJE PICO, VOLTAJE MÁXIMO, DOSIS, DOSIS POR UNIDAD DE TIEMPO, HVL Y TIEMPO	30007917

5	TOMOGRÁFO	47061	Siemens	Somatom Emotion	39098	VOLTAJE PROMEDIO, VOLTAJE PICO, VOLTAJE MÁXIMO, DOSIS, DOSIS POR UNIDAD DE TIEMPO, HVL Y TIEMPO	30007918
6	RAYOS X FIJO	49015	Siemens	Multix Compact	1061	VOLTAJE PROMEDIO, VOLTAJE PICO, VOLTAJE MÁXIMO, DOSIS, DOSIS POR UNIDAD DE TIEMPO, HVL Y TIEMPO	30007919
7	TOMOGRÁFO	49803	General Electric	Brightspeed /5143716-2	227953HM7	VOLTAJE PROMEDIO, VOLTAJE PICO, VOLTAJE MÁXIMO, DOSIS, DOSIS POR UNIDAD DE TIEMPO, HVL Y TIEMPO	30007920
8	RAYOS X PORTÁTIL	49804	General Electric	2185226/AMX 4 Plus/2275938-8	1021804WK8	VOLTAJE PROMEDIO, VOLTAJE PICO, VOLTAJE MÁXIMO, DOSIS, DOSIS POR UNIDAD DE TIEMPO, HVL Y TIEMPO	30007921
9	FLUOROSCOPIO	51802	Toshiba	IXO-50XM/WINSOPE	K2D0922941	VOLTAJE PROMEDIO, VOLTAJE PICO, VOLTAJE MÁXIMO, DOSIS, DOSIS POR UNIDAD DE TIEMPO, HVL Y TIEMPO	30007922
10	TOMOGRÁFO	56722	Toshiba	AQUILION LB	NR	VOLTAJE PROMEDIO, VOLTAJE PICO, VOLTAJE MÁXIMO, DOSIS, DOSIS POR UNIDAD DE TIEMPO, HVL Y TIEMPO	30008560
11	ARCO EN C	15246	GENERAL ELECTRIC	STENOSCOPI 2	NQ60340187	VOLTAJE PROMEDIO, VOLTAJE PICO, VOLTAJE MÁXIMO, DOSIS, DOSIS POR UNIDAD DE TIEMPO, HVL Y TIEMPO	30007923

CALIBRACIÓN REGULADORES DE VACÍO DE VARIAS MARCAS

1	REGULADOR DE VACÍO	49400	CHEMETRON	NR	NR
2	REGULADOR DE VACÍO	21348	CHEMETRON	22-15-1200	LOTE:1101
3	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	OHIO	53701	AHBH03328
4	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	OHMEDA	NR	GFFU02741
5	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	PM3100	093195
6	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	PM3100	093198
7	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	OHMEDA	NR	GFFW11064
8	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	PM3100	093185
9	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	PM3100	106253
10	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	OHMEDA	NR	GFFW10463
11	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	PM3100	093187
12	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	OHMEDA	NR	GFFW10462
13	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	OHMEDA	R	AHBH43323
14	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	PM3100	093183
15	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	PM3100	106273
16	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	OHMEDA	NR	GFFW11067
17	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	PM3100	093197
18	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	WIKA	580406	208127
19	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	PM3100	093180
20	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	PM3100	093196
21	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	OHMEDA	NR	CFFU02732
22	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	PRECISION MEDICAL	PM3100	093181
23	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	WIKA	NR	208156
24	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	OHMEDA	NR	GFF003031
25	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	WIKA	NR	100669
26	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	WIKA	NR	10650
27	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	WIKA	NR	10644
28	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	WIKA	NR	10663
29	REGULADOR DE VACÍO	NO TIENE	WIKA	NR	10667
30	REGULADOR DE NITRÓGENO	50243	IMETAN	NR	422025
31	REGULADOR DE VACÍO	42482	CHEMETRON	22-13-1108 1204	NR
32	REGULADOR DE VACÍO	42483	CHEMETRON	22-13-1108 0205	NR
33	REGULADOR DE VACÍO	42492	CHEMETRON	22-13-1108 1204	NR
34	REGULADOR DE VACÍO	42489	CHEMETRON	22-13-1108 1204	NR
35	REGULADOR DE VACÍO	42488	CHEMETRON	22-13-1108 1204	NR
36	REGULADOR DE VACÍO	42487	CHEMETRON	22-13-1108 1204	NR
37	REGULADOR DE VACÍO	42486	CHEMETRON	22-13-1108 1204	NR
38	REGULADOR DE VACÍO	42485	CHEMETRON	22-13-1108 1204	NR
39	REGULADOR DE VACÍO	42490	CHEMETRON	22-13-1108 0205	NR

40	REGULADOR DE VACIO	42491	CHEMETRON	22-13-1108 0205	NR	PRESIÓN NEGATIVA	30007924
41	REGULADOR DE VACIO	48908	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
42	REGULADOR DE VACIO	49383	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
43	REGULADOR DE VACIO	49384	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
44	REGULADOR DE VACIO	49386	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
45	REGULADOR DE VACIO	49388	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
46	REGULADOR DE VACIO	49389	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
47	REGULADOR DE VACIO	49390	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
48	REGULADOR DE VACIO	49391	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
49	REGULADOR DE VACIO	52525	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
50	REGULADOR DE VACIO	49411	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
51	REGULADOR DE VACIO	49405	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
52	REGULADOR DE VACIO	49393	CHEMETRON	NR	NR		
53	REGULADOR DE VACIO	49404	CHEMETRON	NR	NR		
54	REGULADOR DE VACIO	49408	CHEMETRON	NR	NR		
55	REGULADOR DE VACIO	49392	CHEMETRON	22-13	NR		
56	REGULADOR DE VACIO	49398	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
57	REGULADOR DE VACIO	49410	CHEMETRON	NR	NR		
58	REGULADOR DE VACIO	47545	CHEMETRON	22-13-1108 0306	NR		
59	REGULADOR DE VACIO	49395	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
60	REGULADOR DE VACIO	49397	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
61	REGULADOR DE VACIO	49377	CHEMETRON	Vacutron/22-13-12-08 07	NR		
62	REGULADOR DE VACIO	49378	CHEMETRON	Vacutron/22-13-12-08 07	NR		
63	REGULADOR DE VACIO	49379	CHEMETRON	Vacutron/22-13-12-08 07	NR		
64	REGULADOR DE VACIO	49380	CHEMETRON	Vacutron/22-13-12-08 07	NR		
65	REGULADOR DE VACIO	49381	CHEMETRON	Vacutron/22-13-12-08 07	NR		
66	REGULADOR DE VACIO	49409	CHEMETRON	Vacutron/22-13-12-08 07	NR		
67	REGULADOR DE VACIO	49382 FALTA FOTO DEL ACTIVO	CHEMETRON	Vacutron/22-13-12-08 07	NR		
68	REGULADOR DE VACIO	54641	AMVEX	NR	VRA05600EK		
69	REGULADOR DE VACIO	54642	AMVEX	NR	VRA05602EK		
70	REGULADOR DE VACIO	54645	AMVEX	NR	VRA05601EK		
71	REGULADOR DE VACIO	54647	AMVEX	NR	VRA05555EK		
72	REGULADOR DE VACIO	54649	AMVEX	NR	VRA05556EK		
73	REGULADOR DE VACIO	54650	AMVEX	NR	VRA05561EK		
74	REGULADOR DE VACIO	54651	AMVEX	NR	VRA05557EK		
75	REGULADOR DE VACIO	54654	AMVEX	NR	VRA05553EK		
76	REGULADOR DE VACIO	54655	AMVEX	NR	VRA05604EK		
77	REGULADOR DE VACIO	54656	AMVEX	NR	VRA05558EK		
78	REGULADOR DE VACIO	54643	AMVEX	NR	VRA05541EK		
79	REGULADOR DE VACIO	54644	AMVEX	NR	VRA05564EK		
80	REGULADOR DE VACIO	54646	AMVEX	NR	VRA05559EK		
81	REGULADOR DE VACIO	54648	AMVEX	NR	VRA05563EK		
82	REGULADOR DE VACIO	54652	AMVEX	NR	VRA05603EK		
83	REGULADOR DE VACIO	54653	AMVEX	NR	VRA05593EK		
84	REGULADOR DE VACIO	20615	VACUTRON	CHEMETRON	22040002		
85	REGULADOR DE VACIO	21014	CHEMETRON	22-12-1106 0502	NR		
86	REGULADOR DE VACIO	22604	CHEMETRON	22-12-1106 0502	NR		
87	REGULADOR DE VACIO	24271	CHEMETRON	22-12-1100 0403	NR		
88	REGULADOR DE VACIO	24272	CHEMETRON	22-12-1100 0403	NR		
89	REGULADOR DE VACIO	47543	CHEMETRON	22-13-1108 0306	NR		
90	REGULADOR DE VACIO	47544	CHEMETRON	22-13-1108 0306	NR		
91	REGULADOR DE VACIO	47546	CHEMETRON	22-13-1108 0306	NR		
92	REGULADOR DE VACIO	47548	CHEMETRON	22-13-1108 0306	NR		
93	REGULADOR DE VACIO	49394	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
94	REGULADOR DE VACIO	49407	CHEMETRON	22-13-1108 0907	NR		
95	REGULADOR DE VACIO	47547	CHEMETRON	22-12-1106 0502	NR		

CALIBRACIÓN SUCCIONADORES DE VARIAS MARCAS							
1	SUCCIONADOR	NO TIENE	THOMAS	1130	099800002171	PRESIÓN NEGATIVA	30007925
2	SUCCIONADOR	43146	THOMAS	1615	020500000152	PRESIÓN NEGATIVA	30007926
3	SUCCIONADOR	43143	THOMAS	MEDI-PUMP 1615	040500000305	PRESIÓN NEGATIVA	30007927
4	SUCCIONADOR	NO TIENE	THOMAS	MEDI-PUMP 1130-2	NR	PRESIÓN NEGATIVA	30007928
5	SUCCIONADOR	NO TIENE	THOMAS	MEDI-PUMP 1130-067H	1099 00002732	PRESIÓN NEGATIVA	30007929
6	SUCCIONADOR	NO TIENE	THOMAS	MEDI-PUMP 1130-067E	099800002166	PRESIÓN NEGATIVA	30007930
7	SUCCIONADOR	NO TIENE	THOMAS	MEDI-PUMP 1130-067E	029400000045	PRESIÓN NEGATIVA	30008142
8	SUCCIONADOR	43145	THOMAS	MEDI-PUMP 1615	020500000197	PRESIÓN NEGATIVA	30007931
9	SUCCIONADOR	48684	THOMAS	MEDI-PUMP 1630	110600002085	PRESIÓN NEGATIVA	30007932
10	SUCCIONADOR	NO TIENE	THOMAS	MEDI-PUMP 1130-067B	119600000410	PRESIÓN NEGATIVA	30007933

11	SUCCIONADOR	1238	THOMAS	MEDI-PUMP 1130-0678	1196 00000353	PRESIÓN NEGATIVA	30007934
12	SUCCIONADOR	43114	MEDI-PUMP	1615	02050000238	PRESIÓN NEGATIVA	30007935
13	SUCCIONADOR	55734	THOMAS	1630	081100007297	PRESIÓN NEGATIVA	30007936
14	SUCCIONADOR	55735	THOMAS	1630	081100007301	PRESIÓN NEGATIVA	30007937
15	SUCCIONADOR	43452	EASY VAC	PM 60	27297	PRESIÓN NEGATIVA	30007938
16	SUCCIONADOR	18233	THOMAS	1630	29400000250	PRESIÓN NEGATIVA	30007939
17	SUCCIONADOR	54520	JMAH	SXT-5A	LP.10.115	PRESIÓN NEGATIVA	30007940
18	SUCCIONADOR	54521	JMAH	SXT-5A	LP.10.080	PRESIÓN NEGATIVA	30007941
19	SUCCIONADOR	21454	THOMAS	MEDI-PUMP 1130	060100012809	PRESIÓN NEGATIVA	30007942
CALIBRACIÓN EQ. REHABILITACIÓN DE VARIAS MARCAS							
1	TENS	35980	PRO-TENS	NR	NR	FRECUENCIA Y AMPLITUD	30007943
2	BICICLETA ESTÁTICA	43463	MONARK	CARDIO CARE 827 E	WVK2514522	VELOCIDAD, RP,	30007944
3	ULTRASONIDO TERAPEUTICO MASEAJADOR	48708	HOMEDICS	PA-100A	4606	POTENCIA POR UNIDAD DE ÁREA	30007945
4	EQUIPO DE PRESOTERAPIA	55032	WONJIN	Q6000 PLUS	P6110700001	PRESIÓN POSITIVA	30007946
5	ULTRASONIDO TERAPEUTICO MASEAJADOR	NO TIENE	KING ULTRASONIC	KUP-200	01005920	POTENCIA POR UNIDAD DE ÁREA	30007947
CALIBRACIÓN TENSÍÓMETROS DE VARIAS MARCAS							
1	TENSÍOMETRO MANUAL	NO TIENE	ALPK2	SHYGMOMSNOMETER	692521	PRESIÓN POSITIVA	30007948
2	TENSÍOMETRO MANUAL	NO TIENE	WELCH ALLYN TYCOS	NR	0301242928		
3	TENSÍOMETRO DE MERCURIO	35698	TYCOS	SHYGMOMSNOMETER	028833810		
4	TENSÍOMETRO DE MERCURIO	23364	TYCOS	SHYGMOMSNOMETER	NR		
5	TENSÍOMETRO DE MERCURIO	21915	ALPK2	SHYGMOMSNOMETER	NR		
6	TENSÍOMETRO DE PARED	35698	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	9706240283		
7	TENSÍOMETRO DE PARED	NO TIENE	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	NR		
8	TENSÍOMETRO MANUAL	49500	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	373844		
9	TENSÍOMETRO MANUAL	49205	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	998430		
10	TENSÍOMETRO MANUAL	49501	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	691544		
11	TENSÍOMETRO DE MERCURIO	10014	RIESTER	EMPIRE	65477		
12	TENSÍOMETRO MANUAL	NO TIENE	SPHYGMOMANOMETER	NR	0483		
13	TENSÍOMETRO DE MERCURIO	20529	TYCOS	NR	038838063		
14	TENSÍOMETRO MANUAL	NO TIENE	ALPK2	SPGHIGNOMANOMETER	996048		
15	TENSÍOMETRO MANUAL	43467	WELCH ALLYN	TYCOS	050120135302		
16	TENSÍOMETRO MANUAL	53725	WELCH ALLYN	TYCOS	100722165153		
17	TENSÍOMETRO MANUAL	53726	WELCH ALLYN	TYCOS	100722161941		
18	TENSÍOMETRO MANUAL	42833	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	997057		
19	TENSÍOMETRO MANUAL	NO TIENE	SPHYGMOMANOMETER	NR	NR		
20	TENSÍOMETRO MANUAL	43466	WELCH ALLYN	TYCOS	050120111153		
21	TENSÍOMETRO MANUAL	53724	WELCH ALLYN	TYCOS	100722164912		
22	TENSÍOMETRO MANUAL	49588	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	690042		
23	TENSÍOMETRO MANUAL	49587	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	690731		
24	TENSÍOMETRO MANUAL	49590	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	677945		
25	TENSÍOMETRO MANUAL	49589	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	685220		
26	TENSÍOMETRO	35332	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	089619090		
27	TENSÍOMETRO DE MERCURIO	NO TIENE	TRIMLINE	PYMAH	NR		
28	TENSÍOMETRO DE MERCURIO	23095	TRIMLINE	PYMAH	NR		
29	TENSÍOMETRO DE PARED	35336	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	9602142078		
30	TENSÍOMETRO DE PARED	35335	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	9605212149		
31	TENSÍOMETRO DE PARED	35334	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	029698550		
32	TENSÍOMETRO DE PARED	35333	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	9605212133		
33	TENSÍOMETRO MANUAL	13229	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	997025		
34	TENSÍOMETRO MANUAL	NO TIENE	TYCOS	SPHYGMOMANOMETER	0301282725		
35	TENSÍOMETRO MANUAL	NO TIENE	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	556425		
36	TENSÍOMETRO MANUAL	51068	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	996841		
37	TENSÍOMETRO MANUAL	NO TIENE	CERTIFIED	SPHYGMOMANOMETER	125546		
38	TENSÍOMETRO MANUAL	NO TIENE	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	099426898		
39	TENSÍOMETRO MANUAL	21910	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	NR		
40	TENSÍOMETRO DE MERCURIO	21602	RIESTER	EMPIRE	970360608		
41	TENSÍOMETRO DE MERCURIO	21603	RIESTER	EMPIRE	970360507		
42	TENSÍOMETRO MANUAL	NO TIENE	TYCOS	SPHYGMOMANOMETER	0301282520		
43	TENSÍOMETRO MANUAL	22925	LABTRON	NR	254253		
44	TENSÍOMETRO MANUAL	NO TIENE	ANCHOR	SPHYGMOMANOMETER	407		
45	TENSÍOMETRO DE MERCURIO	31392	TRIMELINE	BYMAH	NR		
46	TENSÍOMETRO DE MERCURIO	NO TIENE	TRIMELINE	NR	NR		
47	TENSÍOMETRO DE PARED	03957	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	078805992		
48	TENSÍOMETRO DE PARED	NO TIENE	TYCOS	LIFETIME CERTIFIED	108800264		
49	TENSÍOMETRO MANUAL	22939	TYCOS	SPHYGMOMANOMETER	0301282735		

50	TENSIOMETRO MANUAL	NR	NR	NR	13264		
51	TENSIOMETRO	28733	WELCH ALLYN	LIFETIME CERTIFIED	050409114141		
52	TENSIOMETRO	03880	TYCOS	SPHYGNOMANOMETER	018319955		
53	TENSIOMETRO	28725	WELCH ALLYN	NR	05032-014953		
54	TENSIOMETRO	22270	ALPK2	SPHYGNOMANOMETER	NR		
55	TENSIOMETRO	28728	WELCH ALLYN	LIFETIME CERTIFIED	050405111657		
56	TENSIOMETRO	28727	WELCH ALLYN	LIFETIME CERTIFIED	050409125252		
57	TENSIOMETRO DE MERCURIO	37514	TYCOS	SHYGMOMSNOMETER	9307022114		
58	TENSIOMETRO DE PARED	28724	WELCH ALLYN	LIFETIME CERTIFIED	050331192041		
59	TENSIOMETRO DE PARED	28723	WELCH ALLYN	LIFETIME CERTIFIED	05049122531		
60	TENSIOMETRO DE MERCURIO	11675 / 32464	TYCOS	SPHYGMOMANOMETER	NR		
61	TENSIOMETRO DE MERCURIO	12388	TYCOS	NR	NR		
62	TENSIOMETRO DE PARED DE MERCURIO	21482	RIESTER	EMPIRE	970360475		
63	TENSIOMETRO MANUAL	35465	TYCOS	NR	9812152633		
64	TENSIOMETRO MANUAL	22821	TYCOS	SPHYMOMANOMETER	018715725		
65	TENSIOMETRO MANUAL	08860	MARSHALL	NR	NR		
66	TENSIOMETRO DE MERCURIO	21918	ALPK2	NR	NR		
67	TENSIOMETRO	47672	TYCOS	SPHYGNOMANOMETER	207113913		
CALIBRACIÓN TERMOHIGRÓMETROS DE VARIAS MARCAS							
1	TERMOHIGROMETRO	26620	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007949
2	TERMOHIGROMETRO	42554	BRIXCO	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007950
3	TERMOHIGROMETRO	42555	BRIXCO	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007951
4	TERMOHIGROMETRO	42559	BRIXCO	R	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007952
5	TERMOHIGROMETRO	42560	BRIXCO	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007953
6	TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	EXTECH	DAT6ALOGGER 42270	9139965	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007954
7	TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	EXTECH	DAT6ALOGGER 42270	9139970	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007955
8	TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	EXTECH	DAT6ALOGGER 42270	9139966	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007956
9	TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	EXTECH	DAT6ALOGGER 42270	9139964	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007957
10	TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	KTJ	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007958
11	TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	KTJ	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007959
12	TERMOHIGROMETRO	53521	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007960
13	TERMOHIGROMETRO	42917	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007961
14	TERMOHIGROMETRO	42547	BRIXCO	SIN IDENTIFICAR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007962
15	TERMOHIGROMETRO	42557	BRIXCO	SIN IDENTIFICAR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007963
16	TERMOHIGROMETRO	54846	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007964
17	TERMOHIGROMETRO	42926	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007965
18	TERMOHIGROMETRO	42925	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007966
19	TERMOHIGROMETRO	42928	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007967
20	TERMOHIGROMETRO	42929	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007968
21	TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007969
22	TERMOHIGROMETRO	43034	BRIXCO	SIN IDENTIFICAR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007970
23	TERMOHIGROMETRO	53514	NR	RT-811E	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007971
24	TERMOHIGROMETRO	42545	BRIXCO	SIN IDENTIFICAR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007972

25	TERMOHIGROMETRO	53520	HYGROTERMOMETER	811E	1528	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007973
26	TERMOHIGROMETRO	53516	HYGROTERMOMETER	811E	1525	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007974
27	TERMOHIGROMETRO	53518	HYGROTERMOMETER	811E	1520	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007975
28	TERMOHIGROMETRO	53515	HYGROTERMOMETER	811E	1519	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007976
29	TERMOHIGROMETRO	53519	HYGROTERMOMETER	811E	1530	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007977
30	TERMOHIGROMETRO	42546	BRIXCO	SIN IDENTIFICAR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007978
31	TERMOHIGROMETRO	53250	WK	WK072	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007979
32	TERMOHIGROMETRO	53247	EXTECH	DATALOGGER 42270	9135950	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007980
33	TERMOHIGROMETRO	53256	WK	WK072	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007981
34	TERMOHIGROMETRO	26618	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007982
35	TERMOHIGROMETRO	26619	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007983
36	TERMOHIGROMETRO	42930	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007984
37	TERMOHIGROMETRO	42916	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007985
38	TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	ALLIANCE FRANCE	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007986
39	TERMOHIGROMETRO	42915	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007987
40	TERMOHIGROMETRO	42918	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007988
41	TERMOHIGROMETRO	42919	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007989
42	TERMOHIGROMETRO	42920	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007990
43	TERMOHIGROMETRO	42921	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007991
44	TERMOHIGROMETRO	42922	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007992
45	TERMOHIGROMETRO	42923	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007993
46	TERMOHIGROMETRO	42924	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007994
47	TERMOHIGROMETRO	26622	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007995
48	TERMOHIGROMETRO	42931	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007996
49	TERMOHIGROMETRO	42932	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007997
50	TERMOHIGROMETRO	49516	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007998
51	TERMOHIGROMETRO	49517	NR	NR	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30007999
52	TERMOHIGROMETRO	54498	EXTECH	42280	9103897	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30008000
53	TERMOHIGROMETRO	55104	EXTECH	42280	9104962	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30008001
54	TERMOHIGROMETRO	55105	EXTECH	42280	9104983	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30008002
55	TERMOHIGROMETRO	49509	HYGRO	HIGRO-THERMOMETER	NR	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30008003
56	TERMOHIGROMETRO	51213	CONTROL COMPANY	4154CC	80655415	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30008004
57	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	51214	CONTROL COMPANY	4154CC	80655421	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30008005
58	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	50869	CONTROL COMPANY	4154CC	80655420	TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	30008006

1	UNIDAD QUIRURGICA	19134	RITA	1500 SERIES	OG0328	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008016
2	UNIDAD QUIRURGICA	53777	KLS MARTIN	ME402 MAXIUM	ME402I	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008017
3	UNIDAD QUIRURGICA	27207	ERBE	ICC 200	D-2235	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008018
4	UNIDAD QUIRURGICA	53634	BOWA	ARC200	20000284	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008019
5	UNIDAD QUIRURGICA	53634	BOWA	ARCPLUS	90001582	POTENCIA, VOLTAJE PICO A PICO, CORRIENTE, FACTOR DE CRESTA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008020
CALIBRACIÓN UNIDADES ODONTOLÓGICAS							
1	UNIDAD DE ODONTOLOGIA	48951	ITALDENT	NR	60876	PRESIÓN POSITIVA	30008021
2	UNIDAD DE ODONTOLOGIA	49480	ITALDENT	NR	60877	PRESIÓN POSITIVA	30008022
CALIBRACIÓN VACUOMETROS DE VARIAS MARCAS							
1	VACUOMETRO	21470	PRECISION MEDICAL	EASY VAC ASPIRATOR	12163	PRESIÓN NEGATIVA	30008023
2	VACUTRON	43275	BARNANT	400-3910	060500000266	PRESIÓN NEGATIVA	30008024
CALIBRACIÓN VENTILADORES DE VARIAS MARCAS							
1	VENTILADOR	43511	BIRD AVIAN	153455	AFD01041	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008025
2	VENTILADOR	55034	DRAGUER	SAVINA 300	ASCK-0023	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008026
3	VENTILADOR	50291	AVEA	17310-06	AJV02422	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008027
4	VENTILADOR	50425	AVEA	17310-06	AJV02420	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008028
5	VENTILADOR	50659	AVEA	17310-06	AJV02360	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008029
6	VENTILADOR	50661	AVEA	17310-06	AJV02348	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008030

7	VENTILADOR	54143	AVEA	17310-06	BBV01029	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008031
8	VENTILADOR	54144	AVEA	17310-06	BBV01038	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008032
9	VENTILADOR	54147	AVEA	17310-06	BBV01039	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008033
10	VENTILADOR	54150	AVEA	17310-06	BBV01042	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008034
11	VENTILADOR	54151	AVEA	17310-06	BBV01031	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008035
12	VENTILADOR	54153	AVEA	17310-06	BBV01033	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008036
13	VENTILADOR	54500	IMPACT	EAGLE II	VCCC110027	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008037
14	VENTILADOR	55033	DRAGUER	SAVINA 300/8417801-09	ASCK-0022	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008038
15	VENTILADOR	54139	AVEA	17310-06	BBV01036	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008039
16	VENTILADOR	54141	AVEA	17310-06	BBV01043	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008040
17	VENTILADOR	54145	AVEA	17310-06	BBV01032	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008041

18	VENTILADOR	54146	AVEA	17310-06	BBV01034	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008042
19	VENTILADOR	54148	AVEA	17310-06	BBV01035	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008043
20	VENTILADOR	54152	AVEA	17310-06	BBV01030	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008044
21	VENTILADOR	54499	IMPACT	EAGLE II	VCCC110026	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008045
22	VENTILADOR	2253	SIEMENS	SERVO 900C	178880	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008046
23	VENTILADOR	21019	PURITAN-BENNETT	840	3510011570	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008047
24	VENTILADOR	21020	PURITAN-BENNETT	840	3510011799	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008048
25	VENTILADOR	21021	PURITAN-BENNETT	840	3510011831	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008049
26	VENTILADOR	21457	BIRD AVIAN	NR	ACHC1317	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008050
27	VENTILADOR	29108	SIEMENS	SERVO 900C	130344	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008051
28	VENTILADOR	43765	PURITAN-BENNETT	840	3510054234	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008052

29	VENTILADOR	43766	PURITAN-BENNETT	840	3510054238	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008053
30	VENTILADOR	48006	VIASYS	MARK 7 A	AHA01046	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008143
31	VENTILADOR	48706	VIASYS	MARK 7 A	AHA01045	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008054
32	VENTILADOR	50660	AVEA	17310-06	AJV02421	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008055
33	VENTILADOR	50662	AVEA	17312-06	AJV02417	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008056
34	VENTILADOR	51247	VERSAMED	IVENT 201/1.4.5	IV16297	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008057
35	VENTILADOR	54138	AVEA	17310-06	BBV01028	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008058
36	VENTILADOR	54140	AVEA	17310-06	BBV01037	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008059
37	VENTILADOR	54142	AVEA	17310-06	BBV01041	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008060
38	VENTILADOR	54149	AVEA	17310-06	BBV01040	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008061
39	VENTILADOR	NO TIENE	AVEA	17311-06	BBV01118	VOLUMEN CORRIENTE, FLUJO MÁXIMO INSPIRATORIO, FLUJO MÁXIMO EXPIRATORIO, FR, FIO2, TIEMPO INSPIRATORIO, RELACIÓN I:E Y SEGURIDAD ELÉCTRICA.	30008062

CALIBRACIÓN ULTRACONGELADORES DE VARIAS MARCAS

1	CUARTO FRIO	19058	PÓLARES	NR	NR	TEMPERATURA	30008063
2	CUARTO FRIO	NR	NR	NR	NR	TEMPERATURA	30008064
3	ULTRACONGELADOR	48326	REVCO	ULT2586-9SI-A38	X255-244444-YS	TEMPERATURA	30008065
4	ULTRACONGELADOR	13839	REVCO	ULT1386-5-A12	S17E-206764-SE	TEMPERATURA	30008066
5	ULTRACONGELADOR	19059	REVCO	ULT1786-5-A34	Y02K-503355-YK	TEMPERATURA	30008067
6	ULTRACONGELADOR	48325	REVCO	ULT2586-9SI-A38	X31S-244650-YS	TEMPERATURA	30008068
7	ULTRACONGELADOR	51250	REVCO	ULTIMA PLUS/ULT2586-10-A46	1,28445E+14	TEMPERATURA	30008069
8	ULTRACONGELADOR	18293	REVCO	LEGACI	X29I460829-YJ	TEMPERATURA	30008070
9	ULTRACONGELADOR	48325	REVCO	ULT1786-5-A12	T01E-208185-TE	TEMPERATURA	30008071
10	ULTRACONGELADOR	9816	REVCO	ULT2186-5ABA	T01B-118522-TB	TEMPERATURA	30008072
11	ULTRACONGELADOR	28774	REVCO	ULT1786-9-A37	P24P-277748-PP	TEMPERATURA	30008073
12	ULTRACONGELADOR	23432	NUAIRE	NUAIRE/ UN-6617A36	V04N-200839-VN	TEMPERATURA	30008074
13	ULTRACONGELADOR	48327	REVCO	ULT2586-9SI-A38	X29S-244578-YS	TEMPERATURA	30008075
14	ULTRACONGELADOR	13689	REVCO	ULT2186-7-A12	P23E-201787-PE	TEMPERATURA	30008076
15	ULTRACONGELADOR	43443	REVCO	S.I.	X24P-647903-XP	TEMPERATURA	30008077
16	ULTRACONGELADOR	19350	REVCO	ULT1786-5-A34	P06I-520201-PI	TEMPERATURA	30008078

CALIBRACIÓN REFRIGERADORES Y NEVERAS DE VARIAS MARCAS


1	NEVERA	DR	ABBA	NR	NR	TEMPERATURA	30008079
2	NEVERA	12018	HARRIS	HLT 23V 48B	T06D-167906-TD	TEMPERATURA	30008080
3	NEVERA	48955	NR	NR	J061427924	TEMPERATURA	30008081
4	NEVERA	5707	KIENZLE	TSE	02	TEMPERATURA	30008082
5	NEVERA	24004	WHIRPOOL	COMMERCIAL	NR	TEMPERATURA	30008083
6	NEVERA	28548	PHILIPS	POLARIX	NR	TEMPERATURA	30008084
7	NEVERA	13011	PHILIPS	POLARIX	NR	TEMPERATURA	30008085
8	NEVERA	27520	HACEB	ELEGANCE	NR	TEMPERATURA	30008086
9	NEVERA	19080	ABBA	RS-10	000800680	TEMPERATURA	30008087
10	NEVERA	21030	REVCO	NR	NR	TEMPERATURA	30008088
11	NEVERA	50431	SUPERNORDICO	NR	07-1259	TEMPERATURA	30008089
12	NEVERA	27463	HACEB	RVC-3	G-021077385	TEMPERATURA	30008090
13	NEVERA	27463	HACEB	RVC-15	K-041115846	TEMPERATURA	30008091
14	NEVERA	9702	ICASA	ATE-9	NR	TEMPERATURA	30008092
15	NEVERA	NR	NIBEC	NR	NR	TEMPERATURA	30008093
16	NEVERA	27464	HACEB	RVC-7	K-041115760	TEMPERATURA	30008094
17	NEVERA	43573	FRIGOMIX	NVE200	200411152600001	TEMPERATURA	30008095
18	NEVERA	21022	WHIRPOOL	COMMERCIAL	NR	TEMPERATURA	30008096
19	NEVERA	21023	WHIRPOOL	COMMERCIAL	NR	TEMPERATURA	30008097
20	NEVERA	21026	GENERAL ELECTRIC	GE 14ZB1	0213080119	TEMPERATURA	30008098
21	NEVERA	21028	GENERAL ELECTRIC	GE 14ZB1	0213080121	TEMPERATURA	30008099
22	NEVERA	10776	PHILIPS	POLARIX / EW919	235000-J	TEMPERATURA	30008100
23	NEVERA	21027	GENERAL ELECTRIC	GE 14ZB1	0209048215	TEMPERATURA	30008101
24	NEVERA	13623	PUFFER HUBBARD	IUF3012ABA	W22D-184282-WE	TEMPERATURA	30008102
25	NEVERA	34354	PHILIPS	POLARIX	NR	TEMPERATURA	30008103
26	NEVERA	5549	ICASA	NR	NR	TEMPERATURA	30008104
27	NEVERA	5981	PHILIPS	POLARIX	NR	TEMPERATURA	30008105
28	NEVERA	13871	PHILIPS	POLARIX/ EW 926	NR	TEMPERATURA	30008106
29	NEVERA	5974	ICASA	NF-12	NR	TEMPERATURA	30008107
30	NEVERA	18866	ICASA	NF-12	NR	TEMPERATURA	30008108
31	NEVERA	1783	SUPERNORDICO	NR	NR	TEMPERATURA	30008109
32	NEVERA	5980	PHILIPS	POLARIX	NR	TEMPERATURA	30008110
33	NEVERA	9618	LIPSHAW	NR	NR	TEMPERATURA	30008111
34	NEVERA	NR	CENTRALES	NR	NR	TEMPERATURA	30008112
35	NEVERA	47384	HACEB	N12	7704353005233	TEMPERATURA	30008113
36	NEVERA	NR	COLDSPOT	NR	NR	TEMPERATURA	30008114
37	NEVERA	NR	SAMSUNG	RT32MA5W1 SCL	GRY450021 W	TEMPERATURA	30008115
38	NEVERA	09775	ICASA	NR	NR	TEMPERATURA	30008116
39	NEVERA	09356	PHILIPS	NR	NR	TEMPERATURA	30008117
40	NEVERA	48954	NR	NR	D-071097574	TEMPERATURA	30008118
41	NEVERA	43077	PHILIPS	POLARIX	NR	TEMPERATURA	30008119
42	NEVERA	43057	DENMARK	VESTFROST	NR	TEMPERATURA	30008120
43	REFRIGERADOR	48894	BPL MEDICAL	STC 280	28004	TEMPERATURA	30008121
44	REFRIGERADOR	53283	THERMO	NR	NR	TEMPERATURA	30008122
45	REFRIGERADOR	55024	THERMO	FORMA	NR	TEMPERATURA	30008123
46	REFRIGERADOR	51264	THERMO SCIENTIFIC	FORMA/FREEF2117A15	Y04U-187258-YU	TEMPERATURA	30008124
47	REFRIGERADOR	20622	WHIRPOOL	COMMERCIAL	NR	TEMPERATURA	30008125
48	REFRIGERADOR	17459	LAB-LINE	NR	199-002	TEMPERATURA	30008126
49	REFRIGERADOR	28551	LAB-LINE	3767	199-005	TEMPERATURA	30008127
50	REFRIGERADOR	11965	PHILIPS	POLARIX	NR	TEMPERATURA	30008128
51	REFRIGERADOR	50127	NR	CF210G	NR	TEMPERATURA	30008129

52	REFRIGERADOR	49346	BPL MEDICAL	STR-280	NR	TEMPERATURA	30008130
53	REFRIGERADOR	49345	BPL MEDICAL	STR-280	NR	TEMPERATURA	30008131
54	REFRIGERADOR	14739	POLONORTE	NR	NR	TEMPERATURA	30008132
55	REFRIGERADOR	52852	DAIREI	UPLTF275	NR	TEMPERATURA	30008133
56	REFRIGERADOR	49342	BPL MEDICAL	NR	NR	TEMPERATURA	30008134
57	REFRIGERADOR	49343	BPL MEDICAL	NR	NR	TEMPERATURA	30008135
58	REFRIGERADOR	49344	BPL MEDICAL	NR	NR	TEMPERATURA	30008136
59	REFRIGERADOR	49341	BPL MEDICAL	STC-280	28007	TEMPERATURA	30008137
60	REFRIGERADOR	43441	RESCO	RPR1204A20	X24P-117708-YP	TEMPERATURA	30008138
61	REFRIGERADOR	43442	LAB-LINE INSTRUMENTS	COOL-LAB	1438051008400	TEMPERATURA	30008139
62	REFRIGERADOR	55640	HELMER	HLR 105	1000089	TEMPERATURA	30008140

CALIBRACIÓN CABINAS Y CAMPANAS DE VARIAS MARCAS

1	CABINA DE BIOSEGURIDAD	53532	LABCONCO	LOGIC/3461001	0909148208	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008144
2	CABINA DE BIOSEGURIDAD	23709	LABCONCO	3620904GO	31011164	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008145
3	CABINA DE BIOSEGURIDAD	10022	LABCONCO	36208-04	223131	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008146
4	CABINA DE BIOSEGURIDAD	55676	LABCONCO	LOGIC	120558547C	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008147
5	CABINA DE BIOSEGURIDAD	13240	LABCONCO	36209	261984	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008148
6	CABINA DE BIOSEGURIDAD	52300	ESCO	AIRSTREAM	AS NZ252208	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008149
7	CABINA DE BIOSEGURIDAD	43982	LABCONCO	3621404	51044697	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008150
8	CABINA DE BIOSEGURIDAD	20783	NUAIRE	MU-425-200	1464622002	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008151
9	CABINA DE BIOSEGURIDAD	55638	LABCONCO	3620904	70774084	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008152
10	CABINA DE BIOSEGURIDAD	49662	NUAIRE	UN-440-400	1,16001E+11	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008153
11	CABINA DE BIOSEGURIDAD	55678	LABCONCO	3440001	120457053C	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008160
12	CABINA DE BIOSEGURIDAD	24065	NUAIRE	UN-430-600	56424 AAY	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008161
13	CABINA DE FLUJO LAMINAR	14194	LABCONCO	36209-04 Y	267708	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008162
14	CABINA DE FLUJO LAMINAR	8367	ALFA -5	NR	NR	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008163
15	CABINA DE FLUJO LAMINAR	18955	NR	NR	NR	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008164
16	CABINA DE FLUJO LAMINAR	21029	THE CLONE ZONE	NR	NR	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008165
17	CABINA DE FLUJO LAMINAR	24001	LABCONCO	362094	31213467	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008166
18	CABINA DE FLUJO LAMINAR	27295	SIMPLEX	NR	NR	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008167
19	CAMPANA DE EXTRACCIÓN	12297	LABCONCO	NR	NR	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008168
20	CAMPANA DE EXTRACCIÓN	50647	LABCONCO	3930001	71179357	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008169
21	CAMPANA DE EXTRACCIÓN	50648	LABCONCO	3930001	71179356	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008170
22	CAMPANA DE EXTRACCIÓN	55637	LABCONCO	4882200	101133313H	VALIDACIÓN Y CONTEO DE PARTICULAS	30008171

*GARANTÍA DE SERVICIOS: LA GARANTÍA PARA LOS SERVICIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPUÉS DE LA FECHA DE EJECUCIÓN.



Ing. Mauren Liced López Pineda
Coordinadora Grupo Tecnología Biomédica (14/03/2014)



ANEXO TECNICO No. 3

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DEL INSTITUTO PARA LA VIGENCIA 2014.

1. GENERALIDADES.

El servicio se prestará en la sede del Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado, ubicada en la Avenida 1 No. 9-85 de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los requerimientos institucionales.

2. DESCRIPCIÓN O ALCANCE DEL SERVICIO A CONTRATAR

Se requiere que durante la ejecución del contrato derivado de la presente invitación, se desarrolle el servicio de Metrología y Calibración de Equipos Médicos de acuerdo con las condiciones técnicas relacionadas a continuación:

2.1 Realizar las actividades de Metrología y Calibración de Equipos Médicos durante la vigencia 2014 así:

2.1.1 Elaborar Formato de Matriz de Selección de Instrumentos o Equipos de Medición:

Se entrega listado de equipos a incluir en actividades de Metrología y Calibración y el proveedor debe elaborar el formato de Matriz de Selección de Instrumentos o Equipos de medición, este formato debe contemplar la siguiente información:

- Los datos que arroje el instrumento o equipo, afectan la calidad del Producto, Proceso o Servicio.
- Los datos que arroje el instrumento o equipo, son utilizados para diagnosticar.
- El Producto, Proceso o Servicio que se mide o se controla con el Instrumento o Equipo da respuesta a una Norma Interna, a una Norma Nacional o a una Norma Internacional.
- Los datos que arroja el instrumento o equipo, se utilizan para alimentar gráficos de control o realizar análisis estadísticos.



- Las especificaciones del Producto, Proceso o Servicio, están rotuladas, identificadas, documentadas o hacen parte de un contrato de mantenimiento preventivo.

2.1.2 Listado del Plan de Aseguramiento Metrológico (PAME):

El proveedor debe elaborar el listado con la información básica y metrológica de cada uno de los equipos. Se debe tener en cuenta las siguientes definiciones:

- Equipo
- Variable
- Unidad
- Resolución o división de escala
- Rango de Medición
- Rango de Trabajo
- Tolerancia
- Error Máximo Permitido

Cada una de las definiciones debe contener la información por equipo.

2.1.3 Formato Análisis de frecuencias:

En esta etapa se debe definir, como su nombre lo dice, la frecuencia con que se van a calibrar o verificar los equipos o instrumentos del listado inicial, es decir, después del análisis de los resultados obtenidos en el proceso, se debe sugerir una nueva frecuencia de calibración por equipo.

Este proceso se hace a partir de los siguientes criterios:

- Área donde se utiliza el instrumento (corrosión, altas temperaturas, polvo, vibración, flujo alto de aire etc.).
- Frecuencia de uso del instrumento.
- Desviación o error reportado en la última calibración.
- Sugerencia del fabricante.
- Condiciones en las cuales se utilizan y se almacena el instrumento para preservar su calibración.



-Análisis de las curvas de tendencias (si se cuenta con la información).

2.1.4 Ejecución de Calibraciones:

Después del montaje de las etapas 1,2 y 3 el proveedor debe realizar las actividades de metrología, quien realizara las mediciones, teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante para cada uno de los equipos de la institución.

2.1.5 Colocación de stickers:

Al efectuar los servicios de metrología y calibración, se debe caracterizar y/o diferenciar los equipos que fueron objeto de las respectivas mediciones. Para esta identificación el contratista deberá colocar un sticker donde se detalla la fecha, código, persona que elaboro y empresa que realizó las mediciones.

2.1.6 Elaboración de curvas de tendencias y Cronograma de Calibración:

Una vez se realicen las calibraciones, el proveedor debe elaborar el Certificado de Calibración que incluya la gráfica de tendencias, la cual permitirá evaluar el comportamiento de los equipos basándonos en los errores máximos encontrados en cada calibración o comprobación metrológica; de acuerdo a esto se debe entregar igualmente un Cronograma de Actividades de Calibración que se deben realizar a cada equipo que incluya su periodicidad.

Además el **CONTRATISTA** debe garantizar:

2.1.7 Entregar al final de cada visita (por grupo de equipos) un informe de gestión general que contenga las observaciones para cada caso, evaluación de la función, cumplimiento de la visita planeada vs ejecutada, y número de reporte, entre otros.

2.1.8 Entregar certificado individual de que incluya las actividades realizadas de manera detallada, relacionando nombre, marca, modelo, serie, número de certificado de calibración del patrón y/o simulador usado(s) durante la ejecución del servicio (Si aplica).

2.1.9 Cumplimiento de tiempos de plazo contractual.



-
- 2.1.10 Garantía mínima del servicio de metrología y calibración de tres (3) meses.
- 2.1.11 Anexar cronograma de metrología y calibración con fechas tentativas por grupo de equipo.
- 2.1.12 Anexar a la propuesta el protocolo de metrología y calibración para cada equipo incluido dentro de la misma.
- 2.1.13 Entregar dos (2) copias del certificado de metrología y calibración físico y digital al Grupo de Tecnología Biomédica.
- 2.1.14 La propuesta debe incluir el(los) certificado(s) de calibración de patrón(es) y/o simulador(es) a usar durante la ejecución de las actividades.
- 2.1.15 Entregar copias durante la vigencia del contrato mensualmente del reporte de pago y afiliación a la aseguradora de riesgos laborales de todo el personal técnico e ingeniería que ejecutara las actividades de mantenimiento.
- 2.1.16 El personal de servicio técnico deberá contar con formación académica, inscripción como recurso humano para metrología y calibración de equipos médicos considerados dispositivos médicos ante el Invima y experiencia certificada en el manejo de equipos a revisar. (Adjuntar hoja de vida actualizada y registro Invima (Si aplica)). En caso de que surjan cambios en el personal de servicio técnico debe enviarse con anterioridad los soportes de hoja de vida y registro invima al Grupo de Tecnología Biomédica para ser revisada; en ningún caso se permite el ingreso de pasantes o practicantes.
- 2.1.17 Cada empresa o proveedor debe asegurar la dotación de elementos de protección y herramientas de acuerdo al riesgo y tecnología del equipo a revisar.
- 2.1.18 El proveedor deberá incluir dentro de la oferta mínimo dos (2) sesiones de capacitación en el manejo seguro de los equipos a los cuales oferta el servicio de mantenimiento.

3. PARÁMETROS DE CALIDAD

El oferente, en caso de ser adjudicado se debe comprometer a:

- La prestación del servicio debe cumplir con los estándares de calidad, en términos de oportunidad, accesibilidad, suficiencia, eficiencia, eficacia y efectividad.



-
- Demostrar la implementación de controles de calidad tanto de proceso como de resultado. El proveedor aceptará que la oficina de gestión de la calidad realice en cualquier tiempo el control de calidad y verificación de los estándares de calidad tanto de los servicios ofrecidos.
 - Generar información tanto para reportes obligatorios de calidad como los que requiera el sistema de calidad institucional de manera oportuna y veraz.
 - Acatar las recomendaciones de la interventoría de acuerdo a los informes mensuales que elaborará dicha oficina.
 - El interventor designado efectuará la evaluación y reevaluación del proveedor en términos de la calidad de la prestación del servicio. Los criterios de la evaluación están enmarcados en el cumplimiento de los requisitos de habilitación y NTCGP
 - Gestionar los planes de mejora que sean de su competencia de manera efectiva, desde los hallazgos detectados hasta el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas, según el caso.

4. VALORES AGREGADOS

El contenido de la presente oferta es básico, pudiendo el oferente ampliar o mejorar la oferta, en beneficio de la buena prestación del servicio objeto de la presente invitación.

8