


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
				Página 1 de 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	PINZA NASAL RECTA	
NOMBRE GENÉRICO	PINZA NASAL RECTA GRUNWALD HENKE	
CANTIDAD	1	
TECNICAS:		ACERO INOXIDABLE
		CORTE COMPLETO FORMA BLAKESLEY
		ANCHURA 4.2 MM
		LONGITUD 11 CM
ACCESORIOS:		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
		Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
		Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
		Tiempo de garantía 5 años. Macadas INC y año de adquisición
		Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


 COORDINADOR SOLICITANTE


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	ELEVADOR DOBLE FREER	
NOMBRE GENÉRICO	ELEVADOR DOBLE FREER	
CANTIDAD	1	
TECNICAS:		ACERO INOXIDABLE
		ROMO / CORTANTE
		LONGITUD 20 CM
ACCESORIOS:		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
		Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
		Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
		Tiempo de garantía 5 años. Marcada INC y año de adquisición
		Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


 COORDINADOR SOLICITANTE


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA S.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	LENTE 0°	
NOMBRE GENÉRICO	LENTE 0°	
CANTIDAD	1	
TECNICAS:		OPTICA DE VISIÓN FOROBLICUA PANORAMICA GRAN ANGULAR 0°
		0° 4mm LONGITUD 18 cm
		CON CONDUCTOR DE FIBRA OPTICA INCORPORADO
		AUTOCLAVABLE 135°C
		CON CONTENEDOR
ACCESORIOS:		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
		Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
		Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
		Tiempo de garantia 5 años. Macadas INC y año de adquisición
		Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


 COORDINADOR SOLICITANTE


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	PINZA NASAL BLAKESLEY	
NOMBRE GENÉRICO	PINZA NASAL BLAKESLEY	
CANTIDAD	1	
TECNICAS:		NASAL RECTA
		ACERO INOXIDABLE
		TAMAÑO 3 LONGITUD 11 CM
ACCESORIOS:		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
		Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
		Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
		Tiempo de garantía 5 años. Macadas INC y año de adquisición
		Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


 COORDINADOR SOLICITANTE


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, S.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	PINZA NASAL CURVADA	
NOMBRE GENÉRICO	PINZA NASAL CURVADA 45°	
CANTIDAD	1	
TECNICAS:		ACERO INOXIDABLE
		CURVADA HACIA ARRIBA
		CORTE LISO Y ATRAUMATICO
		ANCHURA 4.2 MM LONGITUD 11 CM
ACCESORIOS:		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
		Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
		Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
		Tiempo de garantía 5 años. Marcado INC y año de adquisición
		Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


 COORDINADOR SOLICITANTE


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA S.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
				Página 1 de 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	TUBO DE IRRIGACION	
NOMBRE GENÉRICO	CÁNULA DE EICKEN LUER LOCK	
	1	
TECNICAS:	CORTA CURVADA 4 MM DE DIAMETRO LONGITUD 12.5 CM EN ACERO INOXIDABLE	
ACCESORIOS:	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales. Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año. Tiempo de garantía 5 años. Marcada INC año de adquisición Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.	
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


 COORDINADOR SOLICITANTE

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	TUBO DE IRRIGACIÓN	
NOMBRE GENÉRICO	CÁNULA EICKEN LUER LOCK	
CANTIDAD	1	
TECNICAS:		EN ACERO INOXIDABLE
		CORTA CURVADA
		DIAMETRO 2.5 MM
		LONGITUD 12.5 CM
ACCESORIOS:		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
		Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
		Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
		Tiempo de garantía 5 años. Marcada INC y año de adquisición
		Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


 COORDINADOR SOLICITANTE


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	CENTRAL ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	ESPECULO NASAL PEDIATRICO	
NOMBRE GENÉRICO	ESPECULO NASAL DE HARTMANN	
CANTIDAD	1	
TECNICAS:		EN ACERO INOXIDABLE
		LONGITUD 13 CM
ACCESORIOS:		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
		Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
		Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
		Tiempo de garantía mínimo 5 años. Marcadas con INC y año de adquisición.
		Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


 COORDINADOR SOLICITANTE

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA S.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
				Página 1 de 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	ESPECULO NASAL DE KILLIAM	
NOMBRE GENÉRICO	ESPECULO NASAL DE KILLIAM STRUYKEN	
CANTIDAD	1	
TECNICAS:		EN ACERO INOXIDABLE
		BOCA DE 40 MM X CON TORNILLO
		LONGITUD 15 CM
ACCESORIOS:		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
		Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
		Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
		Tiempo de garantía mínimo 5 años. Marcados con INC y año de adquisición.
		Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


 COORDINADOR SOLICITANTE

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
			Página 1 de 1	

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	ESPECULO NASAL DE KILLIAM	
NOMBRE GENÉRICO	ESPECULO NASAL DE KILLIAM STRUYKEN	
CANTIDAD	1	
TECNICAS:		EN ACERO INOXIDABLE
		BOCA DE 75 MM CON TORNILLO
		LONGITUD 15 CM
ACCESORIOS:		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
		Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
		Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
		Tiempo de garantía mínimo 5 años. Marcado INC y año de adquisición
		Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


 COORDINADOR SOLICITANTE

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA S.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			


ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	AGUJA DE INYECCION	
NOMBRE GENÉRICO	AGUJA DE INYECCION KLEINSASSER	
CANTIDAD	1	
TECNICAS:		ACERO INOXIDABLE
		CURVADA
		LOGITUD 23 CM
ACCESORIOS:		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregen deben ser originales
		Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
		Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
		Tiempo de garantía 5 años. Marcado INC y año de adquisición
		Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	



COORDINADOR SOLICITANTE


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA S.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
				Página 1 de 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	PINZA DE AGARRE	
NOMBRE GENÉRICO	PINZA DE AGARRE KLEINSASSER	
CANTIDAD	1	
TECNICAS:		ACERO INOXIDABLE
		ESTRIADAS CON MANDIBULAS TRIANGULARES
		CURVADAS A LA DERECHA HACIA ARRIBA
		LONGITUD 23 CM
ACCESORIOS:		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
		Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
		Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo minimo por 1 año.
		Tiempo de garantía 5años. Marcados INC y año de adquisición.
		Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


 COORDINADOR SOLICITANTE

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA I.N.C.		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
	Página 1 de 1			

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ESPECIALIDAD(ES):	OTORRINO	
SERVICIOS:	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	
DEFINICIÓN	PINZA DE AGARRE	
NOMBRE GENÉRICO	PINZA DE AGARRE KLEINSASSER	
CANTIDAD	1	
TECNICAS:		ACERO INOXIDABLE
		ESTRIADAS CON MANDIBULA TRIANGULAR
		CURVADAS A LA IZQUIERDA HACIA ARRIBA
		LONGITUD 23 CM
ACCESORIOS:	Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales	
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.	
	Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.	
	Tiempo de garantía 5 años macado INC y año de adquisición	
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.	
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"	


 COORDINADOR SOLICITANTE