


EVALUACIÓN TÉCNICA
REQUISITOS TÉCNICOS CONVOCATORIA PUBLICA N° 025 DE 2014
PROVEEDOR: CHAHER S.A.


FACTOR	CUMPLE	NO CUMPLE
Modelo de Gestión de Servicios, presentar esquema de presentación de servicio.	X	
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.	X	
Protocolo de diseño e implementación de Central de Vacío Medicinal.	X	
Documentación (Hoja de Vida de personal de servicio técnico).	X	



MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA
COORDINADORA GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

EVALUACIÓN TÉCNICA
REQUISITOS TÉCNICOS CONVOCATORIA PUBLICA N° 025 DE 2014
PROVEEDOR: CHAHER S.A.

FACTOR	PUNTAJE	OBSERVACIONES
Experiencia y cumplimiento en contratos anteriores	0	No incluye certificados de experiencia, eficiencia y cumplimiento en la entrega de los servicios.
Precio	300	Ajuste total 28% con relación de consumo mensual 2012.
Capacidad técnica	280	Hojas de vida de personal con capacitación relacionada, certificados de calibraciones vigentes para los patrones y simuladoras a usar, medición completa de variables solicitados. (Se recomienda mejorar la presentación de las hojas de vida).
Valores Agregados	100	Sistema de vacío quirúrgico independiente y acoplado al sistema en uso para q funcione en cascada, esta opción tiene mayor capacidad sumando 15 HP a los 10 HP existentes, para un total de 25 HP ó 10 HP a los 10 HP existentes, para un total de 20 HP.
TOTAL PUNTAJE	680	


MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA
COORDINADORA GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA