


EVALUACIÓN TÉCNICA
REQUISITOS TÉCNICOS CONVOCATORIA PUBLICA N° 025 DE 2014
PROVEEDOR: VPC INGENIERIA S.A

FACTOR	PUNTAJE	OBSERVACIONES
Experiencia y cumplimiento en contratos anteriores	0	No incluye certificados de experiencia, eficiencia y cumplimiento en la entrega de los servicios.
Precio	300	Ajuste total 28% con relación de consumo mensual 2012.
Capacidad técnica	300	Hojas de vida de personal con capacitación relacionada, certificados de calibraciones vigentes para los patrones y simuladoras a usar, medición completa de variables solicitados.
Valores Agregados	100	Utilizaran dos tanques acumuladores de vacío actuales, instalación de tubería necesaria para conectar las dos bombas nuevas a la red de vacío, pruebas y simulación, instalación de estructura metálica de soporte para las dos bombas nuevas una encima de la otra, con 24 meses de garantía contra defectos de fabricación.
TOTAL PUNTAJE	700	


MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA
COORDINADORA GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

EVALUACIÓN TÉCNICA
REQUISITOS TÉCNICOS CONVOCATORIA PUBLICA N° 025 DE 2014
PROVEEDOR: VPC INGENIERIA S.A

FACTOR	CUMPLE	NO CUMPLE
Modelo de Gestión de Servicios, presentar esquema de presentación de servicio.	X	
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.		X
Protocolo de diseño e implementación de Central de Vacío Medicinal.	X	
Documentación (Hoja de Vida de personal de servicio técnico).	X	



MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA
COORDINADORA GRUPO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA