



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-06692-2014

712694

Fecha de Rad.: 2014-09-04 03:11:58 PM

Bogotá,

712694

Señora
MARIA GUERRERO
UCIPHARMA S.A
MARIA.GUERRERO@UCIPHARMA.COM
Tel 6461046
Bogotá D.C.

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD CONVOCATORIA PUBLICA No. 081-2014

Respetada Señora:

De manera atenta me permito dar respuesta a su inquietud presentada mediante correo invitaciones@cancer.gov.co.

PREGUNTA

ANEXO No. 4 ÍTEM No. 3 - UN (01) CISTOSCOPIO PEDIÁTRICO.

Dentro de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del proceso, el Instituto Nacional de Cancerología requiere:

1. Set de cistoscopio

1.2.2 Una (1) camisa de 17.5 french con obturador. Solicitamos que el rango a tener en cuenta sea de 17.0 a 17.5 french, para que exista pluralidad de oferentes.

1.2.3 Una (1) camisa de 19.5 french con obturador. Solicitamos que el rango a tener en cuenta sea de 19.0 a 19.5 french.

1.3 Un cable de fibra óptica de diámetro no mayor a 2.5, no menor a 2.3 m de longitud y autoclavable a 134 a °C. Solicitamos que el rango a tener en cuenta sea de 2.5 a 3.5 de diámetro, para que exista pluralidad de oferentes.

..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología-ESE, le manifiesta que se surtió la adenda No. 4, la cual se encuentra publicada en nuestra página web www.cancer.gov.co - link contrate con nosotros.

Cordialmente,

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General

SGGAF/JJPA/GCCEI/RECB/Mónica G



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7

