



**Instituto Nacional
de Cancerología-ESE**
Colombia
Por el control del cáncer

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia

713867

No. Radicación: SAL-06869-2014

Fecha de Rad.: 2014-09-10 03:02:42 PM

Bogotá,



713867

Señora
Eliana Gomez
Draeger Colombia S.A
CALLE 93B NO. 13 - 44 PISO 4
Tel 6358881 Ext: 205
Bogotá D.C.

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD CONVOCATORIA PUBLICA No. 081-2014

Respetada Señora:

De manera atenta me permito dar respuesta a su inquietud presentada mediante correo invitaciones@cancer.gov.co.

PREGUNTA

"...

OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM No. 6 MONITOR DE SIGNOS VITALES:

Cordialmente solicitamos a ustedes modificar la especificación establecidas para el ítem 6 MONITOR DE SIGNOS VITALES, solicitamos ser consecuentes con la audiencia de precisión de términos ya que se nos informó que el Instituto establecería especificaciones abiertas con el fin de permitir la pluralidad en ofertas y vemos que hay dos especificaciones que al contrario de abrirlas, fueron cerradas como por ejemplo el peso del equipo que estaba inicialmente en máximo 4.5 kgs y en este momento se encuentra en 2.7 kgs impidiendo la presentación de varias marcas reconocidas e inclinando la oferta hacia una marca específica. Igualmente en cuanto a la tecnología de la pantalla pues estaba en LCD y la dejaron en LED cerrando totalmente la posibilidad de presentarse varias compañías.

..."

RESPUESTA

Una vez realizada la audiencia pública para la convocatoria 081 de 2014, se revisaron y analizaron nuevamente las especificaciones lo cual generó un cambio en las especificaciones técnicas, como se puede consultar en la Adenda No 4, los ítems relacionados con gráficas y ECG fueron eliminados, de forma tal que los equipos a ofertar deben ser básicos, su uso será en consulta externa para lo cual no se requerían las características antes mencionadas. El peso solicitado puede ser ofertado por varias marcas presentes en el mercado colombiano de acuerdo las especificaciones técnicas requeridas, dentro de las cuales un bajo peso ofrece ventajas para su movilidad por parte de las auxiliares de enfermería.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Calle 1ª No 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

PREGUNTA

"...

Solicitamos se deje como inicialmente estaba planteado o se coloque por ejemplo en la pantalla, tecnología LCD y/o LED.

..."

RESPUESTA

Teniendo en cuenta su observación y con el fin de permitir la pluralidad de oferentes se modifica este ítem, quedando así: 1.1 Monitor con pantalla LED y/o LCD para los resultados de medición, por lo cual se solicita revisar las fichas técnicas.

PREGUNTA

"...

OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM No. 5 VENTILADOR DE TRANSPORTE:

Cordialmente solicitamos a ustedes modificar la especificación establecida en el adendo No 4 ya que en respuesta dada a la observación de DRAEGER COLOMBIA, se estableció:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, les manifiesta que no se acepta la observación, en razón a que hay pacientes pediátricos que se manejan con frecuencias por encima de 50 respiraciones por minuto, sin ser de alta frecuencia. De la misma forma, como estrategias ventilatorias se puede requerir de relaciones invertidas lo cual puede ser modificado por frecuencias altas especialmente en pacientes pediátricos. Por tal razón se modifica la especificación y se estable de la siguiente forma: Ítem 3.3. Frecuencia respiratoria (rpm) límite inferior 2rpm o menor, límite superior 50 rpm o mayor.

Y en el adendo No 4, quedo el límite superior en 80 rpm o mayor, quedando diferente en la respuesta. Solicitamos se deje como en la respuesta de 50 rpm o mayor.

..."

RESPUESTA

Se revisa el ítem en observación y se corrige el mismo dado que se publicó el mismo con un cambio en el límite superior.

Cordialmente,

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General

SGGAF/JJPA/GCCEI/RECB/Mónica G

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-06869-2014

Fecha de Rad.: 2014-09-10 03:02:42 PM

713867



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7