



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

713861

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-06868-2014

Fecha de Rad.: 2014-09-10 03:01:41 PM



713861

Bogotá,

Señora
ROCIO ORJUELA
Asistente de gerencia
gerencia@biotronitech.com.co
Cel. 318 6990669
Bogotá D.C.

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD CONVOCATORIA PUBLICA No. 081-2014

Respetada Señora:

De manera atenta me permito dar respuesta a su inquietud presentada mediante correoinvitaciones@cancer.gov.co.

PREGUNTA

"...

1. EN CUANTO AL ITEM 3 CISTOSCOPIO PEDIATRICO.

De la manera más respetuosa solicitamos a la Entidad se sirva aclarar si el Cistoscopio solicitado es PEDIATRICO o ADULTO toda vez que las medidas indicadas en los términos de referencia son de ADULTO.

..."

RESPUESTA:

Una vez recibidas sus observaciones se generaron los cambios correspondientes para ajustar las características solicitadas respecto la necesidad de la institución: Cistoscopio Pediátrico, por lo anterior se surtió adenda No 4 la cual se encuentra publicada en la página web www.cancer.gov.co – link contrate con nosotros



MinSalud
Ministerio de Salud
Protegiendo la Salud

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

PREGUNTA

"...

2. EN CUANTO AL ITEM 4 FIBROBRONCOSCOPIO FLEXIBLE CALIBRE PEQUEÑO. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cordialmente nos permitimos solicitar a la Entidad sugerir tener en cuenta las siguientes aclaraciones:

Numeral 4.1 Si el fibroscopio solicitado es para intubación de vía aérea difícil en anestesia, la angulación debe ser máximo 140° hacia arriba y hacia abajo ya que su aplicación será de intubación de vía aérea difícil y no para examen neumológico.

..."

RESPUESTA:

Teniendo en cuenta las diferentes complicaciones respecto las patologías y su implicación anatómica al intervenir a los pacientes, se prefiere conservar el valor de ángulos solicitados con el fin de obtener un mayor beneficio de aplicaciones clínicas.

PREGUNTA

"...

Numeral 7. La especificación requerida no es un dato relevante por cuanto todos los fibroscopios flexibles están dentro de los rangos de aproximación y retiro del equipo para obtener una buena visión utilizando el foco del equipo que se encuentra en el ocular.

..."

RESPUESTA:

Con el fin de dar claridad a todos los oferentes y plasmar dentro del documento de especificaciones técnicas todas las necesidades del personal asistencial, se conserva el ítem en mención.

PREGUNTA

"...



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7



**Instituto Nacional
de Cancerología-ESE**
Colombia
Por el control del cáncer

Accesorios: Numeral 2.6 El suministro del fibroscopio incluye un cepillo para limpieza (150cm), ideal para la longitud del canal de trabajo, un cepillo más corto como se solicita no tendría ninguna aplicación.

..."

RESPUESTA:

Según los protocolos de limpieza establecidos para esta clase de equipos se incluye tanto un cepillo largo, como uno corto, por lo cual se considera importante mantener la solicitud como está planteada.

PREGUNTA

"..."

Accesorios: Numeral 2.8 Los fibroscopios no tienen un sistema de giro por medio de balines sino un comando para angulación arriba y abajo ya que los giros se hacen con la mano del operador.

..."

RESPUESTA:

Este ítem fue eliminado del cuadro de especificaciones técnicas, por lo anterior se surtió adenda No 4 la cual se encuentra publicada en la página web www.cancer.gov.co – link [contrate con nosotros](#)

PREGUNTA

"..."

E



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

Adicionalmente, no vemos solicitado el sistema de luz, es decir la fuente de luz que es indispensable para poder trabajar con el fibrobroncoscopio, tampoco está solicitado el soporte del tubo endotraqueal que es un accesorio muy importante para sostener el tubo en el momento de la intubación.

..."

RESPUESTA:

Ya que el Instituto cuenta con fuentes de luz varias casas comerciales, no se incluyó este equipo dentro de la solicitud. Para el tubo endotraqueal tal cual se expresó en la Audiencia Pública para este proceso se deja a consideración del proveedor si este es necesario para el correcto funcionamiento del equipo a ofertar, de ser así debe estar incluido dentro de la propuesta.

Cordialmente,

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-06868-2014

Fecha de Rad.: 2014-09-10 03:01:41 PM

713861

SGGAF/JJPA/GCCEI/RECB/Mónica G



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7