



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

714812 Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-06946-2014

Bogotá,

Fecha de Rad.: 2014-09-12 02:22:11 PM



714812

Señora

Angélica Guerrero Bahamón

Ucipharma

MARIA.GUERRERO@UCIPHARMA.COM

Cel 3124528010

Bogotá D.C.

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD CONVOCATORIA PUBLICA No. 081-2014

Respetada Señora:

De manera atenta me permito dar respuesta a su inquietud presentada mediante correo invitaciones@cancer.gov.co.

PREGUNTA

"...Es posible realizar una nueva observación con respecto al anexo 4 ítem No 3

1.3 puente de trabajo

1.2.1 con doble canal de trabajo


Respecto a este es la observación pues nuestro cistoscopio Pediátrico del french que ustedes piden viene solo con un canal de trabajo Quedo atenta a su respuesta

...

RESPUESTA

No es viable aceptar su solicitud debido a que la necesidad del servicio requiere que el equipo tenga canal de trabajo doble, una vez realizada la Audiencia Pública se revisaron los posibles oferentes y las necesidades de tal forma que las especificaciones fueron ajustadas para que varios proveedores cumplan las mismas y el uso del equipo este orientado a adolescentes.

Cordialmente,


JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO

Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

SGGAF/JJPA/GCCEI/RECB/Mónica G



MinSalud
Ministerio de Salud
de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7