

ANEXO 5 - ITEM NO.1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ESPECIALIDAD(ES):	EQUIPOS YU ELEMENTOS DE RADIOPROTECCION
SERVICIOS:	RADIOPROTECCION
NOMBRE GENÉRICO:	DELANTAL PLOMADO
DEFINICIÓN :	delantal con plomo que se usa para proteger tanto al paciente como al operador y sus ayudantes de los efectos de la radiación durante el examen y/o lementos Radiológicos. Su uso es obligatorio
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Nuestro diseno abrazo del cuerpocon ajuste de cintura permite la trnsferencia de peso del hombro a las caderas, aumentando el confort y la disminución de la fatiga que normalmente se asocia con procedimientos de largo tiempo. Cierres de velcro facilitan su puesta y quitada. El elástico enparte posterior ofrece apoyo adiccion en ambas secciones. Bolsillo a la altura de pecho. AADCO Medical, Inc. garantiza el desgaste protector de rayos x fabricado bajo su sello a estar libres de defectos en materiales y mano de obra para la vida del producto. Reparación o sustitución se hará a discreción del médico de AADCO, Inc., sobre una base sin cargo alguno y sujeto sólo a los gastos de manipulación y envío normal. Esta garantía asume y desgaste normal y no cubrir cualquier producto que ha sido objeto de abusos o indebidamente. Esta garantía representa la única garantía proporcionada por AADCO Medical, Inc., para su ropa protectora de rayos X. AADCO Medical, Inc., no asume ninguna responsabilidad que expresamente establecidas en la garantía anterior. Ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, es proporcionado. En ningún caso la responsabilidad de AADCO Medical, Inc., superará el precio de compra o sustitución del producto.
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo XX (XX) mantenimientos preventivos 2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere" 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NÚMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.	

ANEXO 5 - ITEM NO. 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIALIDAD(ES):	EQUIPOS YU ELEMENTOS DE RADIOPROTECCION
SERVICIOS:	RADIOPROTECCION
NOMBRE GENÉRICO:	PROTECTOR DE TIROIDES PEDIATRICO
DEFINICIÓN :	Elemento Protección del cuello y de tiroides
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Protección del cuello y de tiroides equivalencia Pb de 5 mm Tamaños: regular hasta 16 1/2 de cuello grande y sobrecubierta de uretano revestida 100% nylon negro Diseño cómodo
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo XX (XX) mantenimientos preventivos. 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.	

										ANEXO 5 - ITEM NO. 3																			
ESPECIFICACIONES TECNICAS																													
ESPECIALIDAD(ES):					EQUIPOS YU ELEMENTOS DE RADIOPROTECCION																								
SERVICIOS:					RADIOPROTECCION																								
NOMBRE GENÉRICO:					PROTECTOR DE GONADAS PEDIATRICA																								
DEFINICIÓN :					utiliza en todos los pacientes en edad reproductiva, incluyendo a todos los pacientes de menos de 40 años y también a varones ancianos.																								
ESPECIFICACIONES TECNICAS					Diseño para ofrecer una proteccion frontal equivalente en plomo de 0,5 mm, proporciona una excelente proteccion para el personal ocupacionalmente expuesto y/o paciente que estan en riesgo ; protector echo en nylon reforzado con fuertes soporte elastico que proporciona soporte ajustable que pueda colocarse en cualquier lugar de la cintura , colocando de nuevo el apoyo donde usted lo necesita																								
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:					1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo XX (XX) mantenimientos preventivos. 2. Presentar certificación donde garantice que no será discontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.																								
NORMAS - CERTIFICADOS:					1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.																								
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.																													

ANEXO 5 - ITEM NO. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIALIDAD(ES):	EQUIPOS YU ELEMENTOS DE RADIOPROTECCION
SERVICIOS:	RADIOPROTECCION
NOMBRE GENÉRICO:	CUELLOS PLOMADOS ATENUADORES DE RADIACION
DEFINICIÓN :	Cuellos de protección limitada anti-radiaciones, en látex de goma natural enriquecida de plomo.
ESPECIFICACIONES TECNICAS	cuellos plomados de procedimientos de rayos X atenuar estériles Rayshield Quality ®. proporcionan una mayor protección de haz de rayos X y la exposición directa radiación dispersa durante cualquier procedimiento que requiere el uso de fluoroscopia de rayos X .
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.	

ANEXO 5 - ITEM NO. 5
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIALIDAD(ES) :	EQUIPOS YU ELEMENTOS DE RADIOPROTECCION
SERVICIOS:	RADIOPROTECCION
NOMBRE GENÉRICO:	GAFAS PLOMADAS MICROLITE
DEFINICIÓN :	Elemento de proteccion radiologica que brinda mayor proteccion para el desarrollo de su actividad para trabajadores ocupacionalmente expuestos
ESPECIFICACIONES S TECNICAS	las gafas protectoras mas recientes en el mercado; el Milenio Microlite Plus TM Este marco tiene una lente de alta curva base con un toque de amarre, proporcionando mayor protección lateral. La pieza de la nariz es ultra-soft y flexible ofrece la comodidad de la mayoría de gafas protectoras. El Milenio, como todos los anteojos Infab, está disponible en plano, visión y lentes bi focales. Equivalencia en Pb 0.75mm
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.	

ANEXO 5 ITEM NO. 6

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIALIDAD(ES):	EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RADIOPROTECCION
SERVICIOS:	RADIOPROTECCION
NOMBRE GENÉRICO:	SISTEMA DE SUSPENSION PARA TECHO HERCULES
DEFINICIÓN :	Sistema de riel para techo Hercules® permiten una rotacion de 360 grados al eje de columna central
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Sistema de Suspensión AADCO Medical Hércules. Los sistemas son un nuevo estándar en calidad, durabilidad Y flexibilidad. Nuestros sistemas de suspensión elevada satisfacer las necesidades de todos los diagnósticos de hoy y Entornos intervencionistas de laboratorio ... incluso nuestro RM-Safe ® Systems Hércules especialmente diseñado para operar con seguridad en entornos de resonancia magnética hasta 3 Tesla. El Sistema Hércules estan hechos de un grado de aleación de aluminio, que es mas fuerte que el acero de igual peso. sin soldaduras en frío, piezas estampadas barata o débiles, UL validadas y certificadas. Sistema de riel para techo Hercules® permiten una rotacion de 360 grados al eje de columna central (puede ser cableado limitado) para la fijación del techo y las combinaciones de brazos contrapuestos en los modelos convencionales y ® Safe-MRI. Track for total loads up to 135 Kg. (300 lbs.). Length 2.5 Meters (98 inches). La imagen es ilustrativa solamente
CAPACITACION Y MANTENIMIENTO:	1. Mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. Se deben realizar por cada año de garantía mínimo XX (XX) mantenimientos preventivos. 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
NORMAS - CERTIFICADOS:	1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS.

NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.