

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
	Página 1 de 1			

EQUIPO O ELEMENTO:	LENTE DE 30° PARA ENDOSCOPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	ITEM:	1
PROVEEDOR:	BIOTRONTECH COLOMBIA S. A.	MARCA	KARL STORZ

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 30° PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	Lente de 30° para endoscopia de senos paranasales, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Lente compatible con equipos RICHARD WOLF	X		
	Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	☒	NO	☐
RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	☒	NO	☐
CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	☒	NO	☐

Identificación del evaluador :

NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	
NOMBRE(S):	<i>Norio Calacuri</i>
FIRMA:	<i>Norio Calacuri</i>
CARGO:	<i>Gerente Ext</i>

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	LENTE DE 45° PARA ENDOSCOPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	ITEM:	2
PROVEEDOR:	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.	MARCA	RICHARD WOLF

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 45° PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	Lente de 45° para endoscopia de senos paranasales, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Con conductor de luz de fibra óptica	X		
	Lente compatible con equipos RICAHRD WOLF	X		
	Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI ☒	NO ☐	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI ☒	NO ☐	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☒	NO ☐
-----------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Identificación del evaluar :	
NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	
NOMBRE(S):	Maria C. Gomez
FIRMA:	
CARGO:	Asesora C. Externa.

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
	Página 1 de 1			

EQUIPO O ELEMENTO:	LENTE DE 70° PARA ENDOSCOPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	ITEM:	3
PROVEEDOR:	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.	MARCA	KARL STORZ

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 70° PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	Lente de 70° para endoscopia de senos paranasales, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Lente compatible con equipos RICAHRD WOLF	X		
	Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI ☒	NO ☐	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI ☒	NO ☐	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☒	NO ☐
-----------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	
NOMBRE(S):	Harro E. Gomez S. 25/07/2014
FIRMA:	
CARGO:	Coord. Control de Calidad

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	LENTE DE 30° PARA ENDOSCOPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	ITEM:	1 No 1
PROVEEDOR:	VHF LTDA	MARCA	REDA INSTRUMENTE GMBH

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 30° PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	Lente de 30° para endoscopia de senos paranasales, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Lente compatible con equipos RICHARD WOLF		X	No especifica si es compatible con cabeza de cámara Richard Wolf
	Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas			
	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI ☒ NO ☐	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI ☐ NO ☒	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☐ NO ☒
-----------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	
NOMBRE(S):	Mario C. Gomez
FIRMA:	
CARGO:	Coord. C. Externa

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO: LENTE DE 45° PARA ENDOSCOPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA ITEM: 1 No. 2

PROVEEDOR: VHF LTDA MARCA: REDA INSTRUMENTE GMBH

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 45° PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	Lente de 45° para endoscopia de senos paranasales, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Con conductor de luz de fibra óptica	X		
	Lente compatible con equipos RICAHRD WOLF		X	No especifica si es compatible con cabeza de cámara Richard Wolf
	Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☐ NO ☒ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☐ NO ☒

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	
NOMBRE(S):	Maria P. Carmona
FIRMA:	<i>[Firma]</i>
CARGO:	Coord. Control de Costos

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02.F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
Página 1 de 1				

EQUIPO O ELEMENTO:	LENTE DE 70° PARA ENDOSCOPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	ITEM:	1 No. 3
PROVEEDOR:	VHF LTDA	MARCA	REDA INSTRUMENTE GMBH

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 70° PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	Lente de 70° para endoscopia de senos paranasales, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Lente compatible con equipos RICAHRD WOLF		X	No especifica si es compatible con cabeza de cámara Richard Wolf
	Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI ☒ NO ☐	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI ☐ NO ☒	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☐ NO ☒
-----------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--

Identificación del evaluador:	
NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	
NOMBRE(S):	Plaris A. Gomez
FIRMA:	
CARGO:	Coord. Consult. Ext

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	LENTE DE 70° PARA CISTOSCOPIA	ITEM:	1 No. 4
PROVEEDOR:	VHF LTDA	MARCA	REDA INSTRUMENTE GMBH

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 70° PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIOS EN UROLOGÍA	Lente de 70° para cistoscopia, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Lente compatible con equipos RICAHRD WOLF		VH	No especifica si es compatible con cabeza de cámara Richard Wolf
	Los accesorios deberan estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI ☒ NO ☐	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI ☐ NO ☒	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☐ NO ☒
-----------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	
NOMBRE(S):	Mara C. Contreras
FIRMA:	
CARGO:	Coord. C. Ext.

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	LENTE DE 30° PARA ENDOSCOPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	ITEM:	1 No 1
PROVEEDOR:	MEDITEC S. A.	MARCA	RICHARD WOLF

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 30° PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	Lente de 30° para endoscopia de senos paranasales, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Lente compatible con equipos RICHARD WOLF	X		
	Los accesorios deberan estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	☒	NO	☐
RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	☒	NO	☐
CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	☒	NO	☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	
NOMBRE(S):	<i>María C. Gómez</i>
FIRMA:	<i>[Firma]</i>
CARGO:	<i>Coord. Asesoría / Ext</i>

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	LENTE DE 45° PARA ENDOSCOPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	ITEM:	1 No. 2
PROVEEDOR:	MEDITEC S. A.	MARCA	RICHARD WOLF

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 45° PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	Lente de 45° para endoscopia de senos paranasales, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Con conductor de luz de fibra óptica	X		
	Lente compatible con equipos RICAHRD WOLF	X		
	Los accesorios deberan estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI	X	NO	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI	X	NO	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI	X	NO
-----------------------	----	---	----	--------------------------------	----	---	----	-----------------------------	----	---	----

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	
NOMBRE(S):	Maria E. Garmier S
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
CARGO:	Coord. E. Entren

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	LENTE DE 70° PARA ENDOSCOPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	ITEM:	1 No. 3
PROVEEDOR:	MEDITEC S. A.	MARCA	RICHARD WOLF

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 70° PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	Lente de 70° para endoscopia de senos paranasales, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Lente compatible con equipos RICHARD WOLF	X		
	Los accesorios deben estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI ☒	NO ☐	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI ☒	NO ☐	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☒	NO ☐
-----------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	
NOMBRE(S):	Maria C. Gomez S.
FIRMA:	
CARGO:	Coord. C. Ext.

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
	GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
	CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
			Página 1 de 1	

EQUIPO O ELEMENTO:	LENTE DE 70° PARA CISTOSCOPIA	ITEM:	1 No. 4
PROVEEDOR:	MEDITEC S.A.	MARCA	RICHARD WOLF

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 70° PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIOS EN UROLOGÍA	Lente de 70° para cistoscopia, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Lente compatible con equipos RICHARD WOLF	X		
	Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES:	SI ☒	NO ☐	RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:	SI ☒	NO ☐	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	SI ☒	NO ☐
-----------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	
NOMBRE(S):	Maria C Gonzalez
FIRMA:	
CARGO:	Coord. Consulta EHT

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.