



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDC-P02-F-10
GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
REEVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
Página 1 de 1			

EQUIPO O ELEMENTO: LENTE DE 45° PARA ENDOSCOPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA ITEM: 1 No. 2

PROVEEDOR VHF LTDA MARCA REDA INSTRUMENTE GMBH

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTEDE 45° PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	Lente de 45° para endoscopia de senos paranasales, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Con conductor de luz de fibra óptica	X		
	Lente compatible con equipos RICAHRD WOLF	X		
	Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ X NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ X NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ X NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MARIA CONCEPCIÓN GÓMEZ SÁNCHEZ
FIRMA:	
CARGO:	COORDINADORA CONSULTA EXTERNA
NOMBRE(S):	
FIRMA:	
CARGO:	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE		CÓDIGO:	GDS-P02-F-10
GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
REEVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
Página 1 de 1			

EQUIPO O ELEMENTO: LENTE DE 30° PARA ENDOSCOPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA ÍTEM: 1 No 1

PROVEEDOR: VHF LTDA MARCA REDA INSTRUMENTE GMBH

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 30° PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	Lente de 30° para endoscopia de senos paranasales, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Lente compatible con equipos RICHARD WOLF	X		
	Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MARIA CONCEPCION GOMEZ SANCHEZ		
FIRMA:			
CARGO:	COORDINADORA CONSULTA EXTERNA		
NOMBRES:			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDC-P02-F-10
GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
REEVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
Página 1 de 1			

EQUIPO O ELEMENTO:

LENTE DE 70° PARA CISTOSCOPIA

ITEM:

1 No. 4

PROVEEDOR:

VHF LTDA

MARCA

REDA INSTRUMENTE GMBH

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 70° PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS EN UROLOGÍA	Lente de 70° para cistoscopia, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Lente compatible con equipos RICAHRD WOLF	X		
	Los accesorios deberan estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES:

SI ☒ NO ☐

RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS:

SI ☒ NO ☐

CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:

SI ☒ NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MARIA CONCEPCION GOMEZ SANCHEZ	
FIRMA:		
CARGO:	COORDINADORA CONSULTA EXTERNA	
NOMBRE(S):		
FIRMA:		
CARGO:		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GDG-P02-F-10
GESTIÓN DEL GASTO		VERSIÓN:	02
REVALUACIÓN CONCEPTO TÉCNICO DE EQUIPOS DE BAJA GAMA, MOBILIARIO Y ENSERES		VIGENCIA:	31-10-2014
Página 1 de 1			

EQUIPO O ELEMENTO: LENTE DE 70° PARA ENDOSCOPIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA ITEM: 1 No. 3

PROVEEDOR:

VHF LTDA

MARCA

REDA INSTRUMENTE GMBH

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
LENTE DE 70° PARA PROCEDIMIENTOS Y CURACIONES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	Lente de 70° para endoscopia de senos paranasales, con contenedor, que pueda ser esterilizado en autoclave. Con adaptador para que puedan ser utilizados con diferentes fuentes de luz.	X		
	Lente compatible con equipos RICAHRD WOLF	X		
	Los accesorios deberán estar incluidos. Las cantidades serán de acuerdo a la marca, modelo y las necesidades operativas de las unidades médicas	X		
	Tiempo de garantía mínimo de dos años	X		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Garantizar la instalación y funcionamiento, incluyendo asesoría. Realizar el entrenamiento en las áreas con respecto al lavado, funcionamiento y cuidado general del equipo.	X		
	Especifica el tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, respaldado por casa matriz. Suministra los consumibles para mínimo un año.	X		

ENTREGA ACLARACIONES: SI ☒ X NO ☐ RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS: SI ☒ X NO ☐ CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE: SI ☒ X NO ☐

Identificación del evaluar :

NOMBRE(S):	MARIA CONCEPCIÓN GOMEZ SANCHEZ		
FIRMA:			
CARGO:	COORDINADORA CONSULTA EXTERNA		
NOMBRE(S):			
FIRMA:			
CARGO:			

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.