

728152

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-08617-2014

Fecha de Rad.: 2014-11-21 11:06:56 AM

Bogotá,

728152

Señora

MARIA DORIS CERON G.

Asesor Comercial

SANITAS LAB TECHNOLOGY

Tel: 2880177 – Email.doris.ceron@sanitastec.com

Bogotá D.C.

RESPUESTA: INVITACION A COTIZAR No. 194 - 2014

Respetada Señora:

En respuesta al correo electrónico enviado el día jueves 18 de Noviembre de 2014 a las 09:46 a.m., le manifiesto que:

PRIMERA PREGUNTA

...” ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. Numeral 10.2. Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul). Atentamente solicitamos eliminar esta especificación del anexo No. 4, debido a que el sistema de iluminación solicitado es con fuente de iluminación LED y no requiere de filtro azul, pues la luz LED es blanca (luz día)....”

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que teniendo en cuenta su observación se modifica la especificación técnica en mención para lo cual se surtió la adenda No.1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co.

SEGUNDA PREGUNTA

...”ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. Numeral 10.3. Iluminación Koehler. Atentamente solicitamos aceptar sistemas con iluminación presentada, la cual no requiere iluminación Koehler. Estos sistemas han sido diseñados para hacer mucho más fácil el manejo del equipo. Por esta razón no se estaría desmejorando de ninguna manera la calidad y desempeño del microscopio....”



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que con el fin de permitir la participación plural de oferentes y validando los diferentes métodos de iluminación se elimina el ítem en mención por lo cual se surtió la adenda No.1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co.

TERCERA PREGUNTA

...” ESPECIFICACIONES TECNICAS ACCESORIOS. Numeral 2.2. Estuche de transporte. Atentamente solicitamos eliminar esta especificación debido a que este tipo de microscopio es para uso en el laboratorio y no para transportarlo. Adicional de la fábrica no ofrece este tipo de accesorio por esta razón. No es un equipo portátil.....”

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que en relación a su observación se elimina la especificación en mención con el fin de permitir la participación plural de oferentes por lo cual se surtió la adenda No.1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co.

CUARTA PREGUNTA

...” ESPECIFICACIONES TECNICAS ACCESORIOS. Numeral 2.3. Papel seda para limpieza de óptica (mínimo 200 papeletas). Solicitamos aclarar que el papel adecuado para la limpieza de la óptica es el papel de arroz para evitar rayar la óptica. Por esta razón solicitamos eliminar la palabra papel seda y colocar papel de arroz.....”

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que dado que se requieren insumos para la limpieza del equipo se modifica el ítem, por lo cual se surtió la adenda No.1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co.

QUINTA PREGUNTA

...” ESPECIFICACIONES TECNICAS ACCESORIOS. Numeral 2.4. Dos frascos de aceite de inmersión, de la misma marca del equipo. Teniendo en cuenta que están solicitando objetivos de 10X, 20X, 40X y 63X no es necesario el uso de aceite de inmersión, se debe incluir de todas maneras.....”



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que en relación a su observación se permite aclarar que se busca garantizar el buen estado de los objetivos, sin embargo se modifica la cantidad solicitada en el ítem por lo cual surtió la adenda No.1, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co.

SEXTA PREGUNTA

..." Las ofertas se pueden presentar parcial o se deben cotizar los dos equipos....."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que el proveedor podrá presentar su oferta económica de manera parcial o por la totalidad de los ítems que hacen parte de esta invitación.

SEPTIMA PREGUNTA

..." Atentamente solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 60 días después de confirmado el pedido...."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le manifiesta que en razón a la necesidad de contar con los equipos en el término estipulado en los términos de condiciones el plazo de entrega no será modificado.

Atentamente.

JUAN JOSE PÉREZ ACEVEDO

Subdirector de la Gestión Administrativa y financiera

SGGAF/JJPA/GCCI/RECB/Asotelo

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-08617-2014
Fecha de Rad.: 2014-11-21 11:06:56 AM
728152



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7

