

100340 Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-06641-2015
No. Folios: 1
Fecha: 2015-09-09 02:39:07 PM
Bogotá, 100340

Señor
Hernán Molano Rivero
Representante Legal
TECNICA ELECTROMEDICA
ventas@tecnicaelectromedica.com / contratos@tecnicaelectromedica.com
Bogotá d.c.

Asunto: RESPUESTAS INVITACION A COTIZAR No. 174-2015

Respetado Señor Molano:

En respuesta al correo electrónico enviado el día 04 de Septiembre de 2015 a las 09:59 a.m, El Instituto Nacional de Cancerología - ESE, le informa que damos respuesta en los siguientes términos:

Del Electrocardiógrafo:

PRIMERA PREGUNTA:

"... En la especificación "1.2. Pantalla LCD de mínimo 4,5" para la visualización de la totalidad del trazo de ECG" solicitamos a la entidad se permita cambiar las especificaciones a "1.2. Pantalla LCD o TFT a color de mínimo 4,3 para la visualización de la totalidad del trazo de ECG"..?

RESPUESTA :

Se surtió la Adenda Nro. 1, la cual puede consultar en la página web: www.cancer.gov.co, en el link contrate con nosotros en la convocatoria correspondiente; es decir, se modificó la especificación quedando así: 1.2. Pantalla LCD de mínimo 4" para la visualización de la totalidad del trazo de ECG.

Cordialmente,



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera
SGGAF/JJPA/GC/YACA/Clara

P 1 / 1