

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	BIORED INGENIERÍA LTDA
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 0216-2015	
ÍTEM 02: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA BAÑOS DE FLOTACIÓN, MARÍA, SECO CON AGITACIÓN Y SEROLÓGICO	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	EL NUMERAL DOS (2) DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DICE: "REALIZAR CHEQUEOS Y/O PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SI APLICA" AUNQUE HAY COMPROMISO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD NO SE EVIDENCIA DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO O ANEXO, EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR PARA LA VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA INDISPENSABLE PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN AL PACIENTE, AL OPERADOR Y AL ENTORNO. SUBSANACIÓN: ANEXAN PROTOCOLO INCLUYENDO LA REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CON MULTÍMETRO CONVENCIONAL, LO CUAL NO ASEGURA OBTENER TODAS LOS RESULTADOS SEGURIDAD COMO SON VARIABLES DE LA TENSION DE RED, CORRIENTES DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DE LA CARCAZA Y SIMULAR PACIENTE U OPERADOR PARA VERIFICAR CORRIENTES DE FUGA AL PACIENTE DEL ORDEN DE MIL Y MICRO AMPERIOS. EL NUMERAL DOCE (12) DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DICE: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO RELACIONADO CON EL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DISPUESTO PARA REALIZAR LAS RESPECTIVA VERIFICACIÓN NI SU USO ESTA DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO. SUBSANACIÓN: NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN SOBRE EL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DISPUESTO A REALIZAR LA ACTIVIDAD.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	LAS PERSONAS DISPUESTAS AL MANTENIMIENTO TIENEN LA EXPERIENCIA Y ESTÁN INSCRITOS COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA, ANEXAN CRONOGRAMA CON FECHAS TENTATIVAS, LAS SUBSANACIONES NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS QUE ESTABLEZCAN LAS GARANTÍAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DISPUESTOS AL TRATO DEL PACIENTE.	

18. NOMBRE (S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA		
FIRMA (S):		FECHA	D 07 MM 12 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	D MM AAAA	
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	BIORED INGENIERÍA LTDA
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 0216-2015	
ITEM 05: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA CENTRIFUGAS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	EL NUMERAL DOS (2) DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DICE: "REALIZAR CHEQUEOS Y/O PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SI APLICA" AUNQUE HAY COMPROMISO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD NO SE EVIDENCIA DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO O ANEXO, EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR PARA LA VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA INDISPENSABLE PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN AL PACIENTE, AL OPERADOR Y AL ENTORNO. SUBSANACIÓN: ANEXAN PROTOCOLO INCLUYENDO LA REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CON MULTÍMETRO CONVENCIONAL, LO CUAL NO ASEGURA OBTENER TODAS LOS RESULTADOS SEGURIDAD COMO SON VARIABLES DE LA TENSION DE RED, CORRIENTES DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DE LA CARCAZA Y SIMULAR PACIENTE U OPERADOR PARA VERIFICAR CORRIENTES DE FUGA AL PACIENTE DEL ORDEN DE MILI Y MICRO AMPERIOS. EL NUMERAL DOCE (12) DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DICE: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO RELACIONADO CON EL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DISPUESTO PARA REALIZAR LAS RESPECTIVA VERIFICACIÓN NI SU USO ESTÁ DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO. SUBSANACIÓN: NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN SOBRE EL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DISPUESTO A REALIZAR LA ACTIVIDAD.
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	LAS PERSONAS DISPUESTAS AL MANTENIMIENTO TIENEN LA EXPERIENCIA Y ESTÁN INSCRITOS COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA, ANEXAN CRONOGRAMA CON FECHAS TENTATIVAS. LAS SUBSANACIONES NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS QUE ESTABLEZCAN LAS GARANTÍAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DISPUESTOS AL TRATO DEL PACIENTE.

18. NOMBRE (S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA		
FIRMA (S):		FECHA	D 07 MM 12 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA	D MM AAAA	
CARGO:	DEPENDENCIA		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	BIORED INGENIERÍA LTDA
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 0216-2015	
ÍTEM 11: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA HORNO DE SECADO	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒	NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?		
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	EL NUMERAL DOS (2) DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DICE: "REALIZAR CHEQUEOS Y/O PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SI APLICA" AUNQUE HAY COMPROMISO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD NO SE EVIDENCIA DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO O ANEXO, EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR PARA LA VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA INDISPENSABLE PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN AL PACIENTE, AL OPERADOR Y AL ENTORNO. SUBSANACIÓN: ANEXAR PROTOCOLO INCLUYENDO LA REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CON MULTÍMETRO CONVENCIONAL, LO CUAL NO ASEGURA OBTENER TODOS LOS RESULTADOS SEGURIDAD COMO SON VARIABLES DE LA TENSIÓN DE RED, CORRIENTES DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DE LA CARCAZA Y SIMULAR PACIENTE U OPERADOR PARA VERIFICAR CORRIENTES DE FUGA AL PACIENTE DEL ORDEN DE MILI Y MICRO AMPERIOS. EL NUMERAL DOCE (12) DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DICE: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO RELACIONADO CON EL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DISPUESTO PARA REALIZAR LAS RESPECTIVA VERIFICACIÓN NI SU USO ESTA DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO. SUBSANACIÓN: NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN SOBRE EL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DISPUESTO A REALIZAR LA ACTIVIDAD.	
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:		
SI ☐		NO ☒
PORQUE ?	LAS PERSONAS DISPUESTAS AL MANTENIMIENTO TIENEN LA EXPERIENCIA Y ESTÁN INSCRITOS COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA, ANEXAN CRONOGRAMA CON FECHAS TENTATIVAS, LAS SUBSANACIONES NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS QUE ESTABLEZCAN LAS GARANTÍAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DISPUESTOS AL TRATO DEL PACIENTE.	

18. NOMBRE (S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA		
FIRMA (S):		FECHA:	D 07 MM 12 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO AREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	DEPENDENCIA:	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA:	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA:	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
		Página 1 de 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	BIORED INGENIERÍA LTDA
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 0216-2015	
ÍTEM 12: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA INCUBADORAS	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	EL NUMERAL DOS (2) DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DICE: "REALIZAR CHEQUEOS Y/O PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SI APLICA" AUNQUE HAY COMPROMISO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD NO SE EVIDENCIA DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO O ANEXO, EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR PARA LA VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA INDISPENSABLE PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN AL PACIENTE, AL OPERADOR Y AL ENTORNO. SUBSANACIÓN: ANEXAR PROTOCOLO INCLUYENDO LA REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CON MULTÍMETRO CONVENCIONAL, LO CUAL NO ASEGURA OBTENER TODOS LOS RESULTADOS SEGURIDAD COMO SON VARIABLES DE LA TENSIÓN DE RED, CORRIENTES DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DE LA CARCAZA Y SIMULAR PACIENTE U OPERADOR PARA VERIFICAR CORRIENTES DE FUGA AL PACIENTE DEL ORDEN DE MILI Y MICRO AMPERIOS. EL NUMERAL DOCE (12) DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DICE: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO RELACIONADO CON EL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DISPUESTO PARA REALIZAR LAS RESPECTIVA VERIFICACIÓN NI SU USO ESTA DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO. SUBSANACIÓN: NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN SOBRE EL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DISPUESTO A REALIZAR LA ACTIVIDAD.
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	LAS PERSONAS DISPUESTAS AL MANTENIMIENTO TIENEN LA EXPERIENCIA Y ESTÁN INSCRITOS COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA, ANEXAN CRONOGRAMA CON FECHAS TENTATIVAS, LAS SUBSANACIONES NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS QUE ESTABLEZCAN LAS GARANTÍAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DISPUESTOS AL TRATO DEL PACIENTE.

18. NOMBRE (S):	MAUREN LICEO LÓPEZ PINEDA		
FIRMA (S):		FECHA	D 07 MM 12 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):		FECHA	D ☐ MM ☐ AAAA ☐
CARGO:		DEPENDENCIA	

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-09
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	02
	MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS RE-EVALUACIÓN	VIGENCIA:	30-05-2014
Página 1 de 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO
3. PROVEEDOR	BIORED INGENIERÍA LTDA
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR N° 0216-2015	
ÍTEM 14: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO LAS VISITAS QUE SEAN NECESARIAS EN CASO DE FALLA Y/O DAÑO PARA AUTOCLAVES	

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE	SI ☒ NO ☐
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	EL NUMERAL DOS (2) DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DICE: "REALIZAR CHEQUEOS Y/O PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SI APLICA" AUNQUE HAY COMPROMISO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD NO SE EVIDENCIA DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO O ANEXO, EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR PARA LA VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA INDISPENSABLE PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN AL PACIENTE, AL OPERADOR Y AL ENTORNO. SUBSANACIÓN: ANEXAN PROTOCOLO INCLUYENDO LA REVISIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CON MULTÍMETRO CONVENCIONAL, LO CUAL NO ASEGURA OBTENER TODOS LOS RESULTADOS SEGURIDAD COMO SON VARIABLES DE LA TENSIÓN DE RED, CORRIENTES DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DE LA CARCAZA Y SIMULAR PACIENTE U OPERADOR PARA VERIFICAR CORRIENTES DE FUGA AL PACIENTE DEL ORDEN DE MILI Y MICRO AMPERIOS. EL NUMERAL DOCE (12) DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DICE: "ANEXAR INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD EN CUANTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, SIMULADORES Y/O ANALIZADORES A UTILIZAR EN LA VERIFICACIÓN DE CADA VISITA DE MANTENIMIENTO, RELACIONÁNDOLOS POR EQUIPO Y SU USO DEBE ESTAR DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO". NO SE EVIDENCIA DOCUMENTO RELACIONADO CON EL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DISPUESTO PARA REALIZAR LAS RESPECTIVA VERIFICACIÓN NI SU USO ESTA DESCRITO DENTRO DEL PROTOCOLO. SUBSANACIÓN: NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN SOBRE EL ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DISPUESTO A REALIZAR LA ACTIVIDAD.
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:	
SI ☐ NO ☒	
PORQUE ?	LAS PERSONAS DISPUESTAS AL MANTENIMIENTO TIENEN LA EXPERIENCIA Y ESTÁN INSCRITOS COMO RECURSO HUMANO ANTE EL INVIMA, ANEXAN CRONOGRAMA CON FECHAS TENTATIVAS. LAS SUBSANACIONES NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS QUE ESTABLEZCAN LAS GARANTÍAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DISPUESTOS AL TRATO DEL PACIENTE.

16. NOMBRE (S):	MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA		
FIRMA (S):		FECHA:	D 07 MM 12 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	DEPENDENCIA:	GRUPO ÁREA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NOMBRE (S):			
FIRMA (S):	FECHA:	D MM AAAA	
CARGO:	DEPENDENCIA:		

Nota: El presente concepto técnico lo emito y manifiesto que al momento de evaluar no me encuentro inhabilitado, ni incurso en incompatibilidades, impedimentos y/o conflictos de interés.