



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

ADENDA No. 2

INVITACION A COTIZAR No. 239 DE 2015

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, CAPACITACION E INSTALACION, DE INSTRUMENTAL PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA.

La Dirección General (E) del Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica el numeral 12, de los términos de condiciones el cual quedará así:

12. PLAZO DE EJECUCIÓN


El contrato que se celebre como producto de la presente Convocatoria tendrá un término de duración hasta el de treinta y un (31) de enero del 2016, contados a partir de la legalización del contrato.

2. Se modifica el anexo No.4, de las Especificaciones técnicas en los Items Nos.1 y 2 - MÁQUINA PARA SELLAR PAPEL GRADO MÉDICO y SET DE ESTOMAGO, los cuales quedarán conforme los adjuntos y se publicarán en la web www.cancer.gov.co.

-Ver adjuntos


MARIO MORENO

Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera (E.)


SGGA/MMM/GC/YACA/Elsy

VERSION 2015



MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111

www.cancer.gov.co

Bogotá D.C., Colombia

NIT: 899.999.092 - 7



Por el Consejo del Cancer

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
		Página 1 de 1	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ESPECIALIDAD(ES):	MÉDICAS		
SERVICIOS:	GASTRO, UROLOGÍA, SENO Y TEJIDOS BLANDOS, RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA		
DEFINICIÓN	SET DE INSTRUMENTOS PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA		
NOMBRE GENÉRICO	SET DE ESTÓMAGO		
CANTIDAD	1	MANGO DE BISTURI 3 L DE 210mm	
	1	CLAMP VASCULAR DE DEBAKEY CURVO de 58 mm de ancho long. de boca 103 mm long total 270 mm	
	2	CLAMP INTESTINAL COCHER RECTO ATRAUMATICO de 220mm 8 3/4"	
	1	CLAMP INTESTINAL MAYO ROBSON CURVO SEMIELASTICO de 250 mm 10"	
	2	CLAMP INTESTINAL DOYEN RECTO de 240 mm 9" 1/2	
	1	CLAMP INTESTINAL COCHER RECTO de 220mm 8 3/4"	
	6	PINZA JUDD ALLIS 3X4 dientes long. 195mm 7 3/4"	
	1	SEPARADOR DE MIKULICZ VALVA DE 147 x 50 mm long. 260 mm	
	1	PINZA OSHAUGHNESSY de 180 mm 7"	
	2	PINZA MIXTER de 220 mm 8 3/4"	
	1	PINZA KANTROWITZ de 265 mm x 10 1/2"	
	1	PINZA KANTROWITZ para disección de 240 mm x 9"	
	1	PINZA MIXTER PARA CISTICO de 230 mm 9"	
	2	PINZA ROCHESTER RECTA de 16 cm 6 1/4"	
	4	PINZA HEMOSTATICA BENGOLEA CURVA long. 245 mm 3/4"	
	1	TAPA PRIME LINE COLOR AZUL de 463 mm x 285 mm x 46 mm	
	1	BASE PERFORADA CONTENEDOR de 470 mm x 274 mm x 90 mm	
	1	SEMICESTA DE MALLA SUPERFICIE LIZA PATAS PLASTICAS de 406 x 253 x 56 mm	

	1	SOPORTE DE FILTRO UNIVERSAL
	1	FILTRO PARA TAPA PRIME LIME REUZABLE PARA 5000 CICLOS
ESPECIFICACION TECNICA		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales
		INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE
		Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 5 años, garantizar repuestos originales.
		Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.
		Tiempo de garantía mínimo 5 años. Marcadas con INC y año de adquisición
NORMAS-CERTIFICADOS:		Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.
		1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"

COORDINADOR SOLICITANTE

 Por el central del cáncer	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E		CÓDIGO:	GTE-P01-F-01
	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA		VERSIÓN:	01
	FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA BIOMEDICA		VIGENCIA:	30-07-2011
			Página 1 de 1	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ESPECIALIDAD(ES):	MEDICAS		
SERVICIOS:	ESTERILIZACION		
DEFINICIÓN	MAQUINA SELLADORA AUTOMATICA DE PAPEL GRADO MEDICO		
NOMBRE GENÉRICO	MAQUINA SELLADORA AUTOMATICA DE PAPEL GRADO MEDICO		
CANTIDAD	1	SELLADORA AUTOMATICA PAPEL GRADO MEDICO HM 8000	
TECNICAS:	1	MODULO CLASIFICADOR	
	1	IMPRESORA DE ETIQUETAS	
	1	LECTOR	
		Si para el funcionamiento requiere de accesorios deberán estar incluidos en la propuesta. Todos los accesorios que se entregan deben ser originales	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EN ACERO INOXIDABLE		
	Especificar tiempo de garantía de los repuestos en el mercado no menor a 2 años, garantizar repuestos originales.		
	Garantizar el suministro de los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo mínimo por 1 año.		
	Tiempo de garantía mínimo 2 años. Marcadas con INC y año de adquisición		
	Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos.		
NORMAS-CERTIFICADOS:	1.- Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere"		


COORDINADOR SOLICITANTE

